

Środa Wielkopolska, dnia 20 września 2023 roku

ZP/23/23

Wyjaśnienia i modyfikacje treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), dalej: „ustawa” pn. „Dostawa defibrylatora do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

I

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Pkt.8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z czasem ładowania akumulatora do 4 godzin (do pełnego naładowania)?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

2. Pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z czasem ładowania do energii 200J poniżej 3 sekund?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania defibrylator z czasem ładowania do energii 200J poniżej 3 sekund.

3. Pkt. 14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z czasem ładowania do energii 360J poniżej 7 sekund?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

4. Pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z dokładnością pomiaru 2J lub 15% w zależności od wartości energii?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

5. Pkt. 22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z zakresem impedancji zewnętrznej od 25-300 Ohm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania defibrylator z zakresem impedancji zewnętrznej od 25-300 Ohm.

6. Pkt. 23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z zakresem impedancji zewnętrznej od 15-300 Ohm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania defibrylator z zakresem impedancji wewnętrznej od 15-300 Ohm (najprawdopodobniej błąd w pytaniu).

7. Pkt. 37. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator, który umożliwia współpracę z kablem 3, 5, 7 odprowadzeniowym?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania defibrylator, który umożliwia współpracę z kablem 3, 5, 7 odprowadzeniowym.

8. Pkt. 41. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator, który posiada filtry adaptacyjne lub funkcyjne (diagnostyczne, monitorowania i defibrylacji), które w zależności od użytych akcesoriów do monitorowania sygnału ekg filtrują sygnał w zakresie od 0,05 Hz do 150Hz przy tłumieniu sygnału >90dB?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania defibrylator, który posiada filtry adaptacyjne lub funkcyjne (diagnostyczne, monitorowania i defibrylacji), które w zależności od użytych akcesoriów do monitorowania sygnału ekg filtrują sygnał w zakresie od 0,05 Hz do 150Hz przy tłumieniu sygnału >90dB.

9. Pkt. 43. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z detekcją rozrusznika o czułości 2mV-700mV i czasie trwania od 0,1 do 2ms?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania defibrylator z detekcją rozrusznika o czułości 2mV-700mV i czasie trwania od 0,1 do 2ms.

10. Pkt. 47. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z opóźnieniem sygnału do 60 ms?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

11. Pkt. 49. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z odpornością na wyładowanie o mocy 5000V (360 J) bez utraty danych lub uszkodzenia?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

12. Pkt. 50. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z prezentacją 2 krzywych ekg?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

13. Pkt. 52. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z papierem o szerokości 50mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania defibrylator z papierem o szerokości 50mm.

14. Pkt. 56. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator bez możliwości wydruku 12 odprowadzeń?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

15. Pkt. 59. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z pamięcią 1000 zdarzeń?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

16. Dotyczy SWZ XII. Warunki udziału w postępowaniu, pkt. 4 zdolności technicznej lub zawodowej

Czy Zamawiający dopuści ofertę Wykonawcy będącego wiodącą firmą medyczną w Polsce, posiadającą doświadczenie w dostawach aparatury medycznej dla placówek służby zdrowia o innym charakterze niż defibrylatory. Proponujemy zmianę zapisu punktu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej nadając mu następujące brzmienie: „Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej trzy dostawy aparatury medycznej, każda na rzecz innego podmiotu.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

17. Dotyczy SWZ XII. Warunki udziału w postępowaniu, pkt. 4 zdolności technicznej lub zawodowej

Prosimy o dodanie do SWZ w opisie warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia w punkcie „Zdolności technicznej lub zawodowej”, że Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca posiadał certyfikat wdrożonego systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485 oraz ISO 9001:2015 w zakresie sprzedaży, instalacji i obsługi serwisowej aparatury medycznej? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane usługi świadczone są zgodnie z wymaganiami producentów aparatury oraz normami.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

18. Dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia umowy §10 Kary umowne
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych nałożona przez Zamawiającego nie mogła przekraczać 10% wartości brutto umowy? Gdyż wysokość 30% wartości brutto umowy jest karą zbyt wygórowaną nie adekwatną do wartości przewidzianej umowy oraz nieuzasadnioną wysokością poniesionych ewentualnych strat. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasad proporcjonalności. Celem wprowadzenia obowiązku przewidywania łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było właśnie uniknięcie sytuacji naliczania rażąco wygórowanych. Zastosowanie kary na poziomie 30% wynagrodzenia Wykonawcy jest sprzeczne z celem tego postanowienia. W związku z tym, proponujemy określenie limitu kar umownych do wysokości 10% wartości brutto umowy, co umożliwi również Wykonawcy właściwą ocenę ryzyka i należyłą wycenę oferty.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

19. Dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia umowy §10 Kary umowne
Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych w przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie określonym w §3 projektu umowy w przypadku dostarczenie na czas zwłoki w dostawie urządzenia zastępczego?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

20. Dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia umowy §10 Kary umowne
Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego proponujemy dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin.” Ta konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

II

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Zamawiający informuje Wykonawców o modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1) Dział X. Termin związania ofertą Specyfikacji w punkcie 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 21 października 2023 roku

2) Dział XVI. Sposób oraz termin składania ofert Specyfikacji w punkcie 2 otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 22 września 2023 roku do godziny 11:00.

3) Dział XVII. Termin otwarcia ofert Specyfikacji w punkcie 1 otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 września 2023 roku, o godzinie 11:30.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści SWZ Zamawiający wskazuje, że tam gdzie zostały dopuszczone rozwiązania zaproponowane przez Wykonawców, uzupełniając wykaz parametrów technicznych Wykonawca zobowiązany jest wskazać, że jest to rozwiązanie dopuszczone do zaoferowania w wyniku dokonanych wyjaśnień.

Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla Wykonawców z chwilą ich publikacji.

/-/ Paweł Dopierała

Prezes Zarządu