



INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologicznego II**”

Pytanie 1 – dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 dopuści fabrycznie nowe, niepowystawowe, nie rekondycjonowane pulsoksymetry z rokiem produkcji 2023?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 1 – dotyczy §11 ust. 1 pkt 3)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w zapisów w sposób następujący:

„za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości brutto **naprawianego** urządzenia, za każdy dzień zwłoki”

Istniejący obecnie zapis w przypadku zwłoki w dostawie lub w usunięciu usterek powoduje naliczanie kar umownych od całej wartości przedmiotu umowy. Stan techniczny jednego z elementów przedmiotu zamówienia nie ma bezpośredniego wpływu na pozostałe części składowe całości. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samym wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 3 - dotyczy zadania nr 2

PKT. 2 Czy Zamawiający dopuści monitor, który uruchamia wskazany tryb po uruchomieniu monitora?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 - dotyczy zadania nr 2

PKT. 2 Czy Zamawiający dopuści monitor, który ze względów bezpieczeństwa nie posiada funkcji sugerowania zalecanych progów alarmowych w przypadku pacjentów neonatologicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 - dotyczy zadania nr 2

PKT. 10 Czy Zamawiający dopuści monitor, który zapewnia zasilanie akumulatorowe na okres ponad 3 godzin pracy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 6 - dotyczy zadania nr 2

PKT. 10 Czy Zamawiający dopuści monitor, który do wymiany baterii wymaga użycia śrubokrętu celem otwarcia stacji mocującej akumulator. Jest to zabezpieczenie spełniające normy europejskie w sprawie wyrobów medycznych przeznaczonych do transportu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 - dotyczy zadania nr 2

PKT. 11 Czy Zamawiający dopuści monitor, z zabezpieczeniem ochronnym na poziomie IP22?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 - dotyczy zadania nr 2

PKT. 11 Czy z uwagi na mały rozmiar i wagę modułu transportowego, Zamawiający dopuści moduł transportowy bez wbudowanej rączki do przenoszenia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9 - dotyczy zadania nr 2

PKT. 14 Czy Zamawiający dopuści monitor z ekranem o przekątnej 5,5 cala? Jest to wartość nieznacznie różniąca się od wymaganej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10 - dotyczy zadania nr 2

PKT. 15 Czy Zamawiający dopuści monitor wyświetlający jednocześnie 4 różne krzywe dynamiczne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11 - dotyczy zadania nr 2

PKT. 15 Czy Zamawiający dopuści monitor umożliwiający aktywację lub deaktywację wyświetlania poszczególnym funkcji pomiarowych bez konieczności stosowania typów konfiguracyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższą funkcjonalność. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12 - dotyczy zadania nr 2

PKT. 21 Czy Zamawiający dopuści monitor zapisujący historię zdarzeń 20 przypadków?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższą funkcjonalność. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13 - dotyczy zadania nr 2

PKT. 22 Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji opisanej w tym punkcie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14 - dotyczy zadania nr 2

PKT. 25 Czy Zamawiający dopuści monitor regulację wyciszenia w zakresie 1, 2, 3 minuty lub w trybie



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

ciągłym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższą funkcjonalność. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15 - dotyczy zadania nr 2

PKT. 26 Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji opisanej w tym punkcie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16 - dotyczy zadania nr 2

PKT. 57 i 60 Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy Zamawiający oczekuje dostawy monitora z uchwytem do kolumny lub szyny czy uchwyty ściennego czy wózek jezdny z koszem na akcesoria?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr inż. Jacek Banaszak

STARSZY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

inż. Monika Wojciechowska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

