



### INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa materiałów różnych”

#### Pytanie nr 1 - Pakiet 7 - poz. 1

prosimy o odstąpienie od wymogu czujnik sterylny i dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych  
prosimy o dopuszczenie czujników dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 30kg

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu jedynie w zakresie długości przewodu 90 cm dla wagi pacjenta poniżej 3kg i powyżej 30 kg.**

prosimy o dopuszczenie czujników z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 +/- 2% w zakresie 70-100%

(<70% nieokreślona)

prosimy o dopuszczenie czujnika o długości przewodu 90 cm

prosimy o dopuszczenie czujników o dokładności pomiaru SpO2 +/-2% w zakresie 70-100% (<70% nieokreślona).

prosimy o odstąpienie od wymogu fotodetektor czujnika zabezpieczony miedzianą osłoną Faradaya.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.**

#### Pytanie nr 1 - Pakiet 7 - poz. 2

prosimy o odstąpienie od wymogu czujnik sterylny i dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych  
prosimy o dopuszczenie czujników dla pacjentów o wadze >30 kg (w opisie zamówienia jest sprzeczność, zamawiający opisuje wagę pacjenta dorosły powyżej 30 kg, po czym przywołuje parametr wagi pacjenta <30kg).

prosimy o dopuszczenie czujników z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 +/- 2% w zakresie 70-100% (<70% nieokreślona)

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.**

#### Pytanie nr 1 - Pakiet 7 - poz. 3

prosimy o odstąpienie od wymogu czujnik sterylny i dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych  
prosimy o dopuszczenie czujników dla pacjentów o wadze 1-20 kg (w opisie zamówienia jest sprzeczność, zamawiający opisuje wagę pacjenta dorosły powyżej 30 kg, po czym przywołuje parametr wagi pacjenta <30kg).

prosimy o dopuszczenie czujników z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 +/- 2% w zakresie 70-100% (<70% nieokreślona)

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.**



## WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

### **Pytanie nr 1 - Pakiet 7 - poz. 4**

prosimy o odstąpienie od wymogu czujnik sterylne i dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych  
prosimy o dopuszczenie czujników dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 30kg  
prosimy o dopuszczenie czujników

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.***

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca Dyrektora  
ds. Finansów i Administracji

*mgr Mariola Dwornikowska-Dąbrowska*

Z-ca Kierownika Działu  
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

*mgr inż. Jacek Bonaszak*