

Znak: ZOZ.V.010/DZP/104/20

Sucha Beskidzka dnia 01.12.2020r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. **„Dostawa sprzętu medycznego – łóżka szpitalne”**

„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe z deklaracją zgodności i powiadomieniem/zgłoszeniem do RWMiPB, ale bez certyfikatu ze znakiem CE? Deklaracja zgodności oraz powiadomienie/zgłoszenie do RWMiPB, są dokumentami właściwymi pod względem prawnym dla wyrobów medycznych klasa I. Znak CE znajdują się zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpośrednio na produkcie.

Odp. Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści łóżka z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 875 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Zamawiający dopuszcza

4. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez półki pod szufladami na obuwie?

Odp. Zamawiający dopuszcza

5. Czy Zamawiający dopuści Certyfikat ISO 13485: 2016, co jest zgodne z obowiązującymi (aktualnymi) normami?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Z poważaniem:

SEKRETARZ
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
Mieczysław Haczewski

MINISTERSTWO
SPRAWIEDLIWOŚCI

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl



FUNDUSZ
SPRAWIEDLIWOŚCI