



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Inowrocław, 06.12.2023 r.

EZP 502/2023

**Wszyscy Wykonawcy**  
**biorący udział w postępowaniu**

dot. przetargu nr M-51/2023 na Dostawę implantów do chirurgii szczękowej w zakresie pełnoprofilowej Sali zabiegowej laryngologicznej na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Zamawiający działając na podst. art. 284 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 Poz.2019), przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

**Pytanie Nr 1**

**Dotyczy Pakiet Nr 1**

**Poz. 1,2,3** – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania śrub ze stopu tytanu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie Nr 2**

**Dotyczy Pakiet Nr 1**

**Poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści śruby 2,4 mm z nagwintowaną głową, blokującą się w płycie; samogwintująca, gniazdo torx dł. 6, 8mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie Nr 3**

**Dotyczy Pakiet Nr 1**

**Poz. 4** - Czy Zamawiający Śruby tytanowa  $\varnothing 2,7$  samogwintujące, torx, długość 6, 8, 10, 12, 14mm?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie Nr 4**

**Dotyczy Pakiet Nr 1**

**Poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści śruby kobaltowa 2,4 mm z nagwintowaną głową, blokującą się w płycie; samogwintująca, torx dł. 6, 8, 10, 12,14 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie Nr 5**

**Dotyczy Pakiet Nr 1**

**Poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści śruby z gniazdem torx?


**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie Nr 6**

**Dotyczy Pakiet Nr 1**

Sporządziła: Izabela Stachowiak



4



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494



**Dział Zamówień Publicznych**  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

**Poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści płyty o grubości 2,5mm?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie Nr 7**

**Dotyczy Pakiet Nr 1**

**Poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści płyty do złamań wyrostka kłykciowego grubość 1mm, giętka, kształty lambda lewa, lambda prawa oraz trapez do wyboru operatora - bez anatomicznej siatki?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie Nr 8**

**Dotyczy Pakiet Nr 1**

**Poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści płyty 3+3 otwory wygięta z krótkim mostem, grubość 1,0mm, tytan?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie Nr 9**

**Dotyczy Pakiet Nr 1**

**Poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści płyty 3+3 otwory wygięta ze długim mostem, grubość 1,0mm, tytan?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie Nr 10**

**Dotyczy Pakiet Nr 1**

**Poz. 12,13 - Czy Zamawiający dopuści płyty o grubości 1,5mm?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie Nr 11**

**Dotyczy Pakiet Nr 1**

**Poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści płyty o grubości 1,6mm?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie Nr 12**

**Dotyczy Pakiet Nr 1**

**Poz. 17 - Czy Zamawiający dopuści płyty 2+2 otw. z mostem, prosta o grubości 1mm?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie Nr 13**

**Dotyczy Pakiet Nr 1**

**Poz. 24 - Czy Zamawiający dopuści płyty żuchwowe, adaptacyjna, 20 nagwintowanych otworów, grubość 2,0 mm, tytan?**

**Odpowiedź:**

Sporządziła: Izabela Stachowiak



g



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie Nr 14**

**Dotyczy Pakiet Nr 1**

**Poz. 25** - Czy Zamawiający dopuści 3+3 otwory?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie Nr 15**

**Dotyczy Pakiet Nr 1**

**Poz. 26** - Czy Zamawiający dopuści płyty 2+2 otwory z krótkim mostem, grubość 1,0mm, tytan?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie Nr 16**

**Dotyczy Pakiet Nr 1**

**Poz. 27** - Czy Zamawiający dopuści płyty 2+2 otwory ze średnim mostem, grubość 1,0mm, tytan?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie Nr 17**

**Dotyczy Pakiet Nr 1**

**Poz. 28** - Czy Zamawiający dopuści płyty 2+2 otwory z długim mostem, grubość 1,0mm, tytan?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie Nr 18**

**Dotyczy Pakiet Nr 1**

**Poz. 29** - Czy Zamawiający dopuści płyty 3+3 otwory z długim mostem, grubość 1,0mm, tytan?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie Nr 19**

**Dotyczy Pakiet Nr 1**

**Poz. 7, 19- 23-** Czy Zamawiający dopuści płyty o grubości 1mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie Nr 20**

**Dotyczy Pakiet nr 2**

**Poz. 1,2** – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania śrub ze stopu tytanu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie Nr 21**

**Dotyczy Pakiet nr 2**

**Poz. 5, 6, 8-9-** Czy Zamawiający dopuści płytki o grubości 0,6mm zamiast wymaganych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Sporządziła: Izabela Stachowiak





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
**Dział Zamówień Publicznych**  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



**Pytanie Nr 22**

**Dotyczy Pakiet nr 2**

**Poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści płytki o grubości 0,6mm zamiast 0,4mm lub 0,5mm oraz o ilości 10 otworów zamiast 12?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 23**

**Dotyczy Pakiet Nr 2**

**Poz. 10** – Czy Zamawiający dopuści płytki o grubości 0,4mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie Nr 24**

**Dotyczy Pakiet Nr 2**

**Poz. 11** – Czy Zamawiający dopuści płytki 9x14mm gr. 0,4mm lub 10x10 gr. 0,6 zamiast wymaganych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie Nr 25**

**Dotyczy Pakiet Nr 2**

**Poz. 12** - Czy Zamawiający dopuści płytki o grubości 0,6 i 1,0mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe

**Pytanie Nr 26**

**Dotyczy Pakiet Nr 2**

**Poz. 13** - Czy Zamawiający dopuści płytki o wymiarze 46x36mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe

**Pytanie Nr 27**

**Dotyczy Pakiet Nr 2**

**Poz. 14-16** - Czy Zamawiający dopuści płytki o grubości 0,5mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe

**Pytanie Nr 28**

**Dotyczy Pakiet Nr 2**

**Poz. 18 i 20** - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu D4 opakowanie 4 szt. i D6 opakowanie 4 szt. i dopuści opakowania po 5 szt. według standardu producenta spełniające wszystkie wymogi ustawowe i regulacyjne dla opakowań wyrobów medycznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe

**Pytanie Nr 29**

**Dotyczy Pakiet Nr 2**

**Poz. 19** – Czy Zamawiający wykreśli nazwę tj. RapidSorb, która jest nazwą własną konkretnego

Sporządziła: Izabela Stachowiak



58



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
000002494



**Dział Zamówień Publicznych**  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

producenta i dopuści równoważne płytki adaptacyjne resorbowalne 8 otworowe dla wkrętów 2mm?


**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe

**Pytanie Nr 30**

**Dotyczy Pakiet Nr 2**

**Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści płytkę o grubości 0,6mm wg poniższego wzoru:**



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe

**Pytanie Nr 31**

**Rozdz. 4 SWZ-** Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty Wykonawcy bez dostarczenia szafy zamykanej wielopółkowej do przechowywania implantów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie Nr 32**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby szczegółowy skład depozytu (ilości i rozmiary) został ustalony między stronami umowy ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie Nr 33**

**Czy Zamawiający doda zapis w §12 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?** Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyrażą zgodę na powyższe.

**Pytanie Nr 34**

**Czy Zamawiający dookreśli w §12 ust. 1 pkt 1 ppkt 1), iż trzykrotna zwłoka w dostawie uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w 3 kolejnych po sobie dostawach?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż trzykrotna zwłoka w dostawie uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w 2 kolejnych po sobie dostawach.

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
Ewa Sempowicz