



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**  
19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: [zaopatrzenie-pm@elk.com.pl](mailto:zaopatrzenie-pm@elk.com.pl)  
e-mail: [przetargi@promedica.elk.pl](mailto:przetargi@promedica.elk.pl)  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

## Odpowiedź na Zapytanie 4

### Wszyscy uczestnicy postępowania

**Znak: P-M/DZZP/ 2194 / 3590 /24**

**Data: 15.10.2024r.**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak Sprawy: 3344 / 2024**

**Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:**

***PYTANIE nr 1 dot. Pakietu nr 7 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy***

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany system pomiarowy ( paski + glukometr ) był dopuszczony do stosowania w każdym rodzaju krwi tj. żylna, tętnicza, włośniczkowa, noworodków, kobiet ciężarnych ?

***Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.***

***PYTANIE nr 2 dot. Pakietu nr 7 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy***

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane testy paskowe można było przechowywać w zakresie temp. 2-30 st. C ?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby zaoferowane testy paskowe można było przechowywać w zakresie temp. 2-30 st. C, ale nie wymaga.***

***PYTANIE nr 3 dot. Pakietu nr 7 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy***

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany system pomiarowy można było stosować w zakresie temp. 5-45 st. C ?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby zaoferowany system pomiarowy można było stosować w zakresie temp. 5-45 st. C, ale nie wymaga.***

***PYTANIE nr 4 dot. Pakietu nr 7 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy***

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany glukometr był wyposażony w podświetlany port/szczelinę paska testowego ?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby zaoferowany glukometr był wyposażony w podświetlany port/szczelinę paska testowego, ale nie wymaga.***



**PYTANIE nr 5 dot. Pakietu nr 7 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Czy Zamawiający wymaga aby testy paskowe oraz płyny kontrolne posiadały termin przydatności min. 6 mc od daty pierwszego otwarcia fiolki ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.**

***Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.***

***Z poważaniem***