



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZŁUCHOWIE

ul. Szczecińska 16, 77-300 Człuchów

tel. (059) 83 42 459, fax (059) 72 60 877

REGON 771480603, NIP 843-14-01-794

www.spozoz-czluchow.pl, e-mail: sekretariat@spzoz-czluchow.pl

Zapytania Oferentów z odpowiedziami Zamawiającego

do postępowania sygn. ZP/05/SPZOZ/2023, ID 737404

pn. DOSTAWA AMBULANSU FINANSOWANEGO LEASINGIEM OPERACYJNYM

Data wpływu	Zakres którego dotyczy / dokument	pozycja	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego	Data udzielenia odpowiedzi
09.03.2023	Parametry techniczne		1. Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga szyberdachu pełniącego jednocześnie funkcję wyjścia ewakuacyjnego.	Zamawiający wymaga.	10.03.2023
09.03.2023	Parametry techniczne		2. Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga stacji dokującej do tabletu.	Zamawiający wymaga.	10.03.2023
09.03.2023	Parametry techniczne		3. Jeśli na powyższe pytanie Zamawiający odpowiedział twierdząco, prosimy o podanie marki i modelu tabletów użytkowanych przez Zamawiającego w celu przygotowania odpowiedniego uchwytu.	ZEBRA L10 XSLATE.	10.03.2023
09.03.2023	Parametry techniczne		4. Jeśli na pytanie 2 Zamawiający odpowiedział twierdząco, prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga by uchwyt mocowania systemu SWD w kabinie kierowcy był zamontowany w sposób bezpieczny dla kierowcy i pasażera tj. przebadany przez notyfikowaną jednostkę certyfikowaną na przeciążenia 10G?	Zamawiający wymaga, z możliwością regulacji kąta uchwytu.	10.03.2023
09.03.2023	Parametry techniczne		5. Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga uchwytu do drukarki.	Zamawiający wymaga.	10.03.2023
09.03.2023	Parametry techniczne		6. Jeśli na powyższe Zamawiający odpowiedział twierdząco, prosimy o podanie marki i modelu drukarki użytkowanej przez Zamawiającego, w celu przygotowania odpowiedniego uchwytu.	HP LASER JET PRO M15W.	10.03.2023
09.03.2023	Parametry techniczne		7. prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga by uchwyt mocowania drukarki w przedziale był zamontowany w sposób bezpieczny dla kierowcy i pasażera tj. przebadany przez notyfikowaną jednostkę certyfikowaną na przeciążenia 10G?	Zamawiający wymaga, ale mocowanie w przedziale medycznym.	10.03.2023

09.03 .2023			8. Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga przeglądów zabudowy przedziału medycznego wliczonych w cenę oferty.	Nie wymaga.	10.03 .2023
09.03 .2023	Formularz wymagań technicznych	32	9. Prosimy o dopuszczenie wysokości ambulansu 273 cm nie licząc anten.	Dopuszczamy.	10.03 .2023
09.03 .2023	Formularz wymagań technicznych	33	10. Prosimy o dopuszczenie długości ambulansu 6150 cm – samochód ma do 6 m, ale stopień tylny ma ok 15 cm co wydłuża auto.	Dopuszczamy.	10.03 .2023
09.03 .2023	Parametry techniczne		11. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga fotela u wezłowania noszy.	Nie dopuszcza fotela u wezłowania noszy oraz w przejściu do kabiny kierowcy.	10.03 .2023
09.03 .2023	Formularz wymagań technicznych	68, 69	12. Czy poprzez belkę zintegrowaną z dachem Zamawiający ma na myśli belkę zintegrowaną-wkomponowaną w nadwozie w przedniej i tylnej części?	Tak, belka nie może wystawać poza obrys dachu, musi być w niego wkomponowana.	10.03 .2023
09.03 .2023	Parametry techniczne		13. Czy Zamawiający używa radiotelefonów typu Motorola?	Tak.	10.03 .2023
09.03 .2023	Formularz wymagań technicznych	98	14. Czy stopień przy prawych drzwiach przesuwanych ma być obrotowy, a nie wysuwany co zapobiega zaciananiu się?	Tak, stopień musi być obrotowy.	10.03 .2023
09.03 .2023	Formularz wymagań technicznych	47	15. Czy laweta ma posiadać funkcję wysuwu, przesuwu oraz ustawiania pozycji drenażowych?	Ma posiadać funkcję wysuwu, przesuwu oraz ustawiania pozycji drenażowych.	10.03 .2023
09.03 .2023	SWZ		16. Czy Zamawiający wymaga ambulansu zgodnego z normą PN EN 1789:2021-02 – aktualnie obowiązującą?	Zgodnie z SWZ.	10.03 .2023
09.03 .2023			17. Czy w ofertę mają być wliczone przeglądy sprzętu medycznego – zestawu transportowego – co podniesie cenę oferty?	Nie.	10.03 .2023
09.03 .2023	Formularz wymagań technicznych	93	18. Czy przetwornica ma działać tylko w czasie jazdy – zależna od zapłonu?	Wymaga się przetwornicy 1000W z obowiązkowym napięciem w gniazdach 230V podczas jazdy.	10.03 .2023
09.03 .2023	SWZ		Pytanie 1. Prosimy o podanie sposobu dostawy, czy wymaga się dojazdu na lawecie, aby ambulans był nie uszkodzony ? Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.	Zgodnie z SWZ. Dostawa na lawecie.	10.03 .2023
09.03 .2023	Formularz wymagań technicznych	91	Pytanie 2 Czy Radioodtworacz fabryczny winien być wyposażony w funkcję Bluetooth oraz gniazdo USB pozwalające kierowcy na szybkie i bezpieczne łączenie się z urządzeniami mobilnymi typu telefon komórkowy, mapy, bazy	Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.	10.03 .2023

			danych itp. oraz sterowanie pod kołem kierownicy, co podnosi bezpieczeństwo kierowania pojazdem ?		
09.03 .2023	Parametry techniczne		Pytanie 3. Czy fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy ma być automatyczna typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę ? Wyjaśniamy, że automatyczna typu "Climatronic", jest to automatycznie sterowany układ klimatyzacji, który większość procesów związanych z chłodzeniem oddaje w ręce komputera. Regulacja przez użytkownika ogranicza się do określenia poziomu pożądanej temperatury na elektronicznym wyświetlaczu. To komputer, samodzielnie dopasowuje kierunek i siłę nawiewu powietrza, w taki sposób, żeby zapewnić jak największy komfort.	Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.	10.03 .2023
09.03 .2023	SWZ		Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający: - silnik zapewniający osiągnięcie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 120 kW, o max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm - manualną skrzynię biegów 6+1 - napęd na oś przednią - o DMC 3,5 t - zbiornik paliwa 80 l - wysokość przed zabudową 2499 mm - długość 5575mm - z przedziałem medycznym o długości 3100 mm ?	Zgodnie z SWZ.	10.03 .2023
09.03 .2023	Parametry techniczne		Pytanie 5 Aby szyberdach (okno dachowe) stanowił jednocześnie wyjście ewakuacyjne musi posiadać minimalne wymiary 500 x 900 mm zgodnie z wymogami Regulaminu nr 17 EKG ONZ 1.3 czy takiego okna	Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.	10.03 .2023

			dachowego oczekuje Zamawiający ?		
09.03 .2023	Parametry techniczne		Pytanie 6 Prosimy o potwierdzenie, że okno dachowe ma mieć wymiary pozwalające na jego wykorzystanie jako wyjścia ewakuacyjnego dla pacjenta i personelu ?	Zamawiający potwierdza.	10.03 .2023
09.03 .2023	SWZ		Pytanie 7 Czy dopuszcza się nadwozie typu kontener ?	Zgodnie z SWZ.	10.03 .2023
09.03 .2023	SWZ		Pytanie 8 Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego lub dokument równoważny na dzień dostawy ambulansu ? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów określa kilka procedur w wyniku których, organ udzielający homologacji zaświadcza, że dany pojazd jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymogami technicznymi i może być dopuszczony do ruchu. Rozporządzenie wymienia (....) m.in. „homologację typu całego pojazdu”, „homologację typu UE”, „indywidualne dopuszczenie pojazdu”, itd. We wszystkich procedurach wymogiem jest przeprowadzenie wszystkich badań na zgodność z normą PN-EN 1789.	Zgodnie z SWZ.	10.03 .2023
09.03 .2023	SWZ		Pytanie 9 Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, z drzwiami lewymi przesuwными z nieprzeźroczystą szybą w kolorze nadwozia ?	Zgodnie z SWZ.	10.03 .2023

09.03 .2023	Formularz wymagań technicznych	15	<p>Pytanie 10 Zamawiający wymaga dostawy ambulansu typu C zgodnego z wymaganiami normy PN EN 1789. Norma ta stawia konkretne „sztywne” wymogi dla takiego ambulansu, choć używa można powiedzieć „nieostrych” pojęć: „ambulans powinien”, „zaleca się uwzględnić”, „powinny być zgodne”, „powinno być zapewnione”, „powinien dostarczyć” itp.</p> <p>Aby uniknąć, dowolnych interpretacji w/w określeń używanych w normie PN EN 1789 nasza firma uzyskała odpowiedź Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 18.05.2010 roku (w załączeniu).</p> <p>W załączniku A do w/w normy w punkcie Rozpoznawanie i widoczność ambulansów stawia się wymóg: „ W celu umożliwienia rozpoznawania i dostrzegania pojazdu w świetle dziennym zaleca się stosowanie barwy żółtej RAL 1016 lub białej, jako podstawowego koloru nadwozia. Jeżeli wybrano kolor biały na zewnętrznej powierzchni pojazdów zaleca się stosowanie dodatkowo barwy żółtej fluorescencyjnej , żółtej RAL 1016 lub czerwonej fluorescencyjnej RAL 3024.”</p> <p>Powyższe zapisy normy służą też ujednoczeniu koloru ambulansów w, aby nie były mylone z innymi pojazdami w kolorze ogólnie żółtym, co bezsprzecznie zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo pojazdom uprzywilejowanym. Ponieważ nie ma czegoś takiego jak „standardowy kolor żółty nadwozia furgon” i każdy z producentów samochodów stosuje inny RAL oraz inne nazewnictwo np. „kanarkowy” ; „piasek pustyni” , „ żółty cytrynowy” itp. więc stojące obok siebie pojazdy furgon w katalogowym kolorze żółtym różnią się dość znacznie.</p> <p>Z tej to przyczyny norma PN EN 1789 posługuje się wyłącznie paletą barw RAL.</p> <p>Nie wyklucza to żadnego z wykonawców, a nawet rozszerza</p>	Zmawiający potwierdza kolor nadwozia żółty RAL 1016.	10.03 .2023
----------------	--------------------------------	----	---	--	----------------

			się ich krąg, gdyż każdy producent wykona nadwozie w dowolnym kolorze z palety RAL bez problemu. Uwzględniając powyższe, prosimy o potwierdzenie, że wymagany jest fabryczny „Kolor nadwozia żółty RAL 1016” zgodnie z wymogiem normy PN EN 1789 lub odpowiadająca jemu barwa żółta CMYK 10,0,90,0 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. ?		
--	--	--	---	--	--

Stan na 10.03.2023 godz. 15.42

Daria Zaniewska
Referent ds. zamówień publicznych
W SP ZOZ w Człuchowie

Z uwagi na powoływanie się potencjalnego oferenta na Interpretację Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, stanowi ona załącznik do niniejszych odpowiedzi.