



Warszawa, dnia 15 grudnia 2022r.

### Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp na: „**DOSTAWĘ ZESTAWU DO REJESTRACJI I ANALIZY RUCHU W PRZESTRZENI TRÓJWYMIAROWEJ WRAZ Z PRZENOŚNYM BEZPRZEWODOWYM SYSTEMEM OCENY**”.

**Znak sprawy: DZP.371.57.2022**

### INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w związku z art. 226 ust. 1 pkt 5 i art. 255 pkt 2 ustawy Pzp zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**DOSTAWA ZESTAWU DO REJESTRACJI I ANALIZY RUCHU W PRZESTRZENI TRÓJWYMIAROWEJ WRAZ Z PRZENOŚNYM BEZPRZEWODOWYM SYSTEMEM OCENY**”.

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Ponadto zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

#### Uzasadnienie faktyczne:

Do dnia składania ofert tj. 18 listopada 2022r. do godz. 10:00 do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta przez nw. Wykonawcę.

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Wartość brutto
1	Skyfi Sp. z o.o. ul. Ligocka 17A, 44-105 Gliwice	Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp

Oferta złożona przez Skyfi Sp. z o.o. z siedzibą ul. Ligocka 17A, 44-105 Gliwice podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z powodu niezgodności jej treści z warunkami zamówienia w zakresie niespełniania przez oferowany sprzęt wymaganych parametrów.

W dniu 30.11.2022r. do Zamawiającego wpłynęło pismo od Wykonawcy PHU Technomex Sp. z o.o. ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice dotyczące m.in. niezgodności oferty Wykonawcy Skyfi Sp. z o.o. z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SWZ) w zakresie Bieżni rehabilitacyjnej do analizy chodu punkt 8: Wysokość wejścia na bieżnię max: 18 cm i punkt 10 podpunkt 2: powierzchnia aktywna min.: 110x 49cm (dotyczy matrycy czujników). Zamawiający w dniu 08.12.2022r. wezwał Wykonawcę



**Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie**  
**01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5**

**DZP.371.57.2022**

---

Skyfi Sp. z o.o. do wyjaśnienia w powyższym zakresie i otrzymał w dniu 12.12.2022r. odpowiedź od Wykonawcy, że:

1) w zakresie punktu 8: wysokość wejścia na bieżnię oferowanego przez niego przedmiotu wynosi 23 cm, gdzie Zamawiający w OPZ wymagał „wysokość wejścia na bieżnię max: 18 cm”. W związku z powyższym, oferowany przez Wykonawcę przedmiot w zakresie pkt 8 jest niezgodny z warunkami zamówienia.

2) w zakresie punktu 10 podpunkt 2: prawidłowy rozmiar powierzchni pomiarowej oferowanego urządzenia to: 102x50 cm, gdzie Zamawiający w OPZ wymagał „powierzchnia aktywna min.: 110x 49cm”. W związku z powyższym, oferowany przez Wykonawcę przedmiot w zakresie pkt 10 ppkt 2 jest niezgodny z warunkami zamówienia.

Mając na uwadze powyższe, zachodzi przesłanka do unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.

Działając na podstawie art. 260 ust 1 i 2 ww. ustawy Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty i udostępnia niezwłocznie informacje, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**KANCLERZ**

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie

*/-/ dr inż. Krzysztof Dziedzic*