



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna dn. 19.09.2019

Do wszystkich
uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **poniżej 221.000 euro** którego przedmiotem jest **Dostawa aparatury medycznej (m.in. automatyczna myjnia endoskopowa, myjka ultradźwiękowa, ssak chirurgiczny, pompa kolonoskopowa, aparat elektrochirurgiczny, videogastroskop, wózek endoskopowy, szafa do przechowywania endoskopów, wózek do przewożenia chorych, bronchofiberoskop, aparat USG, zestaw do hydroterapii)**

Ogłoszenie nr 596005-N-2019; data zamieszczenia: **11.09.2019 r. Znak sprawy – PN 46/2019**

Do Działu Handlowego wpłynęły złożone przez uczestników (Wykonawców) w/w postępowania n/w pytania z prośbą o wyjaśnienie, zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych:

Pytanie 1

Pakiet 11 – aparat USG. Pyt.1 dot. załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 9

Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta, który nie posiada panelu operatora jako jednolitego elementu na sensorach dotykowych, odpornego na zalanie i zabrudzenia ustrojowe, nadającego się do dezynfekcji środkami w postaci płynnej w tym również preparatami na bazie alkoholu izopropylowego, i który nie jest pozbawiony potencjometrów, przycisków, przełączników, manipulatora kulkowego typu trackball?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

Otrzymują:

-adresat

-a/a.