



**Wykonawcy**

/strona internetowa prowadzonego postępowania/

Dotyczy: procedury udzielania zamówienia z dziedziny nauki na realizację zadania pn.:  
**Dostawa wirówki laboratoryjnej z wirnikiem kątowym.**

Nr post.: **BZP.2710.72.2022.MG.**

**INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW  
WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA**

W związku z wpłynięciem wniosku o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści Ogłoszenia Zamawiający udostępniła treść zapytania wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania:

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z rotorem przeznaczonym na próbówki 8 x 50 ml (stożkowe falkony). Rotor o średnicy otworu na próbówki 29.5 mm, dedykowany do próbek o maksymalnej wysokości 130mm? Rotor z zakręcaną pokrywą z 2 gumowymi uszczelkami (O-ring)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. parametry.

**Zmianie ulega treść Załącznika nr 2 do Ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja Techniczna - Minimalne wymagane parametry w poniżej określonym zakresie:**

Było:

6.	Wielkość stosowanych próbek: Wysokość z nakrętką: 115 mm, średnica: 30 mm	Wielkość stosowanych próbek: Wysokość z nakrętką: ..... mm, średnica: ..... mm
----	--	---

Jest:

6.	Wielkość stosowanych próbek: Wysokość z nakrętką: <b>115-130 mm, średnica: 29,5-30 mm</b>	Wielkość stosowanych próbek: Wysokość z nakrętką: ..... mm, średnica: ..... mm
----	--	---

**W związku ze zmianami, o których mowa powyżej, Zamawiający do niniejszej Informacji zamieszcza nowo obowiązujący załącznik tj. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja Techniczna - Minimalne wymagane parametry. Zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym.**

*Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część Ogłoszenia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.*

**DYREKTOR GENERALNY**  
**mgr Elżbieta Solarewicz**