

Radecznica, 31 maj 2024r.

Znak sprawy: 6/PZP/2024

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

Dotyczy prowadzonego w trybie podstawowym postępowania pn. „**Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych i drobnego sprzętu medycznego**”.

- A. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający - **Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie nr 1 z dnia 31 maja 2024r.

1. Dotyczy Część 4 poz 1-4

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek diagnostycznych nitylowych jednorazowego użytku, o grubości palca 0.10mm +/- 0.03mm, dłoni 0.08mm +/- 0,03mm; dodatkowo przebadane na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F 1670 (raport dołączony do oferty) o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane grubości ścianek rękawiczek.

Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 do SWZ w zakresie Zadania nr 4 poz. 1-4 - grubość minimalna pojedynczej ścianki palca tj:

Było – 0,12 mm

Jest – 0,10 mm.

- B. Odpowiedzi na pytania są wiążące z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Kierownik
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
oraz Techniczno-Gospodarczych
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy
Mariusz Sykała
/właściwy podpis na oryginale/