

## Wyjaśnienia do treści SWZ

Dotyczy: przetarg nieograniczony „**Dostawa narzędzi i akcesoriów urologicznych i ortopedycznych**”

Zamawiający, Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu j.w. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Poniżej zamieszczamy pytania Wykonawców w formie niezmienionej i odpowiedzi Zamawiającego.

### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 4 tj. taca druciana ze składanymi uchwytami- która nie podlega ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyceński), dla którego stawka VAT wynosi 23%?

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### **Pytanie 2**

Czy zamawiający wydzieli pozycję nr 1 z załącznika nr 7 pakiet nr 5 do odrębnego pakietu?- Pozycje z w/w załącznika oferowane są przez osobne firmy i uniemożliwia to przystąpienie do tego pakietu każdej z nich?

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### **Pytanie 3**

Czy zamawiający zgodzi się na zaproponowanie zbliżonych ilości (krotność 6 szt.) do wymaganych w opisie gdyż Elektrody pakowane fabrycznie przez producenta w nierozdzielne opakowania zbiorcze po 6 szt. ? Prosimy o wprowadzenie modyfikacji w załączniku nr 7 pakiet nr 6

### **Odpowiedź**

W załączniku wskazane jest zapotrzebowanie w sztukach. Prosimy o wycenę zgodnie z załącznikiem, celem właściwego porównania cen ofertowych.

Po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy zamówienia będą składane na opakowania, zgodnie ze specyfikacją ilościową producenta.

### **Pytanie 4**

Czy wystarczającym potwierdzeniem spełnienia zapisów SWZ rozdz. X pkt. 2 ust. 2.6 będzie załączeniem do oferty stron katalogowych danych pozycji z wyraźnym zaznaczeniem parametrów?

### **Odpowiedź**

Zamawiający uzna opis we wskazanej postaci.

### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów/elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji? Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian

### **Odpowiedź**

Warunki gwarancji określone są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisami dotyczącymi sprzedaży. Zobowiązania gwarancyjne nie dotyczą mechanicznego uszkodzenia czy też niewłaściwego użytkowania.

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu udzielenia gwarancji 6 m-cy w pakiecie nr 6 na oferowane materiały zużywalne/eksploatacyjne typu pętla, elektrody?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Powyższe odpowiedzi są integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przy opracowywaniu oferty. Powyższe odpowiedzi nie stanowią modyfikacji SWZ w rozumieniu Prawa zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

KIEROWNIK  
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I UMÓW  
Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

*Ewa KANGOWSKA*