



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn.06.09 2019 r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 - 20/19

Dot.: Zakup (dostawa, montaż, uruchomienie) pierwszego wyposażenia bloku operacyjnego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32- powtórka część I.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 zwanej w dalszej części ustawą), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynęły kolejne wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące ww. postępowania na które Zamawiający poniżej odpowiada:

KOREKTA ODPOWIEDZI Z 30.08.2019

Było:

18.1. pkt. 64-68 Czy Zamawiający nie powinien wymagać aparatu klasy Premium, z zasilaniem sieciowym i akumulatorowym (wbudowany akumulator –nie UPS). Minimum 60min pracy na akumulatorze?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis poprzez dodanie parametru „zasilanie sieciowe i akumulatorowe (wbudowany akumulator), min. 60minut pracy na akumulatorze.

JEST:

18.1. pkt. 64-68 Czy Zamawiający nie powinien wymagać aparatu klasy Premium, z zasilaniem sieciowym i akumulatorowym (wbudowany akumulator –nie UPS). Minimum 60min pracy na akumulatorze?

Odpowiedź: Zamawiający DOPUSZCZA PROPONOWANE ROZWIĄZANIE, ALE GO NIE WYMAGA

Zamawiający umieszcza na stronie poprawiony zał. Nr 1.5 do SIWZ

POWYŻSZE ZMIANY SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I DOTYCZĄ WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ OFERTĘ Z UWZGLĘDNIENIEM POWYŻSZEGO

**Kierownik Działu
Organizacyjno-Prawnego**
mgr Renata Kolpenicka