

**PZP.262.23.2023.6.VJW**

Olsztyn 14.08.2023r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **DO-STAWA DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO, SZYBKICH TESTÓW i MATERIAŁÓW MIKROBIOLOGICZNYCH** z podziałem na 3 zadania

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie ze zmianami, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ:

#### PYTANIA i ODPOWIEDZI

Pytania do Zadania II: wyroby firmy Brand

1. Poz. nr 2 - Czy można zaproponować pipetę o stałej objętości 2 ml lub nastawną 0,5-5 ml (nie znajdujemy producenta oferującego pipety o wskazanym przez Zamawiającego przedziale)?

*Zamawiający dopuszcza, aby zaoferować pipetę innego producenta. Ważne jest aby pojemność była w zakresie od 0,1 do 2ml*

2. Zwracamy się z prośbą o wyłączenie do oddzielnego pakietu produktów z pozycji: 13, 14, 15, 25, 27, 30, 33-38.

*Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie do oddzielnego pakietu tych produktów.*