



Olsztyn, dn. 9 sierpnia 2022 r.

Nr sprawy 17/2022

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi dotyczących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na Dostawę wyrobów medycznych (powtórzenie unieważnionych części zamówienia sprawa 10/2022)

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zestaw 1

Pytanie 1 do pakietu 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 kaniul o poniższych parametrach; Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), kaniula wyposażona w miękkie wąsy tlenowe, których konstrukcja zapewnia swobodny przepływ gazów medycznych. Wygodne i dobrze tolerowane silikonowe wąsy tlenowe sprawiają, że pacjent jest bardziej podatny na terapię. Miękkie i anatomicznie ukształtowane wąsy tlenowe dopasowują się do każdego pacjenta zapewniając maksymalną wygodę. Kaniula wyposażona w uniwersalną obrotową złączkę. Oznaczenie kaniul kolorami - szybka i łatwa identyfikacja rozmiaru. Kaniule posiadające rurki gładkościenne co zmniejsza ryzyka zagięcia rurki. Przepływ gazu w kaniulach jest praktycznie bezgłośny, co minimalizuje uciążliwość dla pacjenta. Kaniule wyposażone w dzielony (podwójny) pasek mocujący wokół głowy. Do kaniuli dołączony klips stabilizujący, zmniejszający ryzyko repozycji kaniuli. Wysokoprzepływowa kaniula nosowa została opracowana dla szerokiego zakresu stężeń tlenu przy różnych prędkościach przepływu w optymalnych warunkach. Rozmiar S,M,L Uniwersalna kaniula kompatybilna z układami oddechowymi aparatów do terapii HFNC dostępnych na rynku: (urządzenia zasilane tlenem poprzez mikser gazu, urządzenia zasilane tlenem poprzez przepływomierz) Rozstaw widełek 8 mm - rozmiar S, Rozstaw widełek 9,3 mm - rozmiar M; Rozstaw widełek 12,6 mm- rozmiar L

Odповідź: [Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.](#)

Pytanie 2 do pakietu 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 2 adapterów o poniższych parametrach: Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Możliwość podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Złącze przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każda złącze w oddzielnym opakowaniu. Zakres przepływu 10-80 l/min.

Odповідź: [Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.](#)

Pytanie 3 do pozycji 3,4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie układów o poniższych parametrach: Układ do oddychania ogrzewanym powietrzem do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), służy do dostarczania nawilżonych i podgrzanych gazów oddechowych. Dren posiada wbudowaną w ściankach podwójną spiralę grzejącą. Układ z wbudowanym czujnikami temperatury i czujnikiem przepływu. Gładka powierzchnia wewnętrzna rury. Układ przeznaczony do użycia przy przepływach gazów medycznych od 2 do 60 l/min, w zależności

od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomią., miękka silikonowa końcówka eliminuje konieczność zastosowania adapterów. Długość układu 180 cm, układ zawierający w komplecie komorę nawilżacza. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (podstawowy i dodatkowy) zabezpieczającego przed przelaniem wody. Zestaw: układ oddechowy i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Zestaw kompatybilny z nawilżaczem serii Airvo2. Na opakowaniu czytelna data produkcji, oraz czytelna data przydatności do użycia (min 24 m-ce). Na etykiecie czytelna waga zestawu (0,3 kg.).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Zestaw 2

1. Zadanie 1 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie strzykawki 2ml z rozszerzeniem skali do 3 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Zadanie 1 poz. 1-4 Prosimy o dopuszczenie strzykawek z nadrukowanym typem strzykawki na opakowaniu jednostkowym

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Zadanie 1 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie strzykawki 20ml pakowanych po 80szt/op. z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Zadanie 1 poz. 5-6 Prosimy o dopuszczenie strzykawek z jednostronną skalą pomiarową.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5. Zadanie 1 poz. 6 Prosimy o dopuszczenie strzykawek do pomp w kolorze bursztynowym

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6. Zadanie 1 poz. 20 Prosimy o dopuszczenie igieł do pena o wymiarach: 0,30 x 8 mm, 30G

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

7. Zadanie 1 poz. 20 Prosimy o dopuszczenie igieł do pena o wymiarach: 0,33 x 12,7 mm, 29G

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

8. Zadanie 1 poz. 27 Prosimy o dopuszczenie przyrządów do aspiracji butelek z filtrem 0,2 µm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

9. Zadanie 1 poz. 27 Prosimy o dopuszczenie przyrządów do aspiracji butelek typu mini spike z filtrem 0,2 µm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

10. Zadanie 1 poz. 30 Prosimy o dopuszczenie igieł Klasy IIa, jest to klasa wyższa niż wymaga zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 3

1. Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści jednorazową koncentryczną elektrodę igłową kompatybilną z kablem do elektrod igłowych 120 cm, 5 połowy DIN, rozmiar 50 x 0,50 mm (Opakowanie 25 szt.) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 4

1. Pakiet 9, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści wkładki filcowe do elektrod FELT2010 o wymiarach 6 mm x 8 mm x 20 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 5

1. Dot. Pakiet 9, poz. 10 Elektrody podskórne podane jako przykład w formularzu cenowym typu S45-638 sprzedawane są jako pojedyncze elektrody. Zamawiający wymaga 1 opakowania o wielkości 20 par. Bardzo proszę o doprecyzowanie wymaganej ilości i typu elektrod jakie należy zaferować w pakiecie 9, poz. 10.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Pakiet 9, poz. 10 Elektrody jednorazowe podskórne igłowe zagięte 13 x 0,4 mm, z kablem 150 cm, wtyk TP 1,5 mm (1 opakowanie 24 szt.)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 7

Dotyczy Zadania 28 poz. 2 Prosimy o podanie numeru katalogowego pułapki, obecnie stosowanej przez Zamawiającego, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z wymaganiami.

Odpowiedź: 9200-10-10530-1 Shenzhen Mindray Biomedica Electromes

Zestaw 8

1. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 1 dopuści wycenę strzykawki 2ml skalowanej do 3ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 20 dopuści wycenę igieł do pena w rozmiarze 0,33x12,7mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 20 dopuści wycenę igieł do pena w rozmiarze 0,33x12mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 22 dopuści wycenę igły w rozmiarze 1,2x88mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 25 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,5x88mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 25 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,55x88mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

7. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 26 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,4x88mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

8. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 26 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,45x88mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

9. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 31 dopuści wycenę op. x 200 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 9

1. Zadanie 12 Asortyment do aparatu do wysokoprzepływowej tlenoterapii Producent: Fisher & Paykel Healthcare SAS Model: AIRVO 2 Humidifier. Prosimy o wyjaśnienie poz.3 i poz.4 to są przypadkiem powielone pozycje. Z opisu wynika, iż chodzi o bliźniaczy asortyment, tym samym prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wymaga zaoferowania ceny na 10 opakowań czy ceny na 20 opakowań?

Odpowiedź: dotyczy ilości sztuk czyli 10 szt. dla poz. 3 i 10 szt. dla poz. 4

Zestaw 10

1. Dotyczy: Zadanie 34 Dren do irygacji shavera

Proszę o podanie producenta oraz modelu shavera do którego Zamawiający oczekuje dostawy drenu irygacyjnego.

Odpowiedź: Shaver Osseo Duo SN: 20A0003

Zestaw 11

1. Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 35, pkt 1 i 2: Czy zamawiający dopuści matryce w rozmiarach 8x20 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 12

1. Dotyczy pakietu 1, poz. 19, 20, 21 i 31: Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 19, 20, 21 i 41 z pakietu 1 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Zestaw 13

1. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w pakiecie 22 bez pozycji nr 3?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Zestaw 14

1. zadanie nr 1 poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 2ml, 5ml, 10ml, 20ml bez rozszerzonej skali?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. zadanie nr 1 poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z logo producenta na cylindrze oraz typem strzykawki na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. zadanie nr 1 poz. 5, 6 Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp posiadające pojedynczą skalę pomiarową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. zadanie nr 1 poz. 10 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 100 ml z pojedynczą skalą pomiarową oraz pojedynczym łącznikiem luer? Jest to najbardziej standardowa i najpopularniejsza strzykawka cewnikowa
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
5. zadanie nr 1 poz. 22-26 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zaofertowane igły posiadały przezroczysty uchwyt lock z pryzmatem ułatwiającym identyfikację płynu mózgowo-rdzeniowego? Takie właśnie rozwiązanie posiadają igły typu Spinocan.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
6. zadanie nr 1 poz. 27 Czy Zamawiający dopuści przyrządy do aspiracji z butelek z filtrem przeciwbakteryjnym 0,45µm?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.
7. zadanie nr 1 poz. 27 Czy Zamawiający dopuści przyrządy do aspiracji z butelek z filtrem przeciwbakteryjnym 0,45µm?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.
8. zadanie nr 1 poz. 27 Czy Zamawiający dopuści przyrządy do aspiracji z butelek z filtrem przeciwbakteryjnym 1,2µm?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.
9. zadanie nr 1 poz. 27 Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy do aspiracji z butelek posiadał zastawkę antyzwrotną zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
10. zadanie nr 1 poz. 29 Czy Zamawiający dopuści spike, producenta B.Braun, z filtrem powietrza 0,45 µm oraz filtrem płynowym 5 µm . Posiada zawór bezigłowy oznaczony w kodzie kolorów na niebiesko. Duża powierzchnia ,przylegająca do opakowania z lekiem i minimalizująca przesuwania się kolca spika w korku. Ilość aktywacji 400
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.
11. zadanie 1 poz. 30 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igieł należących do innej klasy np. IIa. W razie odmowy prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób rodzaj klasy wpływa na użytkowanie igły?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
12. zadanie 1 poz. 31 Czy Zamawiający wymaga nakłuwaczy w kształcie litery T? Taka budowa umożliwia lepszy chwyt i pewniejsze użytkowanie nakłuwacza.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
13. dotyczy SWZ 1. W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaofertowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby dostarczany asortyment był przechowywany oraz transportowany w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami.

14. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby dostarczany asortyment był przechowywany oraz transportowany w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami.

15. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby dostarczany asortyment był przechowywany oraz transportowany w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami.

16. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby dostarczany asortyment był przechowywany oraz transportowany w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Zestaw 15

1. Zadanie 1 pozycja 1-4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z zabezpieczeniem w postaci kryzy ograniczającej- zabezpieczającej przed wypadnięciem tłoka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Zadanie 1 pozycja 1-4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z przedłużoną skalą uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

3. Zadanie 1 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki w opakowaniu a'50 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Zadanie 1 pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp końcówka luer z jednostronna skalą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5. Zadanie 1 pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp końcówka luer-lock z jednostronna skalą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6. Zadanie 1 pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp z jednostronna skalą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

7. Zadanie 1 pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki z dopakowaną igłą 0,45 x 13 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

8. Zadanie 1 pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z jednostronna skalą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

9. Zadanie 1 pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki za opakowanie a'25 szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

10. Zadanie 1 pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści igłę do pena w rozmiarze 0,33x12mm, G29?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

11. Zadanie 1 pozycja 22-26 Czy Zamawiający dopuści igłę typu Quinke?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

12. Zadanie 1 pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 18G 1,2x90?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

13. Zadanie 1 pozycja 25 Czy Zamawiający dopuści igłę z prowadnicą w rozmiarze 25G 0,5x90?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

14. Zadanie 1 pozycja 26 Czy Zamawiający dopuści igłę z prowadnicą w rozmiarze 27G 0,4x90?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

15. Zadanie 1 pozycja 29 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do rozpuszczania i/lub pobierania leków z opakowań wielodawkowych z szczelną zatyczką samozatraskową z filtrem powietrza oraz filtrem płynu, maksymalny czas użytkowania w jednej fiolece do 24h, przeznaczony do cytostatyków ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

16. Zadanie 1 pozycja 29 Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o długości do zatyczki ok 2,4cm, czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji, odporny na cytostatyki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

17. Zadanie 1 pozycja 31 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz w rozmiarze 23G o głębokości nakłucia 1,8mm lub 21G o głębokości nakłucia 2,4mm, sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

18. Zadanie 19 Czy Zamawiający dopuści воск kostny o składzie: 80% mieszanina wosków pszczelich i 20% palmitynianu izopropylowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 16

1. Zadanie nr 19 POZ.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Chirurgiczny воск kostny, niewchłaniający, w postaci stałych prostokątnych kawałków o gramaturze 2,5 g, zawierający: 72,63% biały воск pszczeli, 14,87% воск parafinowy, 12,5% palmitynian izopropylu. Produkt sterylizowany.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Zadanie nr 20 POZ.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Masa plastyczna na bazie akrylu do uzupełniania ubytków kości czaszki. Opakowanie zawiera proszek 20gram + rozpuszczalnik

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Zestaw 17

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego rodzaju mankiety chce zamówić: stopa, łydka czy łydka i udo?

Odpowiedź: Łydka, udo

Zestaw 18

1. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przysyłanie w formie elektronicznej faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt. Zamawiający nie wyraża zgody na przysyłanie w formie elektronicznej not obciążeniowych i not korygujących

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1) w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust.1, w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki licząc od wartości brutto zamówionych a niedostarczonych asortymentów lub od wartości dostarczonej wadliwej partii towarów, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionych a niedostarczonych asortymentów lub od wartości dostarczonej wadliwej partii towarów;

2) w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w § 3 ust. 7 w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki licząc od wartości brutto reklamowanych asortymentów, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanych asortymentów;

3) w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostarczenia towarów wolnych od wad, o którym mowa w § 3 ust. 6, w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki od wartości asortymentu reklamowanego, licząc wartość od kwoty brutto, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanych asortymentów;

4) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi, od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings