



Gdańsk, dnia 7 czerwca 2024 r.

D10.251.4.G.2024

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (CZĘŚĆ NR 8) I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (CZĘŚĆ NR 39)

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Po ponownym badaniu i ocenie ofert, Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w wyniku ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w części nr 8, odrzuceniu oferty w części nr 8 i 39 oraz unieważnił postępowanie w części nr 39, zgodnie z poniższym wykazem:

CZĘŚĆ NR 8:

Oferta nr 68 firmy: J. Chodacki, A. Misztal "MEDICA" Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin, - za kwotę brutto: 116 100,00 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert – 100 pkt (cena 98,00 pkt, termin dostawy 2 pkt),

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przy kryterium oceny ofert : cena – 98%, termin dostawy - 2% - łączna punktacja pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Oferta nr 39 firmy: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, przyznano łącznie punktów: 29,19 (cena 27,19 pkt, termin dostawy 2 pkt), cena oferty brutto: 418 500,00 PLN.

Wybrana oferta w ww. części uzyskała największą ilość punktów w ramach kryteriów określonych w SWZ.

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu odrzucono następujące oferty:

- w części nr 8 ofertę nr 70 Wykonawcy: Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 35, 02-546 Warszawa. Po dokładnych oględzinach próbek stwierdzono, że oferowany produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego w zakresie:

- brak hydrofobowej membrany hemostatycznej lub zastawki antyzwrotnej,
- brak samozamykającego się zaworu portu typu „klik”, w związku z powyższym, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5, Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
- w części nr 39 ofertę nr 8 Wykonawcy: Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel - Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szczepankowo 189, 61-313 Poznań. Po dokładnych oględzinach próbki stwierdzono, że w poz. 1 oferowany produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego w zakresie:

"Zintegrowany bezigłowy system do pobierania próbek moczu bez potrzeby otwierania układu" - brak jakiegokolwiek systemu do pobierania próbek,

"Zastawka antyzwrotna między komorą GZM i workiem zbiorczym" - brak zastawki antyzwrotnej, w związku z powyższym, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5, Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.



Unieważnienie postępowania w części nr 39

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie w ww. części, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na sfinansowanie zamówienia przeznaczono kwotę 117 740,00 PLN. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do kwoty ceny zaoferowanej.

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Z poważaniem

Sporządził Sekretarz komisji – Małgorzata Szyszka