

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – URZĄDZENIA I SPRZĘT MEDYCZNY

CZĘŚĆ II – Zadanie 2

PN 62/23

Pulsoksymetr dla dzieci i niemowląt ze stacją dokującą		
Producent	Podać	
Kraj	Podać	
Typ/model	Podać	

Lp.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Potwierdzenie parametrów
1.	Pulsoksymetr przenośny z zasilaniem akumulatorowym oraz alarmami i pamięcią mierzonych wartości.	TAK	
2.	Precyzyjny i szybki pomiar wartości pulsu [PR] oraz saturacji - wysycenia krwi tlenem [SpO2]. Wartość indeksu perfuzji [PI]. Obrazowanie krzywej pletyzmograficznej oraz wskaźnik słupkowy siły pulsu	TAK	
3.	Zakres SpO2: 35%-100%, rozdzielczość 1%, dokładność w przedziale 70-100% ±3%, dla wartości <70% niezdefiniowane. Zakres PR:30-240 uderzeń/minutę, rozdzielczość 1bpm, dokładność ±2bpm.	TAK	
4.	Czytelny, kolorowy, wielokierunkowy minimum 3.5" wyświetlacz LCD TFT lub lepszy. Menu w języku polskim.	TAK	
5.	Alarmy pulsu i saturacji. Detekcja podstawowych arytmii: częstoskurczu i wolnego rytmu pracy serca. Możliwość ustawienia dolnej granicy alarmu saturacji oraz dolnej i górnej granicy alarmu pulsu. Przycisk szybkiego wyciszenia dźwięku alarmu. Granice alarmowe widoczne na ekranie głównym.	TAK	
6.	Moduł Bluetooth pozwala na przesyłanie danych w czasie pomiaru do urządzenia z systemem Android.	TAK	
7.	Zasilanie akumulatorowe i sieciowe. Pulsoksymetr ze stacją dokującą / ładującą.	TAK	
8.	Możliwość ustawienia tonu pulsu oraz poziomu głośności alarmu.	TAK	
9.	Gwarancja minimum 24 miesiące.	TAK	
10.	Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pokrowiec, baterie/zasilacz dołączone do każdego urządzenia.	TAK	
11.	Oferowane pulsoksymetry muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach	TAK	

	medycznych.		
12.	Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2023.	TAK	
13.	Deklaracja zgodności i certyfikat CE na cały aparat zgodne z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) – dołączyć do oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.	TAK	