



Poznań, 27 września 2024 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Dominika Kmet

Nasz znak: AD-O.272.16.2024

Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

WYJAŚNIENIE treści SWZ

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii działając zgodnie z treścią art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet IV, załącznik nr 5 do SWZ

Pytanie nr 1: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pipet o następujących błędach pomiarowych: Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 µl nie większy niż 2,5%. Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 µl nie większy niż 1%. Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 200 µl nie większy niż 0,6%. Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 µl nie większy niż 0,7%. Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 µl nie większy niż 0,3%. Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 200 µl nie większy niż 0,2%.”

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII

lek. wet. Dominika Kmet

Sporządziła: D. Bartoszevska

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl