

Legionowo 23.08.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „dostawę dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem do ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o.” nr sprawy: ZP/1/2023.

Poniżej udzielamy odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące postępowania ofertowego.

AMBULANS B

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy Zamawiający w pkt. 1 Transporter noszy wymaga aby transporter posiadał możliwość:

Opcja pierwsza- Transportera wyposażonego w system z automatycznie składanymi goleniami przednimi i tylnymi, bez konieczności wciskania jakichkolwiek przycisków czy zwalniania dźwigni z podtrzymaniem ciężaru całego ciała pacjenta przez goleń tylną w trakcie załadunku pozwalający na bezpieczne wprowadzanie/wyprowadzanie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę?

Opcja druga- Transportera z automatycznie składanymi goleniami przednimi i manualnie składanymi goleniami tylnymi bez konieczności wciskania jakichkolwiek przycisków czy zwalniania dźwigni oraz funkcją podtrzymania całego ciężaru pacjenta przez goleń tylną pozwalający na bezpieczne wprowadzanie/wyprowadzanie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę?

Odpowiedź: Zamawiający dokładnie opisał wymagania w zakresie zestawu transportowego pacjenta i oczekuje spełnienia tych minimalnych parametrów.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera był zgodny w pełni z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789:2021, poświadczony odpowiednim dokumentami tj. certyfikatem zgodności wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej?

Odpowiedź: Zamawiający dokładnie opisał wymagania w zakresie zestawu transportowego pacjenta i oczekuje spełnienia tych minimalnych parametrów

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający oczekuje aby oferowane transportery posiadały podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym opadnięciem w dół po zwolnieniu dźwigni odblokowującej golenie? Pozwala to uniknąć sytuacji w której po wciśnięciu dźwigni przez osoby pomagające w transporcie lub samego użytkownika dojdzie do niekontrolowanego opadnięcia zestawu z pacjentem na ziemię?

Odpowiedź: Zamawiający dokładnie opisał wymagania w zakresie zestawu transportowego pacjenta i oczekuje spełnienia tych minimalnych parametrów.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający dla zestawu transportowego oczekuje dokumentów potwierdzających zgodność z aktualnie zharmonizowanymi normami w dniu składania ofert a nie w dniu dostawy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności aparatu do mierzenia ciśnienia o poniższych parametrach.

Duża tarcza zegara (16 x 16 cm łącznie z ramką), wyraźnie oznaczona skala i jaskrawo pomarańczowa wskazówka dla łatwiejszego odczytu. • Precyzyjny beztrzęciowy mechanizm zegarowy • Zakres pomiarowy 0 – 300 mmHg. • Laserowo grawerowana tarcza zegara gwarantuje precyzyjny pomiar. 2 • Dożywotnia kalibracja zegara. Nie zawiera latexu. • Mocna i trwała obudowa oraz ramka tarczy, chroniąca osłonę zegara. • Wyposażony w dużą, wydajną gruszkę z niezwykle trwałym zaworem spustowym Tycos, umożliwiającym płynną i precyzyjną regulację spustu powietrza z mankietu. • Długi przewód spiralny (240 cm) umożliwia pomiar z dalszej odległości. • Manometr obrotowy, łatwy odczyt wyników pod różnym kątem. • Nowy stojak gwarantujący lepszą stabilność oraz zwrotność urządzenia. • Współpraca z systemem mankietów FlexiPort. • Mankiet z powłoką antybakteryjną, niezawierający lateksu, przewód mankietu obrotowy o 360°, możliwość zanurzenia w wodzie, środkach dezynfekcyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki ciśnieniomierz.

Pytanie nr 6

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności ssaka z płynną regulacją podciśnienia w zakresie od 3 do 80 kPa. Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki ssak.

Pytanie nr 7

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności unieruchomienia pediatrycznego pozwalającego na unieruchomienie dzieci w wieku 2 – 10 lat. Posiada wbudowane unieruchomienie głowy, system różnokolorowych, ruchomych pasów zabezpieczających, 4 uchwyty do przenoszenia i 2 pętle do mocowania na noszach kartkowych. Mocowanie uszkodzonego nie utrudniają dostępu do klatki piersiowej w celu monitorowania czy defibrylacji. Materiały, z których wykonana jest deska pediatryczna są wytrzymałe, łatwe w utrzymaniu czystości oraz przenikliwe dla promieni X. Pedi-Pac dostarczany jest w przenośnej torbie transportowej. PARAMETRY TECHNICZNE: • Długość: 122 cm • Szerokość: 23 cm • Grubość: 4 cm • Waga: 3 kg • Obciążenie: 41 kg

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wymaga aby nasze podbierające posiadały podwójny zamek zabezpieczający przed przypadkowym rozpięciem podczas przenoszenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego zamka.

Pytanie nr 9

Prosimy o dopuszczenie regulacji objętości oddechowej respiratora w zakresie 70-1500 ml. jako parametr równoważny, nie mający wpływu na funkcjonalność urządzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

Prosimy o dopuszczenie przepływu gazu w trybie automatycznym respiratora w zakresie 8-39 l/m. Jest to parametr równoważny, nie mający wpływu na funkcjonalność.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Ambulans transportowy typu B

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy Zamawiający w pkt. 1 Transporter noszy wymaga aby transporter posiadał możliwość:

Opcja pierwsza- Transportera wyposażonego w system z automatycznie składanymi goleniami przednimi i tylnymi, bez konieczności wciskania jakichkolwiek przycisków czy zwalniania dźwigni z podtrzymaniem ciężaru całego ciała pacjenta 3 przez goleń tylną w trakcie załadunku pozwalający na bezpieczne wprowadzanie/wyprowadzanie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę?

Opcja druga- Transportera z automatycznie składanymi goleniami przednimi i manualnie składanymi goleniami tylnymi bez konieczności wciskania jakichkolwiek przycisków czy zwalniania dźwigni oraz funkcją podtrzymania całego ciężaru pacjenta przez goleń tylną pozwalający na bezpieczne wprowadzanie/wyprowadzanie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę?

Odpowiedź: Zamawiający dokładnie opisał wymagania w zakresie zestawu transportowego pacjenta i oczekuje spełnienia tych minimalnych parametrów.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera był zgodny w pełni z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789:2021, poświadczony odpowiednim dokumentami tj. certyfikatem zgodności wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej?

Odpowiedź: Zamawiający dokładnie opisał wymagania w zakresie zestawu transportowego pacjenta i oczekuje spełnienia tych minimalnych parametrów.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający oczekuje aby oferowane transportery posiadały podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym opadnięciem w dół po zwolnieniu dźwigni odblokowującej golenie? Pozwala to uniknąć sytuacji w której po wciśnięciu dźwigni przez osoby pomagające w transporcie lub samego użytkownika dojdzie do niekontrolowanego opadnięcia zestawu z pacjentem na ziemię?

Odpowiedź: Zamawiający dokładnie opisał wymagania w zakresie zestawu transportowego pacjenta i oczekuje spełnienia tych minimalnych parametrów.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający dla zestawu transportowego oczekuje dokumentów potwierdzających zgodność z aktualnie zharmonizowanymi normami w dniu składania ofert a nie w dniu dostawy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.