



**Wojewódzki Szpital  
Specjalistyczny  
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22

---



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Wrocław, dnia 26.07.2023 r.

### **Uczestnicy postępowania**

**dotyczy: PN 47/23–dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz mleka modyfikowane wraz z osprzętem i dzierzawą mieszalnika do produkcji żywienia pozajelitowego**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający w Zadaniu 19 dopuści wycenę zaworu bezigłowego o przepływie 540ml/min., objętości 0,045ml oraz możliwości używania przez 7 dni lub 600 razy?

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie nr 2:**

1. Czy Zamawiający zezwala na wycenę produktów w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk niż podana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SWZ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.

#### **Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający zezwala, pod warunkiem poprawnego przeliczenia ilości.

#### **Pytanie nr 3:**

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk niż umieszczone w SWZ:

- podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy też
- ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku?

#### **Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający wymaga podania pełnych ilości opakowań- zaokrąglone w górę.

**Pytanie nr 4:**

**Dot. zad. 2 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści produkt pak. x10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości x12 opak.?

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 5**

**Dot. zad. 2 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści produkt pak. x5szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości x48 opak.?

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 6**

**Dot. zad. 2 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści produkt pak. x3szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości x10 opak.?

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 7**

**Dot. zad. 2 poz. 11.** Czy Zamawiający dopuści produkt pak. x10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości x38opak.?

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 8**

**Dot. zad. 57 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści produkt Strzykawka ENFit, Dash 3, 10 ml,j.u., 30 szt z przeliczeniem ilości x 2 opak.?

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 9**

**Dot. zad. 58 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści produkt Strzykawka enteral.,DASH 3,ENFit 60ml,niecetr,30szt,624823 z przeliczeniem ilości x1334opak.?

**Odpowiedź nr 9:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 10**

1) Czy oferowane strzykawki w pakiecie 17 mają posiadać jałową zawartość i mają być stosowane do pracy w środowisku aseptycznym- część zewnętrzna mikrobiologicznie czysta ( nie do stosowania w jałowym polu operacyjnym) ?

**Odpowiedź nr 10:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane strzykawki w pakiecie 17 były zgłoszone jako wyrób medyczny klasy III zawierający substancję leczniczą ? Oznacza to ,że fizjologiczny roztwór soli (podawany dożylnie) podlega ocenie przez właściwe organy odpowiedzialne dla leków, co pozwala dostarczać produkty bezpieczne i najwyższej jakości ?

**Odpowiedź nr 11:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający w pakiecie 17 oczekuje aby data ważności i seria LOT były nadrukowane bezpośrednio na cylindrze strzykawki w celu łatwej identyfikacji?

**Odpowiedź nr 12:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 13**

Prosimy o doprecyzowanie czy strzykawka w pakiecie 17 ma posiadać korek zabezpieczający nakręcany zamykający wejście do strzykawki luer lock o długości ok. 2cm w celu lepszego zabezpieczenia produktu ?

**Odpowiedź nr 13:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający oczekuje w pakiecie 17 strzykawek pakowanych w opakowanie foliowe z jałowym torem przepływu do wykonania procedur aseptycznych ?

**Odpowiedź nr 14:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 15**

Pakiet 42 6) Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 42 alternatywnej igły tępej do pobierania z ampulek szklanych 18G; 1,2 x 40 mm, z filtrem 5  $\mu$ , dla efektywnej filtracji drobin szkła, metalu , gumy czy innych zanieczyszczeń , z ostrzem ściętym pod kątem 40°, elektropolerowane w celu uzyskania gładkości, z przezroczystą poliwęglanową nasadką w kolorze purpurowym/fioletowym - wyraźnie widocznym, w celu łatwego rozróżnienia tępej igły do pobrania z filtrem . Nasadka nie krótsza niż 2,5 cm dla łatwego pobrania całości leku ze szklanej fiolki, jałowa - sterylizowana R. Opakowanie jednostkowe i zbiorcze oznaczone kolorem fioletowym?

**Odpowiedź nr 15:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 16**

Zad. 5 poz. 12: Czy Zamawiający dopuści produkt konfekcjonowany w workach Biofine po 6 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

**Odpowiedź nr 16:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 17**

Zad. 4.29 - Czy Zamawiający ma na myśli produkt o długości 13cm (zamiast 30cm)?

**Odpowiedź nr 17:**

Zamawiający dopuszcza produkt o długości 13 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 18**

Zad. 32 poz.1: Czy Zamawiający wymaga aby Paracetamol 50 ml mógł być stosowany u noworodków urodzonych o czasie, niemowląt, małych dzieci i dzieci o masie ciała do 33 kg zgodnie z treścią ChPL?

**Odpowiedź nr 18**

Pytanie nie dotyczy przetargu prowadzonego przez Zamawiającego

**Pytanie nr 19**

Dotyczy warunków umowy pkt. 11. 1. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych i ustali minimalną wartość zapłaty w kwocie 50,00 zł. Kara w wysokości 100,00 zł każdorazowo za niewykonanie obowiązku o którym mowa w pkt. 3.3. w przypadku dostaw o niskiej wartości jest nieproporcjonalnie wysoka.

**Odpowiedź nr 19**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.