



**SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)**

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, prowadzone przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu pod nazwą

**DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH W
KARDIOLOGII INWAZYJNEJ U DZIECI**

.....
Sprawdzono pod względem prawnym

.....
Zatwierdzam

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. **Nazwa oraz adres Zamawiającego:**
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamińskiego 73A, 51-124 Wrocław
2. **Adres do korespondencji:**
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
ul. H. Kamińskiego 73A, 51-124 Wrocław
nr telefonu: **71 32 70 491**,
71 32 70 591,
71 73 29 621,
Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 14:35.
3. **Adres poczty elektronicznej:** zp@wssk.wroc.pl
4. **Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw
5. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, na podstawie art. 132 ustawy Pzp.
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji warunków zamówienia:
 - 1) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp,
 - 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415),
 - 3) Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M. P. z 2021 poz. 1177),
 - 4) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974),
 - 5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 211),
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będą przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
5. Zamawiający nie przewiduje:
 - 1) możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7), 8),
 - 2) możliwości składania ofert wariantowych,
 - 3) prowadzenia aukcji elektronicznej,

- 4) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 261 ustawy Pzp.
 - 5) rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
- 6. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci do magazynu Apteki, zwanych dalej „produktami”.
2. Rodzaj oraz ilości sprzętu jednorazowego użytku określają formularze asortymentowo-cenowe stanowiące Załączniki 1.1-1.98 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje powierzenie Zamawiającemu w depozyt przedmiotu zamówienia określonego w **Pakiecie nr 2, 9-12, 20, 21, 23, 25, 28, 30-39, 41, 42, 54, 55, 60, 62-65, 67, 68, 70, 74-81, 83, 85, 91, 92, 96-98** oraz jego sprzedaż w ilościach niezbędnych do uzupełnienia depozytu na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej **Załącznik nr 2 do SWZ**.
4. Termin ważności oferowanych wyrobów medycznych nie może być krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostawy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją (ulotką) zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.
6. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia.
7. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
8. Zamawiający informuje, że ilekroć w szczegółowych opisach, przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w ww. elementach dokumentacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w niniejszej SWZ. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym **Załącznik nr 2 do SWZ**.
10. Klasyfikacja zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV):
Kod CPV: 33140000-3 – materiały medyczne,

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 98 części. Za część należy rozumieć „pakiet”. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia sukcesywnie przez 24 miesiące od daty podpisania umowy.

2. Dostawa towaru odbywać się będzie partiami sukcesywnie stosowanie do potrzeb Zamawiającego.

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w **Załączniku nr 2 do SWZ**.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:
 - 1) **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.**
 - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 - 2) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**
 - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 - 3) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn.**
 - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 - 4) **zdolności technicznej lub zawodowej tzn.**
 - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 UPZP – OBLIGATORYJNE PRZESŁANKI

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp tj.:
 - 1) Wykonawca będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054)
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);
- 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu [ustawy](#) z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
- 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu [ustawy](#) z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 7) w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 2. Wykluczenie Wykonawcy, zgodnie z art. 111 ustawy Pzp, nastąpi:
 - 1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2 ustawy Pzp, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
 - 2) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. h, na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie podstawy wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;
 - 3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
- 3. Na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp Zamawiający wyklucza:
 - 1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - 2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - 3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

4. Wykluczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie następować będzie na okres ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust 1 ustawy (Dz. U. 2022 poz 835), Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
5. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w ust. 3 powyżej na podstawie:
 - 1) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014,
 - 2) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmujących osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy (Dz. U. 2022 poz 835)
 - 3) Oświadczenia Wykonawcy
6. W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla dostaw 10 000 000 euro przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu nie występuje.
7. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

X. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 PKT. 4) UPZP – FAKULTATYWNE PRZESŁANKI

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4) Wykonawcę:
 - 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

XI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. **Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.**
2. **Na podstawie art. 139 ust. 2 Pzp Zamawiający nie wymaga aby Wykonawcy złożyli wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.**
3. **Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:**
 - 1) **oświadczenie Wykonawcy** na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp w formie JEDZ Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD) stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SWZ aktualnego na dzień składania ofert.
 - 2) **oświadczenie wykonawcy**, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej **grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
 - 3) **informacja z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

- 4) **odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
- 5) **oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy**, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
 - a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy ;
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
 - c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
 - d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.
- 6) **oświadczenie wykonawcy**, na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 7 ust. 9 ustawy Dz. U. 2022 poz. 835 – Załącznik nr 5 do SWZ.
4. Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp w formie **JEDZ Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD)** stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszej SWZ aktualnego na dzień składania ofert. sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
5. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można znaleźć pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>. Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: <https://espd.uzp.gov.pl/>. W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) stanowiący **Załącznik nr 3 do SWZ**, należy wypełnić, z zastrzeżeniem poniższych uwag:
 - 1) w Części II Sekcji D ESPD (*Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega*) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;
 - 2) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;
 - 3) Część V (*Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów*) należy pozostawić niewypełnioną.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 4, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
7. Zamawiający może na każdym etapie niniejszego postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów.

XII. OFERTA WSPÓLNA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

- 1) partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- 2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;
- 3) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

XIII. DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast:
 - 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Rozdziale XI ust. 3 pkt. 3) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, wystawioną nie wcześniej **niż 6 miesięcy** przed ich złożeniem;
 - 2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 pkt. 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawiony nie wcześniej **niż 3 miesiące** przed ich złożeniem.
2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
3. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

XIV. PODWYKONAWSTWO

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

XV. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

- Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:**
 - opisy, fotografie oraz inne podobne materiały dotyczące przedmiotu zamówienia, potwierdzających spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w języku polskim lub tłumaczonych na język polski.
 - Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia – zgodnie z **załącznikiem nr 4** do SWZ.
- Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
- Postanowień ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

XVI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

- Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Monika Wojciechowska.
- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://www.platformazakupowa.pl) pod adresem https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw.
- W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
- Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
- Zamawiający dopuszcza, jedynie w przypadku wystąpienia problemów technicznych z funkcjonowaniem platformazakupowa.pl, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zp@wssk.wroc.pl.
- We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się numerem postępowania określonym w SWZ.
- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania odpowiedzi ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania odpowiedzi ofert.
- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku określonym wyżej w pkt. 7, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw do konkretnego wykonawcy.

10. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
11. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
 - 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
 - 4) włączona obsługa JavaScript,
 - 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - 6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
 - 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
12. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 - 1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosek dostępnej [pod linkiem](#).
13. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl**, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
14. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKACJI SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 65 UST. 1, ART. 66 i ART. 69

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni, od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 28.03.2023 r.**
2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
5. W przypadku gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, jego oferta będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12) ustawy Pzp.
6. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 4, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
7. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

XIX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. **Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem.** W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta powinna być:
 - 1) sporządzona na podstawie załączników do niniejszej SWZ w języku polskim,
 - 2) złożona za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
 - 3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
4. **Oferta powinna zawierać:**
 - 1) **wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ wraz z wypełnionymi formularzami asortymentowo – cenowymi,**
 - 2) **pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;**
 - 3) **pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;**
 - 4) **opisy, fotografie oraz inne podobne materiały dotyczące przedmiotu zamówienia, potwierdzających spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w języku polskim lub tłumaczonych na język polski,**
 - 5) **oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.**
5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta, t.j. w formie elektronicznej. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upoważnionego.

6. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
7. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
10. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu.
11. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
12. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
14. **Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.**
15. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf.**
16. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
 - a) .zip
 - b) .7Z
17. Wśród rozszerzeń powszechnych a **niewystępujących** w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
18. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi **maksymalnie 10MB**, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi **maksymalnie 5MB**.
19. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
 - Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, **przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.**
 - Pliki w innych formatach niż PDF **zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym.** Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
 - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
20. Zamawiający zaleca aby w **przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.** Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
21. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

22. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
23. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
24. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
25. Zamawiający zaleca aby **nie** wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium przez Wykonawców.

XXI. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw do **dnia 29.12.2022 r. do godz. 09:15**.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty, zgodnie z zapisem Rozdziału XIX ust. 4.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

XXII. OTWARCIE OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.12.2022 r., o godzinie 09:30**.
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.- informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw w sekcji „Komunikaty”.

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
7. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
8. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
9. Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.
10. Za wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się udowodnienie spełnienia łącznie następujących warunków:
 - 1) informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności,
 - 2) informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - 3) podjęto, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona.
11. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do Instrukcji dla Wykonawców znajdującej się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
12. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy (np. art. 222 ust. 5 ustawy) lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie do wyjaśnienia zaoferowanej przez niego ceny w trybie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, a złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa pod warunkiem, że Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SWZ, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale XVI niniejszej SWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XXIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca podaje cenę oferty w Formularzach asortymentowo-cenowych, stanowiących załączniki nr 1.1-1.98 do Formularza Ofertowego, sporządzonym według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 1** do SWZ, jako cenę brutto z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).

UWAGA: Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

2. Sposób wyliczenia ceny:

2.1 Wartość netto pozycji w danym pakiecie należy liczyć w następujący sposób:

$$\text{cena jednostkowa netto} \times \text{ilość} = \text{wartość netto}$$

2.2 Wartość brutto pozycji w danym pakiecie należy liczyć w sposób następujący:

$$\text{cena jednostkowa netto} \times \text{ilość} = \text{wartość netto} + \text{podatek VAT} = \text{wartość brutto}$$

2.3 Cenę jednostkową brutto należy liczyć w sposób następujący:

$$\text{wartość brutto} \div \text{ilość}$$

2.4 Wartością netto przedmiotu zamówienia będzie suma poszczególnych wartości netto pozycji asortymentowych w pakiecie.

2.5 Wartością brutto przedmiotu zamówienia będzie suma poszczególnych wartości brutto pozycji asortymentowych w pakiecie.

3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie.

5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

6. Podana cena oferty netto, zamieszczona w Formularzu asortymentowo - cenowym będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia z zastrzeżeniem §12 ust.1 pkt 2-4

7. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek:

- 1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
- 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
- 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

XXIV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAGI TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnieniu wymagań niniejszej SWZ, Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona oceny merytorycznej ofert.

2. Zamawiający przyjął 100% ceny jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium cena zostanie wyliczone według poniższego wzoru dla danego pakietu:

$$\text{Cena} = \frac{\text{Najniższa oferowana cena}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100 \% \times 100$$

3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
5. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

XXV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 uPzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający zgodnie z art. 264 ust. 2 pkt. 1) lit. a uPzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy, która stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej) przedstawiają Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
7. W terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

XXVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.
2. Odwołanie przysługuje na:

- 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
- 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” uPzp.

XXVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXVIII. POUCZENIE O KLAUZULI INFORMACYJNEJ Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający przestrzegając przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz wypełniając obowiązki wynikające z regulacji zawartych w art. 13 i z uwagi na zapis art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej: „RODO” - niniejszym informuje, iż w treści Formularza ofertowego, znajduje się oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i/lub 14 RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający, wypełniając ciążący na nim obowiązek informacyjny zawarty w art. 13 RODO (a na podstawie art. 13 i/lub 14 RODO – Wykonawcy względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2) poniżej oraz Podwykonawcy/Podmiot trzeci, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej) podaje w pkt 3 poniżej treść „Klauzuli informacyjnej w zakresie danych osobowych.
3. KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje Wykonawców, o tym że na podstawie art. 13 i/lub 14 RODO - Wykonawcy odpowiednio, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2) poniżej oraz Podwykonawcy/Podmiot trzeci odpowiednio, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej:
 - 1) **administratorem** Pani/Pana danych osobowych jest **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław;**
 - 2) **inspektorem ochrony danych osobowych** w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu jest **Krzysztof Glubiak kontakt: iodo@wssk.wroc.pl tel. 661 924 273** (informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.);
 - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **Szp/ZP-360/2022** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o **art. 18 oraz art. 74** ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”;
 - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z **art. 78 ust. 1** ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do **art. 22 RODO**;
 - 8) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie **art. 15 RODO** prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie **art. 16 RODO** prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*);
 - c) na podstawie **art. 18 RODO** prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w **art. 18 ust. 2 RODO** (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
 - d) prawo do wniesienia skargi do **Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych**, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy **RODO**;
 - 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z **art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO** prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) **na podstawie art. 21 RODO** prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest **art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.
4. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO - jest w szczególności:
- 1) Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
 - a) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
 - b) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
 - c) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 - d) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
 - e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 2) Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
 - a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
 - b) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
 - c) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
 - d) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 - e) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

- 3) **Podwykonawca/podmiot trzeci** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

Integralną część niniejszej SWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy wraz z formularzami asortymentowo – cenowymi

Załącznik nr 2 – projekt umowy i zał. 2A wzór faktury elektronicznej

Załącznik nr 3 – Jednolity europejski dokument zamówienia

Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia

załącznik nr 5 - oświadczenie sanckje

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. Kamieńskiego 73a
51-124 Wrocław**

I. DANE WYKONAWCY

Nazwa i siedziba Wykonawcy*) ul. kod miejsowość..... województwo
Czy Wykonawca jest*:	Mikroprzedsiębiorstwem <input type="checkbox"/> Małym przedsiębiorstwem <input type="checkbox"/> Średnim przedsiębiorstwem <input type="checkbox"/> Dużym przedsiębiorstwem <input type="checkbox"/> <i>*Wykonawca zobowiązany jest to podania swojego statusu – informacja obowiązkowa do Prezesa UZP</i>
<i>*) w przypadku konsorcjum wpisać nazwę i siedzibę partnera oraz wpisać lidera</i> ul: kod: miejsowość:.....
Forma prowadzonej działalności/ nr KRS- jeżeli dotyczy	
<i>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)</i>	
NIP/REGON/.....
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby)	ul: kod: miejsowość:.....
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym
Dane teleadresowe na które należy przekazywać	e- mail:

korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem	tel.:
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	
<p>Składam ofertę na zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:</p> <p style="text-align: center;">DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH W KARDIOLOGII INWAZYJNEJ U DZIECI</p> <p style="text-align: center;">dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu</p>	
III. CENA	
Cena oferty zgodnie z formularzem cenowym wynosi :	
<p>*) Pakiet nr ...</p> <p>Cena brutto</p>	<p>..... zł</p>
<p>*) wpisać nr pakietu, w przypadku przystąpienia do większej ilości pakietów należy powielić ramkę</p> <p>Wynagrodzenie należne z tytułu niniejszego postępowania należy przelać na rachunek bankowy o następującym numerze [.....] prowadzone przez bank [.....]</p>	
IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:	
<p>Oświadczam, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SWZ oraz projekcie umowy; w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i dostawy przedmiotu zamówienia; uważam się za związanego, niniejszą ofertą na okres wskazany w SWZ; oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych i należy do: pakiet nr klasa....., pakiet nr klasa....., na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty i dostarczę je do wglądu na każde żądanie Zamawiającego, wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych. wybór mojej oferty będzie/nie będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa należy wskazać nazwę rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, wskazując jego wartość bez kwoty podatku. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO” - wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i w oparciu o dane informacyjne zawarte w Rozdziale XXVIII SIWZ. 	
V. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA	
<p>W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do:</p> <ol style="list-style-type: none"> zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w ofercie; wyznaczenia osoby do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu 	

zamówienia: e-mail: tel./fax:

4. *) wyznaczenia osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnej za powierzony w depozyt przedmiot zamówienia: e-mail: tel.;

*) dotyczy Pakietu nr 2, 9-12, 20, 21, 23, 25, 28, 30-39, 41, 42, 54, 55, 60, 62-65, 67, 68, 70, 74-81, 83, 85, 91, 92, 96-98

VI. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać **samodzielnie/wykonać przy udziale podwykonawców***.

**) Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- 1)w zakresie
- 2)w zakresie

*) **wybrać odpowiednio**

) **wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców

VII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zastrzegam, że informacje:

.....
(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

....., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ:

UZASADNIENIE

Uwaga:

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „**tajemnica przedsiębiorstwa**” i złożone w odrębnym pliku/katalogu.

VIII. SPIS TREŚCI

Integralną część oferty stanowią:

- 1)
- 2)

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach

Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu w.w. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

(Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.1
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 1 - Koszulki

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rozmiar 4 F do 6 F (co 1) Długość od 5,5 cm do 13 cm Prowadnik nitinolowy 0,018 Silikonowa zastawka (budowa heliksalna) z możliwością zdjęcia Rozszerzacz o temperowanej końcówce Duża odporność na załamania Koszulka z elastycznego polimeru z hemostatyczną zastawką		szt.	150							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 2 - Koszulki typu Mullins**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Średnice 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F , 12F , 13F , 14F ,16F Długość 63 cm , 75 cm , 85 cm Zbudowany z polimeru FEP odpornego na załamania lub teflonowe Atraumatyczne precyzyjnie temperowane koszulki do rozszerzacza Znacznik na końcu koszulki dobrze widoczny w promieniach RTG Szczelna zastawka hemostatyczna zaopatrzona w system zatrząskowy współpracujący z rozszerzaczem oraz kranik boczny z możliwością płukania i podawania kontrastu		szt.	40							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 3 - Prowadniki hydrofilne

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Średnice 0,018", 0,020", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038" oraz długości: 50, 80, 120, 150, 180, 220, 260 oraz 300 cm z trwałą powłoką hydrofilną na całej długości prowadnika, Dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) ^[11] _[12] 1 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm, Końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia, Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej. W poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe. Atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu. Dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej. Dostępne w opcji z kształtowaną końcówką.		szt.	300							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 4 - Prowadniki extra i ultra sztywne typu Amplatz

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<p>Prowadniki o długości 145 cm, 180 cm, 260 cm o średnicy 0,035".</p> <p>Dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) 1 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm."</p> <p>Prowadniki o sztywnym stalowym rdzeniu, pokryte splotem z PTFE, dostępne przynajmniej w trzech rodzajach sztywności (Stiff, Extra-Stiff, Ultra-Stiff)</p> <p>Prowadniki ze stalowym rdzeniem, który w końcowej części tworzy stożek na długości w dostępnym zakresie od 7 cm do 13,5 cm</p> <p>Atraumatyczne końcówki o kształcie prostym oraz zagiętym (J)</p> <p>Wiotki, atraumatyczny koniec prowadnika o długości 1 cm i 3 cm dla prowadników typu Extra-Stiff i Ultra-Stiff</p>		szt.	200							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 5 - Prowadniki sztywne typu Amplatz**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Atraumatyczny dystalny miękki koniec Długość 260 cm, 300 cm Średnice 0,035" Kształt końcówki prosty albo J		szt.	100							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 6 - Cewniki diagnostyczne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cewnik Pig Tail prosty, kątowy, NIH, wieloczynnościowy z jednym otworem, wieloczynnościowy z kilkoma otworami, wieńcowe prawe lewe typu Judkins i Amplatz oraz mamaria interna wymagane średnice 4 F, 5 F, 6 F Gładka powierzchnia zapobiegająca powstawaniu skrzepów, wytrzymałość na wysokie ciśnienia do 1000psi		szt.	800							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 7 - Cewniki diagnostyczne typu Berman**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cewnik Bermana do angiografii z otworami znajdującymi się proksymalnie do balonu rozmiar: 4F; 5F; 6F; 7F. Cewnik Berman do angiografii okluzyjnej z otworami znajdującymi się dystalnie do balonu, rozmiar: 4F, 5F Na końcu dystalnym cewnika znajduje się balon		szt.	60							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 8 - Cewniki diagnostyczne typu Wedge**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cewnik z pojedynczym kanałem pomiaru ciśnienia, rozmiar: 4F; 5F; 6F; 7F; 8F. Długość: 60 -110 cm; Cewnik z podwójnym kanałem pomiaru ciśnienia, rozmiar: 4F/110cm Na końcu dystalnym cewnika znajduje się balon max 6-7-9-10mm		szt.	80							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 9 - Cewniki niskoprofilowe do noworodkowych i niemowlęcych angio- i walwuoplastyk balonowych**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Średnice balonów (rozmiar koszulki): 5mm(4F), 6mm(4F), 7mm(4F), 8mm(4F), 9mm(4F), 10mm(4F), 11mm (5F), 12mm (5F) Obecność "radiopaque marker " ułatwiające rozpoznanie pozycji balonu		szt.	150							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 10 - Cewniki do dziecięcych angio - i walwuoplastyk balonowych**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Średnice balonów (rozmiar koszulki): 12mm(6F), 13mm(6F), 14mm (7F), 15mm(7F), 16mm(7F), 17mm(7F), 18mm(8F), 20mm(8F), 22mm(8F), 23mm(9F), 25mm(9F), 30mm(10F). Obecność "radiopaque marker " ułatwiające rozpoznanie pozycji balonu		szt.	60							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 11 - Cewniki do plastyk balonowych o wysokich ciśnieniach**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Długość balonu 40, 60 mm Długość cewnika balonowego 80, 110 cm Średnica kanału wewnętrzznego 0,035 profil 7F Średnica balonu: 14,15, 16, 18, 20, 22, 25 Maksymalne ciśnienie rozprężania (RBP): 6 atm dla cewników o średnicy do 20mm i 5 atm dla cewników o większej średnicy Koszulka wprowadzająca do 12F		szt.	50							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 12 - Cewniki do plastik balonowych o wysokich ciśnieniach**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Długość balonu 20 , 40, 60 mm Długość cewnika balonowego 80 , 135 cm Średnica kanału wewnętrzznego 0,035 profil Średnica balonu : 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm Ciśnienie nominalne: 10 atm (dla średnicy balonu 3-5mm), 8 atm (dla średnicy balonu 6mm), 7 atm (dla średnicy balonu 7-12mm). Kompatybilne z koszulką 5F, 6F, 7F Dwa platynowe markery na balonie.		szt.	60							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 13 - Cewniki balonowe do septostomii u noworodków

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cewniki do septostomii z otworem na przewodnik na dystalnym końcu. Introduktor 6F. Długość cewnika 50cm		szt.	30							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 14 - Cewniki do usuwania ciał obcych typu lasso z i bez przewodnika wewnętrznego**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pętla z cewnikiem wprowadzającym, średnica pętli 5, 10, 15, 20 mm (kompatybilne z koszulką 4F), 25, 30, 35 mm (kompatybilne z koszulką 5F).		szt.	30							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 15 - Spirale do embolizacji PDA

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Spirale odczepiane mechanicznie , pokryte na całej długości włóknami syntetycznymi , zwiększającymi powierzchnie wykrzepiania Średnice spirali 3 mm, 5 mm, 6,5 mm 1. Wymagana ilość pętli od 3 do 5 Spirale bezpieczne w MR do maksymalnej wartości pola 1,5 Tesla System do kontrolowanego odczepiania Oplot spirali zabezpieczony przed zerwaniem		szt.	50							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 16 - Zestaw dostarczający dla spirali PDA**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Mechaniczny stalowy system uwalniający do spirali PDA, pokryty powłoką TFE na przewodniku długości 80 - 110 cm. Zestaw wprowadzający typu Van Andel 5F długości 7 cm z przewodnikiem 0,018" Cewnik prowadzący zbrojony 5F typu MPA długości od 65 do 80 cm z minimalnym wymaganym światłem wewnętrznym 0,041"		szt.	50							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 17 - Igiły anestezyjologiczne Seldingera

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Igiły anestezyjologiczne Seldingera - rozmiary: 18G, 21G		szt.	200							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 18 - Prowadnikami ze sterowanymi końcówkami

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Średnice prowadników 0,014 - 0,035 cala możliwość sterowania końcówką prowadnika		szt.	60							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 19 - Elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji. Rozmiar 4F, 5F i 6F Końcówka cewnika prosta lub J		szt.	40							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 20 - Stenty platynowe aortalne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Segmentowa budowa i konstrukcja dużych oczek Długość stentu 16, 22, 28, 34, 39, 45 mm Możliwość rozprężenia stentu do średnice od 12 mm do 24 mm System wprowadzający przystosowany do przewodnika 0,035" i 0,038" Konfiguracja typu splotu 6,8,10 powtarzalnych elementów Miękką budowa pozwalająca na optymalne dostosowanie do ścian naczynia		szt.	30							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 21 - Stenty platynowe aortalne powlekane**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Stent pokryty PTFE do montowania na balonie Segmentowa budowa i konstrukcja dużych oczek Długość stentu 16, 22, 28, 34, 39, 45 mm Możliwość rozprężenia stentu do średnice od 12 mm do 24 mm System wprowadzający przystosowany do przewodnika 0,035" i 0,038" Konfiguracja typu splotu 6,8,10 powtarzalnych elementów Miękka budowa pozwalająca na optymalne dostosowanie do ścian naczynia		szt.	10							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 22 - Cewniki diagnostyczne noworodkowe**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cewnik typu pig tail prosty, pig tail kątowy, NIH wieloczynnościowy z jednym otworem, wieloczynnościowy z kilkoma otworami, wieńcowe bardzo delikatna giętka końcówka , bezpieczna dla serca noworodka 1. Wymagane średnice każdego z nich 4F, a dla Piga i MP również 3F Długość - nie dłuższe niż 65 cm Gładka powierzchnia zapobiegająca powstawaniu skrępow wytrzymałość na wysokie ciśnienia do 600 psi		szt.	150							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 23 - Stenty zamontowane na balonie

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ciśnienie nominalne cewnika balonowego 8 atm Niskie skracanie stentu przy implantacji Średnica stentów 4, 5, 6, 7, 8 mm i długości 12, 15, 18, 24, 29, 39 mm Średnica stentów 9, 10 mm i długości 19, 25, 29, 39 mm CSI 6,7 F Wykonanie stentu z jednolitego fragmentu metalu Dobra widoczność w RTG Długość zestawu wprowadzającego 80 , 135 cm Cewnik balonowy pokryty silikonem w kanale centralnym i na zewnątrz Odporność na zgniatanie Ciśnienie RBP 10 atm		szt.	20							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 24 - Prowadniki hydrofilne standardowe i sztywne

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Prowadniki o rdzeniu nitinolowym pokryty warstwą hydrofilną umożliwiającą maksymalną manewrowość, sterowalność i sondowanie trudnych naczyń Długość 80cm, 150 cm, 180 cm, 260 cm Średnice: 0,035", 0,038" Dostępność końcówek: J Elastyczna końcówka o długości 3 cm		szt.	50							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 25 - Balony tnące**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Balon tnący: Średnica balonu: 5mm, 6mm, 7mm i 8 mm Długość balonu: 20 mm Maksymalny rozmiar introduktora 7F 4 arterotomy, system OTW (over the wire) kompatybilny z przewodnikiem 0,018"		szt.	30							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 26 - Koszulki**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rozmiar 6 F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F, 14F; długość od 11 cm Światło wewnętrzne na przewodnik nie mniejszy niż 0,035" Duża odporność na załamania		szt.	300							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 27 - Cewniki diagnostyczne do podawania kontrastu i pomiaru ciśnień prowadzone z przelotką prowadzone po zewnętrznym przewodniku**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cewnik do podawania kontrastu i pomiarów ciśnień prowadzony boczną przelotką po przewodniku - typu Multitrac Wymagane średnice 5 F , 6 F, 7F Gładka powierzchnia zapobiegająca powstawaniu skrzepów Wytrzymałość na wysokie ciśnienia do 800 psi			szt.	20						

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 28 - Cewniki do implantacji stentów typu balon w balonie o wysokich ciśnieniach

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Długość balonu: 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6.0 cm (w zależności od średnicy balonu) Długość cewnika balonowego 110 cm Średnica kanału wewnętrznego 0,035" profil 7F Średnica balonu zewnętrznego: 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm Średnica balonu wewnętrznego stanowi 1/2 średnicy balonu zewnętrznego Maksymalne ciśnienie rozprężania (RBP): 2-7 atm			szt.	30						

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 29 - Cewniki do plastik balonowych o wysokich ciśnieniach

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Długość balonu: 30mm , 40 mm Długość cewnika balonowego 100 cm Średnica kanału wewnętrzznego 0,035 Średnica balonu: od 12 mm do 25 mm Ciśnienie rozprężania: od 9 atm do 14 atm Koszulki do wprowadzania od 7F do 9F Balon z 5 cieniodajnymi znacznikami		szt.	10							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 30 - Stenty zamontowane na balonie

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Średnica sentów: 4mm (długość 12, 16, 20, 24, 30, 40, 60 mm), 5mm (długość 12, 16, 20, 24, 30, 40, 60 mm), 6mm (długość 12, 16, 20, 24, 30, 40, 60 mm), 7mm (długość 12, 16, 20, 24, 30, 40, 60 mm), 8mm (długość 12, 16, 20, 24, 30, 40, 60 mm), 9mm (długość 20, 30, 40, 60 mm), 10mm (długość 20, 30, 40, 60 mm). Brak skracania się stentu przy implantacji Ciśnienie nominalne cewnika balonowego 8 atm oraz RBP minimum 10 atm Rozmiar koszulki wprowadzającej do 5F dla stentów o rozmiarach do 4mm, rozmiar koszulki wprowadzającej do 6F dla setntów o rozmiarach do 8mm, rozmiar koszulki wprowadzającej do 7F dla setntów o rozmiarach do 10mm. Długość zestawu wprowadzającego: 80cm, 135cm. Stenty stalowe, wykonane w technologii "otwartych komórek" ("open cell"), stenty wprowadzane na przewodniku 0.035" (over the wire)		szt.	20							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 31 - Długa koszulka wprowadzająca

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Średnica 5, 6, 7, 8Fr, długość 45, 65, 90 cm, kompatybilny z przewodnikiem 0.038" Dystalne pokrycie hydrofilne: 5cm dla koszulki 45cm, 35cm dla koszulki 65cm, 15 cm dla koszulki 90 cm Koszulka zbrojona opłotem stalowym z dużą odpornością na zgięcia i załamania, brak owalizacji światła na zgięciu Cała koszulka dobrze widoczna pod skopią, na końcu dodatkowy złoty marker		szt.	50							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 32 - Implant do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych z zestawem wprowadzającym

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zestaw w kształcie dwóch dysków połączonych talią z siatki nitinolowej z samocentralizacją implantu w ubytku "Zakres części środkowej okludera od 4 do 38 mm, umożliwiające zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych ubytków. Przy czym w zakresie średnic od 4 do 20 mm wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 1 mm (np. 15mm, 16mm, 17mm itd.), a w zakresie średnic od 22 do 38 mm, okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co najwyżej o 2 mm" Maksymalny rozmiar zestawu wprowadzającego dla okluderów o średnicy do 10mm: 6F, dla okluderów o średnicy do 17mm: 7F, dla okluderów o średnicy do 24mm: 9F, dla okluderów o średnicy do 38mm: 12 F		szt.	150							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 33 - Stentgraft nitinolowy kryty obwodowy samorozprężalny

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony), niepokryty na końcach ok. 2 mm dostępne średnice: 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm; 13.5mm długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm: 20,30,40,60,80,100,120 mm długość stentgraftu w średnicach od 9-13,5 mm: 30,40,60,80,100,120 mm długość systemu wprowadzającego: 80cm i 117cm, System wprowadzający kompatybilny z przewodnikiem 0,035" na zakończeniach markery tantalowe, poprawiające widoczność w rtg. wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana carbonem (zapobiegająca wczesnej trombogenezie) zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr, 10Fr		szt.	5							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 34 - Implanty do zamykania przetrwałych otworów owalnych z zestawem wprowadzającym

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zestaw z siatki nitinolowej w kształcie dwóch dysków połączonych wąską talią Rozmiar dysku prawoprzedionkowego dysku od 18 mm do 35 mm Odpowiedni do wielkości implantu zestaw wprowadzający: dla implantów: 18 - 30 mm - 8F; dla 35 mm - 9F			szt.	30						

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 35 - Implanty do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych z zestawem wprowadzającym

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Dwa różne typy konstrukcji: z siatki nitinolowej w kształcie "grzybka" oraz typu dwudyskowego Wymiary umożliwiające zamykanie przewodów tętniczych od bardzo małych, o średnicy poniżej 2,5 mm do bardzo dużych, o średnicy do 12 mm Możliwość zamykania przewodów tętniczych o średnicy do 4mm przy użyciu zestawu wprowadzającego w rozmiarze do 4F, przewodów tętniczych o średnicy do 5.5mm przy użyciu zestawu wprowadzającego w rozmiarze do 5F. Odpowiedni do wielkości implantu zestaw wprowadzający		szt.	60							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 36 - Implanty do zamykania nieprawidłowych połączeń naczyniowych z zestawem wprowadzającym**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu Średnica korka w zakresie 3 -22 mm Maksymalna długość cewnika wprowadzającego -100cm Średnica cewnika wprowadzającego 4-9F (0.038"-0,098")		szt.	100							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 37 - Implanty do zamykania ubytków międzykomorowych typu okołobłoniastego z zestawem wprowadzającym**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakres średnic części środkowej okludera od 4 do 18 mm, przy czym w całym zakresie średnic wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 1 mm W przypadku okluderów o średnicy części środkowej do 12mm wymagany zestaw wprowadzający o maksymalnym wymiarze do 7F, dla pozostałych implantów zestaw wprowadzający do 9F Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera Samocentralizacja okludera w ubytku		szt.	3							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 38 - Implanty do zamykania mięśniowych ubytków międzykomorowych z zestawem wprowadzającym

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Implant z siatki nitinolowej w kształcie szpulki (dwa dyski retencyjne) Zakres średnic części środkowej okludera od 4 do 18 mm, przy czym w całym zakresie średnic wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 2 mm W przypadku okluderów o średnicy do 10mm wymagany zestaw wprowadzający o maksymalnej rozmiarze do 6F, dla okluderów do 16mm zestaw wprowadzający o maksymalnym rozmiarze 8F Odpowiedni do wielkości implantu zestaw wprowadzający		szt.	5							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 39 - Cewniki balonowe do pomiaru wielkości ubytków

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Łatwość wprowadzenia do naczynia (niski profil) Stabilność po wypełnieniu w ubytku Możliwość pomiaru ubytków w pełnym zakresie rozmiarów Trzy różne wielkości balonów, przy czym wymaga się, aby balon o średnicy cewnika 6F umożliwiał pomiar ubytku o maksymalnej średnicy do 20 mm, 7F – do 27 mm, 8F – do większych średnic		szt.	150							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 40 - Urządzenia do zamykania uszka lewego przedsionka

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<p>Konstrukcja z nitinolowej siatki, składająca się z płatką i dysku połączonych ze sobą centralnym przewężeniem, wprowadzana przezskórnie</p> <p>Mechanizm zamknięcia uszka lewego przedsionka poprzez wypełnienie struktury serca przez samorozprężenie płata i dysku urządzenia.</p> <p>Zakres średnic płatką urządzenia od 16 do 30 mm oraz zakres średnic dysku urządzenia od 20 do 36 mm umożliwiającą zamykanie małych, średnich i dużych struktur uszka lewego przedsionka.</p> <p>Zestaw składający się z :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urządzenia • Systemu uwalniającego • Prowadnika 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności <p>Możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające /delivery sheath/ o odpowiedniej wielkości dla implantów o odpowiednich wielkościach płata(mm)/dysku(mm):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16mm/20mm - koszulka 9F • 18mm/22mm, 20mm/24mm, 22mm/26mm - koszulka 10F • 24mm/30mm, 26mm/32mm, 28mm/34mm, 30mm/36mm - koszulka 13F 		szt.	1							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 41 - Cewniki do plastik balonowych o wysokich ciśnieniach

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Długość balonu 20, 40, 60 mm Średnica kanału wewnętrzznego 0,035 Średnica balonu : 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 Ciśnienie rozprężania: 4 - 6 atm, z ciśnieniem pęknięcia (RBP): 12 - 18 atm Koszulka wprowadzająca: do 7 F dla balonów 12-14mm, do 8 F dla balonów 16-18mm, do 9 F dla balonów 20mm, do 10 F dla balonów 22-24mm, do 12 F dla balonów 26mm		szt.	60							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 42 - Implant do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych z zestawem wprowadzającym

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zestaw w kształcie dwóch dysków połączonych talią z siatki nitynolowej (pokrytej tlenkiem tytanu) z samocentralizacją implantu w ubytku 1. Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wplecionych z nitynolu. 2. Dostępne rozmiary: 4mm, 5mm, 6mm, 7.5mm, 9mm, 10,5mm, 12mm, 13,5mm, 15mm, 16,5mm, 18mm, 21mm, 24mm, 27mm, 30mm, 33mm, 36mm, 39mm, 40mm. 3. Okludery współpracujące z koszulkami 7Fr dla rozmiaru od 4mm do 10,5mm, 9Fr dla rozmiaru od 12mm do 18mm oraz 11Fr dla rozmiaru 21mm i 24mm, z koszulkami 12Fr od 27mm do 40mm 4. System odczepiania w formie kleszczy. 5. Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym 6. Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilości drutów nitynolowych zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej. 7. Konstrukcja implantu umożliwia uzyskanie kąta do 50 stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym co pozwala uzyskać optymalne ułożenie implantu przed jego uwolnieniem		szt.	30							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 43 - Prowadniki diagnostyczne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Średnica 0,018", 0,021", 0,025", 0,032", 0,035" Długość od 145 do 260 cm Dostępne końcówki "J"		szt.	400							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 44 - Strzykawki wysokociśnieniowe**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Strzykawka ciśnieniowa, jałowa, jednorazowego użytku, o pojemności min 20 ml. Możliwe ciśnienia do uzyskania 0 - 30 atm. konstrukcja umożliwiająca sprawne i w pełni kontrolowane użycie inflatora energomiczna rękojeść z uchwytem pistoletowym.		szt.	150							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 45 - Prowadniki typu steerable**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Prowadniki typu steerable Średnica 0,014", 0,018" Długość 180-300cm		szt.	200							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 46 - Prowadniki do plastik wieńcowych**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Prowadniki do plastik wieńcowych, Średnica 0,014", długość od 190 do 300cm Prowadniki dostarczane z końcówkami o nie mniej niż trzy rodzaje sztywności		szt.	200							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.47

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 47 - Biotomy do pobierania wycinków mięśnia sercowego

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Biotomy do pobierania wycinków mięśnia sercowego		szt.	5							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 48 - Diagnostyczne cewniki pediatryczne

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Atraumatyczna końcówka Szeroki zakres krzywizn: JL (1,5-3,0), JR (1,5-3,0), Pigtail Rozmiary JR, JL: 4 i 5F, Pigtail: 3, 4, 5, 6, 7F Cewniki zbrojone Kończówka cieniująca Doskonała pamięć kształtu Duża odporność na złamanie, gładka powierzchnia			szt. 200							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 49 - Cewniki kalibracyjne

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Średnice: 4F, 5F Szeroki zakres krzywizn: Pigtail Flush, Straight Flush, Modified Flush Ilość markerów: 2, 11, 20 Doskonała pamięć kształtu Odstęp między markerami: 1cm (11 i 20 markerów), 2cm (2 markery) Materiał: nylon Specjalna atraumatyczna końcówka		szt.	50							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 50 - Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Długość: 7, 11, 23 cm Musi zawierać: introduktor, dylatator, przewodnik 0,018", 0,025" i igłę 21G, przewodnik podwójnie zakończony typu floppy z końcówką prostą oraz typu J Średnica: 4F, 5F, 6F Przewodnik nitinolowy oraz stalowy Gładkie przejście między koszulką i dylatatorem Szczelna zastawka hemostatyczna Dylatator z zatraskiem		szt.	450							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 51 - System do usuwania ciał obcych z naczyń**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rozmiar: 3,2 F Zawiera: pętlę, torquer, introduktor, cewnik Zakres pracy: 2- 8 mm Długość pętli: 175 cm Długość cewnika: 150 cm System składający się z 3 pętli nitinolowych Cewnik wykonany z teflonu, odporny na złamania i zagięcia		szt.	10							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 52 - System do usuwania ciał obcych z naczyń**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rozmiar: 6F- 7F Zawiera: pętlę, torquer, introduktor, cewnik Zakres pracy: 6- 45 mm Długość pętli: 120 cm System składający się z trzech pętli nitinolowych Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi- doskonała widoczność w skopii Cewnik z teflonu odporny na złamania z końcówką zagiętą- sterowanie systemem		szt.	10							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 53 - Prowadniki do trudnych lokalizacji

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Średnica: 0,014 Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej, rdzeń- z jednego kawałka drutu Końcówka cieniująca 4cm Część dystalna pokryta silikonem Kształt końcówki: prosta i J Przeznaczenie: do zabiegów, gdzie wymagane jest niezwykle dobre podparcie Przeznaczenie: naczynia z ograniczoną ilością miejsca dla końcówki roboczej		szt.	40							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 54 - Stenty niezamontowane na balonie**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Stent niezamontowany na balonie Niskie skracanie stentu przy implantacji Możliwość rozprężenia stentu od 10mm do 12mm i długości 19mm do 59mm Dobra widoczność w RTG Odporność na zgniatanie		szt.	20							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 55 - Stenty do PDA**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kompatybilność z koszulką 4F Wykonanie stentu z jednolitego fragmentu metalu Dobra widoczność w RTG Długość zestawu wprowadzającego 80, 135 cm Odporność na zgniatanie		szt.	10							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 56 - Prowadniki extra sztywne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Długość 260 cm lub 300 cm Dobra widoczność w RTG Średnica 0,035 Maksymalne wsparcie dla wprowadzanych koszulek naczyniowych oraz wprowadzanych stentów		szt.	20							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 57 - Cewnik tnący do atrioseptostomii typu Parka**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	średnice cewników 5,7 i 7, 3 F długość cewników 68,5; 69 i 87 cm długość ostrza 9,4; 13,4; 20 mm		szt.	3							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 58 - Iгла do nacięć transseptalnych dostarczana razem z odowiednim zestawem wprowadzającym

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<p>W skład zestawu wchodzi:</p> <p>1) Iгла wykonana ze stali nierdzewnej wraz ze styletem wysuwany poza końówkę igły, wyposażona w kranik oraz uchwyt ze wskaźnikiem kierunku zgięcia igły (rozmiar igły 18G, długość 71cm);</p> <p>2) Koszulka o końcowym odcinku zgiętym pod kątem 45-50st, wyposażona w zastawkę hemostatyczną, boczny dren do przepłukiwania (z kranikiem trójdrożnym), pokryta materiałem ułatwiającym poślizg dostarczana wraz rozszerzaczem (rozmiar koszulki 8F - 8,5F, długość 62-63cm)</p>		szt.	20							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 59 - Koszulki naczyniowe

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rozmiary 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F; długość: 11cm, 23cm Musi zawierać: introduktor, dylator, przewodnik 0,035" z końcówką „J” oraz odpowiednią igłę Szczelna zastawka hemostatyczna Dylator z zatrzaskiem		szt.	300							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 60 - Okludery do zamykania ubytków międzykomorowych (VSD) oraz przetrwałych przewodów tętniczych (PDA) o konstrukcji spiralnej

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zestaw do zamykania VSD okołobłoniastego i/lub mięśniowego ora rzetrwałych przewodów tętniczych Okluder do zamykania VSD typu spiralnego o średnicach dystalnych od 8 mm do 16 mm oraz okluder do zamykania PDA typu spiralnego o średnicach dystalnych od 4 mm do 14 mm Zestaw składający się z: - Okluder typu spiralnego; - System wprowadzający do zamykania ubytków międzykomorowych; - Pętla; - Prowadnik 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności		szt.	10							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 61 - Cewniki balonowe do septostomii u noworodków z wewnętrznym kanałem**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cewnik z wewnętrznym kanałem umożliwiającym zastosowanie przewodnika		szt.	12							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 62 - Zestawy zbudowane z siatki nitynolowej do zamykania wewnątrzsercowych ubytków

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<p>Wymagane dostarczenie implantów umożliwiające zamykanie następujących ubytków i połączeń oraz zakres wielkości implantów:</p> <p>1. Ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu (PFO): wielkość dysków lewo-/prawy- przedsionkowych: 18/18mm, 18/25mm, 30/30mm, 25/35 mm</p> <p>2. Ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu (ASD II): wielkość implantów od 6mm do 42 mm; implanty w wielkościach rosnących o nie więcej niż 2mm.</p> <p>3. Mnogie ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD): wielkość dysków lewo-/prawy- przedsionkowych: 18/18mm, 18/25mm, 25/25mm, 30/30mm, 25/35mm, 35/35mm, 40/40mm</p> <p>Dostępne okludery do zamykania PFO, ASD o zmniejszonym uwalnianiu niklu (redukcja uwalniania niklu ponad 90%). Okludery pokryte azotkiem tytanu.</p> <p>Zakres rozmiarów koszulek wprowadzających przezprzegrodowych od 5F do 10F (co 1F) oraz 10F, 12F i 14F dedykowanych zabiegów zamykania ASD i PFO.</p> <p>Dostępne balony do pomiaru wielkości ubytku o rozmiarach: 18 - 28mm.</p> <p>Dostępne implanty do PFO/ASD z mechanizmem mocującym umożliwiającym obrót implantu względem systemu wprowadzającego od 0 stopni do 360 stopni</p> <p>Dostępne balony do pomiaru wielkości ubytku o rozmiarach: 18 - 28mm.</p>		szt.	15							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 63 - Zestawy zbudowane z siatki nitynolowej do zamykania wewnątrzsercowych ubytków

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<p>Wymagane dostarczenie implantów umożliwiające zamykanie następujących ubytków i połączeń oraz zakres wielkości implantów:</p> <p>1. Mięśniowe ubytki w przegrodzie międzykomorowej (VSD): od 4mm do 8mm wymagana jest dostępność co 1mm oraz od 10mm do 24mm wymagana jest dostępność co 2mm.</p> <p>2. Błoniaste ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej (VSD), w tym okludery: symetryczne, asymetryczne, ekscentryczne; od 4mm do 8mm wymagana jest dostępność co 1mm oraz od 10mm do 24mm wymagana jest dostępność co 2mm.</p> <p>Dostępne okludery do zamykania VSD o zmniejszonym uwalnianiu niklu (redukcja uwalniania niklu ponad 90%). Okludery pokryte azotkiem tytanu.</p> <p>Dostępne balony do pomiaru wielkości ubytku o rozmiarach: 18 - 28mm.</p>		szt.	10							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 64 - Zestawy zbudowane z siatki nitynolowej do zamykania nieprawidłowych połączeń pomiędzy naczyniami

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wymagane dostarczenie implantów umożliwiające zamykanie następujących ubytków i połączeń oraz zakres wielkości implantów: 1. Przetrwających przewodów tetniczych (PDA): średnicach dysku/ średnica tali dystalnej/długość implantu: 10/6/7mm, 12/8/7mm, 14/10/7mm, 16/12/7mm, 20/14/7mm, 22/16/8mm, 24/18/8mm, 26/20/9mm, 28/22/9mm, 30/24/10mm do zamykania PDA Dostępne okludery do zamykania PDA o zmniejszonym uwalnianiu niklu (redukcja uwalniania niklu ponad 90%). Okludery pokryte azotkiem tytanu. Dostępne implanty do PDA z mechanizmem mocującym umożliwiającym obrót implantu względem systemu wprowadzającego od 0 stopni do 360 stopni		szt.	40							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 65 - Stent aortalny niepokryty zamontowany na cewniku balonowym typu "balon w balonie"**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Długość stentu od 16mm do 45mm Możliwość rozprężenia stentu do średnicy od 12mm do 24mm Segmentowa budowa i konstrukcja dużych oczek		szt.	15							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 66 - Cewniki diagnostyczne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cewnik Pig Tail prosty, kątowy, wieloczynnościowy, wieńcowe prawe oraz lewe typu Judkins i Amplatz, mamaria interna oraz typu tiger Wymagana średnica 4 F i 5F, minimalna średnica otworu wewnętrznego 0.038" Cewnik podwójnie zbrojony zapewniający optymalną kontrolę, miękką końcówka cewnika Wytrzymałość na wysokie ciśnienia do 1200 psi		szt.	150							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 67 - Cewniki balonowe**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Długość balonów: 20mm, 40mm oraz 30mm, 60mm (dla średnicy 20, 22, 24, 26mm) Średnica balonów: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30mm Długość zestawu wprowadzającego: 80cm, 125cm RBP: 4-10 bar CSI 7-14 bar Światło wewnętrzne na przewodnik 0.035"		szt.	15							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 68 - Stenty naczyniowe kobaltowo-chromowe**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Stenty kobaltowo-chromowe o konstrukcji dużych oczek Długość od 13mm do 57mm Możliwość poszerzenia stentów w zakresie od 8mm do 32mm Budowa pozwalająca na optymalne dostosowanie do ścian naczynia		szt.	20							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 69 - Strzykawki wysokociśnieniowe**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Strzykawka ciśnieniowa, jałowa, jednorazowego użytku, o pojemności min 20 ml. Możliwe ciśnienia do uzyskania 0 - 30 atm. konstrukcja umożliwiająca sprawne i w pełni kontrolowane użycie inflatora, energomiczna rękojeść.		szt.	100							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 70 - Stenty zamontowane na balonie**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ciśnienie nominalne cewnika balonowego min. 6 atm Niskie skracanie stentu przy implantacji Średnica stentów 6, 7, 8, 9, 10 mm i długości 18, 26, 36, 56 mm CSI 6F, 7F Wykonanie stentu z jednolitego fragmentu stali nierdzewnej Dobra widoczność w RTG Długość zestawu wprowadzającego 80 , 120 cm Światło wewnętrzne na prowadnik 0,035" Odporność na zgniatanie Ciśnienie RBP min. 12 atm		szt.	20							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 71 - Y- connector typu Klick**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Końcówka typu Luer Lock do podłączenia cewnika Mechanizm zapadkowy zastawki hemostatycznej bez elementów przykręcanych Rozmiar max 9F Wysoka szczelność i jakość wykonania			szt. 60							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 72 - Y- connector zakręcany

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Końcówka typu Luer Lock do podłączenia cewnika Zakręcany zawór odcinający Rozmiar max 9F Wysoka szczelność i jakość wykonania		szt.	60							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 73 - Torquer z funkcją kranika dwudrożnego

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Końcówka typu Luer Lock do podłączenia cewnika Mechanizm zapadkowy zastawki hemostatycznej, blokada przewodnika wraz z blokadą hemostatyczną Kompatybilny z przewodnikami 0.018-0.035" Zawór wysokiego ciśnienia do 1200psi Brak elementów metalowych		szt.	50							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 74 - Stent aortalny pokryty zamontowany na cewniku balonowym typu "balon w balonie"**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Długość stentu od 16mm do 45mm Możliwość rozprężenia stentu do średnicy od 12mm do 24mm Segmentowa budowa i konstrukcja dużych oczek		szt.	10							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 75 - Koszulki naczyniowe sterowalne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakres rozmiarów sterowalnych koszulek od 5F do 10F (co 1F) oraz 10F, 12F i 14F. Zakres kąta odchylenia sterowalnych koszulek przezprzegrodowych od 5F do 10F od 0 do 160 stopni oraz dla koszulek sterowalnych 12F i 14F od 0 do 90 stopni Długość koszulek: 55cm, 70cm, 80cm, 90cm.		szt.	50							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 76 - Stenty aortalne pokryte zamontowane na balonie

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Stent wykonany z ze stopu kobaltowo-chromowego pokryty materiałem ePTFE. Cewnik balonowy typu OTW kompatybilny z przewodnikiem o średnicy 0,035". Długość zestawu wprowadzającego: 75 i 120cm. Rozmiary stentów: średnica 12mm (długość: 19, 29, 39, 49, 59 mm), średnica 14mm (długość: 19, 29, 39, 49, 59 mm), średnica 16mm (długość: 19, 29, 38, 48, 58 mm), średnica 18mm (długość: 19, 29, 38, 48, 58 mm), średnica 20mm (długość: 27, 37, 48 mm), średnica 22mm (długość: 27, 37, 48 mm), średnica 24mm (długość: 27, 37, 48 mm). Stenty o średnicy 12mm kompatybilne z koszulkami 9F, stenty o średnicy 14 i 16 mm kompatybilne z koszulkami 11F, stenty o większej średnicy kompatybilne z koszulkami 14F. Stenty o średnicy 12mm kompatybilne z koszulkami 9F, stenty o średnicy 14 i 16 mm kompatybilne z koszulkami 11F, stenty o większej średnicy kompatybilne z koszulkami 14F.		szt.	20							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 77 - Koszulki typu Mullins**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Średnice 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10 F, 11F , 12 F Długość 30 cm, 40 cm, 45 cm, 60 cm , 80 cm Zestaw składa się z koszulki ze szczelną zastawką hemostatyczną zaopatrzoną w system zatraskowy współpracujący z rozszerzaczem oraz kranikiem boczny z możliwością płukania i podawania kontrastu; zestaw kompatybilny z przewodnikiem 0,038" Atraumatyczne precyzyjnie temperowane koszulki do rozszerzacza Znacznik na końcu koszulki dobrze widoczny w promieniach RTG Koszulka i rozszerzacz pokryte warstwą hydrofilną. Duża odporność koszulki i rozszerzacza na zginanie i zgniecenie.		szt.	30							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 78 - Stenty zamontowane na balonie

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Średnica stentów: 4mm (długość 12, 16, 20mm), 5mm (długość 12, 16, 20mm), 6mm (długość 12, 16, 20mm), 7mm (długość 12, 16, 20mm). Brak skracania się stentu przy implantacji Ciśnienie nominalne cewnika balonowego 8 atm oraz RBP minimum 12 atm Rozmiar koszulki wprowadzającej do 5F oraz cewnik prowadzący 6F. Długość zestawu wprowadzającego: 80cm, 135cm. Kompatybilne z przewodnikiem 0.014"		szt.	10							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 79 - Stenty obwodowe pokryte zamontowane na balonie**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Stent wykonany ze stali nierdzewnej 316L, który znajduje się między dwiema warstwami e PTFE, kompatybilny z przewodnikiem 0,035", balon niepodatny OTW. System wprowadzania 80 i 135cm, dostępne średnice: 5,6,7,8,9,10 i 12 mm, dostępne długości: 16mm, 26mm, 37mm, 58mm (w zależności od średnicy). Kompatybilny z koszulką 6,7,8F (w zależności od średnicy). Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm. RBP dla wszystkich średnic 12 atm.		szt.	10							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 80 - Implant do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu PFO z zestawem wprowadzającym

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<p>Okluder do zamykania przetrwałego otworu owalnego zbudowanego z dwóch dysków nitynowych</p> <p>1. Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wplecionych z nitynolu.</p> <p>2. Dostępność okludera z dyskiem lewoprzedsionkowym jednowarstwowym o rozmiarze 25mm kompatybilnym z koszulką 9F.</p> <p>3. Dostępne rozmiary: 18mm, 25mm, 30mm, 35mm</p> <p>4. Okludery współpracujące z koszulkami 7Fr dla rozmiaru 18mm, 9Fr dla rozmiaru 25mm i 30mm oraz 11Fr dla rozmiaru 35mm</p> <p>5. System odczepiania w formie kleszczy</p> <p>6. Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym</p> <p>7. Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilości drutów nitynowych zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej.</p> <p>8. Konstrukcja implantu umożliwia uzyskanie konta do 50 stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym co pozwala uzyskać optymalne ułożenie implantu przed jego uwolnieniem</p>		szt.	10							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 81 - Implant do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych z zestawem wprowadzającym**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Okluder do przeskrótnego zamknięcia przetrwałego przewodu tętniczego o konstrukcji nitynolowej 1. Budowa stożkowa zakończona płaskim dyskiem 2. Materiał: nitynol oraz PET 3. Uchwyt do systemu wprowadzającego zrobiony ze stali nierdzewnej 4. Dostępność okluderów z długim i krótkim trzonem 5. Dostępne średnice dysków PDA standardowego: 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 24mm 6. Dostępne długości PDA standardowego: 4.25; 5.00; 6.05; 6.30; 7.0; 12; 14,16mm 7. Dostępne średnice dysków PDA z przedłużonym trzonem: 9, 10, 11, 13, 16 mm 8. Dostępne długości PDA z przedłużonym trzonem: 7.0; 7.50; 8.50; 9.0; 10.50mm		szt.	15							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 82 - Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej z cienką koszulką hydrofilną o średnicy 5F, 6F, 7F i długości 10 lub 16 cm" Dostarczane z przewodnikiem stalowym lub nitinolowym o długości 45 cm lub 80 cm o średnicy 0,021", 0,018" lub 0,025" oraz igłą 20G , 21G lub 22G Zestawy 5 Fr, 6 Fr oraz 7 Fr o zredukowanej o 1 Fr średnicy zewnętrznej zachowujące odpowiednie dla 5 Fr, 6 Fr oraz 7Fr światło wewnętrzne Średnica zewnętrzna koszulki 5 Fr : 2,13 mm, koszulki 6 Fr: 2,46 mm, koszulki 7 Fr: 2,79 mm. Średnica wewnętrzna koszulki 5 Fr : 1,89 mm, koszulki 6 Fr: 2,22 mm, koszulki afr: 2,55 mm.		szt.	60							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 83 - Stent zamontowany na balonie**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<p>Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał konstrukcyjny: CrCo • Długości 12, 15, 19 mm. • Średnice 4.5, 5.0, 6.0, 7.0 mm. • Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 140 – Rx • jeden marker proksymalny na stencie, dwa markery na systemie dostarczania • Kompatybilne z introducerem 4F i 5F • Profil przejścia: 0,053" dla 4.5 – 5.0 mm., 0,067" dla 6.0 – 7.0 mm. • Ciśnienie nominalne 10 atm • RBP 15 atm (dla średnic 4.5 – 6 mm.) i 13 atm (dla średnicy 7 mm.) • Grubość strutów stentu 130 µm dla średnic 4.5 – 5 mm. • Konstrukcja podwójnej spirali – optymalna elastyczność i siła radialna 		szt.	15							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 84 - Mikrocewnik hydrofilny superselektywny / terapeutyczny

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	<ul style="list-style-type: none"> • średnice 2.4, 2.8 Fr lub 2.7 (coaxial type) w zestawie z przewodnikiem 0,021" z markerem na dystalnych 3 cm • powłoka hydrofilna zapewnia bardzo dobrą nawigację i manewrowanie nawet w krętych, drobnych naczyniach obwodowych • trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem, zewnętrznie poliester elastomer • bardzo dobra odporność na załamanie struktury podłużnej, ściskanie, zginanie, brak owalizacji światła na zgięciu • wolframowy oplot w warstwie środkowej zmienia gęstość wraz z długością mikrocewnika: kontrola trakcji 1:1, większa elastyczność części dystalnej na ostatnich 30 mm • atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0.9 mm pozbawiona wolframowej spiralki, kształtowalna mandrylem • bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 750 - 900 psi) do 4,2 ml/sek • szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO • długości 110, 130, 150 cm • duża średnica wewnętrzna: <ul style="list-style-type: none"> - 0,023" (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z przewodnikiem 0,018") - 0,025" (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z przewodnikiem 0,021") - 0,027" (0,70 mm) dla 2.8 Fr (kompatybilny z przewodnikiem 0,021") 		szt.	30								

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 85 - Zestaw embolizacyjny

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<p>Mikrocewnik</p> <ul style="list-style-type: none"> • pleciona konstrukcja dla lepszej kontroli, sterowalności i odporności na załamania; • zgodność z Lipidolem/DMSO dla szerszego zakresu zastosowań; • pokrycie hydrofilne; • śr. 2,5F (wew. średnica cewnika 0,021"), kompatybilna z cząsteczkami do 500 μm oraz 2,8F (wew. średnica cewnika 0,025"), kompatybilny z cząsteczkami do 700 μm • dł.: 135-150 cm. • kształtowalna końcówka 		szt.	10							
2.	<p>Cząsteczki do embolizacji – PVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • postać granulowanego alkoholu poliwinylowego, • dostępne 8 różnych średnic oznaczonych kolorami , 90-180 μm ;180-300 μm, ;300-500 μm ;500-710 μm ;710-1000 μm ;1000-1400 μm ;1400-2000 μm ; 2000-2800 μm. • łatwa do aplikacji mieszana, • od 90 do 500 mikronów (kompatybilne przy aplikacji z cewnikiem o średnicy 0,018"), od 700 do 2000 mikronów (kompatybilne przy aplikacji z cewnikiem 0,044"), • fiolka zawierająca 1 cm³ materiału. 		szt.	10							
3.	<p>Spirale embolizacyjne obwodowe :</p> <ul style="list-style-type: none"> • spirale embolizacyjne ze stali nierdzewnej oraz platynowe • pokryte na całej długości włóknami syntetycznymi zwiększającymi powierzchnię wykrzepiania • kompatybilne z cewnikiem dla średnicy światła 0,018" ; 0,035" • kształt stożkowy oraz helikalny, • uwalniane przez popychanie przewodnikiem oraz odczepialne, • możliwość uwalniania od węższego lub szerszego końca, • różne kombinacje średnic i długości (długość od 1-5 cm , średnica od 2-15 mm), stożkowe (śr. w części proksymalnej po uwolnieniu od 3-10 mm, w części dystalnej po uwolnieniu 2-5 mm). 		szt.	20							

4.	<p>Spirale odłączane mechanicznie</p> <ul style="list-style-type: none"> • coile do tętnicznych i żylnych embolizacji: wykonane z platyny • coil zamontowany na przewodniku dostarczającym i wyposażony w uchwyt przewodnika, • kompatybilny z mikrocewnikiem 2,6F- 3F „przewodnik 0,012” do 0,018” • kształty coil: pojedyncza spirala J, wielokrotna spirala J, spiralny, Tornado. • pojedyncza spirala "J": śr. 6,8, 10, 12, 20 mm; dł. 20, 30, 50 cm.; wielokrotna spirala "J": śr. 6,8, 10, 15 mm; dł. 30 cm; spirala: śr.: 4, 6, 8, 10, 12 mm; dł. 6, 10, 12, 20, 30 cm.; spiralny: śr.: 8-3 mm; dł. 14 cm. • Coile odłączane mechanicznie 0,035": dł. rozciągniętej spirali 7 i 14 cm śr 6,8, 10, 12, 14, 18, 20 mm. 		szt.	20							
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------	----	--	--	--	--	--	--	--

.....
 (Imię i nazwisko osoby
 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 86 - Mikrocewnik hydrofilny

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kompatybilny z przewodnikiem 0,014" Miękka, atraumatyczna, hydrofilna końcówka ze złotym markerem dł 0,7mm umiejscowionego 0,7mm od końca dystalnego Zwężane światło wewnętrzne Średnica dystalna 0,018" Średnica proksymalna nie większa 0,021" Średnica zewnętrzna nie większa niż 1,8F (dystalnie)/2,6F (proksymalnie) Zbrojenie na całej długości Pokrycie zewnętrzne: warstwa hydrofilna(bez pokrycia 60cm w części proksymalnej) Pokrycie wewnętrzne: PTFE + warstwa silikonu Elastyczny 13cm segment dystalny Dostępne długości 130/150cm		szt.	50							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 87 - Cewnik prowadzący

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kompatybilny z przewodnikiem 0,014" Miękką, atraumatyczną, hydrofilną końcówką ze złotym markerem dł 0,7mm umiejscowionego 0,7mm od końca Dostępne średnice 5, 6,7Fr o długości 100cm Nieziemnie duże światło wewnętrzne 0,071" dla 6Fr; 0,081" dla 7Fr Materiał wykonania Poliester z wewnętrznym pokryciem śliskim PTFE Metalowe zbrojenie zachowujące niezmiennie światło wewnątrz na całej długości cewnika Pełna gama krzywizn typowych i nietypowych, w tym krzywizna dająca optymalne podparcie przy dostępie promieniowym typu TIGER, Ikari, EBU, Dostępny cewnik przedłużający 120cm prosty do zabiegów teleskopowych typu „child in mother” Miękką i atraumatyczną końcówką wykonaną z materiałów o różnej sztywności Odporny na załamania i skręcanie Obrót 1:1		szt.	30							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 88 - Cewnik diagnostyczny noworodkowy**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cewnik nylonowy z powłoką hydrofilną i miękką końcówką, zbrojony potrójnym oplotem wewnętrznym zapewniającym dobrą kontrolę momentu obrotu oraz zachowanie kształtu. Śr. 3,3F dł. 60 lub 80cm. Kompatybilny z przewodnikiem 0.030". Ukształtowanie końcówki: PIG, JR1, JL1, JL1.5, MPA, JB1, Cobra		szt.	50							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 89 - Koszulka naczyniowa noworodkowa**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Koszulka wprowadzające o śr 3.3F, dł 5 lub 7cm. z boczną zastawką z trójdrożnym kranikiem oraz poszerzałem z mocowaniem typu Twisk-lock. Powleczona silikonem zastawka oraz stopniowo zwężana końcówka ułatwia bezpieczne wkłucie.		szt.	50							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 90 - Prowadnik naczyniowy noworodkowy**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	prowadnik o śr. 0.030" dł 140 cm, wykonany ze stali nierdzewnej pokrywanej PTFE, końcówka 2cm zwężana, prosta lub typu "J".		szt.	50							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 91-Coile obwodowe 3D odczepialne

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Odczepialne spirale obwodowe przeznaczone do żyłnej i tętniczej embolizacji • Kształt koili 3D ułatwiający wypełnienie sferycznych zmian • Koile wykonane z platyny, pokryte włóknami PGLA • Szeroki zakres rozmiarów: średnice: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,18mm; długości: 2,4,6,8,10,15,20,30,40cm • Zewnętrzny system odczepiania • Kompatybilny z mikrocewnikiem min 0,0165" i 0,021" 		szt.	50							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 92 - Coile obwodowe

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Odczepialne coile obwodowe • kompatybilne z mikrocewnikiem o ID 0,0165" do 0,021" • Szeroki zakres rozmiarów: od 2 do 20 mm średnicy i 450 cm długości • Zewnętrzny system odczepiania ID • Możliwość repozycjonowania coilii • Zapewniają szybką i stabilną okluzję dzięki włóknom nylonowym • Coile wykonane z platyny, pokryte włóknami nylonowymi lub PGLA • Odporność na rozciąganie pozwala zmniejszyć rozciąganie coilii w trakcie ponownego pozycjonowania, 			szt.	50						
2.	Dedykowany cewnik do dostarczania spiral. Mikrocewnik o długości całowej do 135cm, Kompatybilny z przewodnikiem max 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej max do 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,0021" posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywalny hydrofilnie			szt.	100						

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pojemność: 150 ml Sterylna, jednorazowa Iniektory: Angiomat™ Illumena™ Zawartość: Strzykawka z napełnianiem ręcznym Właściwości strzykawki: Całkowicie przezroczysty cylinder strzykawki: Ciśn. graniczne, strzykawka: 1200 PSI / 84 bar Połączenie: Linden luer Właściwości połączenia Linden luer: Łatwe łączenie, niższy gwint, mniejsza powierzchnia gromadzenia się kontrastu.		szt.	500							
2	Standardowy przewód wysokociśnieniowy z adapterem obrotowym: Długość: 50 cm / 75 cm / 120 cm Złącze: Luer żeński z obrotowym adapterem męskim Ciśn. graniczne strzykawki: 1200 PSI / 84 bar Materiały: Poliwęglan, PCV, bez lateksu Sterylizacja: Tlenek etylenu (EO) Okres przechowywania: 5 lat od daty sterylizacji Sterylny, jednorazowy		szt.	500							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 94 - Zestaw do monitorowania ciśnienia**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zestaw do stałego monitorowania ciśnienia <= 150 cm, sterylny		szt.	500							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
 Nazwa (firma) Wykonawcy

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
 znak postępowania Szp/ZP-360/2022

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 95- Przedłużacze wysokociśnieniowe zbrojone i niezbrojone

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Przedłużacze wysokociśnieniowe zbrojone i niezbrojone, długość do 152cm; ciśnienie 500-1200PSI; łączniki wykonane z przezroczystego materiału		szt.	250							

.....
 (Imię i nazwisko osoby
 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 96 - biologiczna zastawka aortalna

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Biologiczna zastawka aortalna wykonana z tkanki cielęcej w oprawie kobaltowo chromowej wraz z systemem wprowadzającym		szt.	3							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 97- biozastawka pnia płucnego

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Biologiczna zastawka pnia płucnego, wykonana z żyły szyjnej wołu, osadzonej w platynowo--irydowym stencie, która może być rozprężona do 18, 20 i 22 mm. wraz z zestawem wprowadzającym.		szt.	3							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 98- Cewnik balonowy do przezskórnej plastyki wewnątrznacyniowej

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cewnik balonowy do przezskórnej plastyki wewnątrznacyniowej <ul style="list-style-type: none"> • wykonany z wysokiej jakości lateksu, hydrofilny • kompatybilny z przewodnikiem 0,035" i koszulką 4-6F • system OTW • średnice: 3,0-5,0mm (system 5F), 5,5-10mm (system 6F), 12,0mm(9F) • długości;10-280mm • dostępne długości systemu dostarczania 80,110 i 150cm • balon wykonany z Pebaxu • dwa markery po jednym na obu końcach • tip 0,037" • NP 7, RBP 10-13 		szt.	50							

.....
(Imię i nazwisko osoby

PROJEKT UMOWY

W dniu we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora
zwanym dalej „Zamawiający”

a:

..... – prowadzącą działalność na podstawie
..... NIP, REGON reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „Wykonawca”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy **Szp/ZP-360/2022**) zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca:

- 1) dostarczy do siedziby Zamawiającego określone w pakiecie nr w asortymencie, ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do umowy,
- 2) *) powierzy Zamawiającemu w depozyt przedmiot umowy określony w pakiecie nr oraz sprzeda w ilościach niezbędnych do uzupełnienia depozytu,
- 3) *) złoży w depozyt przedmiot umowy, określony w pkt. 2) bezpośrednio Pracowni Przeznaczeniowej Diagnostyki i Terapii Wrodzonych Wad Serca u Dzieci w siedzibie Zamawiającego,

***) dotyczy Pakietu nr 2, 9-12, 20, 21, 23, 25, 28, 30-39, 41, 42, 54, 55, 60, 62-65, 67, 68, 70, 74-81, 83, 85, 91, 92, 96-98**

§ 2

TERMIN DOSTAWY

1. Dostawa towaru odbywać się będzie partiami sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zamawiającego począwszy od dnia r. do dnia r.
2. Asortyment, ilość i termin każdej partii towaru określać będzie każdorazowo *) protokół zużycia wyrobów medycznych lub **) zamówienie przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną.

***) dotyczy Pakietu nr 2, 9-12, 20, 21, 23, 25, 28, 30-39, 41, 42, 54, 55, 60, 62-65, 67, 68, 70, 74-81, 83, 85, 91, 92, 96-98**

****) dotyczy Pakietu nr 1, 3-8, 13-19, 22, 24, 26, 27, 29, 40, 43-53, 56-59, 61, 66, 69, 71-73, 82, 84, 86-90, 93-95,**

§ 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. *) Wykonawca zobowiązuje się powierzyć Zamawiającemu w depozyt przedmiot umowy określony w pakiecie nr w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy oraz uzupełniać depozyt do stanu wyjściowego.
2. *) Wykonawca przed złożeniem depozytu zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym ilości oraz typ powierzonego przedmiotu umowy określonego w pakiecie nr

3. *) Powierzony w depozyt przedmiot umowy stanowi własność Wykonawcy do chwili jego pobrania przez Zamawiającego z depozytu i nie może być udostępniany osobom trzecim bez zgody Wykonawcy.
 4. *) Wykonawcy przysługuje prawo do kontroli depozytu oraz warunków jego przechowywania. Raz w roku kalendarzowym Wykonawca może przeprowadzić spis z natury w terminie uzgodnionym z Zamawiającym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 5. *) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że przedmiot umowy złożony w depozyt przechowywany jest nieprawidłowo, Wykonawca wezwie Zamawiającego do zmiany sposobu przechowywania, wskazując na czym polegają nieprawidłowości w tym zakresie oraz wyznaczy termin na wprowadzenie zmian (minimum 3 dni robocze od daty wezwania). W przypadku kiedy po upływie terminu Zamawiający nadal przechowuje przedmiot umowy w sposób nieprawidłowy, Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru przedmiotu umowy.
 6. *) W przypadku stwierdzenia podczas kontroli braków ilościowych lub uszkodzenia przedmiotu umowy powierzonego w depozyt, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego wartością brakującego lub uszkodzonego przedmiotu umowy przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w ofercie.
 7. *) Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić depozyt według ilości i właściwości pobranego i zużytego wyrobu medycznego w terminie **do 3 dni roboczych** od złożenia przez Zamawiającego protokołu zużycia wyrobów medycznych przekazanego faksem lub drogą elektroniczną.
 8. **) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy wraz z fakturą w terminie **do 3 dni** roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia przekazanego faksem lub drogą elektroniczną.
 9. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.00.
 10. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy liczonym od daty dostawy.
 11. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu fakturę zgodnie z formatem schematu faktury przesyłanej drogą elektroniczną, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy lub w innym formacie zaakceptowanym przez Zamawiającego (pliki w formacie XLS, XLSX, CSV, TXT, XML). Format taki musi zostać uzgodniony z Działem Informatyki Zamawiającego tel.71 32 70 407 lub z p. Maciejem Szydłowskim maciej.szydowski@wssk.wroc.pl tel. 601 450 562. Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy wdroży uzgodniony schemat faktury przesyłanej drogą elektroniczną.
 12. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych oznakowanych wraz z informacją (ulotką) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 13. W przypadku zaprzestania produkcji przedmiotu umowy określonego w danym pakiecie Wykonawca dostarczy za zgodą Zamawiającego produkt równoważny dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o tych samych lub wyższych parametrach techniczno - użytkowych i w tej samej cenie jednostkowej.
- *) dotyczy Pakietu nr 2, 9-12, 20, 21, 23, 25, 28, 30-39, 41, 42, 54, 55, 60, 62-65, 67, 68, 70, 74-81, 83, 85, 91, 92, 96-98*
- **) dotyczy Pakietu nr 1, 3-8, 13-19, 22, 24, 26, 27, 29, 40, 43-53, 56-59, 61, 66, 69, 71-73, 82, 84, 86-90, 93-95,*

§ 4

ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową za towar zgodnie z ofertą przetargową.
2. *) Zamawiający w terminie 3 dni od zawarcia niniejszej Umowy przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną lub faksem informację dotyczącą ilości oraz typu przedmiotu umowy który ma zostać przekazany w depozyt.
3. *) Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania przedmiotu umowy złożonego w depozyt we właściwych warunkach, zabezpieczenia jego przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.
4. *) Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonego w depozyt przedmiotu umowy począwszy od materiałów o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
5. *) Zamawiający po wygaśnięciu umowy zobowiązuje się do wydania Wykonawcy powierzonego w depozyt przedmiotu umowy.

6. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę wyrobu medycznego o dłuższej dacie ważności, najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem daty ważności asortymentu wytypowanego do wymiany.
 7. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia asortymentu lub odesłać asortyment na koszt Wykonawcy, jeżeli termin ważności jest krótszy niż termin określony w § 3 ust. 10 niniejszej umowy.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości dostaw w przypadku zmniejszenia ilości świadczeń udzielanych przy użyciu towarów objętych niniejszą umową.
 9. W takim przypadku Wykonawca może domagać się zapłaty wynagrodzenia za towary w ilości faktycznie zamówionej i dostarczonej Zamawiającemu.
 10. Ograniczenie realizacji zamówienia nie będzie większe niż 50% w stosunku do wartości i ilości, określonych w ofercie.
- *) dotyczy Pakietu nr 2, 9-12, 20, 21, 23, 25, 28, 30-39, 41, 42, 54, 55, 60, 62-65, 67, 68, 70, 74-81, 83, 85, 91, 92, 96-98**

§ 5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy do kwoty:

..... zł netto
(słownie:),

..... zł brutto
(słownie:).

w tym:
pakiet nr

..... zł netto
(słownie:),

..... zł brutto
(słownie:).

2. Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.
3. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości przedmiotu umowy niż określona w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową za towar zgodnie z ofertą przetargową.
5. *) Podstawą wystawienia faktury za przedmiot umowy powierzony w depozyt stanowi protokół zużycia przesłany Wykonawcy przez Zamawiającego, potwierdzający faktyczne zużycie wyrobów medycznych.
6. **) Podstawą wystawienia faktury za przedmiot umowy dostarczony do siedziby Zamawiającego będzie odbiór towaru.
7. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do **60 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Wynagrodzenie będzie płacone przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze [.....] prowadzone przez [.....], znajdujący się w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. „białej liście podatników VAT”, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej
9. W przypadku gdy na moment realizacji płatności rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu nie będzie znajdował się w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. „białej liście podatników VAT”, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania regulowania płatności do Wykonawcy.

10. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 685 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności, pod rygorem wstrzymania się przez Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury w sposób prawidłowy. W wypadku wstrzymania się z płatnością z przyczyn opisanych powyżej Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki za zwłokę w płatności. Za wszelkie szkody powstałe w związku z naruszeniem zapisów niniejszego ustępu odpowiada w pełnej wysokości Wykonawca.
 11. Faktury mogą być wystawiane i przesyłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).
 12. Zamawiający używa platformy elektronicznego fakturowania prowadzonej przez brokera Infinite. Faktury powinny być wystawiane na numer PEPPOL GLN 5907713301316.
 13. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 12 ust. 3 pkt 1), 2), 3) i 4) umowy.
 14. Podane przez Wykonawcę ceny zawierają w szczególności: wartość towaru, podatek VAT, koszty transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszty rozładunku oraz wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
- *) dotyczy Pakietu nr 2, 9-12, 20, 21, 23, 25, 28, 30-39, 41, 42, 54, 55, 60, 62-65, 67, 68, 70, 74-81, 83, 85, 91, 92, 96-98*
- ***) dotyczy Pakietu nr 1, 3-8, 13-19, 22, 24, 26, 27, 29, 40, 43-53, 56-59, 61, 66, 69, 71-73, 82, 84, 86-90, 93-95,*

§ 6

WARUNKI DOSTAWY

1. Wykonawca dostarczać będzie towar wraz z fakturą na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.
 2. Dostawa towaru przez Wykonawcę bez **) zamówienia Zamawiającego lub *) protokołu zużycia Zamawiającego jest dokonywana na własne ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty należności.
 3. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
 4. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w §2 ust. 2, bądź dostarczenia towaru w ilościach niezgodnych z zamówieniem, Zamawiający upoważniony będzie do dokonania zakupu u innego Wykonawcy, obciążając Wykonawcę kwotą ewentualnej różnicy w cenie towaru względem ceny określonej w niniejszej umowie oraz kosztem jego sprowadzenia. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 3) za okres od upływu terminu, o którym mowa w §2 ust. 2 do chwili wykonania dostawy przez innego Wykonawcę.
- *) dotyczy Pakietu nr 2, 9-12, 20, 21, 23, 25, 28, 30-39, 41, 42, 54, 55, 60, 62-65, 67, 68, 70, 74-81, 83, 85, 91, 92, 96-98*
- ***) dotyczy Pakietu nr 1, 3-8, 13-19, 22, 24, 26, 27, 29, 40, 43-53, 56-59, 61, 66, 69, 71-73, 82, 84, 86-90, 93-95,*

§ 7

ODBIÓR TOWARU

1. Odbiór ilościowy towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu dostarczenia towaru przez Wykonawcę.
2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie dokonano odbioru ilościowego w terminie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający może złożyć reklamację w terminie **5 dni** roboczych licząc od daty przyjęcia towaru.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonego przedmiotu umowy w okresie trwania umowy lub w terminie ważności dostarczonego przedmiotu umowy.
4. Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą jakości dostarczonego przedmiotu umowy w terminie **do 7 dni** roboczych od daty otrzymania jej od Zamawiającego. Za rozpatrzenie reklamacji uważa się wymianę towaru na nowy pozbawiony wad.

5. W przypadku niezuznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić uzasadnienie na piśmie.

§ 8

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

1. Zamawiający do nadzoru nad realizacją umowy wyznacza:, tel., e-mail:
 2. Do koordynowania i dokonywania zamówień dostaw, reklamacji oraz bieżących kontaktów strony wyznaczają:
 - 1) ze strony Zamawiającego – tel., e-mail:
 - 2) ze strony Wykonawcy – tel., e-mail:
 3. *) Osobą odpowiedzialną za powierzony w depozyt przedmiot umowy jest:
 - 1) po stronie Zamawiającego – tel. e-mail:
 - 2) po stronie Wykonawcy – tel. e-mail:
- *) dotyczy Pakietu nr 2, 9-12, 20, 21, 23, 25, 28, 30-39, 41, 42, 54, 55, 60, 62-65, 67, 68, 70, 74-81, 83, 85, 91, 92, 96-98**

§ 9

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) *) za zwłokę w powierzeniu w depozyt wyrobu medycznego w wysokości 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonej ze zwłoką za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) *) za zwłokę w uzupełnieniu depozytu w wysokości 5% wartości brutto nie uzupełnionej partii depozytu, za każdy dzień zwłoki,
 - 3) **) za zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonej ze zwłoką za każdy dzień zwłoki,
 - 4) z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej jakości dostarczonej partii towaru - w wysokości 1% wartości brutto partii reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki;
 - 5) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.
 - 6) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od towaru określonego w pakiecie w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z ofertą - w wysokości 10% wartości brutto pakietu.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.
3. Maksymalna wysokość nałożonych kar umownych nie może przekroczyć **20% wartości** dostarczonego towaru.
4. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
***) dotyczy Pakietu nr 2, 9-12, 20, 21, 23, 25, 28, 30-39, 41, 42, 54, 55, 60, 62-65, 67, 68, 70, 74-81, 83, 85, 91, 92, 96-98**
****) dotyczy Pakietu nr 1, 3-8, 13-19, 22, 24, 26, 27, 29, 40, 43-53, 56-59, 61, 66, 69, 71-73, 82, 84, 86-90, 93-95,**

§ 10

PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie*) lub przy pomocy podwykonawców*):
.....w zakresie

***) niepotrzebne skreślić**

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

- 1) 3-krotnej zwłoki w dostawie zamówionego towaru w okresie trwania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji przedmiotu umowy i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowo terminu wynoszącego min. 5 dni roboczych;
- 2) *) 3-krotnej zwłoki w uzupełnieniu depozytu w okresie trwania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji przedmiotu umowy i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowo terminu wynoszącego min. 5 dni roboczych;
- 3) 3-krotnego zawinonego przez Wykonawcę dostarczenia przedmiotu umowy z wadami, w okresie trwania umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu do usunięcia wad i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowo terminu wynoszącego min. 5 dni roboczych;
- 4) 3-krotnego zawinonego przez Wykonawcę nierozpatrzenia reklamacji dotyczącej jakości dostarczonego towaru określonego w pakiecie w okresie trwania umowy w terminie, o którym mowa w §7 ust. 4 umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu do rozpatrzenia reklamacji i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowo terminu wynoszącego min. 5 dni roboczych.

*) *dotyczy Pakietu nr 2, 9-12, 20, 21, 23, 25, 28, 30-39, 41, 42, 54, 55, 60, 62-65, 67, 68, 70, 74-81, 83, 85, 91, 92, 96-98*

§ 12

ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie lub po spełnieniu przesłanek przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:
 - 1) zmiany stawki podatku VAT i podatku akcyzowego,
 - 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy,
 - 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy,
 - 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Wykonawca winien wystąpić z wnioskiem dotyczącym zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2), 3) i 4) niniejszego paragrafu w terminie nie 30 dni od dnia obowiązywania tych przepisów.
5. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowej stawki podatku VAT.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
7. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 3 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
8. Ustala się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:

- 1) poziom zmiany ceny kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się w następujący sposób: materiały lub koszty dostawy muszą wzrosnąć lub obniżyć się o 10% w skali 3 miesięcy;
 - 2) w przypadku zmiany cen materiałów niezbędnych do realizacji umowy o 10% w skali jednego roku kalendarzowego, ustalonej na podstawie średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, Strony dokonają odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić po upływie sześciu miesięcy trwania umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie;
 - 3) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to data zawarcia umowy lub jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert;
 - 4) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie w następujący sposób:
 - przez wskazanie podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia;
 - przez określenie procentowego wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia
 - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić po przedstawieniu Zamawiającemu szczegółowego procentowego wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia i nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy od daty zawarcia umowy lub jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od terminu składania ofert po upływie 3 miesięcy od dnia otwarcia ofert;
 - 5) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 5% ceny ofertowej przez Wykonawcę
 - Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku:
- 1) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy, nr rachunku bankowego) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby,
 - 2) zmiany sposobu konfekcjonowania dostarczanego przedmiotu umowy, jeżeli nie będzie to stanowiło przeszkody dla organizacji pracy Zamawiającego,
 - 3) zmiany numerów katalogowych dostarczanego przedmiotu umowy, wynikających zmian modyfikacyjnych polegających w szczególności na zmianie miejsca ich wytwarzania lub wprowadzenie do obiegu ulepszonych przedmiotów umowy, przy zachowaniu parametrów spełniających wymogi SWZ i utrzymaniu cen umownych zastępczego przedmiotu umowy,
 - 4) zmianę umowy w zakresie przedmiotowym poprzez dodanie numeru katalogowego towaru w przypadku, gdy towar o dodawanym numerze katalogowym spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie, będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową za cenę nie wyższą niż cena asortymentu objętego umową,
 - 5) zmiany oferowanych w ramach umowy przedmiotu umowy na przedmiot o parametrach nie gorszych od proponowanych w umowie, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, wyłącznie w wypadku wystąpienia przejściowego braku produktów lub ich wycofania z obrotu, za cenę nie wyższą niż cena asortymentu objętego umową,
 - 6) zmiany terminu wykonania umowy w sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość przedłużenia czasu trwania umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu lub wyczerpania wartości umowy, jednak na okres nie dłuższy niż 6 m-ce od daty, określonej w § 2 umowy,
 - 7) zmiany, bądź aktualizacji numeru katalogowego lub nazwy asortymentu,
 - 8) utraty ważności świadectwa rejestracji produktu w trakcie trwania umowy,

§ 13
PRAWO OPCJI

1. Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji o którym mowa w art. 441 ust. 1 uPzp w ramach której zakłada możliwość zmiany wyrobów medycznych w przypadku:
 - 1) wyczerpania danej pozycji w pakiecie do wysokości łącznej wartości pakietu, przy zachowaniu ceny jednostkowej podanej w ofercie,
 - 2) zwiększenia ilości w danym pakiecie, z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 40% ilości danego asortymentu w przypadku 100 % zrealizowania przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania
2. Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego.
3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji określone w § 5 Umowy.
4. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji.
5. Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, przyczyn sumy tych zamówień nie może przekroczyć 40% wielkości zamówienia podstawowego.
6. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
7. W zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji zapisy niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności na osobę trzecią bez zgody podmiotu tworzącego.
3. Wszelkie zmiany do umowy wymagającą formy pisemnej w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 8 umowy który wymaga zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
4. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 – format schematu faktury

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

WZÓR FORMATU SCHEMATU FAKTURY PRZESYŁANEJ DROGĄ ELEKTRONICZNA

Pliki z fakturą mogą być dostarczane w dwóch formatach:

KAMSOFT-TEKST:

Plik jest w formacie tekstowym o polach stałej długości. Nazwa pliku musi posiadać rozszerzenie KTO. Rekordy zakończone są znakiem końca linii. Każda linia musi zaczynać się z następujących znaków:

- Kropki (chr(46)) - zawierającej komentarz
- Minusa (chr(45)) - zawierającej definicje pól
- Spacji (chr(32)) - zawierającej dane.

Linia danych musi być poprzedzona linia definicji pól. Linia definicji pól zaczyna się od znaku minusa, a następnie nazw pól oddzielonych znakami minus, które są dopełnieniem nazwy pola. Początkiem danego pola jest pierwszy znak nazwy pola a ostatnim ostatni znak minus za nazwa. Separatorem części dziesiętnej jest znak kropki (chr(46)). Plik składa się z dwóch sekcji:

- Nagłówka, który zawiera następujące pola:
 - IdentDostawcy (unikalny identyfikator dostawcy),
 - DataWystawienia (data wystawienia faktury w formacie RR.MM.DD),
 - DataSprzedazy – (data sprzedaży w formacie RR.MM.DD),
 - TerminPlatnosci – (Data płatności faktury w formacie RR.MM.DD),
 - StandardPL – (standard polskich znaków
 - 1-Mazowia,
 - 2-Latin,
 - 3-ISO,
 - 4-Windows CP1250),
 - SymbolDokumentu (numer faktury).
- Pozycji, która zawiera przynajmniej:
 - KSBLOZ - (identyfikator leku kod BLOZ-12lub inny),
 - NazwaTowaru – (nazwa produktu (nazwa postać, dawka, ilość w opakowaniu),
 - CenaTransBU – (cena brutto),
 - CenaTrans – (cena transakcji),
 - Ilosc – (dostarczona ilość),
 - VAT – (stawka VAT bez znaku procent),
 - CenaDetal – (sugerowana cena detaliczna),
 - DataWaznosci – (data ważności w formacie RR.MM.DD),
 - Seria – (nazwa serii),

- SymbolSWW – (symbol PKWiU),
- BCenaTransBU – (cenę brutto bez upustu),
- BCenaTrans – (Cenę transakcji bez upusu),
- RCeny – (wyróżnik ceny transakcji (B-brutto, N-netto)),
- KodKreskowy – (Kod EAN13 – opcjonalnie).

DATA-FARM:

Plik jest w formacie tekstowym o polach stałej długości. Nazwa pliku musi posiadać rozszerzenie FAK. Rekordy zakończone są znakiem końca linii. Każda linia musi zaczynać się z następujących znaków:

- Kropki (chr(46)) - zawierającej komentarz
- Minusa (chr(45)) - zawierającej definicje pól
- Spacji (chr(32)) - zawierającej dane.

Linia danych musi być poprzedzona linia definicji pól. Linia definicji pól zaczyna się od znaku minusa, a następnie nazw pól oddzielonych znakami minus, które są dopełnieniem nazwy pola. Początkiem danego pola jest pierwszy znak nazwy pola a ostatnim ostatni znak minus za nazwa. Separatorem części dziesiętnej jest znak kropki (chr(46)). Liczby zapisywane są w standardzie ANSI, tzn. z kropką dziesiętną (nie przecinkiem) i bez znaków rozdzielających grupy trzech cyfr. Data zapisywana jest w formacie zgodnym z polską normą tzn. cztery cyfry roku w kolejności: rok, miesiąc i dzień, np.: 1993.08.25

Plik składa się z dwóch sekcji:

- Nagłówka, który zawiera następujące pola:
 - KodHurtowni - symbol hurtowni w komputerze odbiorcy (nr koncesji),
 - KodApteki - symbol apteki w komputerze dostawcy,
 - SymbolFaktury - numer wystawionej faktury,
 - DataFaktury - data wystawienia faktury,
 - DataRealizacji - data wykonania zamówienia,
 - TerminPlatnosci - ilość dni na zapłacenie faktury,
 - Standard - standard polskich liter w dokumencie.
- Pozycji, która zawiera przynajmniej:
 - IndeksLeku - identyfikator leku w hurtowni,
 - IloscSprzedana - ilość na fakturze,
 - CenaHurtowa – cena hurtowa,
 - CenaZbytu – cena sprzedaży,
 - NazwaLeku – pełna nazwa leku u dostawcy,
 - JM – jednostka miary,
 - Vat – procentowa wartość podatku VAT,
 - KwotaVat – kwota podatku VAT,
 - Seria – nazwa serii ,
 - DataWaznosci – data ważności.

Szczegóły dotyczące opisanych formatów można znaleźć na stronach <http://www.ks-ewd.pl> oraz <http://www.datum.pl/>

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia¹. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia² w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [][][][]/S [][][]-[][][][][][][][]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [...]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego³	Odpowiedź:
Nazwa:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?	Przetarg nieograniczony
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia ⁴ :	Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) ⁵ :	Szp/ZP-360/2022

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

¹ Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

² W przypadku **instytucji zamawiających**: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.

W przypadku **podmiotów zamawiających**: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

³ Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

⁴ Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

⁵ Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[]
Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[] []
Adres pocztowy:	[.....]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów ⁶ : Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ⁷ ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
<u>Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone⁸</u> : czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” ⁹ lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [...] [.....]
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy

⁶ Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

⁷ Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

⁸ Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

⁹ Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

<p>Jeżeli tak:</p> <p>Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.</p> <p>a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:</p> <p>b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:</p> <p>c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie¹⁰:</p> <p>d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?</p> <p>Jeżeli nie:</p> <p>Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku.</p> <p>WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:</p> <p>e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Rodzaj uczestnictwa:</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami¹¹?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
<p>Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.</p>	
<p>Jeżeli tak:</p> <p>a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):</p> <p>b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:</p> <p>c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:</p>	<p>a): [.....]</p> <p>b): [.....]</p> <p>c): [.....]</p>

¹⁰ Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

¹¹ Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu.

Części	Odpowiedź:
W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	[]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:	Odpowiedź:
Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[.....], [.....]
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić – **dla każdego** z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w **niniejszej części sekcja A i B oraz w części III**, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V¹².

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:

¹²

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome , proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

1. udział w **organizacji przestępczej**¹³;
2. **korupcja**¹⁴;
3. **nadużycie finansowe**¹⁵;
4. **przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną**¹⁶
5. **pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu**¹⁷
6. **praca dzieci i inne formy handlu ludźmi**¹⁸.

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:

Odpowiedź:

Czy w stosunku do **samego wykonawcy** bądź **jakiegokolwiek** osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, **wydany został prawomocny wyrok** z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony

Tak Nie

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):
 [.....][.....][.....][.....]¹⁹

¹³ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

¹⁴ Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

¹⁵ W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

¹⁶ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podleganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 teże decyzji ramowej.

¹⁷ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

¹⁸ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

¹⁹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?	
<p>Jeżeli tak, proszę podać²⁰:</p> <p>a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania;</p> <p>b) wskazać, kto został skazany [];</p> <p>c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:</p>	<p>a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): []</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]²¹</p>
W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia ²² („samooczyszczenie“)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki ²³ :	[.....]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:	Odpowiedź:	
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne , zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
<p>Jeżeli nie, proszę wskazać:</p> <p>a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy;</p> <p>b) jakiej kwoty to dotyczy?</p> <p>c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków:</p> <p>1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 	Podatki	Składki na ubezpieczenia społeczne
	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <ul style="list-style-type: none"> – <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – [.....] – [.....] <p>c2) [...]</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <ul style="list-style-type: none"> – <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – [.....] – [.....] <p>c2) [...]</p>

²⁰ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²¹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²² Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

²³ Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

<p>2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:</p> <p>d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?</p>	<p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]</p>	<p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]</p>
<p>Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):²⁴ [.....][.....][.....]</p>	

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI²⁵

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

<p>Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy²⁶?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji:</p> <p>a) zbankrutował; lub</p> <p>b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub</p> <p>c) zawarł układ z wierzycielami; lub</p> <p>d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych²⁷; lub</p> <p>e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub</p> <p>f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak:</p> <p>– Proszę podać szczegółowe informacje:</p> <p>– Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p>

²⁴ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁵ Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

²⁶ O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

²⁷ Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

<p>zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej²⁸.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego²⁹?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów³⁰ spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

²⁸ Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

²⁹ W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁰ Wskazany w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

<p>przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;</p> <p>b) nie zataił tych informacji;</p> <p>c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz</p> <p>d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym	Odpowiedź:
<p>Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?</p> <p>Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]³¹</p>
<p>W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p>

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

³¹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Kompetencje	Odpowiedź
<p>1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy³²: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[...]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [...] <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
<p>1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³³ (-): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta</p> <p>(liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Jego roczny („specyficzny”) obrot w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³⁴:</p>	<p>rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta</p> <p>(liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p>

³² Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

³³ Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁴ Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	{.....}{.....}{.....}
3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:	{.....}
4) W odniesieniu do wskaźników finansowych ³⁵ określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y ³⁶ – oraz wartość): {.....}, {.....} ³⁷ (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}
5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:	{.....} {...} waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}
6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych , które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	{.....} (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane : W okresie odniesienia ³⁸ wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju : Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowolającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): {...} Roboty budowlane: {.....} (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}
1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień	Liczba lat (okres ten został wskazany w

³⁵ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁶ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁷ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

³⁸ Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat.

<p>publicznych na usługi: W okresie odniesienia³⁹ wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych⁴⁰:</p>	<p>stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...]</p> <table border="1" data-bbox="810 174 1369 304"> <thead> <tr> <th data-bbox="810 174 991 237">Opis</th> <th data-bbox="991 174 1115 237">Kwoty</th> <th data-bbox="1115 174 1214 237">Daty</th> <th data-bbox="1214 174 1369 237">Odbiorcy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="810 237 991 304"></td> <td data-bbox="991 237 1115 304"></td> <td data-bbox="1115 237 1214 304"></td> <td data-bbox="1214 237 1369 304"></td> </tr> </tbody> </table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
<p>2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych⁴¹, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:</p>	<p>[.....] [.....]</p>								
<p>3) Korzysta z następujących urzędów technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli⁴² swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>								
<p>6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:</p>	<p>a) [.....] b) [.....]</p>								
<p>7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące</p>	<p>Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej:</p>								

³⁹ Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat.

⁴⁰ Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

⁴¹ W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

⁴² Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

	{.....}; {.....} {.....}; {.....} {.....}; {.....}
9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:	{.....}
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom ⁴³ następującą część (procentową) zamówienia:	{.....}
11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy : Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie {.....}{.....}{.....}
12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy : Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie , proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie {...} {adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji}: {.....}{.....}{.....}

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości , w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie , proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie {.....} {.....}

⁴³ Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca **postanowił** zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia **oraz** polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

<p>jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....][.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
<p>W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:</p> <p>W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:</p> <p>Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej⁴⁴, proszę wskazać dla każdego z nich:</p>	<p>[.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie⁴⁵</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]⁴⁶</p>

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

⁴⁴ Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

⁴⁵ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁶ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim⁴⁷, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.⁴⁸, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskać(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrótowy opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [.....]

⁴⁷ Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urząd lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

⁴⁸ W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dane Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy
(Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

Nazwa i adres Partnera/-ów
(w przypadku Konsorcjum)

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci”

Oświadczam/-y, że w odniesieniu do **Pakietu nr** którego dotyczy oferta:

- 1) oferowany wyrób medyczny, dokonana ocena zgodności oferowanego wyrobu medycznego przed jego wprowadzeniem do obrotu oraz wprowadzenie oferowanego wyrobu do obrotu spełniają wszystkie wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974),
 - 2) oferowany wyrób medyczny został oznakowany znakiem CE po przeprowadzeniu odpowiednich dla wyrobu procedur oceny zgodności, zakończonych wydaniem certyfikatu zgodności;
 - 3) certyfikat zgodności potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi dotyczący oferowanych wyrobów medycznych nie utracił ważności, nie został wycofany lub zawieszony;
 - 4) wytwórca lub jego autoryzowany przedstawiciel wystawił deklarację zgodności stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi;
 - 5) oferowane wyroby medyczne są właściwie oznakowane i mają odpowiednie instrukcje użytkowania w języku polskim, a informacje dostarczane przez wytwórcę spełniają wymagania zasadnicze;
- zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego kopie lub oryginały dokumentów wymienione w punktach od 1 do 5.

Oświadczam/-y, że w odniesieniu do **Pakietu nr poz.*)** został zaoferowany produkt nie zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974).

**) wypełnić jeśli dotyczy danego pakietu*

Oświadczenie dotyczące podanych informacji

Oświadczam, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz. U. 2022 poz. 1138 t.j.), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

....., dnia

.....
*(Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)*

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

*(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum
albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)*

Dane Wykonawcy	
Nazwa i adres Wykonawcy <i>(Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)</i>	[.....]
Nazwa i adres Partnera/-ów <i>(w przypadku Konsorcjum)</i>	[.....]
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:	
Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci	
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania	
Oświadczam, że: nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego	
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.	
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podwykonawcy	
Podwykonawstwo:	
Czy Wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia ?	[] Tak [] Nie <i>(jeżeli TAK , proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców)</i>

Załącznik nr 5 do SWZ
na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
Szp/ZP-360/2022

Nazwa i adres	[.....] [.....]
Oświadczam, że: podwykonawcy, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia	<input type="checkbox"/> Tak
Oświadczenie dotyczące podanych informacji	
<p>Oświadczam, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2020 r. poz.1444 ze zm.), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia Zamawiającego w błąd.</p> <p>....., dnia</p> <p style="text-align: right;">(Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)</p>	