

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy).....  
(miejsowość i data)

Nr postępowania: ZP/27/014/D/23

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ II****Oscyloskop cyfrowy typu B (szt. 4)**

L.p.	Minimalne wymagania Zamawiającego
1.	Typ oscyloskopu: przenośny z uchwytem,
2.	2 niezależne analogowe kanały wejściowe,
3.	Pasma analogowe: minimum 50 MHz,
4.	Częstotliwość próbkowania: minimum 1 GSa/s,
5.	Indywidualne dla obydwu kanałów wejściowych pokrętła do ustawiania skali pionowej i pozycji pionowej (nie jest dopuszczalne pokrętło skali i pozycji współdzielone przez dwa kanały),
6.	Zasilanie napięciem 230 V, 50 Hz; zasilacz wbudowany (nie jest dopuszczalny zasilacz zewnętrzny),
7.	Chłodzenie pasywne (brak wentylatora),
8.	Kolorowy wyświetlacz o przekątnej minimum 7" i rozdzielczości nie gorszej niż 800x480,
9.	Funkcja analizy FFT umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie wykresów w funkcji czasu oraz w funkcji częstotliwości,
10.	Interfejsy (minimum): ✓ 1 x USB do przyłączenia nośnika pamięci (pendrive), ✓ 1 x USB do połączenia z komputerem PC,
11.	Wyposażenie podstawowe: ✓ Minimum 2 sondy napięciowe pasywne o częstotliwości co najmniej 50 MHz każda,
12.	<b>Okres gwarancji: minimum 24 miesiące</b>
13.	<b>Termin realizacji: do 35 dni kalendarzowych.</b>

Kod CPV:

Kod CPV	Opis kodu
38342000-4	Oscyloskopy