

COZL/DZP/AW/3411/PN - 8/24

Lublin, dnia 12.03.2024r.

Do wszystkich wykonawców

**„Dostawa oprzyrządowania do systemu hydrochirurgicznego oczyszczania ran, elektrod igłowych i haczykowych, worków laparoskopowych do pobierania preparatów oraz oprzyrządowania do noża ultradźwiękowego kompatybilnego z aspiratorem ultradźwiękowym firmy Olympus na potrzeby Bloku Operacyjnego” Znak postępowania: COZL/DZP/AW/3411/PN-8/24**

1. Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

I.

**Pytanie nr 1**

dot. załącznika 2.3 Kosztorys ofertowy

Z jakiego rodzaju resektoskopem (bipolarnym czy monopolarnym) elektrody mają być kompatybilne ?

**Odpowiedź: Elektrody mają być kompatybilne z resektoskopem bipolarnym. ZMIANA Załącznika nr 2.3- Kosztorys ofertowy - Część 3 – Elektroda resekcyjna igłowa**

- strony zamienne w załączeniu

**Pytanie nr 2**

dot. załącznika 2.3 Kosztorys ofertowy

Po jakim kątem ma być wygięta igła w elektrodzie resekcyjnej igłowej (45<sup>o</sup>, 90<sup>o</sup>, inny) ?

**Odpowiedź: Igła w elektrodzie resekcyjnej wygięta pod kątem 90<sup>o</sup>C. ZMIANA Załącznika nr 2.3- Kosztorys ofertowy - Część 3 – Elektroda resekcyjna igłowa**

- strony zamienne w załączeniu

**Pytanie nr 3**

dot. załącznika 2.3 Kosztorys ofertowy

Z jakiego rodzaju optykami (ilość stopni) ma być kompatybilna elektroda ?

**Odpowiedź: Elektroda kompatybilna z optykami 30<sup>o</sup>C. ZMIANA Załącznika nr 2.3- Kosztorys ofertowy - Część 3 – Elektroda resekcyjna igłowa**

- strony zamienne w załączeniu

**Pytanie nr 4**

dot. załącznika 2.3 Kosztorys ofertowy

Z uwagi na niezależny od nas sposób konfekcjonowania produktu przez producenta w niepodzielne opakowania handlowe zawierające 12 sztuk elektrod rodzaju „elektroda igłowa” zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści zmianę wymaganej jednostki miary na opakowania.

W przypadku zgody na powyższe prosimy o określenie wymaganej ilości, czy ma to być 1 op. (12 szt. ), czy może 5 op. ( 60 szt.)?

**Odpowiedź: ZMIANA Załącznika nr 2.3- Kosztorys ofertowy - Część 3 – Elektroda resekcyjna igłowa - strony zamienne w załączeniu**

2. Działając w oparciu o zapisy art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), Zamawiający zmienia treść zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia:

#### **1.Zmiana SWZ w Części XVIII. Pkt. 1 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

**Było:**

1.Wykonawca jest związany ofertą przez **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **19.06.2024r**

**Jest:**

1.Wykonawca jest związany ofertą przez **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **25.06.2024r**

#### **2.Zmiana SWZ XXII. Pkt. 1 i 2 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**Było:**

1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale XXI należy złożyć w terminie **do dnia 22.03.2024 r. do godziny 09:00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 22.03.2024 r. o godzinie 09:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej**, w siedzibie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin

**Jest:**

1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale IX należy złożyć w terminie **do dnia 28.03.2024 r. do godziny 09:00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 28.03.2024 r. o godzinie 09:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej**, w siedzibie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.