

Znak DOAT: 88/07/2021

Włoszczowa, dnia 19.07.2021 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert – na zakup i dostawę trzech aparatów EKG dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II.

Znak sprawy: 11/07/2021.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG , który posiada Interfejsy : USB , Wi-Fi , LAN ,współpraca z komputerem z oprogramowaniem , bez złącza RS 232 , które jest rozwiązaniem przestarzałym ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aparat EKG bez złącza RS 232.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG , który posiada ekran dotykowy , przekątna 7" , rozdzielczość 800 x 480 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat EKG, który posiada ekran dotykowy o przekątnej min. 7". Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aparat EKG z ekranem o rozdzielczości 800 x 480.

Pytanie 3

Zwracamy się o rezygnację z konieczności posiadania atestu PZH , gdyż atest ten nie dotyczy dopuszczenia stosowania na rynku polskim. Dokumentami tymi są : Certyfikat CE , deklaracja zgodności i Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z konieczności posiadania atestu PZH.

Pytanie 4

Dot. pkt 3 w tabeli opisu przedmiotu zamówienia:

Proszę o sprecyzowanie: Czy zamawiający wymaga aby aparat EKG miał możliwość wydruku na papierze szerokości 112mm i 210 mm w zależności jaki papier tam się włoży, bez konieczności prowadzenia interwencji serwisowych? Taki papier jaki włożymy na takim nam drukuje – a możemy włożyć i szeroki i wąski.

- TAK zamawiający wymaga / NIE, zamawiający nie wymaga

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza opisane w pytaniu rozwiązanie.

Pytanie 5

Dot. pkt 14

Czy zamawiający dopuści aparaty EKG większe lub mniejsze od podanego rozmiaru o +/- 20 mm

TAK / NIE

Odpowiedź: Zamawiający nie określił minimalnych rozmiarów aparatu EKG. Tak, Zamawiający dopuszcza aparaty EKG o maksymalnych rozmiarach większych o + 20 mm od określonych w pkt 14 tabeli.

Pytanie 6

Dot. pkt 13

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby aparat nie miał wbudowanego wewnątrz modemu WiFi i pozwoli na zastosowanie zewnętrznego modułu WiFi / LAN nie będącego nierozłączną częścią aparatu EKG a jedynie modułem który można wpiąć przez port USB.

- TAK Wyrażamy zgodę / NIE nie wyrażamy zgody

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, ale nie wymaga.

Pytanie 7

Dotyczy Załącznika nr 2 Formularz asortymentowy aparaty EKG 3 szt.

Pkt 11

Czy Zamawiający dopuści ekran klasyczny (bez funkcji dotykowej), który nadaje się do dezynfekcji, a co za tym idzie pozwala utrzymać reżim higieniczny w szpitalu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza aparatu EKG z ekranem bez funkcji dotykowej.

Pkt 12

Czy Zamawiający dopuści pamięć wewnętrzną na 200 badań z możliwością zapisu kolejnych badań w pamięci zewnętrznej na karcie SD?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat EKG, w którym zastosowano opisane rozwiązanie.

Pkt 14

Czy Zamawiający dopuści wymiary aparatu: 390 x 330 x 200 mm? Jest to niewielkie odstępstwo od wymaganych maksymalnych wymiarów aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparaty EKG o maksymalnych wymiarach 460 mm x 370mm x 200 mm

Pkt 17

Czy Zamawiający dopuści kolorowy ekran graficzny 7", klasyczny (bez funkcji dotykowej), który nadaje się do dezynfekcji a co za tym idzie pozwala utrzymać reżim higieniczny w szpitalu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza aparatu EKG z ekranem bez funkcji dotykowej.

Pytanie 8

Gwarancja i serwis oraz par. 6 ust. 6 umowy.

Pkt. 3 Czy zamawiający odstąpi od wymogu określenia czasu przystąpienia do awarii w dni wolne i święta, licząc do czasu reakcji tylko dni robocze ? Sprzęt nie jest sprzętem ratującym życie, a wliczanie ewentualnych kosztów pracy serwisanta w dni świąteczne może podwyższyć ostateczną wycenę sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na określenie czasu przystąpienia do awarii jako czasu liczonego w dni robocze (max. 48 godz.)

Pkt. 5 Wnosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem materiały eksploatacyjne Zamawiający rozumie materiały, których wymianę zaleca producent podczas okresowych przeglądów. Do materiałów tych nie zalicza się materiałów jednorazowego użytku – zużywalnych (kalkulacja oferty łącznie z materiałami jednorazowymi nie byłaby możliwa – nie jest możliwe przewidzenie jaka ilość będzie wymieniana w czasie pracy).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem materiały eksploatacyjne rozumie się materiały, których wymianę zaleca producent podczas okresowych przeglądów.

Pytanie 9

Dotyczy Załącznika nr 3 – Umowa dostawy

Par. 6 ust. 6

Czy zamawiający odstąpi od wymogu określenia czasu naprawy w dni wolne i święta, licząc tylko dni robocze i wydłuży termin do 96 godzin w przypadku braku konieczności dostawy części zamiennych (liczonych w dni robocze) ? Sprzęt nie jest sprzętem ratującym życie, a wliczanie ewentualnych kosztów pracy serwisanta w dni świąteczne może podwyższyć ostateczną wycenę sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na określenie czasu naprawy jako czasu liczonego w dni robocze i wydłuża termin naprawy do 5 dni roboczych, a w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – do 10 dni roboczych.

Par. 6 ust. 6

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 48 godzin. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy: - do 48 godzin liczonych w dni robocze - do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i - 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na określenie czasu naprawy jako czasu liczonego w dni robocze i wydłuża termin naprawy do 5 dni roboczych, a w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – do 10 dni roboczych.

Par. 6 ust. 7

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci: „Wszystkie naprawy wydłużające się ponad terminy określone w umowie, przedłużają automatycznie okres gwarancji o czas przestoju, liczony od dnia zgłoszenia wady lub awarii, do dnia przekazania sprawnego urządzenia lub elementu, zespołu, podzespołu urządzenia Zamawiającemu”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Par. 6 ust. 7

Powszechnie przyjętą praktyką jest, że gwarancja elementów systemu naprawianych lub wymienionych w trakcie trwania okresu gwarancji kończy się wraz z zakończeniem gwarancji na przedmiot zamówienia. Pozwala to na rzetelną kalkulację oferty przez Wykonawcę, korzystniejszą dla Zamawiającego. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na usunięcie wymogu rozpoczęcia biegu gwarancji na nowo od momentu dokonania istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Par. 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto urządzenia, którego dotyczy zwłoka (a nie od wartości umowy)? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony. Analogicznie, w przypadku nieterminowej realizacji napraw lub braku realizacji przeglądu w zakresie wyłącznie jednego sprzętu objętego umową, kara umowna winna być naliczana od wartości tego konkretnego sprzętu jako że w zakresie tego sprzętu ma zrekompensować poniesioną szkodę. Naliczenie kary umownej od całości przedmiotu umowy sugerowałoby, iż np. przekroczony termin naprawy jednego ze sprzętów niesie ze sobą szkodę dla pozostałych aparatów objętych umową, co jest oczywiście niezasadne i stoi w sprzeczności z odszkodowawczym charakterem kary umownej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o modyfikację par. 7 ust, 2.2 oraz 2.3

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Par. 7 ust. 6

Zwracamy uwagę, że limitu kar ustalony na poziomie 70% może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. Wskazać należy, iż celem art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) i wprowadzenie obowiązku przewidywania łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było właśnie uniknięcie sytuacji naliczania rażąco wygórowanych. Zastosowanie kary na poziomie 50% wynagrodzenia Wykonawcy jest sprzeczne z celem tego postanowienia. W związku z tym, proponujemy określenie limitu kar umownych do wysokości 20 % wartości netto ceny określonej w § 7 ust. 6 umowy, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Par. 8 ust. 1

Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem rozwiązania umowy, udzielając mu odpowiedniego terminu. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. Prosimy o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu

dodatkowy min. 14 dniowy termin”.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje w § 8 ust. 4 o treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy min. 14 dniowy termin”

Par. 6 ust. 2

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone: „(...) Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”. Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

Proponujemy dodatnie Paragrafu o treści:

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.
2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.
3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Dotyczy: ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert

Pkt. II ppkt. 3

Wnosimy o odstąpienie od wymogu załączenia do oferty świadectwa PZH. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, dokumentami dopuszczającymi wyrób medyczny do obrotu na terenie RP są deklaracja zgodności, certyfikat CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz powiadomienie złożone do Prezesa Urzędu Wyrobów Medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu załączenia do oferty świadectwa PZH.

Pytanie 11

(dotyczy pkt 13 OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG bez interfejsu RS232.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aparat EKG bez interfejsu RS 232.

Pytanie 12

dotyczy pkt 17 OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 7" i rozdzielczości 800x400.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat EKG z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 7", ale nie dopuszcza ekranu EKG o rozdzielczości 800x400.

Pytanie 13

dotyczy pkt 3 warunków gwarancji i serwisu oraz umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę określenia terminu na usunięcie awarii na 48 godzin w dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na określenie czasu naprawy jako czasu liczonego w dni robocze i wydłuża termin naprawy do 5 dni roboczych, a w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – do 10 dni roboczych.

Pytanie 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysyłki sprzętu kurierem na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku obsługi serwisowej sprzętu – przeglądy i naprawy gwarancyjne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie każdorazowo na wniosek Wykonawcy i po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.

Pytanie 15

pkt 4 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o możliwości wydruku na papierze termicznym o szerokości 100mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aparat EKG z możliwością wydruku na papierze 100 mm.

Pytanie 16

pkt 11 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG posiadający pełną klawiaturę membranową klawiaturę alfanumeryczną, ale nie posiadający ekranu dotykowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza aparatu EKG z ekranem bez funkcji dotykowej. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dopuszcza aparat EKG posiadający klawiaturę alfanumeryczną mechaniczną lub membranową.

Pytanie 17

pkt 12 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG posiadający pamięć wewnętrzną na 100 badań, z możliwością rozbudowy do 1000 badań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści aparat EKG posiadający pamięć wewnętrzną na 100 badań rozbudowaną do 1000 badań.

Pytanie 18

pkt 13 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG posiadający 2 wejścia USB, transmisję danych LAN oraz WIFI, ale nie posiadający wejścia RS232?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aparat EKG bez wejścia RS 232.

Pytanie 19

pkt 17 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG nie posiadający ekranu dotykowego, ale posiadający ekran TFT 4" o rozdzielczości 800x480 oraz posiadający pełną alfanumeryczną klawiaturę membranową oraz przyciski funkcyjne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza aparatu EKG z ekranem bez funkcji dotykowej.

Pytanie 20

pkt 17 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG nie posiadający ekranu dotykowego, ale posiadający ekran TFT 7" o rozdzielczości 800x480 oraz posiadający pełną alfanumeryczną klawiaturę membranową oraz przyciski funkcyjne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza aparatu EKG z ekranem bez funkcji dotykowej.

Pytanie 21

pkt 24 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG bez trybu długiego zapisu do wykrywania arytmii, ale posiadający możliwość stałego podglądu zapisu EKG na ekranie aparatu oraz tryby AUTO i MANUAL?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści aparatu EKG bez trybu długiego zapisu do wykrywania arytmii.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert, zamieszczona jest na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa i w Bazie Konkurencyjności i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:

SPECJALISTA
Marta Piwońska

KIEROWNIK DZIAŁU
OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEJ
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w/włoszczowie, tel. 41 3883777

Piotr Szydłowski
Piotr Szydłowski

Z upoważnienia

Starszy Specjalista
ds. prawnych

Krzysztof Rutkowski
Krzysztof Rutkowski