

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Naprawa i kalibracja analizatora obwodów Agilent N5245A

Przedmiotem zamówienia jest naprawa urządzenia poprzez wymianę uszkodzonego syntezeru na fabrycznie nowy z bieżącej produkcji oraz wymiana podzespołów wymaganych do zachowania kompatybilności z wymienianym syntezerem: pozostałych syntezerów, modułu DSP, modułu CPU wraz z aktualizacją oprogramowania. Ponadto w skład zamówienia wchodzi kalibracja nieakredytowana z określeniem niepewności (przeprowadzona przez producenta). Wymagana jest minimum roczna gwarancja na naprawione urządzenie.

Usługa obejmuje odebranie urządzenia z Gmachu Wydziału Elektroniki i Techniki Informatycznych Politechniki Warszawskiej (ul. Nowowiejska 15/19, 000-665 Warszawa) oraz dostarczenie go w to samo miejsce po wykonaniu usługi.