

[24.03.2022r.]



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej "ustawą" na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice

Zamawiający:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5

34 – 100 Wadowice

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zozwadowice.pl

e-mail: zp@zozwadowice.pl

[24.03.2022r.]

SPIS TREŚCI

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:	3
II. Tryb udzielenia zamówienia:	3
III. Opis przedmiotu zamówienia:	3
IV. Termin realizacji zamówienia:	4
V. Warunki udziału w postępowaniu:	4
VI. Podstawy wykluczenia z postępowania:	5
VII. Podmiotowe środki dowodowe i wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia:	6
VIII. Przedmiotowe środki dowodowe:	9
IX. Poleganie na zasobach innych podmiotów:	9
X. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja):	11
XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:	11
XII. Wymagania dotyczące wadium:	14
XIII. Termin związania ofertą:	16
XIV. Opis sposobu przygotowania ofert:	17
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:	20
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny:	21
XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:	22
XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:	33
XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:	34
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:	34
XXI. Ochrona danych osobowych:	35
XXII. Załączniki:	36
Załącznik nr 1 do SWZ	37
Załącznik nr 2a do SWZ	57
Załącznik nr 2b do SWZ	58
Załącznik nr 3 do SWZ	59
Załącznik nr 4 do SWZ	60
Załącznik nr 5 do SWZ	61
Załącznik nr 6 do SWZ	62
Załącznik nr 7 do SWZ	64

[24.03.2022r.]

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5; 34-100 Wadowice

tel. 33 87 21 200; 87 21 300; fax. 823 22 30

e-mail: zp@zozwadowice.pl

adres strony internetowej: <https://zozwadowice.pl/>

Godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej "Ustawą Pzp".
2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Pzp.
3. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Ustawy Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie a w sprawach nieuregulowanych przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).
4. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości żądania JEDZ wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych.
8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwość odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny kod CPV: 33.14.10.00-0 - jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne,

Dodatkowe kody CPV: 33.14.16.20-2 - zestawy medyczne,

33.14.16.40-8 - dreny;

33.14.13.20-9 - igły medyczne,

[24.03.2022r.]

1. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego określa **załącznik nr 1 do SWZ**.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania asortymentu w sztukach, a nie w opakowaniach zbiorczych.
3. Zamawiający dopuszcza, w przypadku asortymentu zwyczajowo sprzedawanego w opakowaniach handlowych, podanie ceny za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości wynikających z załącznika nr 1 do SWZ.
4. Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Liczba części 57.
5. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne pozycje w pakietach.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
9. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
10. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
11. Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, przy czym w zakresie parametrów dotyczących przedmiotu zamówienia, na podstawie których Zamawiający będzie ocenił równoważność rozwiązań oferowanych przez Wykonawcę, Zamawiający będzie odnosił rozwiązania zaoferowane przez Wykonawcę, do parametrów i wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
12. W przypadku, gdy w trakcie postępowania przetargowego zostanie wstrzymana produkcja asortymentu lub zostanie on wycofany z obrotu, Wykonawca winien zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z prośbą o ustosunkowanie.

IV. Termin realizacji zamówienia:

1. Termin realizacji zamówienia: **24 miesiące** – od 01.08.2022
2. Termin dostawy zamówienia: **max 3 dni robocze** od dnia złożenia zamówienia.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - 1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - 1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - 1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

[24.03.2022r.]

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ oraz oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający wymaga, złożenia oświadczenia własnego wykonawcy w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z wykonawców. Wzór formularza JEDZ określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 3/16), którego wzór stanowi **Załącznik nr 2 do SWZ**.

VI. Podstawy wykluczenia z postępowania:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy Pzp.
2. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Ustawy Pzp.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust 1 pkt 4 Ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki:
 - 3.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
 - 3.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
 - 3.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 - b) zreorganizował personel,
 - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia

[24.03.2022r.]

VII. Podmiotowe środki dowodowe i wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia:

Część A

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ, które sporządza się, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

2. Zamawiający **zaleca**, aby wykonawca sporządził ww. oświadczenie za pomocą pliku ESPD poprzez serwis umożliwiający wypełnienie ESPD, znajdujący się pod adresem:

<https://espd.uzp.gov.pl>

2.1. Po uruchomieniu wyżej wymienionej strony internetowej, należy wybrać: „język polski”, a potem zaznaczyć: „Jestem wykonawcą” (także w sytuacji, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega wykonawca). Odpowiednikiem warunków udziału w postępowaniu w rozumieniu ustawy są kryteria kwalifikacji, o których mowa w JEDZ.

2.2. Instrukcja wypełnienia formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf

2.3. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

2.4. Upoważnienie osób podpisujących JEDZ musi wynikać bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), a w przypadku ustanowienia pełnomocnika ze stosowanego pełnomocnictwa (załączonego do oferty) w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

3. Zamawiający wymaga by wykonawca podczas wypełniania formularza JEDZ w zakresie części IV (kryteria kwalifikacji) odznaczył *pole α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji*. W takim przypadku pozostałe sekcje formularza będą nieaktywne – wykonawca nie ma obowiązku ich wypełnienia.

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, należy złożyć odrębny JEDZ zawierający informacje wymagane w częściach II-IV dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów, podpisane przez podmiot, którego dokumenty dotyczą.

Część B

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale VI, to jest:

6.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie:

[24.03.2022r.]

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

6.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

6.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

6.4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6.5. **oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dotyczące naruszeń obowiązków dotyczących płatności i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),

Przedmiotowe oświadczenia należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

6.6. **oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp**, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – **wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.**

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

[24.03.2022r.]

7.1. pkt 6 ppkt 6.1. - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp;

7.2. pkt 6 ppkt 6.2- 6.4 – zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6 ppkt 6.2. zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 6 ppkt 6.3. lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 6 ppkt 6.4. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

8. Dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 6.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 6.2. - 6.4. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 ppkt 6.2. i 6.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 8 stosuje się odpowiednio.

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

a. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

b. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

8. *Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie numeru referencyjnego postępowania lub nazwy postępowania) oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.*

9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

[24.03.2022r.]

Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

VIII. Przedmiotowe środki dowodowe:

1. Opis przedmiotu zamówienia: Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu (odpowiednio):

1.1. Oświadczenie o spełnianiu przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań przewidzianych przez ustawę z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 186), potwierdzające dopuszczenie tych wyrobów do obrotu i używania, oraz przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016. w sprawie wymagań zasadniczych dla procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016r, poz. 211.), wzór stanowi **Załącznik nr 4** do SWZ;

2. Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

3. Zamawiający akceptuje również certyfikaty inne przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

4. Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

IX. Poleganie na zasobach innych podmiotów:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane oraz dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz-z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

3.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

3.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

[24.03.2022r.]

- 3.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. (art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust 1 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy Pzp.)
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnieni zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VII pkt. 1 SWZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale VII SWZ¹,
Oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby składane na formularzu JEDZ powinny być złożone w formie **elektronicznej** (tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów) w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 124 ust. 1 ustawy Pzp. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XI SWZ.
- W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ podmiot udostępniający zasoby przedstawia oświadczenie w zakresie zdolności udostępnianych Wykonawcy. Podmiot udostępniający zasoby może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α . W takim przypadku ogólne oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby będzie interpretowane jedynie w zakresie udostępnianych zdolności.
9. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale VII Część B pkt. 6. potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia z postępowania. Do podmiotów udostępniających zasoby stosuje się odpowiednio postanowienia Rozdziału VII pkt 7 do 9.

¹ Zgodnie z art. 125 ust. 5 p.z.p.

[24.03.2022r.]

X. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja):

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust 1 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy Pzp.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VII, przy czym:
 - 4.1. podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VII Część C składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdziale V.
 - 4.2. podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VII Część B składa każdy z nich.
5. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest:
 - 1.1. Joanna Dąbrowska – w zakresie procedury przetargowej,
 - 1.2. Sabina Potempa – w zakresie przedmiotu zamówienia.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice
 3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
- Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja,

[24.03.2022r.]

której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

- 6.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- 6.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- 6.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
- 6.4. włączona obsługa JavaScript,
- 6.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
- 6.6. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
- 6.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. Czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- 7.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
- 7.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej [pod linkiem](#).

8. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl**, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (art. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

10. W sytuacjach awaryjnych art. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii niedziałania www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny w SWZ dot. danego postępowania.

11. **Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla**

[24.03.2022r.]

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

12. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf**

13. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

13.1. .zip

13.2. .7Z

14. Wśród formatów powszechnych a **NIE występujących** w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**

15. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

16. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES.

17. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XadES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

18. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów art. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

19. Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

20. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

21. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

22. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

23. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

24. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty art. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

25. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

26. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

27. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

28. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 przed upływem terminu składania ofert.

[24.03.2022r.]

29. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 28, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

30. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniony jest SWZ, tj. www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice

31. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej – www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice, na której udostępniona jest specyfikacja.

32. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SWZ stanie się jej integralną częścią.

33. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego.

XII. Wymagania dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 47 900,00 zł w tym dla poszczególnych pakietów:

Pakiet nr 1	3 400,00 zł
Pakiet nr 2	550,00 zł
Pakiet nr 3	2 000,00 zł
Pakiet nr 4	900,00 zł
Pakiet nr 5	2 900,00 zł
Pakiet nr 6	750,00 zł
Pakiet nr 7	4500,00 zł
Pakiet nr 8	190,00 zł
Pakiet nr 9	400,00 zł
Pakiet nr 10	1500,00 zł
Pakiet nr 11	80,00 zł
Pakiet nr 12	2600,00 zł
Pakiet nr 13	400,00 zł
Pakiet nr 14	100,00 zł
Pakiet nr 15	300,00 zł
Pakiet nr 16	600,00 zł
Pakiet nr 17	700,00 zł
Pakiet nr 18	3800,00 zł
Pakiet nr 19	900,00 zł
Pakiet nr 20	400,00 zł
Pakiet nr 21	400,00 zł
Pakiet nr 22	200,00 zł
Pakiet nr 23	450,00 zł
Pakiet nr 24	490,00 zł

[24.03.2022r.]

Pakiet nr 25	500,00 zł
Pakiet nr 26	240,00 zł
Pakiet nr 27	1600,00 zł
Pakiet nr 28	90,00 zł
Pakiet nr 29	300,00 zł
Pakiet nr 30	600,00 zł
Pakiet nr 31	40,00 zł
Pakiet nr 32	6200,00 zł
Pakiet nr 33	590,00 zł
Pakiet nr 34	160,00 zł
Pakiet nr 35	220,00 zł
Pakiet nr 36	100,00 zł
Pakiet nr 37	300,00 zł
Pakiet nr 38	350,00 zł
Pakiet nr 39	320,00 zł
Pakiet nr 40	620,00 zł
Pakiet nr 41	60,00 zł
Pakiet nr 42	50,00 zł
Pakiet nr 43	480,00 zł
Pakiet nr 44	600,00 zł
Pakiet nr 45	270,00 zł
Pakiet nr 46	140,00 zł
Pakiet nr 47	170,00 zł
Pakiet nr 48	720,00 zł
Pakiet nr 49	270,00 zł
Pakiet nr 50	940,00 zł
Pakiet nr 51	1000,00 zł
Pakiet nr 52	290,00 zł
Pakiet nr 53	1300,00 zł
Pakiet nr 54	40,00 zł
Pakiet nr 55	730,00 zł
Pakiet nr 56	50,00 zł
Pakiet nr 57	50,00 zł

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - 3.1. pieniądzu;
 - 3.2. gwarancjach bankowych;

[24.03.2022r.]

- 3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING Bank Śląski S.A. O/Wadowice, **nr 24 1050 1100 1000 0022 6686 3279** z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”.

UWAGA: Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (decyduje data

i godzina uznania rachunku Zamawiającego).

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

5.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w Ustawie Pzp.

5.2. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

5.3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

5.4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

5.5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

5.6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.

5.7. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą zostanie odrzucona.

7. Potwierdzenie wniesienia wadium musi być dołączone do oferty.

8. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi być potwierdzone stosownym dokumentem podpisanym przez gwaranta kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który należy: dołączyć do zaszyfrowanej w sposób wskazany w SWZ oferty lub wnieść w oryginale w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami komunikacji określonymi w SWZ przed upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający **zwraca** wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

10. Zamawiający **zatrzymuje** wadium na warunkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

XIII. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **90 dni**, tj. do dnia 27.07.2022r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do

[24.03.2022r.]

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środkach dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu² (**opcja rekomendowana** przez platformazakupowa.pl).
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta powinna być:
 - 3.1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
 - 3.2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
 - 3.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

² Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

[24.03.2022r.]

7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.

9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ust 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

13. Dokumenty składające się na ofertę:

13.1. formularz ofertowy, według wzoru określonego w **Załączniku nr 6 do SWZ**,

13.2. dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (wymienione w Rozdziale VII SWZ -JEDZ);

13.3. Dokumenty wskazane w Rozdziale VIII SWZ,

13.4. nieodpłatne próbki opisane numerem pakietu i pozycji. Próbki należy złożyć w Sekretariacie ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice nie później niż do dnia otwarcia ofert:

- Pakiet 1. poz. 4 – 1 szt.
- Pakiet 2 poz.2 – 1 szt.
- Pakiet 3 poz. 10 – 1 szt.
- Pakiet 4 poz.3 – 1 szt.
- Pakiet 5 poz. 8 – 1 szt.
- Pakiet 6 poz.13 – 1 szt.
- Pakiet 7 poz. 1 – 1 szt.
- Pakiet 8 poz.1 – 1 szt.
- Pakiet 9 poz. 1 – 1 szt.
- Pakiet 10 poz. 13 – 1 szt.
- Pakiet 11 poz. 1 – 1 szt.
- Pakiet 12 poz.3 – 1 szt.
- Pakiet 13 poz.2 – 1 szt.
- Pakiet 14 poz. 2 – 1 szt.
- Pakiet 15 poz. 3 – 1 szt.

[24.03.2022r.]

- Pakiet 16 poz. 1 – 1 szt.
- Pakiet 17 poz.1 – 1 szt.
- Pakiet 18 poz. 1 – 1 szt.
- Pakiet 19 poz. 1 – 1 szt.
- Pakiet 20 poz.1 – 1 szt.
- Pakiet 21, poz. 1.2 – 1 szt.
- Pakiet 22 poz. 1 –1 szt.
- Pakiet 23 poz. 1– 1 szt.
- Pakiet 24 poz.1 – 1 szt.
- Pakiet 25 poz. 1 – 1 szt.
- Pakiet 26 poz.1 – 1 szt.
- Pakiet 27 poz. 1 – 1 szt.
- Pakiet 28 poz.1 – 1 szt.
- Pakiet 29 poz.1 – 1 szt.
- Pakiet 30 poz. 2 –1 szt.
- Pakiet 31 poz.1 – 1 szt.
- Pakiet 32 poz.7 – 1 szt.
- Pakiet 33 poz.1 – 1 szt.
- Pakiet 34 poz. 1 – 1 szt.
- Pakiet 35 poz.1 – 1 szt.
- Pakiet 36 poz. 1 – 1 szt.
- Pakiet 37 poz. 5 – 1 szt.
- Pakiet 38 poz. 2 – 1 szt.
- Pakiet 39 poz. 5 – 1 szt.
- Pakiet 40 poz. 1 – 1 szt.
- Pakiet 41 poz. 1 – 1 szt.
- Pakiet 42 poz. 1 – 1 szt.
- Pakiet 43 poz. 4 – 1 szt.
- Pakiet 44 poz. 1 – 1 szt.
- Pakiet 45 poz. 2 – 1 szt.
- Pakiet 46 poz. 2 – 1 szt.
- Pakiet 47 poz. 1 – 1 szt.
- Pakiet 48 poz. 1 – 1 szt.
- Pakiet 49 poz. 4 – 1 szt.
- Pakiet 50 poz. 1 – 1 szt.
- Pakiet 51 poz. 1 – 1 szt.
- Pakiet 52 poz. 1 – 1 szt.
- Pakiet 53 poz. 5 – 1 szt.
- Pakiet 54 poz. 1 – 1 szt.

[24.03.2022r.]

- Pakiet 55 poz. 1 i 2 – 1 szt.
 - Pakiet 56 poz. 1 – 1 szt.
 - Pakiet 57 poz. 1 – 1 szt.
- 13.5. w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,
- 13.6. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- 13.7. potwierdzenie wniesienia wadium,
- 13.8. zobowiązania wymagane postanowieniami Rozdziału IX pkt 3 SWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwem, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów określonych w Rozdziale VII Część B pkt 6.4 SWZ. – Propozycja w **Załączniku nr 2a do SWZ**
- 13.9. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp. według wzoru określonego w **Załączniku nr 2b do SWZ.**
14. **Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca aby przy sporządzeniu oferty, wykonawca skorzystał z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego.** Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w Specyfikacji.
15. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
17. **Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego (upoważnionych) przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.**
18. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
- Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 97 ust. 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1192 ze zm.)).

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem³: [...www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice](https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice) w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 29.04.2022r. godz 10:00**
2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

³ Wstawić adres Profilu Nabywcy na platformazakupowa.pl lub jeśli jednostka nie posiada wykupionego Profilu Nabywcy można dodać link do konkretnego postępowania lub ogólnie do strony platformazakupowa.pl

[24.03.2022r.]

3. Oferta lub wnioski składane elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku "Złóż ofertę" i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
5. Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
6. Otwarcie ofert i próbek następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **29.04.2022r. godz 10:30**
7. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
8. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
9. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 11.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 11.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
12. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” .
13. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line, a ma jedynie takie uprawnienie.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Zaoferowaną cenę całkowitą (brutto) należy przedstawić w Formularzu ofertowym zgodnym z wzorem stanowiącym **Załącznik nr 6 do SWZ**.
2. Cena określona w ofercie uwzględnia wszelkie koszty wynagrodzenia wykonawcy jakie Zamawiający zapłaci z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę), zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 106 ze zm.).
4. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN.

[24.03.2022r.]

5. Sposób zapłaty i zasady rozliczenia za realizację zamówienia, określone zostały w **Załączniku nr 7 do SWZ – Projekt Umowy**.

XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Zamawiający podczas oceny ofert kierować się będzie następującymi kryteriami:

Kryterium	Waga
Cena	60%
Jakość przedmiotu zamówienia	40%

1. Cena 60%

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Cena najniższa spośród wszystkich ofert}}{\text{Cena oferowana}} \times 100 \times 60 \%$$

2. Jakość przedmiotu zamówienia 40%

Pakiet 1. - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie poz. 4

Elastyczność drenu (odporność na załamania) 15%

załamany dren nie odkształca się, jest mało elastyczny – 0 pkt

załamany dren odkształca się, jest elastyczny – 15 pkt

Łatwość wprowadzania igły zbiorczej 15%

Igła zbiorcza jest tępa, są trudności podczas wprowadzania igły – 0 pkt

Igła zbiorcza jest ostra, nie występują trudności podczas wprowadzania igły – 15 pkt

Trwałość mocowania igły zbiorczej 10%

Brak stabilności po podłączeniu, brak szczelności podłączenia - 0 pkt

Podłączenie jest stabilne, igła nie wysuwa się, połączenie jest szczelne – 10 pkt

Pakiet nr 2 . - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja numer 2

Drożność cewnika przy zagięciu 40%

Zagięty dren jest niedrożny – 0 pkt

Zagięty dren jest drożny – 40 pkt

Pakiet nr 3- . - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 5

Elastyczność drenu, odporność na załamania (10%)

załamany dren nie odkształca się, jest mało elastyczny – 0 pkt

załamany dren odkształca się, jest elastyczny – 10 pkt

Drożność drenu 15%

[24.03.2022r.]

Trudności podczas odsysania, dren przytyka się – 0 pkt

Brak trudności podczas odsysania, dren nie przytyka się – 15 pkt

Łatwość wprowadzania 15%

Występują trudności podczas wprowadzania – 0 pkt

Brak trudności podczas wprowadzania – 15 pkt

Pakiet nr 4 - - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 3

Łatwość mocowania złącza 20%

Występują trudności połączenia z elektrodą – 0 pkt

Brak trudności połączenia z elektrodą – 20 pkt

Dobre dopasowanie do ciała i przyleganie do ciała 20%

Elektroda nie przylega ściśle do ciała, odkleja się – 0 pkt

Elektroda przylega ściśle do ciała, nie odkleja się – 20 pkt

Pakiet nr 5 - - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 8.

Ostrość szlif, łatwość wprowadzania igły 40%

Igła tępą, występuje opór igły przy wprowadzaniu – 0 pkt

Igła ostra, brak oporu igły przy wprowadzaniu – 40 pkt

Pakiet nr 6 - - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 13.

Elastyczność drenu (40%)

dren mało elastyczny, trudne dopasowanie się do anatomii pacjenta – 0 pkt

dren odpowiednio elastyczny, łatwo się dopasowuje do anatomii pacjenta – 40 pkt

Pakiet nr 7 - - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Ostrość igły 10%

Igła tępą – 0 pkt

Igła ostra – 10 pkt

Elastyczność igły 15%

Igła jest sztywna, występuje ryzyko złamania – 0 pkt

Igła jest elastyczne, łatwo można ją wprowadzić – 15 pkt

Drożność igły 15%

Igła przytyka się, nie jest drożna – 0 pkt

Igła jest drożna, nie przytyka się – 15 pkt

Pakiet nr 8 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

[24.03.2022r.]

Ostrość igły 10%

Igła tępa – 0 pkt

Igła ostra – 10 pkt

Elastyczność igły 15%

Igła jest sztywna, występuje ryzyko złamania – 0 pkt

Igła jest elastyczne, łatwo można ją wprowadzić – 15 pkt

Drożność igły 15%

Igła przytyka się, nie jest drożna – 0 pkt

Igła jest drożna, nie przytyka się – 15 pkt

Pakiet nr 9 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Kompatybilność z rękojeścią 20 %

Łyżka nie jest kompatybilna z rękojeścią – 0 pkt

Łyżka jest kompatybilna z rękojeścią – 20 pkt

Sztywność materiału 20%

Łyżka nie jest sztywna, zagina się – 0 pkt

Łyżka jest sztywna, nie zagina się – 20 pkt

Pakiet nr 10- Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 13.

Posiadanie etykiety 10 %

Pojemnik posiada etykietę – 10 pkt

Pojemnik nie posiada etykiety – 0 pkt

Sztywność pojemnika, odporność mechaniczna 15%

Pojemnik giętki, występuje ryzyko zniekształcenia podczas transportu – 0 pkt

Pojemnik twardy, brak ryzyka zniekształcenia podczas transportu – 15 pkt

Szczelność zamknięcia pokrywy pojemnika 15%

Pokrywa nie przylega szczelnie, istnieje ryzyko niekontrolowanego otwarcia pojemnika – 0 pkt

Pokrywa szczelnie przylega do pojemnika, brak możliwości niekontrolowanego otwarcia pojemnika – 15 pkt

Pakiet nr 11 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Kompatybilność z posiadany urządzeniem 40%

Czujnik kompatybilny z posiadany urządzeniem – 40 pkt

Czujnik niekompatybilny z posiadany urządzeniem – 0 pkt

Pakiet nr 12 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 3.

Elastyczność drenu, odporność na załamania (15 %)

załamany dren nie odkształca się, jest mało elastyczny – 0 pkt

[24.03.2022r.]

załamany dren odkształca się, jest elastyczny – 15 pkt

Szczelność połączenia (15%)

brak szczelności połączenia – 0 pkt

połączenie jest szczelne – 15 pkt

Łatwość połączenia (10%)

występują trudności przy połączeniu – 0 pkt

brak trudności przy połączeniu 10 pkt

Pakiet nr 13 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 2.

Nawilżenie minutowe dostosowane do objętości oddechowej (15%)

niedostosowane – 0 pkt

dostosowane – 15 pkt

Odpowiednie zabezpieczenie wentylacji (15%)

źle zabezpieczona wentylacja – 0 pkt

dobrze zabezpieczona wentylacja – 15 pkt

Możliwość korzystania z portu kapno (10%)

brak możliwości korzystania z portu kapno – 0 pkt

istnieje możliwość korzystania z portu kapno – 10 pkt

Pakiet nr 14 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 2.

Stabilność i lekkość tacy (40 %)

taca ciężka i mało stabilna – 0 pkt

taca wykonana z lekkiego tworzywa, jest stabilna – 40 pkt

Pakiet nr 15 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 3.

Szczelność zamykania pojemnika 40%

pojemnik nieszczelny – 0 pkt

pojemnik szczelny – 40 pkt

Pakiet nr 16 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Ostrość szlif, łatwość wprowadzania igły (40%)

występuje opór przy wprowadzaniu igły, igła tępa – 0 pkt

brak oporu przy wprowadzaniu igły, igła ostra – 40pkt

Pakiet nr 17 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Czas przydatności do użycia minimum (10%)

[24.03.2022r.]

krótszy niż 5 lat okres przydatności do użycia – 0 pkt

dłuższy niż 5 lat okres przydatności do użycia – 10 pkt

Łatwość umocowania igły doszpikowej (15%)

występują trudności w zakładaniu i mocowaniu igły doszpikowej – 0 pkt

brak trudności, łatwość w zakładaniu i mocowaniu igły doszpikowej – 15 pkt

Możliwość wykonywania badań laboratoryjnych z założonego wkłucia doszpikowego (15%)

brak możliwości wykonywania badań laboratoryjnych – 0 pkt

istnieje możliwość wykonywania badań laboratoryjnych – 15 pkt

Pakiet nr 18- Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Trwałość zespolenia z ładunkiem (40%)

brak zespolenia – 0 pkt

zespolenie trwałe – 40 pkt

Pakiet nr 19 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1

Szybka możliwość podłączenia i użycia przy zabiegu (40%)

występują trudności w podłączeniu i użyciu przy zabiegu – 0 pkt

brak trudności w podłączeniu i użyciu przy zabiegu – 40 pkt

Pakiet nr 20 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Kompatybilność z posiadanym urządzeniem (40%)

czujnik niekompatybilny z posiadanym urządzeniem – 0 pkt

czujnik kompatybilny z posiadanym urządzeniem – 40 pkt

Pakiet nr 21- Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.2

Łatwość i elastyczność w dopasowaniu maski do twarzy noworodka (20%)

trudne i małoelastyczne dopasowanie maski do twarzy noworodka – 0 pkt

łatwe i elastyczne dopasowanie maski do twarzy noworodka – 20 pkt

Kompatybilność z układem oddechowym z poz. nr 1.1

maska niekompatybilna – 0 pkt

maska kompatybilna – 20 pkt

Pakiet nr 22- Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Szczelność i elastyczność worka (40%)

brak szczelności i elastyczności – 0 pkt

worek elastyczny i szczelny – 40 pkt

[24.03.2022r.]

Pakiet nr 23 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Kompatybilność z posiadanym urządzeniem (40 %)

filtr nie kompatybilny z posiadanym dokumentem - 0 pkt

filtr kompatybilny z posiadanym dokumentem - 40 pkt

Pakiet nr 24 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Ostrość haczyka do przebijania wód (20%)

haczyk tępy – 0 pkt

haczyk ostry – 20 pkt

Łatwość manipulacji haczykiem (20%)

haczyk trudny do manipulacji – 0 pkt

łatwa manipulacja haczykiem – 20 pkt

Pakiet nr 25 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Łatwość otwarcia (20%)

trudności podczas otwierania – 0 pkt

brak trudności podczas otwierania – 20 pkt

Łatwość założenia (20%)

występują trudności podczas zakładania – 0 pkt

brak trudności podczas zakładania – 20 pkt

Pakiet nr 26 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Skalowanie worka (20%)

brak skali lub skala większa niż 100 ml – 0 pkt

obecność skali co 100 ml – 20 pkt

Odporność worka na uszkodzenia (20%)

worek mało odporny, nie utrzymuje naporu zawartości – 0 pkt

worek wytrzymuje napór zawartości – 20 pkt

Pakiet nr 27 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Prawidłowe pozycjonowanie rurki (20%)

trudności podczas pozycjonowania rurki – 0 pkt

brak trudności, pozycjonowanie prawidłowe – 20 pkt

Ostrość szlif, łatwość wprowadzenia igły (20%)

opór przy wprowadzaniu, igła tępa – 0 pkt

[24.03.2022r.]

brak oporu przy wprowadzania, igła ostra – 20 pkt

Pakiet nr 28 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Stabilność mocowania na główce dziecka (20%)

brak stabilności mocowania na główce dziecka – 20 pkt

odpowiednia stabilność mocowania na główce dziecka – 0 pkt

Możliwość regulacji rzep (20%)

brak możliwości regulacji rzep – 0 pkt

istnieje możliwość regulacji rzep – 20 pkt

Pakiet nr 29 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Elastyczność drenu w kontakcie ze skórą człowieka (20%)

dren nie elastyczny w kontakcie ze skórą człowieka – 0 pkt

dren elastyczny w kontakcie ze skórą człowieka – 20 pkt

Łatwość wprowadzania drenu (20%)

dren trudny do wprowadzenia – 0 pkt

dren łatwy do wprowadzenia – 20 pkt

Pakiet nr 30 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 2.

Łatwość łączenia ostrza ze strzygarką (20%)

występuje trudność w połączeniu – 0 pkt

brak trudności w połączeniu - 20 pkt

Możliwość dezynfekcji (20%)

brak możliwości dezynfekcji ostrza – 0 pkt

występuje możliwość dezynfekcji ostrza – 20 pkt

Pakiet nr 31 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Czytelność wyświetlacza (20%)

wyświetlacz mało czytelny – 0 pkt

wyświetlacz czytelny – 20 pkt

Dokładność pomiaru (20%)

pomiar niedokładny – 0 pkt

pomiar dokładny – 20 pkt

Pakiet nr 32 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 7.

Chwytność rękojeści (20%)

[24.03.2022r.]

brak dopasowania rękojeści do ręki – 0 pkt
rękojeść jest dobrze dopasowana do ręki – 20 pkt

Łatwość połączenia z łyżką (20%)

trudność połączenia łyżki z rękojeścią – 0 pkt
rękojeść łatwo montuje się z łyżką – 20 pkt

Pakiet nr 33- Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Dobre dopasowanie i przyleganie do ciała (20%)

elektroda nie przylega ściśle do ciała – 0 pkt
elektroda przylega ściśle do ciała – 20 pkt

Przylepność do ciała (20%)

elektroda odkleja się, słaba przylepność do ciała – 0 pkt
elektroda nie odkleja się, dobra przylepność do ciała – 20 pkt

Pakiet nr 34 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Kompatybilność z posiadanym urządzeniem (40%)

kapturek nie kompatybilny z posiadanym urządzeniem – 0 pkt
kapturek kompatybilny z posiadanym urządzeniem – 40 pkt

Pakiet nr 35- Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Łatwość w wymianie i montażu wkładu (40%)

występują trudności w wymianie i montażu wkładu – 0 pkt
brak trudności w wymianie i montażu wkładu – 40 pkt

Pakiet nr 36- Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Miękkość opaski (40%)

opaska sztywna, drażniąca skórę – 0 pkt
opaska miękka, nie drażniąca skóry – 40 pkt

Pakiet nr 37 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 5.

Kompatybilność z posiadanym urządzeniem (40%)

filtr nie kompatybilny z urządzeniem – 0 pkt
filtr kompatybilny z urządzeniem – 40 pkt

Pakiet nr 38 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 2.

[24.03.2022r.]

Znacznik na rurce intubacyjnej (20%)

brak znacznika na rurce, lub znacznik niewyraźny – 0 pkt

wyraźny znacznik na rurce intubacyjnej – 20 pkt

Odpowiednia elastyczność materiału (20%)

występują trudności z wprowadzaniem rurki i dopasowaniem do dróg oddechowych pacjenta – 0 pkt

rurka łatwo wprowadza się i elastycznie dopasowuje się do dróg oddechowych pacjenta – 20 pkt

Pakiet nr 39 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 5.

Łatwość i elastyczność w dopasowaniu do twarzy noworodka (40%)

brak możliwości łatwego i elastycznego dopasowania maski do twarzy noworodka – 0 pkt

maska łatwo i elastycznie dopasowuje się do twarzy noworodka – 40 pkt

Pakiet nr 40 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Szczelność połączenia (40%)

brak szczelności połączenia drenu z pompą – 0 pkt

dobra szczelność połączenia drenu z pompą – 40 pkt

Pakiet nr 41- Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Odpowiednia elastyczność materiału (40%)

występują trudności z wprowadzeniem rurki i dopasowaniem do dróg oddechowych – 0 pkt

rurka łatwo wprowadza się i elastycznie dopasowuje się do dróg oddechowych pacjenta – 40 pkt

Pakiet nr 42- Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Kompatybilność z posiadanym urządzeniem (40%)

Klipsy niekompatybilne z posiadanym urządzeniem – 0 pkt

Klipsy kompatybilne z posiadanym urządzeniem – 40 pkt

Pakiet nr 43 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 4.

Szczelność zamykania (20%)

brak szczelności zamykania – 0 pkt

dobra szczelność zamykania, worek szczelny – 20 pkt

Łatwość połączenia z cewnikiem (20%)

występują trudności z połączeniem worka z cewnikiem – 0 pkt

brak trudności z połączeniem worka z cewnikiem – 20 pkt

Pakiet nr 44- Jakość 40%

[24.03.2022r.]

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Szczelność aplikatora ze strzykawką (20%)

brak szczelności aplikatora ze strzykawką – 0 pkt

dobra szczelność aplikatora ze strzykawką – 20 pkt

Obecność zastawki zabezpieczającej lek przed wyciekaniem(20%)

brak zastawki zabezpieczającej przed wyciekaniem – 0 pkt

posiadanie zastawki zabezpieczającej lek przed wyciekaniem – 20 pkt

Pakiet 45 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 2.

Ostrość szlifu (40%)

ostrze tępe – 0 pkt

ostrze ostre – 40 pkt

Pakiet nr 46 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 2.

Kompatybilność z urządzeniem (40%)

zestaw niekompatybilny z posiadanym urządzeniem – 0 pkt

zestaw kompatybilny z posiadanym dokumentem – 40 pkt

Pakiet nr 47 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Odpowiednia elastyczność materiału (40%)

występują trudności z wprowadzeniem rurki i dopasowaniem do dróg oddechowych – 0 pkt

rurka łatwo wprowadza się i elastycznie dopasowuje się do dróg oddechowych pacjenta – 40 pkt

Pakiet nr 48 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Ostrość igły (40%)

igła tępa – 0 pkt

igła ostra – 40 pkt

Pakiet nr 49- Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Kompatybilność z posiadanym urządzeniem (40%)

Kołderka niekompatybilna z posiadanym urządzeniem – 0 pkt

Kołderka kompatybilna z posiadanym urządzeniem – 40 pkt

Pakiet nr 50 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Ostrość nożyczek (20%)

[24.03.2022r.]

nożyczki tępe – 0 pkt

nożyczki ostre – 20 pkt

Dobra przylepność kompresów (20%)

kompresy słabo przylepne, odklejają się – 0 pkt

kompresy dobrze przyklejają się – 20 pkt

Pakiet nr 51- Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Elastyczność drenu 20%

dren mało elastyczny – 0 pkt

dren odpowiednio elastyczny – 20 pkt

Przyleganie maski do twarzy (20%)

maska nie przylega odpowiednio do twarzy – 0 pkt

maska dobrze przylega do twarzy – 20 pkt

Pakiet nr 52- Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Elastyczność cewnika (20%)

cewnik mało elastyczny – 0 pkt

cewnik odpowiednio elastyczny – 20 pkt

Łatwość wprowadzenia prowadnicy (20%)

występują trudności z wprowadzeniem prowadnicy – 0 pkt

łatwo można wprowadzić prowadnicę – 20 pkt

Pakiet nr 53 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 5.

Szczelność zestawu do dezynfekcji (40%)

zestaw nie szczelny – 0 pkt

zestaw szczelny – 40 pkt

Pakiet nr 54- Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Elastyczność rurki umożliwiającej możliwość wentylacji (40%)

Rurka mało elastyczna – 0 pkt

Rurka odpowiednio elastyczna – 40 pkt

Pakiet nr 55- Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1 i 2.

Kompatybilność z posiadanyim urządzeniem (40%)

Akcesoria niekompatybilne z posiadanyim urządzeniem – 0 pkt

Akcesoria kompatybilne z posiadanyim urządzeniem – 40 pkt

[24.03.2022r.]

Pakiet nr 56 - Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Kompatybilność z posiadanym urządzeniem (40%)

Filtr niekompatybilny z posiadanym urządzeniem – 0 pkt

Filtr kompatybilny z posiadanym urządzeniem – 40 pkt

Pakiet nr 57- Jakość 40%

Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 1.

Kompatybilność z posiadanym tympanometrem (40%)

Wkładki uszne niekompatybilne z posiadanym urządzeniem – 0 pkt

Wkładki uszne kompatybilne z posiadanym urządzeniem – 40 pkt

Ocena jakości przeprowadzona zostanie przez Członków Komisji Przetargowej w oparciu o dostarczone próbki oraz punktację parametrów.

Członkowie Komisji Przetargowej ocenią każdą ofertę wg podanych algorytmów przyznając jej ocenę punktową. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów obliczonych wg powyższych algorytmów.

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi wykonawcę uczestniczącego w postępowaniu oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice
2. Umowa z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 264 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym **Załącznik nr 7 do SWZ**.
6. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Ustawy Pzp oraz wskazanym w Projekcie Umowy, stanowiącym **Załącznik nr 7 do SWZ**.
8. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

[24.03.2022r.]

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - 6.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - 6.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 6.1.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

[24.03.2022r.]

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXI. Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:

1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2 administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@zzozwadowice.pl

3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy Pzp.

5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8 posiada Pani/Pan:

8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);

8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);

[24.03.2022r.]

8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9 nie przysługuje Pani/Panu:

9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XXII. Załączniki:

Załącznik nr 1	Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2	Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Załącznik nr 2a, 2b, 3, 4, 5	Wzór oświadczenia
Załącznik nr 6	Formularz ofertowy
Załącznik nr 7	Projekty umów

UWAGA! Załącznik nr 2 stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej SWZ.

*Pełnomocnik Dyrektora
ds. Infrastruktury i Logistyki*

mgr inż. Tomasz Matera

Wadowice, dnia 24.03.2022r.

Zatwierdzam
(podpis Dyrektora ZZOZ w Wadowicach
lub osoby przez niego upoważnionej)

[24.03.2022r.]

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach.

Pakiet nr 1

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Aparat do OCZ -jałowy, sterylny, niepirogenny, nietoksyczny, sterylizowany tlenkiem etylenu	szt	800
2	Aparat do przetaczania krwi i jego preparatów typ TS, sterylizowany tlenkiem etylenu, jałowy niepirogenny, nietoksyczny, jednorazowy, pakowany w opakowania papierowo-foliowe i różniące się kolorem w celu łatwej identyfikacji rodzaju przyrządu, z komorą wolną od PCV pozbawioną ftalanów, długość drenu 150 cm.	szt	10000
3	Aparat do przetaczania krwi i jego preparatów typ TS, sterylizowany tlenkiem etylenu, jałowy niepirogenny, nietoksyczny, jednorazowy, pakowany w opakowania papierowo-foliowe i różniące się kolorem w celu łatwej identyfikacji rodzaju przyrządu, z komorą wolną od PCV pozbawioną ftalanów, długość drenu 180 cm.	szt	2000
4	Aparat do przetaczania leków wrażliwych na światło bursztynowy, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opak. Papier folia, sterylny.	szt	4000
5	Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych typu IS, antybakteryjny filtr odpowietrzający, jałowy niepirogenny, pakowany w opakowania papierowo-foliowe i różniące się kolorem w celu łatwej identyfikacji rodzaju przyrządu, z komorą wolną od PCV, pozbawioną ftalanów, długość drenu 150 cm.	szt	150000
6	Aparat do przetaczania płynów – komora kroplowa wykonana z PP wolna od PCV, całość wolna od ftalanów, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, długość drenu 180 cm, opakowanie folia-papier, sterylny.	szt	20000

Pakiet nr 2

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Cewnik Foley Ch 6-10 silikonowany, opakowanie zewnętrzne foliowo-papierowe i wewnętrzne foliowe, balony 3ml	szt	400
2	Cewnik Foley Ch 12-24 silikonowany, opakowanie zewnętrzne foliowo-papierowe i wewnętrzne foliowe, balony 5-15 i 30ml	szt	9600
3	Cewnik Foley Ch 16 silikonowany, opakowanie zewnętrzne foliowo-papierowe i wewnętrzne foliowe, balon 50ml	szt	600
4	Cewnik Tiemana Ch 14-18	szt	200
5	Cewnik męski zewnętrzny, urologiczny	szt	200
6	Cewnik Nelaton Ch 6-18 opakowanie foliowo-papierowe	szt	5200
7	Zatyczka do cewnika Foleya, sterylna posiadająca motylkowy uchwyt na jego wygodne zakładanie i łatwe usuwanie	szt	2400
8	Zestaw do irygacji, niejaołowy, 1750 ml	szt	1200

Pakiet nr 3

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Cewnik do embolectomii rozmiar od 3-6 F dł.80cm	szt	8
2	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Nr 10 dł.40-50cm, pakowany w opakowania folia-papier, otwory naprzeciwległe o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego, otwór centralny z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na cewniku i na opakowaniu	szt	4000
3	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Nr 12 dł.60cm, pakowany w opakowania folia-papier, otwory naprzeciwległe o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego, otwór centralny z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na cewniku i na opakowaniu	szt	1000

[24.03.2022r.]

4	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Nr 14 dł.60cm, pakowany w opakowania folia-papier, otwory naprzeciwległe o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego, otwór centralny z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na cewniku i na opakowaniu	szt	18000
5	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Nr 16 dł.60cm, pakowany w opakowania folia-papier, otwory naprzeciwległe o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego, otwór centralny z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na cewniku, z fabrycznie nadrukowanym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu	szt	8000
6	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Nr 18 dł.60cm, pakowany w opakowania folia-papier, otwory naprzeciwległe o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego, otwór centralny z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na cewniku, z fabrycznie nadrukowanym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu	szt	5000
7	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Nr 6 dł.40cm, pakowany w opakowania folia-papier, otwory naprzeciwległe o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego, otwór centralny z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na cewniku, z z fabrycznie nadrukowanym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu	szt	200
8	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Nr 8 dł.40cm, pakowany w opakowania folia-papier, otwory naprzeciwległe o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego, otwór centralny z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na cewniku i na opakowaniu	szt	600
9	Cewnik Khera Ch 8-24 w opakowaniu zewnętrznym foliowo-papierowym i wewnętrznym foliowym, dł.80x5x5	szt	50
10	Cewnik Pezzeri Ch 18-34 opakowanie zewnętrzne foliowo-papierowe i wewnętrzne foliowe, cztery otworki boczne dł.40cm	szt	40
11	Cewnik do podawania tlenu przez nos z zakończeniem stożkowym zmniejszającym traumatyzację śluzówki dł.210cm	szt	5000
12	Cewnik do podawania tlenu przez nos noworodkowy	szt	100
13	Dren silikonowy do niskociśnieniowego drenażu ran Ch 21-36	szt	1100
14	Dren Redona o zmiennej średnicy otworów dł. 120 cm CH 16	szt	600
15	Dren Ulmera o zmiennej średnicy otworów dł. 75 cm CH 12-18	szt	200
16	Końcówka do odsysania pola operacyjnego - typu Pool – ze zdejmowaną końcówką siatkową i paskiem radiocieniującym	szt	600
17	Pojemnik do odsysania ran sterylny 200-250 ml	szt	4000
18	Zestaw do odsysania OP-Flex Yankauer CH 24 L-210 cm (1 opakowanie - 50 szt)	szt	200
19	System do kontrolowanej zbiórki stolca FLEXI SEAL SIGNAL. Jednorazowy zestaw do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca z silikonowym rękawem odprowadzającym długości 1,67 m z balonikiem retencyjnym, z barwnie oznaczoną na niebiesko kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego, z portem na worek kolekcyjny. Z rękawem zintegrowane wyraźnie oznaczone porty: do napełniania balonika retencyjnego z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia balonika oraz do irygacji. W zestawie 3 worki o pojemności 1000 ml do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml, posiadające filtr węglowy. Pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek IT i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty.	szt	10
20	Worek (wymienny) zbiorczy z integralnym zamknięciem do w/w systemu (op=10szt.) Worki kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste.	op	6

Pakiet nr 4

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Elektroda 1 raz do EkG z żelem typu F55, baza gąbka, elektrody nie mogą się odklejać, muszą być przyklejone min. 24 godz. / wzmocniony klej / opak-50 szt	op	20
2	Elektroda 1 raz EKG monitorowanie 24 godzinne metodą Holtera, elektrody nie mogą się odklejać / żel płynny / . opak-50szt	op	1600
3	Elektroda 1 raz EKG monitorowanie 24 godzinne metodą Holtera, elektrody nie mogą się odklejać / wzmocniony klej / . opak-50szt	op	1800
4	Elektroda EKG noworodkowa opak-50szt	op	4

[24.03.2022r.]

5	Papier błyszczący typ SEIKO do aparatu USG Medison Co Ltd Seoul 997-100, 110x20	szt	440
6	Papier do defibrylatora Zoll M. Series 90x90x200	szt	70
7	Papier do EKG Ascard A-4 112x25 niewoskowany	szt	1800
8	Papier do EKG Ascard A3 104x40 niewoskowany, z nadrukiem	szt	60
9	Papier do EKG B 5 EKO 58x25	szt	100
10	Papier do EKG Midicard 130x25	szt	80
11	Papier do KTG 152x90x150 COROMETRICS-151	szt	800
12	Papier do KTG 150x100x150 AVALON FM 20	szt	80
13	Papier do Video Printera do aparatu USG GE Logiq F6 - firmy Sony o symbolu UPP 84 HG, oryginał	szt	20
14	Papier termiczny kratkowany szer. 60Mm dł. 30mb.do defibrylatora RESPONDER 2000	szt	20
15	Papier termiczny do defibrylatora Medic-5 firmy Burdick 50x30, z nadrukiem	szt	20
16	Papier termiczny . do kardio defibrylatora BeneHart D3 50x20, gładki, termoczulý	szt	30
17	Papier termiczny do aparatu EKG BTL-08-SD ECG 58x25 z nadrukiem	szt	20
18	Papier EKG Ascard B5/ECO/58x25 do aparatu Ascard Mr Green firmy Aspel	szt	100
19	Papier termiczny 210x20 do aparatu EKG BIT-08 LT ECG	szt	20

Pakiet nr 5

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Igła do znieczuleń podpajęcznych- do nakłuć łędźwiowych 20Gx3 1/2 (0,9x88mm) typu Spinocan lub równoważne: z końcówką przezroczystą umożliwiającą obserwacje wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego	szt	100
2	Igła do znieczuleń podpajęcznych- do nakłuć łędźwiowych 20Gx3 1/2" (0,9 x 75) opis jw.	szt	40
3	Igła do znieczuleń podpajęcznych- do nakłuć łędźwiowych 22Gx1 1/2" (0,7 x40mm) opis jw.	szt	40
4	Igła do znieczuleń podpajęcznych- do nakłuć łędźwiowych 27GX3 1/2" (0,42x88mm) opis jw.	szt	40
5	Igła do znieczuleń podpajęcznych- do nakłuć łędźwiowych 18G x90mm	szt	200
6	Igła do znieczuleń podpajęcznych- do nakłuć łędźwiowych 22Gx3 1/2" (0,7 x88mm) opis jw.	szt	200
7	Igła do znieczuleń podpajęcznych- do nakłuć łędźwiowych 25Gx3 1/2" (0,5 x 88mm) opis jw.	szt	1200
8	Igła do znieczuleń podpajęcznych- do nakłuć łędźwiowych 25Gx3 1/2" (0,5 x 120mm) opis jw.	szt	40
9	Igła do znieczuleń podpajęcznych- do nakłuć łędźwiowych 26Gx3 1/2" (0,47 x88mm) opis jw.	szt	3000
10	Igła do znieczuleń podpajęcznych- do nakłuć łędźwiowych 26Gx4 1/2" (0,47 x120mm) opis jw.	szt	100
11	Igła do znieczuleń przewodowych – blokad dług. 8 cm, Ultra Plex	szt	100
12	Igła do znieczuleń 21G 08x88	szt	100
13	Igła do znieczuleń nasiękowych śr.30/100 dł.25mm	szt	20
14	Igła iniekcyjna jałowa 2,1 x 40 mm	szt	400
15	Igła STERICAN 0,90x70mm BL/LB, 20Gx 2 i 3/4 BRAUN /op.100szt/	op	24
16	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, atraumatyczna z dwustrefowym szlifem; pakowana z prowadnicą, przezroczysty uchwyt pozwala na natychmiastową identyfikację wypływu płynu rdzeniowo-mózgowego, rozmiar: 26G x 88mm.	szt	1200
17	Igła do nakłucia mostka	szt	4
18	Strzykawką do pompy 50 ml bursztynowa	szt	2000
19	Strzykawką do pomp(typu Brauna) 50 ml, typ perfuzyjny z prostopadłym wycięciem na tłoku i kołnierzem stabilizującym na złączu Luer Lock, z zabezpieczeniem pod wypadaniem tłoka na wewnętrznej ścianie cylindra o dł. Min 17,5 cm,(3-częściowa) – poprawić opis	szt	4400
20	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy, średnica światła cewnika 16/16G 7FRx30cm, prowadnik 0,89mmx70cm, prędkość przepływu D 52; P 37; prowadnica nitynolowa odporna na zaginanie i załamywanie, w zestawie kabelek do EKG, skapel, cewnik z zaciskami ślizgowymi kontrastujący w RTG	szt	20
21	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy, średnica światła cewnika 16/16G 7Fx20cm, prowadnik 0,89mmx50cm, prędkość przepływu D 55; P 45; prowadnica nitynolowa odporna na zaginanie i załamywanie, w zestawie kabelek do EKG, skapel, cewnik z zaciskami ślizgowymi kontrastujący w RTG	szt	500
22	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy, średnica światła cewnika 16G 7Fx20cm, prowadnik 0,89mmx50cm, prędkość przepływu D 52; prowadnica odporna na zaginanie i załamywanie, w zestawie kabelek do EKG, skapel, cewnik z zaciskami ślizgowymi kontrastujący w RTG	szt	20

[24.03.2022r.]

23	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy, średnica światła cewnika 16/18/18G 7Fx30cm, przewodnik 0,89mmx70cm, odprowadzenia cewnika zakończone fabrycznie zamontowanymi bezigłowymi zaciskami dostępu naczyniowego, prędkość przepływu D 38; M1 18; P18; przewodnica odporna na zaginanie i załamywanie, w zestawie kabelek do EKG, skapel, cewnik z zaciskami ślizgowymi kontrastujący w RTG	szt	40
24	Zestaw do nakłuć nadłonowych (typu CYSTOFIX)	szt	10
25	Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran wewnętrzne pakowanie w worek foliowy, zewnętrzne opakowanie foliowo-papierowe, składający się z mieszka o pojemności 30ml, z drenu Redona CH 06 o dł. 500 mm z zakrzywionym troakarem metalowym (stalowym) (typu DRAINOBAG)	szt	300
26	Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran wewnętrzne pakowanie w worek foliowy, zewnętrzne opakowanie foliowo-papierowe, składający się z mieszka o pojemności 400ml, z drenu Redona CH 12 o dł. 500 mm z zakrzywionym troakarem metalowym (stalowym)	szt	20
27	Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran wewnętrzne pakowanie w worek foliowy, zewnętrzne opakowanie foliowo-papierowe, składający się z mieszka o pojemności 400ml, z drenu Redona CH 14 o dł. 500 mm z zakrzywionym troakarem metalowym (stalowym)	szt	20
28	Zestaw do punkcji jamy opłucnej 8FR zawierający cienkościenną kaniulę punkcyjną z krótkim szlifem o średnicy 1,8mm dł.80mm dren łączący z końcówką lock: strzykawkę trzyczęściową, jednorazową 60ml; worek 2,0 l oraz kranik trójdrożny-żółty. (typu PLEUROFIX)	szt	120

Pakiet nr 6

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Dren do pomiaru kapnografii sterylny dł.2 lub 3 mb końcówka boczna	szt	20
2	Łącznik do drenów prosty	szt	1600
3	Łącznik ze złączem kątowym podwójnie obrotowy, rozciągliwy 7/16 cm, złącze pacjenta 22M/15F- złącze respiratora 15M, gumowa zatyczka z portem do odsysania i bronchoskopii, sterylna	szt	1200
4	Przedłużacz do masek tlenowych (Dren do podawania tlenu bez maski)	szt	1400
5	Przedłużacz do leków wrażliwych na światło 1,5m	szt	2000
6	Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5m	szt	10000
7	Przedłużacz z łącznikiem T	szt	100
8	Przedłużacz do pompy infuzyjnej noworodkowej: dł.30 cm	szt	600
9	Wziernik do otoskopu w rozmiarach 2,0 – 4,0 mm	szt	4000
10	Zestaw do pobierania próbek wydzieliny z dróg oddechowych – próbówka z 2 drenikami, naklejka na opis, nakrętka	szt	600
11	Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych składający się z igły zewnątrzoponowej ze szlifem Touchy ze zintegrowanymi skrzydełkami o rozmiarze 18Gx80mm, przezroczystego uchwytu, cewnika z zamkniętym miękkim końcem i trzema otworami bocznymi, łącznika do cewnika, filtra płaskiego 0,2 mikrometra, w małej obudowie dla wygody pacjenta, strzykawki niskooporowej LOR luer 10ml i system mocowania filtra do skóry typu PIN PAD	op	40
12	Zestaw do znieczulenia łącznego, podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego zawierający igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego typu pencil point 27G dł. 138,5 mm x0,42, igłę Touchy 18G dł. 88mm z dodatkowym otworem umożliwiającym umiejscowienie igły pp w osi prostej, cewnik zewnątrzoponowy dł. 1000 mm z trzema otworami bocznymi i miękką końcówką, system blokowania igły podpajęczynówkowej w igle Touchy, strzykawkę Lor do metody spadku oporu 10ml, filtr zewnątrzoponowy 0,2 mikrometra, samoprzylepny element mocowania filtra z cewnikiem z.o do skóry typu PIN PAD.	op	20
13	Zestaw do drenażu jamy opłucnej z troakarem w rozm. 20-32	szt	200
14	Bezpieczny zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych, zestaw zawiera plastikowy pojemnik ssący o pojemności 250ml, zastawkę antyrefluksyjną oraz zawór bezpieczeństwa typu „save” umożliwiający ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączenia zestawu, dren łączący o dł.125cm z uniwersalną końcówką do drenów Redona o rozm. Ch 6-18 z możliwością odłączenia od pojemnika ssącego, skale pomiarowe odpowiednio co 40ml dla mieszka 250ml, pojemnik 250ml w wersji z drenami Redona CH 08-12 wraz z troakarami, wygodny system podwieszania, opakowanie sterylne.	szt	40

[24.03.2022r.]

15	Zestaw cewników czasowych z ramionami prostymi lub wygiętymi, konfiguracja „podwójne D”, atraumatyczna końcówka z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach. Rozmiar 12 Fr i dług.30cm. W skład zestawu wchodzi: poliuretanowy cewnik nieprzepuszczający promieni RTG z obrotowymi przezroczystymi skrzydełkami mocującymi. Igła wprowadzająca 18, prowadnica J prosta (0,035 cala/10Fr, 0,038 cala/11,5Fr): rozszerzacz 8 lub 10 Fr, rozszerzacz 10 Fr(w zestawach 11,5 Fr); samoprzylepny opatrunek na ranę; 2 nasadki; sterylne obłożenie	szt	40
----	---	-----	----

Pakiet nr 7

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu. Posiadająca dotykowy, samodomykający się port do wstrzyknięć minimum 4 paski kontrastujące w promieniach RTG.Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wpływowi krwi, pozbawione jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, zabezpieczenie igły z systemem chroniącym personel medyczny przed przypadkowym zakuciem (zadrażnieniem), zachlapaniem krwią. Rozmiar 22G-09, 20G-1,10, 18G-1,3; 17G-1,5; 16G-1,8; 14G-2,0.	szt	104000

Pakiet nr 8

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wymiowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, min. 4 wtopione paski radioceniujące. Wykonana z poliuretanu, biokompatybilnego. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Rozmiar 24G-0,7; 26G-0,6	szt	3000

Pakiet nr 9

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Łyżka do laryngoskopu 1x plastikowa typ Macintosh; kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 tzw.zielona specyfikacja / okrągłe oznaczenie koloru zielonego na mocowaniu łyżki/. Wykonana z PCV niezawierającego ftalanów, sztywna odporna na zagięcia i skręcanie. Światłowód akrylowy o szerokim, owalnym przekroju od strony źródła światła, nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Oznaczenie CE, typu łyżki i rozmiaru umieszczone po przeciwnej stronie wprowadzenia światłowodu. Wytrzymałe zatrzaski kulkowe zapewniające trwałe mocowanie w rękojeści. Zakończenie łyżki atraumatyczne, wyraźnie zaokrąglone, pogrubione. Opakowanie foliowe. Termin przydatności do zużycia 5lat. Rozmiary 2/3/4. Wymiary Łyżek (+/- 2mm) odpowiednio (długość całkowita/długość robocza/szerokość końcówki dystalnej) dla rozm. 2 (115mm/97mm/14mm), dla rozm.3 (133mm/117mm/14mm) oraz dla rozm.4 (163mm/147mm/14mm)	szt	1200
2	Łyżka do wideolaryngoskopu McGrathMAC, jednorazowa, sterylna, wykonana z polimeru optycznego, o grubości nie większej niż 12 mm w miejscu połączenia z wideolaryngoskopem, kompatybilna z prowadnicą toru wizyjnego w rozmiarach: 3 i 4 .	szt.	400
3	Zestaw do cewnikowania, sterylny, skład min: kompres z włókniny 4W 30g 7,5x7,5 -5szt, kleszczyki plastikowe typu Kocher 14cm niebieskie, strzykawka 20ml L/S, woda sterylna w ampulce 20ml, żel poślizgowy 5 g w saszetce, serweta 75x90cm z przylepnym otworem owalnym 9x12cm, serweta chłonna 75x90cm, taca dwukomorowa 15x20cm.Opakowanie jednostkowe zaopatrzone w dwie etykiety samoprzylepne 4,7x2,5 cm (z narożnym systemem łatwego przyklejania w rękawicach) zawierające nr katalogowy, nr lot, data ważności, nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.	szt.	48
4	Przyrząd do pobierania i preparowania krwi	szt	100

Pakiet nr 10

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Cewnik do karmienia noworodkowy CH 6-10 dł.400mm	szt	40

[24.03.2022r.]

2	Cewnik pępowinowy od nr 4-8	szt	40
3	Kanka dorektalna Ch 30 – dla dorosłych	szt	500
4	Kanka dorektalna ch-16/200mm dla noworodków dla sprawdzenia drożności odbytu	szt	40
5	Kleszczyki 1x do usuwania zszywek zespalających rany pooperacyjne	szt	500
6	Licznik na igły 30/30, z podwójnym czarnym magnesem, z możliwością zdejmowania ostrzy, z blokadą	Szt.	200
7	Lancet do nakłucia palca, a/200szt	op	4
8	Łącznik z możliwością kontroli ssania	szt	2400
9	Marker skórny chirurgiczny, sterylny, nietoksyczny, szybkoschnący, niepalący, odporny na środki dezynf. fioletowy atrament.	szt	240
10	Pasta do ścierania naskórka	kg	2
11	Patyczki do wymazów cytologicznych drewniane, sterylne z wacikiem dł.20cm a100	op	20
12	Penseta 1X 12-15 CM sterylna	szt	600
13	Pojemnik na zużyty sprzęt 1 raz. 0,7 l. Płaskie	szt	3200
14	Pojemnik na zużyty sprzęt 1 raz. 1 l	szt	7000
15	Pojemnik na zużyty sprzęt 1 raz. 2 l	szt	9000
16	Pojemnik na zużyty sprzęt 1 raz. 5 l	szt	4000
17	Rurka do badań rektoskopowych dł.25cm jednorazowa	szt	100
18	Szyna aluminiowa do unieruchomienia palca 250x25	szt	300
19	Szyna aluminiowa do unieruchomienia palca 500x20	szt	200
20	Szyna aluminiowa do unieruchomienia palca 500x25	szt	200
21	Szyna aluminiowa do unieruchomienia palca 250x20	szt	200
22	Worek na kał kolostomijny, niejałowy	szt	200
23	Zgłębnik dwunastniczy nr 16 dł. 1200 mm z prowadnicą	szt	20
24	Zgłębnik dwunastniczy nr 18, dł. 1200 mm	szt	20
25	Zgłębnik dwunastniczy nr 20, dł. 1200 mm	szt	20
26	Zgłębnik żołądkowy, posiadający cztery znaczniki kontrastujące w RTG, wykonany z medycznej jakości PCV, końcówka atraumatyczna, otwory boczne zakończone i zamknięte; końcówka do sondy pozwalająca na podłączenie jej do strzykawk, łączników i innych drenów, wyrób apirogeny i nietoksyczny od nr 12-20, dł. 1000 mm	szt	300
27	Zgłębnik żołądkowy, posiadający cztery znaczniki kontrastujące w RTG, wykonany z medycznej jakości PCV, końcówka atraumatyczna, otwory boczne zakończone i zamknięte; końcówka do sondy pozwalająca na podłączenie jej do strzykawk, łączników i innych drenów, wyrób apirogeny i nietoksyczny od nr 8-20, dł. 800 mm	szt	1800
28	Zgłębnik żołądkowy, posiadający cztery znaczniki kontrastujące w RTG, wykonany z medycznej jakości PCV, końcówka atraumatyczna, otwory boczne zakończone i zamknięte; końcówka do sondy pozwalająca na podłączenie jej do strzykawk, łączników i innych drenów, wyrób apirogeny i nietoksyczny nr 30, dł. 1500 mm	szt	200
29	Żel do EKG, w opakowaniach po 0,5 kg	Szt.	100
30	Żel do USG, w opakowaniach po 0,5 kg	Szt.	800

Pakiet nr 11

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia , pojedynczy, wyposażony w następujące elementy, długość linii pomiarowych 1x 150cm /1x 125cm + 1x25cm/: 1x przetworniki o częstotliwości >1200 Hz wyposażone w 2 x systemy zintegrowane płuczące o przepływie min. 3 ml/godz; igła zakrzywiona w zbiorniku wyrównawczym, kalibracja zestawu bez rozszczelniania systemu. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie < 5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnym. Połączenie z kardiomonitorem EMTEL/ULTRAVIEV – pinowe kompatybilne z kablami typu PMSET poprzez okrągły wtyk 4 pinowy.	szt	60

[24.03.2022r.]

Pakiet nr 12

Lp.	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Dren balonowy fi- 7, L-30 m, /niesterylny /	op	20
2	Dren do ssaków 1x PCV fi 8x2m	szt	20
3	Dren łączący do ssaka fi 7mm/2m	szt	9000
4	Dren łączący sterylny – rozmiar drenu fi-7mm, L-380 cm z końcówkami żeńskie uniwersalne	szt	100
5	Kanka Yankauer sztywna zagięta, rozmiar kaniuli CH 22	szt	100
6	Kanka Yankauer sztywna zagięta z kulką, rozmiar kaniuli CH 32	szt	100
7	Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe o poj 1000ml -2000ml z zaczepami, z łączeniem obrotowym typu schodkowego do przyłączenia ssania, przezroczysty ze skalą pomiarową	op	10
8	Wkład workowy na wydzielinę 1x użytku; pojemność 1000 ml-2000ml; z trwale dołączoną pokrywą; samozasysający się po umieszczeniu na pojemniku wielorazowym i włączeniu źródła ssania; posiadający w pokrywie tylko jeden króciec przyłączeniowy oraz szeroki otwór do wsypania proszku żelującego i/lub pobierania próbek; posiadający filtr hydrofobowy zabezpieczający źródło próżni przed zainfekowaniem i zalaniem, kompatybilny z pojemnikami wielorazowymi typu serres	szt	6000
9	Zestaw Yankauer – kanka Yankauer sztywna zagięta, z drenem, rozmiar kaniuli CH 22-32, rozmiar drenu fi 7mm. L-300 cm.	szt	2000
10	Wkłady 1x do ssaka Ogarit 1000 ml	szt	600

Pakiet nr 13

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Filtr oddechowy elektrostatyczny, bakteryjno-wirusowy z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgotności, skuteczność filtracji względem wirusów i bakterii min.99,999%, przestrzeń martwa do 52ml, waga do 30g, nawilżanie min. 32mg H ₂ O/1 przy VT500, objętość oddechowa 150ml-1200ml, złącze proste 22M/15F -22F/15M, port kapno, sterylny (długotrwałej)	szt	4000
2	Filtr oddechowy elektrostatyczny, bakteryjno-wirusowy, skuteczność filtracyjna bakterii 99,9999%, skuteczność filtracyjna wirusów 99,999%, przestrzeń martwa 36ml +/- 5%, waga do 20g, objętość oddechowa 150ml-1200ml, złącze proste, 22M/15F -22F/15M, port kapno, sterylny (krótkotrwałej)	szt	4000

Pakiet nr 14

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Naramienny zegarowy ciśnieniomierz umożliwiający samodzielne skalibrowanie urządzenia, w zestawie ze stetoskopem, etui, mankietem 23-37 cm i polską instrukcją obsługi. Zakres pomiaru: ciśnienie 0÷300 mmHg, puls 30÷200 bpm; dokładność pomiaru ciśnienia +/-3mm Hg; manualna inflacja mankieta.	szt	40
2	Tacka na 32 kieliszki do podawania leków, redukuje możliwość pomyłki przy rozdysponowaniu leków, ułatwia organizację pracy personelu medycznego, szerokość 32,5 cm, długość 43 cm, wysokość 6 cm.	szt	30
3	Stetoskop jednostronny - przyrząd do osłuchiwania serca, płuc i innych narządów wewnętrznych, składający się z: lekkiej aluminiowej głowki z membraną, jednoczęściowego wężyka w kształcie litery "Y", mosiężnych, chromowanych, nastawnych słuchawek, zakończonych oliwkami z ABS.	szt	20
4	Stetoskop dwustronny - przyrząd do osłuchiwania serca, płuc i innych narządów wewnętrznych, model dwustronny składający się z podwójnej metalowej głowicy, jednoczęściowego trwałego wężyka w kształcie litery "Y", mosiężnych, chromowanych, nastawnych słuchawek zakończonych oliwkami z ABS.	szt	20

[24.03.2022r.]

Pakiet nr 15

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Pojemnik na wycinki do badań histopatologicznych 30ml, gładka pokrywka, średn. poj.3,8cm wys. 4,5cm Pojemnik musi posiadać etykietę z miejscem na opis.	szt	7000
2	Pojemnik na wycinki do badań histopatologicznych 120 ml Pojemnik musi posiadać etykietę z miejscem na opis.	szt	400
3	Pojemnik na wycinki do badań histopatologicznych 60 ml, gładka pokrywka, średn.poj.3,8cm wys.6,3cm Pojemnik musi posiadać etykietę z miejscem na opis.	szt	7000
4	Pojemnik na wycinki do badań histopatologicznych 1200ml Pojemnik musi posiadać etykietę z miejscem na opis.	szt	800
5	Pojemnik na wycinki do badań histopatologicznych 200ml Pojemnik musi posiadać etykietę z miejscem na opis.	szt	2000
6	Pojemnik na wycinki do badań histopatologicznych 2300ml Pojemnik musi posiadać etykietę z miejscem na opis.	szt	200
7	Pojemnik na wycinki do badań histopatologicznych 5600ml Pojemnik musi posiadać etykietę z miejscem na opis.	szt	60
8	Pojemnik na wycinki do badań histopatologicznych 520ml Pojemnik musi posiadać etykietę z miejscem na opis.	szt	800

Pakiet nr 16

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Sterylnie, jednorazowe,automatyczne lancety do pobierania krwi włósniczkowej. Głębokość nacięcia 2mm (nakłuwacz z igłą)	Szt.	170000
2	Sterylnie, jednorazowe,automatyczne lancety do pobierania krwi włósniczkowej. Głębokość nacięcia 2mm (nakłuwacz nożykowy)	Szt.	2000
3	Bezpieczne nakłuwacze neonatologiczne, nożykowe, głębokość nakłucia 1,2mm	Szt.	1000

Pakiet nr 17

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Automatyczny aparat do iniekcji kostnych dla dorosłych zapewniający stały dostęp do naczynia odpowiedni do przetaczania krwi, infuzji płynów oraz podaży leków, bezpieczny dla operatorów.	szt	50
2	Automatyczny aparat do iniekcji kostnych dla dzieci zapewniający stały dostęp do naczynia odpowiedni do przetaczania krwi, infuzji płynów oraz podaży leków, bezpieczny dla operatorów. (Igła doszpikowa)	szt	40
3	Ustnik do kapnometriu	szt	100

Pakiet nr 18

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Stapler 1x liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, stapler posiadający ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera oraz systemy zabezpieczający zespolenie: łańcuch i pin pozycjonujący tkanki – zapobiegający ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, informację o długości po obu stronach końcówki roboczej narzędzia, długość 80 cm, ilość zszywek 84, wysokość zszywek 3,8	szt	60

[24.03.2022r.]

2.	Stapler 1x liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, stapler posiadający ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera oraz systemy zabezpieczający zespolenie: łańcuch i pin pozycjonujący tkanki – zapobiegający ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, informację o długości po obu stronach końcówki roboczej narzędzia, długość 100 cm, ilość zszywek 104, wysokość zszywek 3,8	szt	60
3.	Stapler 1x liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, stapler posiadający ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera oraz systemy zabezpieczający zespolenie: łańcuch i pin pozycjonujący tkanki – zapobiegający ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, informację o długości po obu stronach końcówki roboczej narzędzia, długość 100 cm, ilość zszywek 104, wysokość zszywek 4,5	szt	60
4	Ładunki kompatybilne ze staplerami z poz.1;2;3	szt	108
5	Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0mm. Kowadełko zaopatrzone w otwór do przeprowadzenia szwu prowadzącego. Posiada zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa. System obrotowego ostrza. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową powłoką. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia	szt	19
6	Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, załadowany ładunkiem posiadającym 25 zszywek ułożonych w 2 rzędach. Zszywki wykonane z tytanu o szerokości 3,5 mm, wysokości przed zamknięciem 3,5 mm i 1,5 mm po zamknięciu ora Zszywki wykonane z tytanu o szerokości 3,5 mm, wysokości przed zamknięciem 4,8 mm i 2,0 mm po zamknięciu. Stapler wyposażony w 2-stopniową kontrolę zamknięcia, dźwignię kontrolującą wystrzał, przycisk kontrolujący wystrzał, zintegrowany pin zapobiegający wysuwaniu tkanki opuszczanym manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Obsługa staplera jedną ręką.	szt	40
7	Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 90mm, załadowany ładunkiem posiadającym 33 zszywek ułożonych w 2 rzędach. Zszywki wykonane z tytanu o szerokości 4,0 mm, wysokości przed zamknięciem 3,5 mm i 1,5 mm po zamknięciu ora Zszywki wykonane z tytanu o szerokości 4,0 mm, wysokości przed zamknięciem 4,8 mm i 2,0 mm po zamknięciu. Stapler wyposażony w 2-stopniową kontrolę zamknięcia, dźwignię kontrolującą wystrzał, przycisk kontrolujący wystrzał, zintegrowany pin zapobiegający wysuwaniu tkanki opuszczanym manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Obsługa staplera jedną ręką. Możliwość 11-krotnego przeładowania i 12-krotnego wystrzału staplera.Do wyboru przez Zamawiającego	szt	40
8	Ładunki kompatybilne ze staplerami z poz.6,7	szt	20

Pakiet nr 19

Lp.	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Jednorazowa pompa laparoskopowa StrykeFlow 2 z końcówką roboczą /op.6 szt/	op	20
2	ostrze do piły oscylacyjnej Stryker w rozm. 7.0x0.38x18.5; 9.0x0.38x31.0	szt	140
3	ostrze do piły oscylacyjnej Stryker w rozm. 100x1.27x18.0	szt	140

Pakiet nr 20

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Czujnik proAQT do pomiaru rzutu serca z analizy konturu fali tętna do monitora Pulsion	szt	40

[24.03.2022r.]

Pakiet nr 21

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Aksesoria do nieinwazyjnego wsparcia oddechu metodą Infant Flow		
1.1	Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty), z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra. W skład zestawu wchodzi: odcinek wdechowy podgrzewany dł.1,2m fi wew.10mm; odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją; odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6m; końcówka donosowa w rozmiarach S,M,L, odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1m; generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczeplenia rzepów z jednej strony, paski zakończone usztywnianymi, karbowanymi kolcami, które umożliwiają montaż generatora do czapeczki; kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym	szt	20
1.2	Maska nosowa w rozmiarach S-XL	Szt.	6
1.3	Czepiec do terapii wymiennych do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganie oddechu (NIV) umożliwiający zamocowanie generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami (HFOT), umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkową warstwę klejącą)w rozmiarach XXS-XL	Szt.	20
1.4	Komora nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu gromadzeniu kondensatu w obwodzie oddechowym, dren do podaży wody dł. 1,2 m	Szt.	20
1.5	Czapeczka do zamocowania generatora, wykonana z bawełny, posiada trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży, z miarką. Wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały w rozm. 000 – 9	Szt.	10
1.6	Filtr wyciszający	Szt.	10
1.7	Łącznik do funkcji nCPAP w respiratorze Fabian dł. 60 cm	Szt.	10
2	Aksesoria do wentylacji mechanicznej		
2,1	Układ oddechowy noworodkowy AquaVent Neo, rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, przekrój rur – 10mm, przepływ gazów powyżej 4L/min. W skład zestawu wchodzi: odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m; odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną; odcinek przedłużający do inkubatora 0,3m; dren ciśnieniowy; zestaw adapterów; komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym, dren do podaży wody dł. 1,2m	Szt.	10
3	Inne		
3,1	Filtr powietrza do inkubatora transportowego ATOM	Szt.	10
3,2	Elektroda EKG do kardiomonitora ECONET COMPACT 9 /opak. 3 szt/	op	4
3,3	Układ oddechowy noworodkowy do urządzenia VAPOTHERM	Szt.	20

Pakiet nr 22

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Woreczek 1x laparoskopowy do usuwania zresekowanych narządów , wykonany z poliuretanu z samorozprężalną obręczą, przytwierdzoną na stałe do popychacza o pojemności od 100 ml - 200ml, o wymiarach 50mm x 100mm, składający się z prowadnicy o śr.10mm i długości 40cm, z uchwytem nożycowym na dwa palce	szt	60
2	Woreczek 1x laparoskopowy do usuwania zresekowanych narządów , wykonany z poliuretanu z samorozprężalną okrągłą obręczą, przytwierdzoną na stałe do popychacza o pojemności 200 ml, o wymiarach 65mm x 150mm, składający się z prowadnicy o śr.10mm i długości 40cm, z uchwytem nożycowym na dwa palce	szt	60
3	Woreczek 1x laparoskopowy do usuwania zresekowanych narządów , wykonany z poliuretanu z samorozprężalną okrągłą obręczą, przytwierdzoną na stałe do popychacza o pojemności 500 ml, o wymiarach 20,8cm x 11,5cm, składający się z prowadnicy o śr.12mm i długości 40cm, z uchwytem nożycowym na dwa palce	szt	20

[24.03.2022r.]

Pakiet nr 23

Lp.	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Filtr powietrza do inkubatora DRAGER /MU 12504/ op. 4 szt	Op	4
2	Wymiennik ciepła i wilgotności HME HumidStar REF MPO1745-05	szt	80
3	Pułapka wodna zapobiegająca kondensacji wody i stanowiąca ochronę przed zanieczyszczeniem bakteryjnym , kompatybilna z aparatem znieczulenia ogólnego PRIMUS	szt	120
4	Dren do kapnometrii łączący aparat znieczulenia ogólnego z pułapką wodną /op.10 szt/	Op	48

Pakiet nr 24

Lp.	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Haczyk do przebijania błon płodowych 1 x sterylny, o długości 250mm zaopatrzone w ostry kolec i autotraumatyczną końcówkę, lekko zakrzywiony, ergonomiczny kształt, dodatkowe profilowane żłobienie na krawędziach.	Szt.	1000
2.	Haczyk do przebijania błon płodowych 1x sterylny, zakładany na palec Amnicot	Szt.	1000
3	Sztanca biopsyjna 1x 4mm,6mm,8mm, bardzo ostra, rączka żebrowana, poprzecznie z wytłoczonym rozmiarem op. a20 szt	szt	10

Pakiet nr 25

Lp.	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Strzykawka enteralna z końcówką ENFIT 60ml	Szt.	60
2	Zestaw do przeżyciowej endoskopowej gastrostomii - PEG z silikonową płytką zewnętrzną i silikonową płytką wewnętrzną, wolny od DEHP z zestawem do wprowadzania. Rozmiary 14/40; 18/40cm;10/40	Szt.	60
3	Zgłębnik przeznaczony do żywienia bezpośredniego do jelita lub do dwunastnicy, wykonany z poliuretanu z podziałką centymetrową, kontrastujący w RTG, z metalową prowadnicą pokrytą silikonem, zakończoną kulkową końcówką, wolny od DEHP, zakończony spiralną pętlą Bengmark, mocującą zgłębnik w jelicie. RozmiarCH10/145	Szt.	20
4	Zgłębnik gastromijny FLOKARE G-TUBE z wewnętrznym balonem mocującym, rozmiar 18-20 CH, z zaworem do wypełniania balonu przy użyciu 15ml sterylnej wody. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawem do podaży diet Flocare ze złączem ENFit. Wykonany z silikonu, w części wewnętrznej /balonowej/potrójna linia cienkodajna widoczna w promieniach RTG. W części zewnętrznej zawiera podziałkę znakowaną co 0,5 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzonej gastrostomii, kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. W zestawie zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzna płytka mocująca wykonana z silikonu, umożliwiającą trwale umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych. Zgłębnik nie zawiera DEHP. Lateksu, bez pirogenów, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność 60 miesięcy.	Szt.	60

Pakiet nr 26

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Worek na wymioty 1x użytku. Wykonany z przezroczystego materiału – co pozwala na rozpoznanie najmniejszej ilości krwi w płynie, wyskalowany co 100ml, co umożliwia dokładne oszacowanie objętości płynu, uchwyt posiada wcięcie umożliwiające higieniczne zamknięcie, odcinające przy tym źródło przykrego zapachu. Pojemność 1500ml.	szt	16000
2	Gąbka do jamy ustnej pokryta dwuwęglanem sodu	szt	2000

[24.03.2022r.]

Pakiet nr 27

Lp.	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Giggsa oparty na użyciu wielorazowego peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijską z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniaowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7mm, 8mm, 9mm	Op	80
2	Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Seldingera z 1stopniowym rozszerzadłem o kształcie „rogu nosorożca” z warstwą poślizgową o miękkim końcu i ergonomicznym uchwycie, zawierający skalpel, strzykawkę 10ml, igłę 14Ga z kaniulą, prowadnicę Seldingera i prowadnik, krótkie rozszerzadło 14F, cewnik wprowadzający, jednostopniowe rozszerzadło, rurkę tracheostomijską z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem posiadająca samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, stożkowy prowadnik rurki z uchwytem, 2 kaniule wewnętrzne do rurki, gaziki, opaska do rurki. Szczoteczka, jałowy żel poślizgowy 5g, całość sterylna, pakowana na podwójnej tacy z serwetą. Rozmiary: 7mm, 8mm i 9mm	op	4
3	Zestaw do drenażu Robinsona- zamknięty system do drenażu grawitacyjnego: worek 600ml z zastawką płatkową, kranikiem spustowym, wyskalowany w zakresie 0-100ml co 25ml i w zakresie 100-600ml co 100ml: zintegrowany z workiem dren100cm, 100% czystego silikonu, wtopiona linia RTG, perforowanie eliptycznymi otworami, w rozmiarach od 9-36 Ch, sterylne, podwójnie pakowany.	op	300
4	Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej /również do punkcji osierdza i otrzewnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca /poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika/, cewnika wykonanego z poliretanu w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w rozmiarach 9,12 i 15 zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi /bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników/, posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 30ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatraskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem oraz łącznika do systemu drenażowego, posiadający dodatkowo linię do przedłużenia cewnika o długości 50cm montowaną pomiędzy układem zastawek, a cewnikiem, zacisk nożyczkowy i komplet mocowań cewnika do skóry pacjenta	op	100
5	"Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdza i otrzewnej) składający się z: igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika) i pozwalającej na wprowadzenie prowadnicy Seldingera cewnika o długości 22 cm wykonanego z poliuretanu, widocznego w Rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, prowadnicy Seldingera pozwalającej na precyzyjną kontrolę przy pozycjonowaniu cewnika strzykawki luer lock 30 ml, worka do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym, zawieszka do worka skalpela do nacięcia skóry z zatraskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem oraz łącznika stożkowy/luer-lock do systemu drenażowego, posiadający dodatkowo linię do przedłużenia cewnika o długości 50 cm (montowaną pomiędzy układem zastawek, a cewnikiem) z zaciskiem zacisk nożyczkowy; mocowanie cewnika do skóry pacjenta.	szt	20
6	Dodatkowy worek do bezpiecznych zestawów do drenażu i punkcji jam ciała UNICO, z drenem zakończonym końcówką luer-lock, o pojemności 2000 ml ze skalowaniem co 100ml, z zaworem spustowym oraz odpowietrzającym. Opakowanie zawiera 25 szt.	szt	100

Pakiet nr 28

Lp.	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Okularki do fototerapii Wee Specix użytku wykonane z miękkiego hipoalergicznego materiału, szczelnie przylegają do twarzy dziecka, tylna część okularków dostosowana jest do kształtu głowy noworodka, miękkie paski z rzepami typu Velcro umożliwiają regulację obwodu i zapobiegają przesuwaniu się okularków. Kształt okularków redukuje ciśnienie wywierane na gałkę oczną, nie zawierają latexu, rozmiar XS- obwód głowy poniżej 28cm /opak.50szt/	szt	400

[24.03.2022r.]

2	Okularki do fototerapii Wee Spec1x użytku wykonane z miękkiego hipoalergicznego materiału, szczelnie przylegają do twarzy dziecka, tylna część okularków dostosowana jest do kształtu głowy noworodka, miękkie paski z rzepami typu Velcro umożliwiają regulację obwodu i zapobiegają przesuwaniu się okularków. Kształt okularków redukuje ciśnienie wywierane na gałkę oczną, nie zawierają latexu, rozmiar S – obwód głowy od 28-34cm /opak.50szt/	szt	200
3	Okularki do fototerapii Wee Spec1x użytku wykonane z miękkiego hipoalergicznego materiału, szczelnie przylegają do twarzy dziecka, tylna część okularków dostosowana jest do kształtu głowy noworodka, miękkie paski z rzepami typu Velcro umożliwiają regulację obwodu i zapobiegają przesuwaniu się okularków. Kształt okularków redukuje ciśnienie wywierane na gałkę oczną, nie zawierają latexu, rozmiar M – obwód głowy powyżej 34 cm opak-50szt/	szt	200

Pakiet nr 29

Lp.	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Dren typu Penrose – silikonowy, szer.5mm dł. 300mm; grawitacyjny drenaż ran pooperacyjnych, przeznaczony do drenażu ropni i ran zakażonych, wykonany z biokompatybilnego przezroczystego silikonu o jakości implantów chirurgicznych, płyny odprowadzane są na zewnątrz poprzez zjawisko przesączania kapilarnego	szt	200
2	Dren typu Penrose – silikonowy, szer. 8 mm dł. 500mm; grawitacyjny drenaż ran pooperacyjnych, przeznaczony do drenażu ropni i ran zakażonych, wykonany z biokompatybilnego przezroczystego silikonu o jakości implantów chirurgicznych, płyny odprowadzane są na zewnątrz poprzez zjawisko przesączania kapilarnego	szt	100
3	Sonda Sengstakena 4-światłowa, wykonana z silikonu, wyposażona w prowadnicę, gąbkową podkładkę umożliwiającą zamocowanie w nozdrzach oraz zaciski na drenach pozwalające na łatwiejsze otwieranie oraz zamykanie linii do manometru. Posiadająca otwory boczne (3 żołądkowe, 2 przełykowe), niskociśnieniowy balon przełyku o wewnętrznym ciśnieniu nie przekraczającym 40 mmHg, o średnicy 32 mm i długości 60 mm oraz balon przełykowy długości 140 mm; Znaczniki głębokości numeryczne na 25,30,35,40,45,50 cm od początku balonu przełykowego. Rozmiar 16F, 18F, 20 F, długość 850 mm	szt	40

Pakiet nr 30

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Strzygarka chirurgiczna, bezprzewodowa, wodoodporna, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7). Strzygarka dostępna z co najmniej 3 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Strzygarka wyposażona w indukcyjną ładowarkę.	szt	10
2.	Ostrze mikrobiologicznie czyste jednorazowego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu, pakowane: 1 szt /blister,50 blistrów/ pudełko.	szt	2000
3	Ostrze mikrobiologicznie czyste jednorazowego użytku, do miejsc wrażliwych, szerokość ostrza tnącego 20mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu i ftalanów, łatwe zakładanie i zdejmowanie ostrza, pakowane: 1 szt /blister,50 blistrów/ pudełko.	szt	100
4	Ostrze mikrobiologicznie czyste jednorazowego użytku, do włosów grubych, szerokość ostrza tnącego 36,2mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu i ftalanów, łatwe zakładanie i zdejmowanie ostrza, pakowane: 1 szt /blister,50 blistrów/ pudełko.	szt	100

Pakiet nr 31

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Termometr lekarski elektroniczny metodą na czoło bezdotykowy, dokładność przy zakresie temperatury od 35,0 do 41st.C +/- 0,2 st.C	szt	24

[24.03.2022r.]

Pakiet nr 32

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Maska tlenowa jednorazowego użytku dla dzieci i dorosłych z workiem, przezroczysta, przylegająca pod brodę ze standardowymi złączami, końcówka drenu doprowadzającego o długości min.210cm	szt	2400
2	Maska twarzowa, jednorazowego użytku, w rozmiarach 0-6, dla rozmiarów 4,5 oznaczenie kolorystyczne /4-biały, 5-niebieski/, rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu.	szt	3200
3	Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z silikonu, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankieta niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem od 1-5, produkt sterylny.	szt	400
4	Obwód oddechowy do respiratora, PCV, 2 rury gładkie wewn. dług. 180 cm, Łącznik Y, pakowany pojedynczo, biologiczny czysty, średnica 22mm. Wymagana deklaracja producenta obwodów, że obwody oddechowe mogą być stosowane do 7 dni.	szt	800
5	Obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń, PCV, 2 rury gładkie wewn. dług.min. 160 cm, Łącznik Y, pakowany pojedynczo, biologiczny czysty, średnica 22mm, 3-rura min.100cm, bezlateksowy worek oddechowy o poj.2l. Wymagana deklaracja producenta obwodów, że obwody oddechowe mogą być stosowane do 7 dni.	szt	1200
6	Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa 1x typu Macintosh, nieodkształcająca się ze stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami o standardzie ISO 7376 / tzw. zielona specyfikacja /. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwale mocowanie rękojeści. Światłowod wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego /akryl/. Światłowod nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Rozmiary 3;4, data ważności i seria na każdym opakowaniu jednostkowym.	szt	1400
7	Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa, wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7375. Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła – dioda LEDF, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, opakowanie folia	szt	300
8	Prowadnica do rurek intubacyjnych rozmiar 2-9	szt	100
9	Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie 1x w rozm 3,3 – 5,0 dług. 600-1000mm	szt	40
10	Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH14/16 długość 56,62 cm oraz rurki tracheostomijnej CH14/16 długość 36 cm,. Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72h (potwierdzona instrukcją obsługi). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90. st. zamykany obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączonej do rurki pacjenta, komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestaw w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą ścisiskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemy sterylne.	szt	1400
11	Zestaw do resuscytacji dla dzieci i dorosłych 1x, zawierający w komplecie 2 maski, dren tlenowy i rezerwuar tlenowy, wszystkie elementy w jednym opakowaniu, data ważności na opakowaniu.	szt	400
12	Zestaw do podawania płynów i leków przez pompy objętościowe firmy MEDIMA model P300	szt	220
13	Zestaw do podawania krwi i preparatów krwiopochodnych przez pompy objętościowe firmy MEDIMA model P300	szt	220
14	Zestaw do podawania leków światłoczułych, kolor bursztynowy przez pompy objętościowe firmy MEDIMA model P300	szt	40

Pakiet nr 33

Lp.	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Elektroda neutralna dzielona, jednorazowa bez kabla do kabli przyłączeniowych 380-050 aparatu elektrochirurgicznego firmy BOWA o powierzchni 90cm/ op 100 szt.	Op	50
2	Elektroda neutralna dzielona, jednorazowa bez kabla do kabli przyłączeniowych 380-050 aparatu elektrochirurgicznego firmy BOWA o powierzchni 70cm/ op.100 szt.	Op	4
3	Filtry 1x użytku do aparatu elektrokoagulacji ARC 350 /opak.50szt/	op	2

[24.03.2022r.]

4	Czyścik elektrod, jednorazowego użytku, sterylny (1 op - 100 szt)	op	4
5	Pętla MetraLOOP, zapasowe pętle jednorazowego użytku, sterylne fi 175 mm (1 opakowanie - 10 szt)	op	4

Pakiet nr 34

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Kapturek 1x do termometru BRAUN thermoscan PRO 6000	szt	32 000

Pakiet nr 35

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Pojemnik na wkłady do ssaka Vario 18 AC/CD firmy Medela 1,5l.	szt	4
2	Wkład 1x do pojemnika do ssaka Vario 18 AC/CD firmy Medela 1,5l.	szt	480
3	Wkład 1x do pojemnika do ssaka Vario 18 AC/CD firmy Medela 2,5l.	szt	180
4	Filtr 1x bakteriacyjny do ssaka Vario oraz Basic 30	szt	120
5	Łącznik dren-cewnik	szt	10

Pakiet nr 36

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Opaska piankowa do SpO2, trzy-dziurkowa, uniwersalna opak. - 25 szt	op	40

Pakiet nr 37

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Pętla do polipektomii – Endoloop, 1x narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowanych polipów, narzędzie składa się z uchwytu. Osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm, średnica pętli 30mm, max. średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm, w opak. 5 szt. oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety.	op	2
2	Dreny do pompy wodnej Olympus OFP-2 K.INST MAJ-1607 /opak.50szt/	op	2
3	Adapter OFP-2 kanału roboczego MAJ 1606 /op.10 szt/	op	2
4	Dreny do połączenia ssaka Olympus KV-5 dł.2m, jednorazowe, pakowane po 50 szt	op	2
5	Filtry antybakteryjne do ssaka Olympus KV-5	szt	10

Pakiet nr 38

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Rurka intubacyjna bez mankietu typu Murphy, znacznik głębokości intubacji w postaci grubego 1cm ringu, sterylna, w rozmiarach od 2,0 do 5,0 co 0,5	szt	100
2	Rurka intubacyjna wykonana z medycznego PCV, z mankiem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku 15 mm, gładkie atraumatyczne krawędzie, linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, niebieski balonik kontrolny, sterylna w rozmiarach od 2,5 do nr 10,0 co 0,5	szt	3200
3	Wymiennik ciepła i wilgoci – sztuczny nos do rurek tracheostomijnych z uniwersalnym portem tlenowym, z samo domykającym się portem do odsysania pomiędzy 2 celulozowymi membranami wymiennika; skuteczność nawilżania min.29 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa max 10 ml, opór przepływu 0,25 cm H2O przy 30L/min. Waga max 6,3g; obj. oddechowa od Vt 50 ml; sterylny lub biologicznie czysty.	szt	400

[24.03.2022r.]

4	Rurka tracheostomijna z termowrażliwego PCV, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym z przezroczystą ramką, z obrotowym z integrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana, niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankieta na ramce, z ciągłą linią znacznika RTG, w zestawie tasiemka na rzep na szyję oraz mandryn, sterylna w rozmiarach od 3,5 do 10,0 co 0,5	szt	72
5	Rurka intubacyjna zbrojona do trudnych intubacji rozm.7-9	szt	36

Pakiet nr 39

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
Akcesoria 1x do urządzenia nCPAP MedinCNO			
1	Układ oddechowy pacjenta, jednorazowy, podgrzewany do nCPAP/HFNC, niesterylny, z komorą do nawilżacza	szt	60
2	Generator/przyłącze pacjenta do aparatu nCPAP NEOJET	szt	60
3	Układ T do resuscytacji, jednorazowy. NEOPUFF/BABYPUFF z zastawką PEEP	szt	40
4	Czapeczka jednorazowa z rzepem do mocowania adaptera przyłącza – każda czapeczka w komplecie z 2 paskami do mocowania, rozmiar S-L	szt	20
5	Maska neonatologiczna jednorazowa, rozmiar S-L	szt	20
6	Końcówka donosowa jednorazowa, rozmiar S-L	szt	20

Pakiet nr 40

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Dren płuczący, z kontrolą przepływu, jednorazowy, sterylny, do pompy HAMOU ENDOMAT oraz do pompy ENDOMAT Select do zastosowania w laparoskopii /opak. 10 szt/	op	6
2	Dren płuczący, z kontrolą przepływu, jednorazowy, sterylny, do pompy HAMOU ENDOMAT oraz do pompy ENDOMAT Select do zastosowania w artroskopii /opak. 10 szt/	op	4
	Dren pacjenta, ssący dł. 250cm z Luer Lock i multiadapterem, sterylny, jednorazowy, kompatybilny z zestawem Karl STORZ /opak.10 szt/	op	6
3	Filtr gazu CO2 do insuflatorów firmy STORZ, sterylny /op.25 szt/	op	2
4	Ostrze shavera "Full Radius Resector", proste, śr.4,2mm, dł.rob.120mm, wielorazowe, kompatybilne z uchwytem shavera Drillcut-X-ARTHRO	szt	2
5	Ostrze shavera "Aggressive Cutter", proste, śr.4,5mm, dł.rob.120mm, wielorazowe, kompatybilne z uchwytem shavera Drillcut-X-ARTHRO.	szt	2
6	Frez shavera "Round Burr", proste, śr.4,2mm, dł.rob.120mm, wielorazowy, kompatybilny z uchwytem shavera Drillcut-X-ARTHRO	szt	2

Pakiet nr 41

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Rurka ustno-gardłowa od nr 00 - 5, z kolorowym lub cyfrowym kodem oznaczającym rozmiar opakowanie foliowo-papierowe, sterylne	szt	600
2	Rurka nosowo-gardłowa rozmiar od 3-8	szt	60
3	Rurka krtaniowa rozmiar od 0-5	szt	10

Pakiet nr 42

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Klipsy polimerowe XL REF E 5007/ op.zawiera 20 magazynków po 6 szt/	op	2

Pakiet nr 43

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Wieszak na worki z moczem i płynami ustrojowymi	szt	2400

[24.03.2022r.]

2	Worek do zbiórki żółci – po zabiegach chirurgicznych, sterylny końcówka dopasowana do drenów Kehera, zastawka antyrefluksyjna z podziałką 350 ml.	szt	60
3	Worek do dobowej zbiórki moczu sterylny	szt	1400
4	Worek do dobowej zbiórki moczu dla dorosłych 2L z białą tylną ścianką ułatwiającą wizualizację moczu, z drenem, zaworem spustowym poprzecznym w kształcie litery „T” z zastawką antyrefluksyjną.	szt	20000
5	Worki do pobierania moczu dla chłopców	szt	2200
6	Worki do pobierania moczu dla dziewczynek	szt	2200
7	Worek stomijny jednoczęściowy otwarty	szt	300

Pakiet nr 44

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Aplikator z filtrem antybakteryjnym posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem służący do pobierania lub wstrzykiwania leków z oraz do fiolek lub butelek zabezpieczonych portami	szt	12000

Pakiet nr 45

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Ostrze 1raz. Chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym nr ostrza oraz nazwą producenta na każdym z nich opakowanie zbiorcze 100 szt. zabezpieczone folią do skalpela nr 10	Op	50
2	Ostrze 1raz. do skalpela nr 11 opis jw.	Op	60
3	Ostrze 1raz. do skalpela nr 12 opis jw.	op	20
4	Ostrze 1raz. do skalpela nr 15 opis jw.	Op	20
5	Ostrze 1raz. do skalpela nr 21 opis jw.	Op	120
6	Ostrze 1raz. do skalpela nr 23 opis jw.	Op	60

Pakiet nr 46

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Elektroda endokawitarna F 6 - do stymulacji serca	szt	30
2	Zestaw z zastawką do wprowadzenia elektrod endokawitarnych 7FR (Introduktor)	szt	30

Pakiet nr 47

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Rurka tracheostomijna długa roz, od 7,0 – 8,5 dł. 86-87mm Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem, długa, wygięta anatomicznie, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, bez ftalanów, bez lateksu, oraz ze znacznikiem głębokości wprowadzenia. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. Rurka dostępna w opcji z mankietem niskociśnieniowym lub bez. Skrzydełka szyldu, miękkie, gładkie i przezroczyste. W zestawie prowadnica do rurki oraz 2 tasiemki mocujące. Rozmiary 7,0 mm, dł. 100mm; 8,0mm, dł-116mm; 9,0mm dł. 122mm; 10mm dł. 128mm . Rurka sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności.	szt	100
2	Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankieta, ruchomym szyldem rozm.od 5,0 – 10,0 Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankieta ze stałym szyldem lub ruchomym szyldem (do wyboru przez użytkownika), silikonowana, bez zawartości ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie gładkie przezroczyste skrzydełka szyldu z nazwą producenta i opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, balonik kontrolny w kolorze niebieskim oznakowany rozmiarem rurki, prowadnica z oliwką ułatwiającą wprowadzanie, transparentny dren do odsysania zakończony uniwersalnym łącznikiem umożliwiającym podłączenie do urządzeń ssących i do końcówek typu luer, dwie tasiemki mocujące w zestawie, sterylna, pakowane w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania; rozmiar 5,0-10,0 co 0,5mm	szt	20

[24.03.2022r.]

3	Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, silikonowana ustno-nosowa, typ Murphy Rurka intubacyjna zbrojona mankietem niskociśnieniowym, wyprofilowanym w kształcie walca, silikonowana, bez zawartości ftalanów, ZBROJENIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI RURKI, BEZ PRZERWY PRZY ŁĄCZNIKU 15MM W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED ZAGINANIEM, wyposażona w znaczniki głębokości, w postaci dwóch półpierścieni. Oczko Murphy`ego, rozmiar podany na łączniku, baloniku kontrolnym i w co najmniej dwóch miejscach na korpusie rurki, łącznik 15 mm na stałe przymocowany do rurki, sterylna, opakowanie papier folia z punktowymi, fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki; rozmiar 2,5-10,0 co 0,5mm	szt	70
---	--	-----	----

Pakiet nr 48

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Igła do biopsji model Velox 2 14G /dł. 100,150,160,180,300mm/	szt	20
2	Klipsy laparoskopowe do klipsownicy firmy GRENA REF 0301-04-06 ML (1 zasobnik zawiera 6 szt klipsów)	zas.	400
3	Stapler chirurgiczny skórny 1x użytku z kompletem zszywek 25 szt	szt	400
4	Stapler chirurgiczny skórny 1x użytku z kompletem zszywek 35 szt	szt	400
5	Narzędzia 1x użytku 5mm do laparoskopii: grasper, nożyczki, disektor do wyboru	szt	20
6	Klipsownica wielorazowego użytku do klipsów tytanowych ML Grena Vclip zagięta 25 stopni (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi producenta)	szt	2
7	Worki laparoskopowe do tkanek 200 ml, 400 ml i 800 ml do wyboru	szt	20
8	Splash vac - urządzenie do zbierania płynów z podłogi	szt	20
9	Narzędzia limited use (możliwość sterylizacji do 9 razy) 5mm do laparoskopii: grasper, nożyczki, disektor do wyboru	szt	20

Pakiet nr 49

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Kołderka do ogrzewania pacjenta dla dorosłych na całe ciało o wymiarach 210 cm x 120 cm. Kołderka wykonana z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu mocowana do rury ogrzewacza za pomocą rozciągliwej taśmy Velcro zapewniającej szczelne połączenie.	szt	80
2	Kołderka grzewcza pod ciało pacjenta dorosłego o wymiarach 215 cm x 100 cm. Kołderka wykonana z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu mocowana do rury ogrzewacza za pomocą rozciągliwej taśmy Velcro zapewniającej szczelne połączenie.	szt	60
3	Kołderka grzewcza na górne części ciała o wymiarach 230 cm x 100 cm. Kołderka wykonana z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu mocowana do rury ogrzewacza za pomocą rozciągliwej taśmy Velcro zapewniającej szczelne połączenie.	szt	60
4	Kołderka grzewcza na dolne części ciała o wymiarach 142 cm x 120 cm. Kołderka wykonana z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu mocowana do rury ogrzewacza za pomocą rozciągliwej taśmy Velcro zapewniającej szczelne połączenie	szt	60

Pakiet nr 50

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Zestaw 1x do zakładania szwów. Zestaw zawiera imadło, nożyczki, pęsetę chirurgiczną oraz kompresy podfoliowane – 2 szt	szt	3000

Pakiet nr 51

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Maska do podawania tlenu z drenem posiadająca metalowy klips nosowy oraz regulację obwodu głowy /gumka/. Wymagany dren ze wzmocnieniem zapobiegającym załamaniu i zamykaniu światła przepływu tlenu, rozm. L-XL	szt	7000
2	Maska do podawania tlenu z drenem dziecięca posiadająca metalowy klips nosowy oraz regulację obwodu głowy /gumka/. Wymagany dren ze wzmocnieniem zapobiegającym załamaniu i zamykaniu światła przepływu tlenu, rozm. S-M	szt	400
3	Maska do podawania tlenu z nebulizatorem, dozownik z ruchomym kolankiem obrotowym oraz drenem 210 cm z zakończeniem pasującym do każdego łącza tlenu, rozm L- XL	szt	8000

[24.03.2022r.]

4	Maska do tlenu z nebulizatorem dla dzieci, rozm. S-M, wymagamy aby maska posiadała metalowy klips nosowy, oraz regulację obwodu głowy /gumkę/	szt	4000
---	---	-----	------

Pakiet nr 52

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Cewnik krótkoterminowy dwuświatłowy wysokoprzepływowo /High Flow/ z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagiętymi o przekroju 11Fr, 13Fr i długościach 15cm, 17,5cm, 20 cm, 25cm – radiocieniujący szaft cewnika, końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu, przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów, obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry, zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się, wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość, kompatybilny z MRI, odporna na odkształcenia przewodnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniającą wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg, igła wprowadzająca 18G, rozszerzadło, nasadki iniekcyjne Luer Lock	szt	80
2	Cewnik krótkoterminowy dwuświatłowy wysokoprzepływowo /High Flow/ z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi o średnicy 13Fr i długości, 30 cm, – radiocieniujący szaft cewnika, końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu, przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów, obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry, zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się, wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość, kompatybilny z MRI, odporna na odkształcenia przewodnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniającą wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg, igła wprowadzająca 18G, rozszerzadło, nasadki iniekcyjne Luer Lock	szt	12
3	Cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwięzaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z ramionami zagiętymi o średnicy 14FR i długości 30cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rtg, zestaw aseptyczny kompletny do impantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18G x7cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16Fr x 15cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika	szt	12

Pakiet nr 53

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
Asortyment 1x do urządzenia AIRVO2			
1	Filtr powietrza /opak.2 szt/	op	7
2	Gąbka na patyku do czyszczenia /opak.20 szt/	op	2
3	Kaniula donosowa Optiflow+ S-L/opak.20szt/	op	10
4	Zestaw zawierający rurę i komorę /opak.10szt/	op	20
5	Zestaw do dezynfekcji	szt	7

Pakiet nr 54

Lp.	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Zestaw do konikotomii minitracheotomii z kaniulą oraz cewnikiem do odsysania. Skład zestawu: skalpel, zaoblony przewodnik ułatwiający wprowadzenie kaniuli, wykonana z silikonowego PCW kaniula średnicy wew. 4 mm, łącznik 15mm, tasiemki do przytwierdzenia kaniuli do szyi, cewnik do odsysania.	Szt.	10

[24.03.2022r.]

Pakiet nr 55

Lp.	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Membrana nebulizatora Aeroneb Solo (10 szt)	op	20
2	Pediatriczne złącze typu "T" do Aeroneb Solo (10 szt)	op	20

Pakiet nr 56

Lp.	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Wkład do ssaka Ogarit	szt	200
2	Filtr 1x do ssaka Hospivac	szt	40
3	Filtr antybakteryjny hydrofobowy (zabezpiecza pompę przed zalaniem I uszkodzeniem) z bardzo wysoką skutecznością antybakteryjną do 99,99999% cząstek większych niż 0,027 mikrona (Hepatitis A, B and C). Do węży ssących Φ 6mm i 8 mm.	szt	100

Pakiet nr 57

Lp.	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Jednorazowe wkładki uszne do tympanometrów typu ADI. W rozmiarach od 7mm do 19mm. Opakowanie zawiera 100 szt.	op	12

[24.03.2022r.]

Załącznik nr 2a do SWZ

PROPOZYCJA TREŚCI ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

1. zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp sporządzone w oparciu o własny wzór
2. inne dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami będzie gwarantował rzeczywisty dostęp do ich zasobów, określające w szczególności:
 - a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
 - b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

Ja/My:

(imię i nazwisko osoby/-ób upoważnionej/-ch do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upelnomocniony reprezentant itp.))

Działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby)

Zobowiązuję się do oddania ww. zasobów:

(określenie zasobu – doświadczenie, osoby skierowanej do realizacji zamówieni, zdolności techniczne, zdolności finansowe lub ekonomiczne))

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach”, prowadzonego przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5; 34-100 Wadowice, oświadczam co następuje:

1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

2. sposób i okres udostępnienia oraz wykorzystania ww. zasobów będzie następujący:

3. zrealizuję roboty budowlane/usługi/dostawy, których ww. zasoby (zdolności)dotyczą, w zakresie:

Zobowiązując się do udostępnienia zasobów, odpowiadam solidarnie z ww. Wykonawcą, który polega na mojej sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów nie ponoszę winy.

[24.03.2022r.]

Załącznik nr 2b do SWZ

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach ”, prowadzonego przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5; 34-100 Wadowice,

Ja/My:

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

w imieniu Wykonawcy:

(wpisać nazwy (firmy) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Oświadczam/-my, iż następujące roboty budowlane/usługi/dostawy* wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca (nazwa): _____ wykona: _____ **

Wykonawca (nazwa): _____ wykona: _____ **

* dostosować odpowiednio

** należy dostosować do ilości Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

[24.03.2022r.]

Załącznik nr 3 do SWZ

Oświadczenie wykonawcy
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa wykonawcy.....

Adres wykonawcy.....

Oświadczam iż,

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
5. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r.poz. 1170),

są nadal aktualne.

..... ,
(miejsowość, data)

.....
data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) do reprezentowania
wykonawcy

[24.03.2022r.]

Załącznik nr 4 do SWZ

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu wymogów ustawy o wyrobach medycznych, Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia

Nazwa oraz siedziba Wykonawcy:

1. Oświadczam, że oferowany asortyment

1.1. spełnia/nie spełnia* wymogi przewidziane przez ustawę z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1565 ze zm.),/potwierdzające dopuszczenie tych wyrobów do obrotu i używania

1.2. spełnia/nie spełnia* wymogi przewidziane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016r. poz.211 ze zm.).

2. Oświadczam, że posiadam dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań przewidzianych przez ustawę z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1565 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, potwierdzające dopuszczenie tych wyrobów do obrotu i używania tj; deklarację zgodności dla oferowanego wyrobu lub deklarację zgodności dla oferowanego wyrobu wraz z certyfikatem zgodności dla Pakietu pozycji:

3. Zobowiązujemy się do:

3.1. przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego opisy, katalogi, ulotki i instrukcję użytkowania,

3.2. przedstawienia w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego,

3.3. dokonania wszelkich starań zmierzających do uzyskania przedłużenia terminów ważności dokumentów dopuszczających dostarczane wyroby do obrotu i stosowania przez cały okres trwania umowy. Powyższe działania zobowiązujemy się podjąć w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości tych dokumentów.

4. Oświadczam, że dla Pakietu pozycji nie są wymagane w/w dokumenty.

* *niepotrzebne skreślić*

..... ,
(miejsowość, data)

..... ,
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

[24.03.2022r.]

Załącznik nr 5 do SWZ

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

**DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Oświadcza że:

1. NIE NALEŻY z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp*

2. NALEŻY do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z następującymi wykonawcami*:

2.1.

2.2.

2.1.. W załączeniu wykonawca przekazuje dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej**.

** (jeżeli dotyczy)

..... ,
(miejsowość, data)

.....
data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) do
reprezentowania wykonawcy

[24.03.2022r.]

Załącznik nr 6 do SWZ

Formularz Ofertowy (wzór)

Nazwa oraz siedziba Wykonawcy:.....

TELEFON:; FAX:

REGON:, NIP:

INTERNET: http:; e-mail:

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy:.....
(imię nazwisko, tel. kontaktowy)

Osoba upoważniona do zawarcia umowy:.....
(imię nazwisko, stanowisko)

Niniejsza oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.26.1.17.2022

Pakiet nr*

Lp	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jed. netto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa Producenta/nazwa handlowa	Nr katalogowy
1.										
itd										
Razem						X			X	X

*Tabelę należy powtórzyć dla każdego oferowanego pakietu

1. Wartość oferty netto: zł, brutto zł (słownie brutto:.....),
w tym dla:

1.1. Pakietu nr zł netto, zł brutto itd.

2. Termin dostawy **do 3 dni roboczych** od dnia złożenia zamówienia.

3. Termin płatności: 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego w formie przelewu.

4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia i przyjmuję/ emy je bez zastrzeżeń.

5. Oświadczam/ y, że w przypadku uznania mojej/ naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/ emy się do świadczenia usług na warunkach zawartych w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załączonym do niej projektem umowy oraz w złożonej ofercie.

6. Wykonawca informuje, że:*

6.1. wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

6.2. wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących usług, których usługa będzie prowadzić do jego powstania. Wartość usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to zł netto.**

7. Oświadczam, że wartość oferty jest ceną ostateczną do zapłaty z uwzględnieniem wszystkich czynników określonych w SWZ oraz w projekcie umowy będącym załącznikiem nr 7 do SWZ.

[24.03.2022r.]

8. Oświadczam/y, że jesteśmy :⁴
- 8.1. mikroprzedsiębiorstwem*
- 8.2. małym przedsiębiorstwem*
- 8.3. średnim przedsiębiorstwem*
- 8.4. dużym przedsiębiorstwem*
9. Wymienione niżej dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane osobom trzecim:
- 9.1.
- 9.2.
10. Oświadczam/y, że przewiduję/emy powierzenie zamówienia podwykonawcom
..... (podać nazwę firmy podwykonawcy)(podać zakres powierzonych prac) (podać wartość powierzanych prac (brutto))
.....(podać % udział (brutto) w cenie oferty)
11. Oświadczam/y, że nie przewiduję/emy powierzenia podwykonawcom realizacji części zamówienia*.
12. Oświadczam/y, że:
- 12.1. zostałem poinformowany zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO⁵ o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy⁶
- 12.2. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego i zobowiązuję się wypełnić je wobec osób fizycznych od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskam w celu zawarcia i realizacji umowy⁷
13. Informuję/emy, że Zamawiający posiada następujące aktualne oświadczenia lub dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji *działalności podmiotów realizujących zadania publiczne* (t.j. Dz.U. z 2020, poz 346 ze zm.)

LP	Nazwa oświadczenia lub dokumentu	Postępowanie, do którego zostało złożone oświadczenie lub dokument lub adres bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych
1		
2		

..... ,
(miejsowość, data)

.....
data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT

⁴ Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ust 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 06 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021r. poz 162)

⁵ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

⁶ Dotyczy wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa

⁷ Dotyczy wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa

[24.03.2022r.]

Załącznik nr 7 do SWZ

Projekt umowy

zawarta w dniu w Wadowicach pomiędzy:

Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5; 34-100 Wadowice; działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000071327 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 000306466, NIP: 551-21-24-676 zwanym dalej w treści umowy, „Zamawiającym” reprezentowanym przez pełnomocnika:

Pełnomocnik Dyrektora ds. Infrastruktury i Logistyki **Tomasz Matera**

a Regon: NIP:, zwanym w treści umowy „Dostawcą”, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania wyboru Dostawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2021r, poz. 1129 ze zm.), znak ZP.26.1.17.2022, strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest **dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku** dla ZZOZ w Wadowicach wg Pakietu nr, zwanego w dalszej części umowy „asortymentem”, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia w zależności od bieżących potrzeb.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego i wartościowego przedmiotu umowy bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Dostawcę, z zastrzeżeniem, iż minimalny zakres umowy przewidziany przez Zamawiającego do realizacji wynosi 50% wartości brutto umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1.
3. W sytuacji, gdy przed wygaśnięciem niniejszej umowy niektóre z pozycji asortymentowych zostaną już w całości zrealizowane, a na pozostałe nie będzie zapotrzebowania i Zamawiający nie będzie mógł zakupić ich w całości, Zamawiający ma prawo dokonywać dalszych zakupów asortymentu z pozycji już zrealizowanych do wysokości kwoty oszczędzonej z powodu niewyczerpania zamówienia na pozostały asortyment, nie przekraczając wartości pakietu.
4. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy:
 - 4.1. ze strony Zamawiającego jest Kierownik Działu Eksploatacji i Zaopatrzenia ZZOZ w Wadowicach lub osoba przez niego upoważniona;
 - 4.2. ze strony Dostawcy jest Pani/Pan lub osoba przez nią/niego upoważniona.

§ 3

1. Dostawca zobowiązuje się do:
 - 1.1. dostarczenia asortymentu w terminie **do 3 dni roboczych**, od momentu złożenia zamówienia, w ilości uzgodnionej z osobą upoważnioną, na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego - loco Budynek PPS (przyziemie). W razie potrzeby dostawa na cito w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia

[24.03.2022r.]

- 1.2. dołączenia do każdej dostawy specyfikacji - faktury VAT z wyszczególnieniem ilości oraz asortymentu.
- 1.3. przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego kart charakterystyki potwierdzających spełnianie wymagań określonych w SWZ
- 1.4. przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań przewidzianych przez ustawę z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - 2.1. zapłaty za kolejne dostawy na podstawie przedstawionej faktury VAT,
 - 2.2. pisemnego potwierdzenia odbioru kolejnych dostaw.

§ 4

1. Ilość i rodzaj asortymentu Zamawiający będzie uzgadniał każdorazowo z Dostawcą pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (email).
2. Dostawca odpowiada za jakość oraz tożsamość dostarczonego asortymentu.
3. W przypadku wad jakościowych, Zamawiający powiadomi Dostawcę w ciągu 7 dni od daty ich ujawnienia. Reklamację dotyczącą wad jakościowych Zamawiający zgłosi Wykonawcy w formie pisemnej, jednocześnie dostarczając Wykonawcy wadliwy asortyment. W przypadku uwzględnienia reklamacji Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty dostarczenia Wykonawcy reklamowanego asortymentu.
4. Dostawca reklamację zgłoszoną w sposób określony w ust. 3 rozpatrzy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 18 dni od daty pisemnego powiadomienia. Brak odpowiedzi w w/w terminie uznaje się za przyjęcie reklamacji.
5. Dostawca zobowiązuje się do zabezpieczenia we własnym zakresie dostaw zamówionego asortymentu w przypadku wystąpienia braków we własnym magazynie.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania asortymentu w sztukach, a nie w opakowaniach zbiorczych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamawianego asortymentu w sytuacjach kryzysowych.

§ 4 A*

- 1 Dostawca oświadcza, że powierzy Podwykonawcy wykonanie następującej części zamówienia:
.....
 - 2 Dostawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), jak za własne na zasadzie art. 474 kodeksu cywilnego.
- * w przypadku zadeklarowania w ofercie, że Dostawca nie powierzy podwykonawcom żadnej części zamówienia § 4 A zostanie usunięty.*

§ 5

1. Należność z tytułu realizacji umowy określono w oparciu o złożoną ofertę i ustala się ją na kwotę netto: zł, brutto zł (słownie/100), w tym:
 - 1.1. dla Pakietu ...: zł netto, zł brutto itd.
2. Ceny jednostkowe netto określone w ofercie będą stałe przez okres obowiązywania umowy także przy zamówieniach w trybie §2 ust. 3 niniejszej umowy.
3. Dopuszcza się zmianę ceny przedmiotu umowy jedynie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT.
4. Zmiana stawki podatku VAT następuje z mocy prawa, przy czym cena jednostkowa netto nie ulega zmianie.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do korzystania z rabatów cenowych przyznawanych przez Dostawcę w okresie trwania umowy. Udzielenie rabatu, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga zmiany umowy.
6. Należność za dostarczony asortyment będzie płatna przelewem w ciągu 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo

[24.03.2022r.]

wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, na konto Dostawcy.

7. Za dzień płatności należności z tytułu niniejszej umowy strony uznają dzień obciążenia konta Zamawiającego.

§ 6

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje **od dnia do dnia**

2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

2.1. niezrealizowania dostawy asortymentu w terminie określonym w §3 ust. 1,

2.2. zmiany cen z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w § 5 ust. 3.

2.3. nieprzedstawienia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie przez przedmiot zamówienia wymagań przewidzianych przez ustawę z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1565 ze zm.),

2.4. nieprzedstawienia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie kart charakterystyki potwierdzających spełnianie wymagania określonych w SWZ

2.5. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust 2 powinno być zrealizowane w ciągu 30 dni od daty zaistnienia zdarzeń stanowiących podstawy do odstąpienia od umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych w wysokości 10% kwoty brutto przedmiotu umowy, jeżeli w terminie 3 dni od zmiany lub rezygnacji podmiotu trzeciego, na którego zasoby Wykonawca się powoływał nie wykaże, że nowy podmiot trzeci lub sam Wykonawca spełnia wymagania stawiane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od stwierdzenia okoliczności o której mowa w zdaniu poprzednim.*

**) zapis dotyczy umowy realizowanej przez podmiot trzeci (w przypadku zadeklarowania w ofercie)*

§ 7

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1.1 Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości netto przedmiotu umowy, w sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, w szczególności w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

1.2 Dostawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia.

1.3 Kary umowne, o których mowa w ust. 1.2 będą potrącane po ich zsumowaniu za okresy 6 miesięczne.

2 Dostawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę należności wynikających z niniejszej umowy.

3 W przypadku, gdy kara nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony zgodnie z art. 436 pkt 3 Ustawy Pzp wynosi 20% wartości brutto umowy.

6. W przypadku niezrealizowania dostawy asortymentu, o której mowa w § 3 ust 1, mimo upływu 24h od

[24.03.2022r.]

telefonicznego/za pośrednictwem faksu zgłoszenia niezależnie od kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu przedmiotu umowy od osoby trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy. O fakcie tym Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę pisemnie lub za pośrednictwem faksu. Złożone wcześniej zamówienie z chwilą powiadomienia Dostawcy zostanie anulowane, a Dostawca zostanie obciążony różnicą kosztów.

§ 8

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
 - 1.1. terminu wykonania umowy, w szczególności w związku z zaistnieniem odpowiednio udokumentowanych przez Dostawcę okoliczności od niego niezależnych,
 - 1.2. zmniejszenia ceny jednostkowej poszczególnego asortymentu, określonych w umowie - w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z funkcjonowania rynku, w szczególności zmniejszenia ceny zbytu, zastosowania rabatu czy upustu,
 - 1.3. zmiany nr katalogowego i nazwy asortymentu, pod warunkiem zachowania tożsamości asortymentu i ceny jednostkowej,
 - 1.4. możliwości dostarczania asortymentu zamiennego, o parametrach nie gorszych niż asortyment określony w umowie – w przypadku przejściowego braku asortymentu określonego w umowie, z przyczyn nie leżących po stronie Dostawcy, pod warunkiem zachowania umownej ceny jednostkowej asortymentu i wartości umowy.
 - 1.5. osób kluczowych do realizacji umowy oraz osób reprezentujących Strony z uwagi na niezależne do Stron okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne),
 - 1.6. danych teleadresowych Stron zapisanych w umowie,
 - 1.7. wydłużenia terminu obowiązywania umowy do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia określonej w §5 ust. 1 umowy.
2. W przypadku trudności finansowych Zamawiającego, Strony mogą zmienić umowę zmniejszając liczbę / ilość zamówionego asortymentu.
3. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany zapisów umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa.
5. Zapewnienie dostaw w zwiększonej ilości w sytuacjach kryzysowych w ZZOZ w Wadowicach.

§ 9

1. Dostawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zgody podmiotu tworzącego właściwego dla Zamawiającego zgodnie z art. 54 ust 5 i 6 ustawy o działalności leczniczej.
2. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art. 518 kodeksu cywilnego (w szczególności Dostawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.
3. Wyklucza się udzielenia przez Dostawcę upoważnienia, które skutkowałyby uprawnieniem podmiotu trzeciego do administrowania wierzytelnością, w tym dochodzenie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 10

1. Dostawca oświadcza, że:
 - 1.1. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 - 1.2. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek

[24.03.2022r.]

posiadania takich uprawnień,

- 1.3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 1.4. przekaze obowiązek informacyjny osobom, których dane osobowe udostępni w związku z realizacją niniejszej umowy w imieniu Udzielającego zamówienie, w zakresie ujętym w załączniku nr 2.
- 1.5. przekaze klauzule informacyjną w zakresie przetwarzania danych reprezentantów - załącznik nr 3.

§ 11

1. Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usług na rzecz ZZOZ w Wadowicach również w czasie:

- 1.1. nadzwyczajnych zdarzeń w czasie pokoju,
- 1.2. zagrożenia bezpieczeństwa państwa,
- 1.3. wojny.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron i dla swej ważności wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

§12

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Dostawcy

DOSTAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy z dnia:

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przekazaniu informacji odnośnie zasad przetwarzania pracowników i współpracowników Dostawcy

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna

[24.03.2022r.]

Załącznik nr 2 do Umowy nr

Oświadczenie o przekazaniu informacji odnośnie zasad przetwarzania pracowników i współpracowników Dostawcy

Zobowiązuję się na podstawie art. 14 RODO poinformowania osób, których dane będą udostępniane w związku z zawieraniem i realizacją umowy.

- 1) Administratorem danych jest Zamawiający tj. ZZOZ w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Wadowice kontakt: sekretariat@zozwadowice.pl
- 2) Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@zozwadowice.pl
- 3) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu, w celu realizacji umowy i jej rozliczenia.
- 4) Przetwarzane będą następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane do kontaktu.
- 5) Dane będą przetwarzane do czasu trwania umowy i wygaśnięcia roszczeń oraz upływu terminu określonego w odrębnych przepisach prawa dotyczących archiwizacji.
- 6) Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- 7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty mających dostęp na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarte są umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

<https://zozwadowice.pl/rodo/>

[24.03.2022r.]

Załącznik nr 3 do Umowy nr

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych reprezentantów

1. Informujemy, że Administratorem Danych jest ZZOZ w Wadowicach ul.Karmelicka 5
2. Kontakt do Administratora: ZZOZ w Wadowicach ul.Karmelicka 5,
sekretariat@zozwadowice.pl
3. Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor@zozwadowice.pl
4. Administrator w toku prowadzonej działalności, może przetwarzać dane:
 - 1.1 kontrahentów, w tym dostawców oraz potencjalnych dostawców;
 - 1.2 wspólników, pracowników, przedstawicieli ustawowych oraz reprezentantów i pełnomocników ww. kontrahentów, w tym osób kontaktowych ujawnionych.
5. Administrator może przetwarzać dane podane bezpośrednio przez kontrahentów lub osoby występujące w ich imieniu, takie jak:
 - 5.1. imię i nazwisko, nazwa kontrahenta, adres prowadzonej działalności oraz inne adresy korespondencyjne;
 - 5.2. numery rejestracyjne we właściwych rejestrach;
 - 5.3. dane kontaktowe (numer telefonu, adres email);
 - 5.4. dane dotyczące statusu w strukturze kontrahenta (np.: funkcja, stanowisko, zakres uprawnień).
6. Ponadto Administrator może, w niezbędnym zakresie podyktowanym potrzebą weryfikacji kontrahenta, pozyskiwać dodatkowe informacje ze źródeł ogólnodostępnych, takich jak prowadzone na podstawie przepisów prawa rejestry gospodarcze i zawodowe (np. CEIDG, KRS).
7. Zgromadzone dane osobowe, o których mowa w pkt 1 będą przetwarzane na podstawie:
 - 7.1. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla realizacji umowy oraz wypełnienia wynikających z takiej umowy zobowiązań (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe i rejestrowe). Podanie danych koniecznych dla związania umową lub jej realizacji i rozliczenia jest obowiązkowe. W tym celu może przetwarzać dane osobowe w okresie trwania umowy;
 - 7.2. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy przetwarzanie tych danych będzie niezbędne dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest obowiązkowe, a obowiązek wynika z przepisów prawa. W tym celu Administrator może przechowywać dane w okresie trwania takiego obowiązku (np. dane zawarte w fakturach oraz dokumentach potwierdzających podejmowane czynności oraz transakcje)
 - 7.3. dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub osób trzecich, w sytuacji, gdy interesy takie są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Takimi uzasadnionymi interesami są np.:
 - i.prowadzenie bieżącej komunikacji i rozliczeń;
 - ii.prowadzenie korespondencji w zakresie podejmowanych działań gospodarczych, w tym realizacji umów i postępowań konkursowych i przetargowych;
 - iii.weryfikacja tożsamości osób działających na zlecenie naszych kontrahentów;
 - iv.ustalenie, dochodzenie i ochrona roszczeń wynikających z prowadzonej działalności oraz ochrona przed takimi roszczeniami – w czasie uwzględniającym okresy wygaśnięcia poszczególnych roszczeń.
8. Administrator może ujawnić dane osobowe:
 - 8.1. podmiotom i osobom działającym na zlecenie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia prawnego, informatycznego i organizacyjnego,
 - 8.2. organom państwowym, na podstawie przepisów prawa w ramach prowadzonych postępowań.
9. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych – w granicach określonych zgodnie z art. 15-22 RODO.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.