



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



LL-C
Certification

Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 14.03.2024 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 10/2024

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawę materiałów medycznych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby OIOM i bloków operacyjnych na okres 4 miesięcy dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 5

1. Dotyczy Zadania nr 6, Pozycja 7

Prosimy o sprecyzowanie w pozycji 7, o jakim ścięciu igła jest wymagana. Czy kąt ścięcia ma być 20, czy 30 stopni. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, iż zostały podane dwa takie same rozmiary do wyboru przez Zamawiającego. Bardzo prosimy o podanie rozmiaru igły, jak jest wymagana.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w zadaniu nr 6 pozycja 7 nastąpiła omyłka – Zamawiający w tej pozycji oczekuje igły 22Gx50 mm, oraz 22Gx80 mm, kąt ścięcia 30 stopni.

2. Dotyczy Zadania nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 6, Pozycji 2 oraz 3 na igły do znieczuleń podpajęczynówkowych o dł. 88 mm

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski

IB 91/ 810 59 82