

Łódź, dnia 20.04.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: **Dostawy mikroskopu laboratoryjnego – nr postępowania 12/ZP/2023/N.****ODPOWIEDŹ NA PYTANIA**

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się z wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr.1

- 1) *Czy mikroskop ma posiadać pięć obiektywów korygowanych na nieskończoność, czy też chodzi jedynie o możliwość zainstalowania 5 obiektywów, a dostawa ma obejmować 4 obiektywy podane w specyfikacji?*

Ad. 1 Tak, ma być możliwość zainstalowania 5 obiektywów, a dostawa ma obejmować 4 obiektywy.

Pytanie nr.2

- 1) *Czy dopuszczacie Państwo lepsze rozwiązanie z nasadką okularową dwuoczną z tubusami okularowymi, pochylonymi pod kątem 25°, z regulacją rozstawu tubusów w zakresie 48 – 75 mm?*

Ad. 1 Nie dopuszczamy innego rozwiązania niż przez nas wskazane.

Pytanie nr.3

- 1) *Czy dopuszczacie Państwo obiektywy o standardowej długości optycznej 45mm z parametrami: Plan-Achromat 4X, N.A. 0.10, W.D. 30,7mm, Plan-Achromat 10X, N.A. 0.25, W.D. 17,5 mm, Plan-Achromat 40X, N.A. 0.65, W.D. 0.66 mm, Plan-Achromat 100X Oil EU, N.A. 1.25, W.D. 0.27mm, amortyzowany?*

Ad. 1 Nie dopuszczamy innego rozwiązania niż przez nas wskazane.

Pytanie nr.4

- 1) *Czy dopuszczacie Państwo przyciski funkcyjne z możliwością wyboru funkcji zamiast wyświetlacza LCD?*

Ad. 1 NIE dopuszczamy innego rozwiązania niż przez nas wskazane. Musi być wyświetlacz LCD.

Pytanie nr.5

- 1) *Czy dopuszczacie Państwo równoważną kamerę kolorową z sensorem CMOS 7.1 mm x 4.0 mm, odpowiednik 1/2.1" (przekątna 8.1 mm), rozdzielczość 8,3 mln pikseli, wielkość piksela 1.85 µm x 1.85 µm, łącznik 0,5x, szybkość pracy 30 kl/s w rozdzielczości 4K?*

Ad. 1 NIE dopuszczamy innej kamery niż przez nas wskazana. Dotyczy to również wyszczególnionych przez nas parametrów, nie dopuszczamy ich zmiany.

Pytanie nr.6

- 1) *Czy dopuszczacie Państwo zaoferowanie oprogramowania posiadającego wszystkie opisane funkcje, ale posiadające możliwość eksportu w formie graficznej lub tworzenia raportów w Microsoft Word?*

Ad. 1 Tak, mogłoby być takie oprogramowanie.

Zamawiający informuje, że zapisy w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki pozostają bez zmiany.

Kierownik Działu Zakupów UŁ
Sebastian Rudziński