

Chełmno, 22.09.2021 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/65/2021

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla ZOZ Chełmno”, nr post. 22/2021.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) zamawiający zmienia treść SWZ załącznika nr 2 w zakresie pakietu nr 11 - System próżniowy, poprzez dodanie następującej treści:

Warunki techniczne

1. próbówki plastikowe z zakręcanym korkiem i naklejonymi etykietami:
 - gwarantują wytworzenie próżni tuż przed pobraniem lub zapewniają pobranie materiału przez odcignięcie tłoka
 - są wystandaryzowane i zapewniają pobranie właściwej ilości krwi
 - zapewniają szybkie wykrzepianie krwi
 2. pipety plastikowe
 3. igły systemowe, łączniki – pakowane pojedynczo
 4. igły systemowe – z odpowiednio ukształtowanym ostrzem, małym łącznikiem, na stałe zespolonym z igłą – ułatwiającym penetrację tkanki i właściwy kąt wkłucia, wewnątrz igły silikonowane eliminujące wykrzepianie się krwi podczas pobierania do kilku próbek
 5. cały asortyment przedstawiony w pakiecie musi pochodzić od jednego producenta
- W załączeniu modyfikacja pakietu.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.