



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Pila, ul. Rydygiera 1

Sekretariat 67 210 62 05
Centrala 67 210 66 66
Fax 67 212 40 85
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl



Piła, dnia 08.03.2023 roku

FZP.II-241/18/23/ZO

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dotyczy: zapytania ofertowego pt. „**MASKI ANESTETYCZNE I RESUSCYTATORY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**”.

Szpital Specjalistyczny w Pile, w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw resuscytacyjny: worek resuscytacyjny o pojemności 1650ml, maska nr 5, worek rezerwy o pojemności 2000ml, dren tlenowy o długości 210cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny resuscytator o objętości worka 1547 ml, Rezerwuar tlenu o objętości 2600 ml umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszaninie oddechowej oraz dren tlenowy o dł. 2,13, maska w rozmiarze dla dorosłych równoważna rozmiarowi 5 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 1:

Czy Zamawiający wymaga aby resuscytator był wolny od szkodliwych ftalanów ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 1:

Czy Zamawiający wymaga aby resuscytator był warunkowo dopuszczony do stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego magnetycznym (zgodnie z ASTM F2503) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 5

Pakiet nr 1:

Czy Zamawiający wymaga aby resuscytator posiadał pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni zintegrowany z workiem samorozprężalnym ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 6

Pakiet nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważne masek w rozmiarach od 0 do 5 przy spełnieniu pozostałych wymagań ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.