



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNAMIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP- 370/21

Poznań, dnia 06.07.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa

Dotyczy: PN-68/21 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z instalacją urządzenia do wysokoprępastowego wytwarzania w podwyższonej temperaturze – w obiegu zamkniętym, ciągłym, bez zastosowania rozpuszczalników organicznych – matryc w postaci stałej, zawierających substancje aktywne, oraz umożliwiających uzyskanie postaci substancji leczniczej wykazującej zwiększoną szybkość rozpuszczania wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytania do wzoru umowy:

Załącznik nr 1 do SWZ

Pytanie 1:

§2

1.7. Zamawiający określił termin podjęcia naprawy na maksymalnie 2 dni od daty przyjęcia zgłoszenia. Czy zamawiający dopuszcza zmianę na „maksymalnie 5 dni roboczych” od dnia przyjęcia zgłoszenia?

1.8. Zamawiający określił, że naprawa gwarancyjna musi być wykonana w terminie maksymalnie 5 dni liczonych od chwili powzięcia wiadomości o awarii lub usterce. Czy zamawiający dopuszcza zmianę na „14 dni roboczych od chwili powzięcia wiadomości o awarii lub usterce”.

1.9. Zamawiający określił, że maksymalny czas usunięcia awarii lub usterki u Zamawiającego w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy nie może przekroczyć 14 dni od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii. Czy zamawiający dopuszcza zmianę na „21 dni roboczych od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii”?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje propozycję zmian w zakresie wydłużenia terminów na naprawę i serwis.

Pytanie 2:

§4

1.3. Zamawiający określił karę z tytułu odstąpienia umowy na 10% wartości umowy. Czy zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kary z tytułu odstąpienia umowy na 5% wartości umowy?

3. Zamawiający określił, że łączna maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć połowy wynagrodzenia brutto. Czy zamawiający dopuszcza zmianę tej wartości na 5% wartości umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje propozycji zmian dotyczących kar umownych.

Pytanie 3:

Pytanie do specyfikacji (komputer):

Załącznik nr 3 do SWZ

Czy zamawiający dopuści komputer o parametrach:

Ekran: 15,6", typ matrycy IPS, antyrefleksyjna
Procesor: Intel core i5-1035G1 (1.0 GHz, 3.6 GHz Turbo, 6 MB Cache, ilość rdzeni 4) lub porównywalny
Pamięć operacyjna: min. 8 GB, DDR4 2666Mhz
Dysk twardy SSD: min. 265 GB, M.2 PCIe
Karta graficzna: Intel Iris Graphics lub porównywalna
Porty/złącza: min. 1xUSB 2.0, min. 1xUSB 3.1 typ C, min. 1xUSB Typ-C (z DisplayPort), min. 2x USB 3.1, 1x wbudowany czytnik kart pamięci , 1 x wyjście HDMI, LAN 1Gb/s, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe – 1szt., wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości HD,
Dźwięk: stereo
Klawiatura: wydzielona klawiatura numeryczna, podświetlana
Pojemność akumulatora min. 45Wh
Oprogramowanie: Windows 10 Professional
Bezpieczeństwo: gniazdo blokady Kensington, szyfrowanie TPM,
Zasilacz: Dedykowany do laptopa
Wymiary(maksymalne): szerokość 365mm, głębokość 246 mm, wysokość 19mm
Waga (maksymalna): 1,9kg
Aluminiowa obudowa.
Gwarancja: w serwisie zewnętrznym

Odpowiedź:

Zamawiający nie może odpowiedzieć na tak postawione pytanie, ze względu na zapis: "lub porównywalny" przy dwóch kluczowych pozycjach (procesor i karta graficzna) oraz braku szerszego opisu gwarancji; na podstawie zapisu: "Gwarancja: w serwisie zewnętrznym" Zamawiający nie może stwierdzić zgodności z OPZ. W świetle powyższego Zamawiający pozostawia opis bez zmian.

Pytanie 3:

Pytanie do specyfikacji (komputer):

Załącznik nr 3 do SWZ

Czy w związku z dużą pulą modeli laptopów dostępnych na rynku i zmieniającą się w stosunkowo krótkim czasie ich dostępnością, przy pozostawieniu specyfikacji na poziomie wysokiej wydajności i jednoczesnym poszerzeniu zakresu wyboru:

1. Czy zamawiający dopuszcza baterię w laptopie o pojemności akumulatora min. 45 Wh?
2. Czy zamawiający dopuszcza komputer posiadający Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)?
3. Czy zamawiający dopuszcza podświetlenie klawiatury o innej barwie niż białe? (np. czerwone)
4. Czy zamawiający dopuszcza kamerę bez wbudowanej zaślepki?
5. Czy zamawiający dopuszcza komputer nie posiadający portu USB 2.0 (przy zachowaniu portów USB innego typu)? (wiele modeli komputerów nowej generacji posiada porty USB w wersji wyższej (3.0 lub 3.1), kompatybilnej ze starszą generacją – czyli 2.0, ale nie posiada osobnego złącza USB 2.0)
6. Czy zamawiający dopuszcza komputer o pokrywie matrycy i wewnątrz innym niż aluminiowy?
7. Czy zamawiający dopuszcza gwarancję producenta realizowaną przez autoryzowany serwis w Polsce i odstąpienie od konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego? (wielu producentów stosuje wsparcie serwisowe realizowane przez autoryzowane firmy rozlokowane w całej Polsce)

Wszystkie wymienione powyżej parametry nie wpłyną negatywnie na prawidłową pracę komputera z oferowanym przyrządem, a ze względu na czas realizacji naszej dostawy aktualnie oferowane modele laptopów mogą być już niedostępne i w związku z tym prosimy o zmianę specyfikacji na bardziej elastyczną – dostosowaną do sytuacji panującej na rynku komputerowym.

Odpowiedź:

1. Tak
2. Nie
3. Nie
4. Tak
5. Tak



UNIWERSYTET MEDYCZNY
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

6. Nie - aluminiowe obudowy mają znacznie lepsze odprowadzanie ciepła - są dzięki temu ciche - rzadziej pracuje wentylator
7. Tak.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty traktując je jako ważne i wiążące.

Z poważaniem ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. ORGANIZACYJNYCH


mgr inż. Magdalena Fertig 7.07.2017
Za Zamawiającego

Opracowała: Justyna Bittner-Dobak
nr tel.: 61 854 60 17
e-mail: dzp@ump.edu.pl

p SE

