



EDZ.26.15.1.2024.LZ

Warszawa, dnia 28.08.2024 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na **dostawę zestawu do przygotowywania tabletek do pomiarów XRF z instalacją i szkoleniem.**

oznaczenie sprawy: **EDZ.15.1.2024**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na **na dostawę zestawu do przygotowywania tabletek do pomiarów XRF z instalacją i szkoleniem.**, oznaczenie sprawy: **EDZ.26.15.2024**, wpłynęło pytanie do treści zapytania ofertowego.

Poniżej prezentujemy przesłane pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie1 :

Proszę o wyjaśnienie opisu pkt. 4 Homogenizator: czy urządzenie ma tylko homogenizować próbki (mieszać zmieloną próbkę z lepiszczem) czy ma też je mielić?

Odpowiedź1:

Homogenizator powinien mieszać już wcześniej przygotowaną (zmieloną) próbkę z lepiszczem. Sformułowanie „pojemniki do mielenia” zostaje zastąpione sformułowaniem „pojemnikami do mieszania”.

W związku z powyższym, działając na podstawie pkt. 17 ppkt. 3) Zapytania Ofertowego EDZ.26.15.2024, Zamawiający informuje, że treść pkt 2 ppkt 4) Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, otrzymuje brzmienie:

4) Homogenizator pozwalający mieszanie sproszkowanych próbek z lepiszczem wraz pojemnikami do mieszania (minimum 2 sztuki) i z kulkami mieszającymi.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Piotr Grochot