

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 19.07.2022 r

Wysokie Mazowieckie, 19.07.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup implantów ortopedycznych oraz implantów do zabiegów neurochirurgicznych**

Oznaczenie sprawy: **16/2022**

Zapytanie nr 1. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

Pakiet nr 7, poz. 3

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 punkt 3 dopuści: śruby korowe 4,5mm zakres 14-70mm zamiast 14-95mm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 2.

Czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca przekaże fakturę VAT wyłącznie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.).

Wyjaśnienie: Nie.

Zapytanie nr 3.

dot. § 8 ust. 2 lit. c) projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej wskazanej w § 8 ust. 2 lit. c) Załącznika nr 5 do SWZ („Umowa”) z 20 % do 10 %. Wykonawca nadmienia, że niezasadne rozszerzanie potencjalnej odpowiedzialności Wykonawcy (co w ocenie Wykonawcy ma miejsce w niniejszej sytuacji) mające wpływ na konkurencyjność postępowania oraz naruszenie zasady równości stron może prowadzić do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (por. KIO 983/18, KIO 980/18).

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych.

Zapytanie nr 4.

dot. § 5 ust. 3 projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 5 ust. 3 Umowy poprzez usunięcie zdania „W przypadku implantów przechowywanych w banku/depozycie rozliczenie odbywać się będzie fakturami VAT wystawionymi na podstawie przesłanego protokołu zużycia. Z momentem pobrania towaru z depozytu i jego zaimplementowania wartość towaru przechodzi na Zamawiającego” – jako że w ramach niniejszej Umowy Wykonawca nie jest zobowiązany do utworzenia depozytu.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umowy.

Zapytanie nr 5. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

Pakiet nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyłącznie prętów o długości do 150mm (zgodnie z opisanym składem kompletu), bez oferowania prętów o długości 300mm i 500mm? Pręty o długościach 300mm i 500mm są oferowane w innych cenach niż pręty o długości do 150mm, w związku z tym Wykonawcy nie są w stanie prawidłowo wycenić oferty. W przypadku braku

wyrażenia zgody na powyższe, zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie jakie ilości prętów o długościach 300mm i 500mm należy wycenić.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 6. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

Pakiet nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu składającego się z płytki dynamicznej, płytki blokującej, implantu stabilizującego oraz pręta, bez pozycji „tytanowe płytki do stabilizacji międzykoleczystej”? Tytanowe płytki do stabilizacji międzykoleczystej są oferowane jako płytka dynamiczna i płytka blokująca.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 7.

dot. § 5 pkt. 3 projektowanych postanowień umowy

Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że pakiety nr 8 i 9 nie są objęte obowiązkiem utworzenia depozytu.

Wyjaśnienie: Tak.

Zapytanie nr 8.

dot. § 5 pkt. 3 projektowanych postanowień umowy

Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że pakiet nr 13 jest objęty obowiązkiem utworzenia depozytu.

Wyjaśnienie: Tak.

Zapytanie nr 9.

dot. § 4 pkt. 4 projektowanych postanowień umowy

Prosimy o wyjaśnienie, czy ilości określone w załączniku Nr 1 stanowią przybliżoną ilość asortymentu przewidzianego do zakupienia w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (pkt 4.4 umowy) czy w czasie realizacji przedmiotu umowy określonym w par. 3 pkt 1, tj. do dnia 03.01.2023 r.

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że ilości określone w załączniku Nr 1 stanowią przybliżoną ilość asortymentu przewidzianego do zakupienia w okresie obowiązywania umowy. W rzeczywistości ilości te mogą być mniejsze, z zastrzeżeniem, że zmniejszenie nie może być większe niż 20% dostaw asortymentu realizacji zamówienia.

§ 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Zamawiający informuje, że ilości określone w załączniku Nr 1 stanowią przybliżoną ilość asortymentu przewidzianego do zakupienia w okresie obowiązywania umowy. W rzeczywistości ilości te mogą być mniejsze, z zastrzeżeniem, że zmniejszenie nie może być większe niż 20% dostaw asortymentu realizacji zamówienia."

Zapytanie nr 10.

dot. § 10 projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany treści umowy w następujących przypadkach?

- zastąpienie produktów dotychczas dostarczanych produktami posiadającym co najmniej takie same parametry, w przypadku braku dostępności na rynku lub wstrzymania produkcji dotychczas dostarczanych produktów, pod warunkiem, iż cena nie ulegnie zwiększeniu;
- zastąpienie produktów dotychczas dostarczanych produktami posiadającym co najmniej takie same parametry, w przypadku wycofania z produkcji dotychczas dostarczanych produktów, pod warunkiem, iż cena nie ulegnie zwiększeniu;

- zastąpienie produktów dotychczas dostarczanych produktami zamiennymi lub o wyższej jakości, będącymi w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu parametrów i pod warunkiem, iż cena nie ulegnie zwiększeniu;
- dodanie numeru katalogowego produktu będącego w ofercie Wykonawcy w przypadku, gdy produkt ten spełnia wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, a jego cena nie jest wyższa niż cena produktów dotychczas dostarczanych.

Wyjaśnienie: Zamawiający na chwilę obecną nie planuje zmiany treści umowy.

Zapytanie nr 11.

dot. § 3 ust. 1 projektowanych postanowień umowy

Czy w przypadku, gdyby przedmiot umowy nie został zrealizowany w całości (z zastrzeżeniem par. 4 ust. 4, tj. zmniejszenie wartości zamówienia o maksymalnie 20%) w okresie określonym w umowie, Zamawiający przewiduje przedłużenie czasu trwania umowy?

Wyjaśnienie: Zamawiający na chwilę obecną nie przewiduje przedłużenia czasu trwania umowy.

Kierownik Zamawiającego
Bożena Grotowicz