



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 437/12/2022

Chrzanów, 15.12.2022r.

## Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na: **Dostawa odzieży - ochrona przed promieniowaniem jonizującym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - sprawa nr 150/2022.**

### Pytanie nr 1, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści Fartuch dwustronny: garsonka (komplet) zabezpieczający przód, boki i tył użytkownika, do stosowania w zabiegach z zakresu angiografii. Dwie zachodzące na siebie części. Kamizelka zapinana z przodu na rzep, na tzw. zakładkę. Spódnica z pasem biodrowym rzep oraz klamra. Zatrzaski do mocowania osłony na tarczyce. Fartuch wykonany z materiału ołowiowego o kompozytowej konstrukcji charakteryzującego się optymalnym stosunkiem ochrony do gęstości i gramatury, zawierającego ołów 0.5mm, 0.35 oraz 0.25 Pb na całej powierzchni przedniej do wyboru, oraz 0.25 mm Pb z tyłu. Możliwość wyboru z palety kolorów oraz materiałów pokryciowych

Do każdej Garsonki ochrona tarczycy w kolorze Garsonki - Osłona z klipssem do połączenia z fartuchem, materiał kompozytowy zawierający ołów, ekwiwalent ołowiu 0,5Pb, zapięcie magnetyczne.

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy AIT bez zmian.**

### Pytanie nr 2, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści Fartuch dwustronny typu płaszcz, chroniący przód i tył. Fartuch zapinany na rzep, na tzw. zakładkę, każdy fartuch wyposażony we wbudowany szeroki elastyczny pas odciążający biodra i ramiona, zatrzaski do mocowania osłony na tarczyce, zapobiegające przesuwaniu się osłony. Przód fartucha - 0.35 mm Pb lub 0.5 mm Pb, tył 0.25 mm, wykonany z materiału ołowiowego o kompozytowej konstrukcji charakteryzującego się optymalnym stosunkiem ochrony do gęstości i gramatury, możliwość wyboru z palety kolorów oraz materiałów pokryciowych. Do każdego Płaszcz ochrona tarczycy w kolorze Płaszcz - Osłona z klipssem do połączenia z płaszczem, materiał kompozytowy zawierający ołów, ekwiwalent ołowiu 0,5Pb, zapięcie magnetyczne

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy AIT bez zmian.**

### Pytanie nr 3, pozycja 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści osłony na tarczyce zapinane na rzep zamiast zapięcia magnetycznego.

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy AIT bez zmian.**

### Pytanie nr 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny Fartuch jednostronny - ochrona przedniej części ciała. Wykonany z materiału ołowiowego o kompozytowej konstrukcji charakteryzującego się optymalnym stosunkiem ochrony do gęstości i gramatury zawierającego ołów, materiał zewnętrzny łatwo zmywalny. Możliwość wyboru z palety



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

kolorów oraz pokryciowych materiałów zewnętrznych. Rzepy umieszczone w części przedniej. Szerokie pasy, aby chronić częściowo plecy w tym łopatki i nerki. Dodatkowo pasy rozciągliwe, tak aby dostosować się do różnych typów sylwetki.

Łatwe zakładanie i zdejmowanie. Do każdego Fartucha ochrona tarczycy w kolorze Fartucha - Osłona z klipsem do połączenia z fartuchem, materiał kompozytowy, zawierający ołów, ekwiwalent ołowiu 0,5Pb, zapięcie magnetyczne

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy AIT bez zmian.**

## Pytanie nr 5, pozycja 5 i 6

Czy Zamawiający dopuści wieszaki wykonane ze stali nierdzewnej, czyli takiego samego materiału jak wieszak w pozycji 4?

**Odp. tak, dopuszczamy**

## Pytanie nr 6, pozycje 1 - 3

W pozycjach od 1-3 Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment **był wyrobem medycznym**. Prosimy o usunięcie tego wymogu.

Fartuchy i osłony RTG nie są wyrobem medycznym tylko "środkiem ochrony indywidualnej". Podlegają pod regulacje Rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej PPE 2016/425 (poprzednio obowiązująca dyrektywa 89/686/EWG). Zaoferowane środki ochrony indywidualnej spełniają regulacje Rozporządzenia PPE 2016/425, posiadają dokumenty CE, są dopuszczone do stosowania w placówkach zdrowia na terytorium Polski oraz są zgodne z normą IEC 61331-1:2014 oraz IEC 61331-3:2014.

**Odp. Zamawiający wykreśla zapis dotyczący wymogu „wyrobu medycznego”**

## Pytanie nr 7, projekt umowy

Czy Zamawiający dopuści 84-dniowy termin na odbiór wadliwego asortymentu i dostarczenie nowego przedmiotu umowy w dniu odbioru wadliwego pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z §9?

Trudno zakładać, że Wykonawca, który potrzebuje aż 84 dni na realizację przedmiotu zamówienia będzie w stanie dostarczyć nowy przedmiot umowy w ciągu 5 dni roboczych.

**Odp. Zapis pozostaje bez zmian. W przypadku konieczności wymiany wadliwego produktu, Zamawiający dopuszcza (do czasu dostarczenia nowego produktu) produkt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany produkt.**

## Pytanie nr 8, projekt umowy

Czy Zamawiający będzie wymagał 28-dniowego terminu realizacji przedmiotu umowy oraz 5 dni roboczych na odbiór wadliwego asortymentu i dostarczenie nowego przedmiotu umowy w dniu odbioru wadliwego pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z §9?

**Odp. j.w**

**Pyt. 9** Wzór umowy, § 5 Warunki dostawy i odbioru, *Wykonawca zawiadomi przedstawiciela Zamawiającego o planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy, nie później niż na 2 dni robocze przed tym terminem.*



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

W związku z tym, że osłony radiologiczne produkowane są na zamówienie, termin dostawy w ciągu 2 dni roboczych nie jest możliwy do spełnienia. Prosimy o dopuszczenie terminu realizacji do 8 tygodni.

**Odp. Termin realizacji zamówienia do 84 dni. Natomiast 2 dni przed dostarczeniem do Zamawiającego, Wykonawca powiadomi go o dostawie.**

**Pyt. 10** Poz.1 *Kamizelka zapinana z przodu na rzep, na tzw. zakładkę.*

Czy Zamawiający dopuszcza, aby fason kamizelki zapewniał odciążenie kręgosłupa za pomocą wbudowanych elastycznych pasów, dopasowanie kamizelki za pomocą nakładających się paneli tylnych, zapinanych elastycznymi pasami na rzepy z przodu?

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy AIT bez zmian**

**Pyt. 11** Poz. 1 *Spódnica z pasem biodrowym - rzep, zamki boczne oraz klamra.*

Prosimy o dopuszczenie wszytego pasa biodrowego, zapinanego na rzep oraz spódnice z dodatkowym paskiem zapinanym na plastikową klamrę.

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy AIT bez zmian**

**Pyt. 12** Poz.1, 2, 3 *Fartuch wykonany z materiału bezwinyłowego zawierającego ołów*

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania materiału bezwinyłowego i dopuszczenie materiałów wykonanych z polimeru winyłowego. Zastosowanie materiału ochronnego na bazie polimeru winyłowego nie wpływa na funkcjonalność ani właściwości ochronne.

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy AIT bez zmian**

**Pyt. 13** Poz. 1 *Zawierającego ołów 0.5mm, 0.35 oraz 0.25 Pb na całej powierzchni przedniej do wyboru*

Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie ochronności na przodzie fartucha gdyż wpływa to na cenę końcową osłony indywidualnej.

**Odp. Pb0,5 mm**

**Pyt. 14** Poz. 1, 2,3 *osłona tarczycy (...), materiał bezwinyłowy, zawierający ołów*

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania materiału bezwinyłowego i dopuszczenie materiałów wykonanych z polimeru winyłowego. Zastosowanie materiału ochronnego na bazie polimeru winyłowego nie wpływa na funkcjonalność ani właściwości ochronne.

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy AIT bez zmian.**

**Pyt. 15** Poz. 2 *zatrzaski do mocowania osłony na tarczyce, zapobiegające przesuwaniu się osłony.*

Prosimy o dopuszczenie zapięcia do mocowania osłony tarczycy na zatrzask. Powyższe rozwiązanie znacząco ułatwia przechowywanie osłon tarczycy, przy czym nie krępuje ruchów w trakcie użytkowania.

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy AIT bez zmian.**

**Pyt. 16** Poz. 2 *przód fartucha - 0.35 mm Pb lub 0.5 mm Pb, tył 0.25 mm. fartuch dwustronny typu płaszcz Pb 0.5 mm lub 0.35 mm -przód oraz Pb 0.25 mm – tył wykonanie z materiału*



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie ochronności na przodzie fartucha gdyż wpływa to na cenę końcową osłony indywidualnej.

**Odp. Pb 0,5mm**

**Pyt. 17** Poz. 3 Szerokie pasy, aby chronić częściowo plecy w tym łopatki i nerki. Uprzejmie informujemy, że fartuchy jednostronne służą do ochrony przodu użytkownika. Czy Zamawiający wymaga dodatkowej ochrony radiologicznej pleców w fartuchu jednostronnym?

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy AIT bez zmian.**

**Pyt. 18** Poz. 3 Możliwość odpięcia i wymiany rzepów na nowe.

Prosimy o odstąpienie od wymogu możliwość odpięcia i wymiany rzepów na nowe.

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy AIT bez zmian.**

**Pyt. 19** Poz. 5 Wieszak mobilny na 10 fartuchów, metalowy, wykonany ze stali chromowanej, skrętny lewo-prawo w zakresie 180°.

Wyposażony w cztery skrętne kółka dwa wyposażone dodatkowo w hamulec

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**Pyt. 20** Czy Zamawiający dopuszcza, aby wieszak (regał) na odzież radiologiczną był wyposażony w specjalnie zaprojektowane dwa poziomy ruchomych ramion – 10 ruchomych ramion na fartuchy/kamizelki w górnym rzędzie i 10 prostych ruchomych ramion na spódnicę w dolnym rzędzie. Regał mobilny z podstawą na czterech kółkach fi 100 mm (dwa kółka z blokadą)?

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy AIT bez zmian.**

**Pyt. 21** Czy zamawiający wymaga, aby wieszak (regał) był wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)?

**Odp. Zgodnie z swz**

**Pyt. 22** Poz. 6 Wieszak mobilny na 5 fartuchów, metalowy, wykonany ze stali chromowanej, skrętny lewo-prawo w zakresie 180°. Wyposażony w cztery skrętne kółka dwa wyposażone dodatkowo w hamulec

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**Pyt. 23** Czy Zamawiający dopuszcza aby wieszak (regał) na odzież radiologiczną był wyposażony w specjalnie zaprojektowane dwa poziomy ruchomych ramion - 5 ruchomych ramion na fartuchy/kamizelki w górnym rzędzie i 5 prostych ruchomych ramion na spódnicę w dolnym rzędzie. Regał mobilny z podstawą na czterech kółkach fi 100 mm (dwa kółka z blokadą)?

**Odp. Nie. Zamawiający pozostawia zapisy AIT bez zmian.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

**Pyt. 24** Czy zamawiający wymaga, aby wieszak (regał) był wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)?

*Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot spełnia wymagania, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (nie dotyczy poz. 4,5 i 6).*

*Zaoferowany asortyment zgodny z normą IEC 61331-1:2014 oraz IEC 61331-3:2014 (nie dotyczy poz. 4,5 i 6)*

**Odp. Zgodnie z swz**

**Pyt. 25** Prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności z Ustawą o wyrobach medycznych (poz. 1,2,3) oraz z normą IEC 61331-1:2014 oraz IEC 61331-3:2014. (poz. 4,5,6)

Informujemy, że Poz. 1,2 i 3 są Środkami Ochrony Indywidualnej klasy III i muszą być zgodne z IEC 61331-1:2014 oraz IEC 61331-3:2014.

Wieszaki mobilne nie są ujęte w powyższych normach przez co nie muszą spełniać ani ustawy o wyrobach medycznych ani norm IEC 61331-1:2014 oraz IEC 61331-3:2014.

**Odp. Zamawiający wykreśla zapis dotyczący wymogu „wyrobu medycznego”**

**Zamawiający przesuwą termin składania i otwarcia ofert na dzień**

**21.12.2022 ( składanie ofert do godz. 10:00; otwarcie godz. 11:00)**

**Termin związania ofertą do dnia 20.01.2023**

**Z poważaniem**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892