

L.dz.90-0902/2171/AO/2019

Olsztyn dn. 17.10.2019r.

Nr postępowania: 437/2019/PN/DZP

***Do wiadomości  
wszystkich uczestników  
postępowania***

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Wydziału Nauk o Żywności Katedry Biochemii Żywności w ramach projektu pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.**

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

#### **Część nr 3**

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czytnika o wymiarach (szer. x wys. x głęb.) 34,7x13,4x18,9 cm, o wadze do 3 kg, na mikro płytce z 96 studzienkami zgodne z SBS/Ansi i wysokością max. 15,2 mm, z liniowym trybem wytrząsania bez funkcji wytrząsania orbitowego, spełniającego wszystkie pozostałe kryteria wymagane w SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Z poważaniem

Sporządziła: Anna Opalach, Anna Iwaniak

**KANOLEFZ**  
  
**dr inż. Aleksander Socha**