

Sprawa ZO/36/2024

Wykonawcy wszyscy

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na „Dostawa odczynników do oznaczania grup krwi” z dnia 23.09.2024 r. informujemy:

Zapytanie dotyczy: ZAŁĄCZNIK nr 3 do zaproszenia

1. Prosimy o określenie jaki będzie poziom realizacji umowy?

Postanowienia przyszłej umowy powinny zabezpieczać Wykonawcę przez nieograniczonym zmniejszaniem świadczenia przez Zamawiającego w trakcie jego wykonywania, co przekłada się niewątpliwie na możliwości oszacowania przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia oferty i zabezpieczenia jego interesów. Określony poziom realizacji umowy ma ten na celu ochronę Wykonawcy przez ewentualnymi stratami wynikającymi z konieczności zabezpieczenia kompleksowej realizacji umowy, w sytuacji gdy faktyczny zakres świadczenia ulegnie drastycznemu zmniejszeniu.

Odp.: Zamawiający przewiduje poziom realizacji umowy na ok. 80 %.

Zapytanie dotyczy: ZAŁĄCZNIK nr 3 do zaproszenia

2. Czy poziom realizacji umowy to 80% zgodnie dobrymi obyczajami handlowymi?

Odp.: Tak, Zamawiający przewiduje poziom realizacji umowy na ok. 80 %.

Zapytania dotyczą: Załącznik nr 1 – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Odczynniki do oznaczania grup krwi

3. Proszę o potwierdzenie, że w pozycji nr 10, Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika monoklonalnego Anty-k (cellano) (małe k) , zarówno do metody próbówkowej i mikrometody.

Odp.: Tak.

4. Proszę o potwierdzenie, że w pozycji nr 10, Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika monoklonalnego Anty-k (małe k).

Odp.: Tak.

5. Proszę o potwierdzenie, że w pozycji nr 1, Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika anty A klon 9113D10.

Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania 2 różnych klonów.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodatnie kolumny z wielkością opakowania, co sprawi że oferta będzie bardziej przejrzysta? Odczynniki, oferowane są przez producenta w opakowaniach handlowych. Każde opakowanie zawiera swój indywidualny numer identyfikacyjny, w związku z tym powinny one być oferowane przez Wykonawcę jako całość.

Odp.: Zgodnie z OPZ.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na harmonogram dostaw? W związku z tym, że oferta obejmuje sporą liczbę ampułek, harmonogram dostaw ułatwi prace Wykonawcy.

Odp.: Tak.

8. Proszę o wskazanie, ile dostaw w ciągu roku planuje Zamawiający, pozwoli to na oszacowanie oferty w zakresie kosztów dostaw.

Odp.: 12 dostaw.

9. Dotyczy określonych wymagań: „Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów potwierdzających rejestrację odczynników” ORAZ „Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu/zgłoszenia oferowanych artykułów do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych”

Czy należy o oferty załączyć dokumenty potwierdzające rejestracje lub zgłoszenie odczynnika do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z

ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022r?

Odp.: Tak.

10. Czy w pozycji nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w poz. 8 – odczynnika Dolichotest produkcji RCKiK w zestawie 2x2ml , w ilości 1 zestaw? Producent oferuje tylko wskazane opakowanie.

Odp.: Tak.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

WIEIOSPCJALISTYCZNY SZPITAL
w Ostrowcu Świętokrzyskim

DYREKTOR NAČZELNY
Dariusz Turulec