



**UNIWERSYTET
ŁÓDZKI**

Dział Zakupów

Łódź, dnia 16.06.2021 roku

Dotyczy: ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki nr postępowania 11/ZP/2021/N.

Pytania, wyjaśnienia oraz zmiana treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki

Złożono w postępowaniu następujące pytania.

Do części 2

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu instalacji wytwornicy lodu płatkowego? Wraz z dostawą dołączona jest instrukcja w języku polskim?

Wyjaśnienia do pytania 1.

Nie. Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zawarte w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki zawarte w Załączniku nr 3 (Opis przedmiotu zamówienia) dotyczącym części 2.

Do części 3

1. Czy dopuszczą Państwo urządzenie nieposiadające celi zbudowanej z 24-karatowego złota? Nasze urządzenie posiada cele zbudowane ze stopu Hastelloy, również odpornego na działanie kwasów i zasad. Czy dopuszczą Państwo takie rozwiązanie?

Wyjaśnienia do pytania 1.

Nie. Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zawarte w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki zawarte w Załączniku nr 3 (Opis przedmiotu zamówienia) dotyczącym części 3.

2. Czy Zamawiający w części 3 - Kalorymetr Miareczkujący ITC dopuszcza urządzenie z szybkością mieszania mieszczącą się w zakresie 100 - 200 rpm.

Wyjaśnienia do pytania 2.

Zamawiający informuje, że zmienia zapis znajdujący się w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki w załączniku nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia dotyczącym części 3 o treści

„Zakres szybkości mieszania 100-1500 rpm”

na

„Zakres szybkości mieszania większy lub równy 100 rpm i jednocześnie mniejszy lub równy 1500 rpm”

W związku z pytaniem zamawiający zmienia dotychczasowy załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 3 na nowy z adnotacją „Obowiązuje od dnia 16.06.2021 roku”, który znajduje się w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ze zmianami z dnia 16.06.2021 r.

Do części 13

1. Czy Zamawiający dopuści wagę analityczną o wymiarach: 309x321x209 (mm)?

Wyjaśnienia do pytania 1.

Zamawiający informuje, że zmienia zapis znajdujący się w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki w załączniku nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia dotyczącym części 13 o treści

„Wymiary nie więcej niż: 310 mm x 320 mm x 210 mm (WxDxS)”

na

„Wymiary nie więcej niż: 310 mm x 325 mm x 210 mm (WxDxS)”

W związku z pytaniem zamawiający zmienia dotychczasowy załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 13 na nowy z adnotacją „Obowiązuje od dnia 16.06.2021 roku”, który znajduje się w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ze zmianami z dnia 16.06.2021 r.

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu instalacji wagi? Waga którą chcemy zaproponować jest bardzo łatwa w obsłudze. Wraz z dostawą dołączona jest instrukcja w języku polskim.

Wyjaśnienia do pytania 2.

Nie. Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zawarte w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki zawarte w Załączniku nr 3 (Opis przedmiotu zamówienia) dotyczącym części 13.

Pozostałe zapisy w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki pozostają bez zmiany.

Podpisano elektronicznie

mgr Sebastian Rudziński

Kierownik

Działu Zakupów UŁ