



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  
w Olsztynie**

ZPZ - 2375 - 6018 /21

Olsztyn, 01.10.2021 r.

- do wszystkich uczestników  
postępowania;

**Dotyczy: postępowania na dostawę różnego sprzętu medycznego na potrzeby wyposażenia Pracowni Endoskopowej”, znak sprawy: ZPZ-50/09/21.**

Zamawiający, SPZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021. poz. 1129), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie nr 1.** Dotyczy części nr 2 - wózek transportowy pacjenta -  
L.p. 12 - Prosimy o dopuszczenie wózka z o szerokości od 80 do 83 cm.

**Odp:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka o szerokości od 80 do 83 cm.

**Pytanie nr 2.** Dotyczy części nr 2 - wózek transportowy pacjenta  
L.p. 14 - Prosimy o dopuszczenie w wózka ubarwionego głównie w kolorze szarym, z elementami czerni i czerwieni.

**Odp:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka barwionego głównie w kolorze szarym, z elementami czerni i czerwieni.

**Pytanie nr 3.** Dotyczy części nr 2 - wózek transportowy pacjenta  
L.p. 18 - Prosimy o dopuszczenie do oceny wózka z regulacją wysokości w przedziale 580-890 mm.

**Odp:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka z regulacją wysokości w przedziale 580-890 mm.

**Pytanie nr 4.** Część 8:

Ad. 4. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory wyposażone w złącza wejścia/wyjścia: wyjściem sygnału innym niż VGA do podłączenia ekranu kopiującego, 4 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komp., skanera kodów paskowych, gniazdo RJ-45 i wi-fi do podłączenia z siecią monitorowania?

**Odp:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kardiomonitora o parametrach jak w zapytaniu wyżej.

**Pytanie nr 5.** Część 8:

Ad.7. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z trendami z 120 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością 1 minuta.

**Odp:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kardiomonitora o parametrach jak w zapytaniu wyżej.

**Pytanie nr 6. Część 8:**

Ad. 10. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zapisem w pamięci monitora 1000 zdarzeń alarmowych z zapisem jednocześnie wszystkich wartości liczbowych oraz jednocześnie 3 różnych fal dynamicznych (np. fali EKG, fali oddechu metodą reograficzną, fali saturacji).

**Odp:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kardiomonitora o parametrach jak w zapytaniu wyżej.

**Pytanie nr 7. Część 8:**

Ad. 17. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor mocowany do stojaka jezdnego z innego materiału niż stal nierdzewna z koszykiem na akcesoria i podstawą na 5 kołach wyposażonych w hamulce?

**Odp:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kardiomonitora o parametrach jak w zapytaniu wyżej.

**Pytanie nr 8. Część 8:**

Ad. 20. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z kolorowym wyświetlaczem LCD TFT o przekątnej ekranu 18,5 cali; rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli oraz miejsca parkingowe na niezależne moduły z lewej strony w jednej wspólnej obudowie, wyposażonej w uchwyt do przenoszenia całego kardiomonitora?

**Odp:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kardiomonitora z kolorowym wyświetlaczem LCD TFT o przekątnej ekranu 18,5 cali; rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli oraz miejsca parkingowe na niezależne moduły z lewej strony w jednej wspólnej obudowie, wyposażonej w uchwyt do przenoszenia całego kardiomonitora.

**Pytanie nr 9. Część 8:**

Ad. 21. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z ciągłym zapisem w pamięci monitorowanych fal dynamicznych z okresu 48 h oraz trendów z okresu 120 h?

**Odp:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kardiomonitora o parametrach jak w zapytaniu wyżej.

**Pytanie nr 10. Część 8:**

Ad. 22. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z wyjmowanym modułem wyposażonym w układ pomiarowy EKG/ST/Arytm/Resp:

- monitorowanie z kabla 3 żyłowego oraz 5 żyłowego,
- zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min,
- obserwacja 7 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 5 żyłowego,
- możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG,
- detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową,
- filtry EKG: operacyjny, monitorowania, diagnostyczny,
- analiza odcinka ST z 7 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 5 żyłowego
- statystyki HR z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach HR: średniej, średniej z dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej,
- analiza 25 arytmii,
- respiracja metodą impedancyjną,
- częstość oddechu w zakresie 0-200 /min,
- alarm bezdechu w zakresie 10-40 s
- prezentacja fali oddechu
- wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG
- wyposażenie: kabel ekg 3 żyłowy, kabel ekg 5 żyłowy?

**Odp:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kardiomonitora o parametrach jak w zapytaniu wyżej.

**Pytanie nr 11. Część 8:**

Ad. 14, 15, 16, 22. Czy Zamawiający dopuści kardiomonytory z wyjmowanym modułem wyposażonym w układy pomiarowe EKG/ST/Arytm/Resp, SpO2, nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia oraz pomiaru temperatury w dwóch kanałach?

**Odp:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kardiomonitora o parametrach jak w zapytaniu wyżej.

**Pytanie nr 12. CZĘŚĆ NR 2 Wózek transportowy pacjenta - 3 sztuki poz. 18.** Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji wysokości 620 do 940 mm oraz przyzna Wykonawcy 5 pkt za taki zakres?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zakresu regulacji wysokości 620 do 940 mm. Punktacja bez zmian.

**Pytanie nr 13. Dotyczy części nr 4**

Czy zamawiający dopuści szafy endoskopowe o głębokości 670mm przy dużo mniejszym od wymaganego wymiarze szerokości?

**Odp:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szaf endoskopowych o głębokości 670mm przy dużo mniejszym od wymaganego wymiarze szerokości

**Pytanie nr 14. CZĘŚĆ NR 2 Wózek transportowy pacjenta - 3 sztuki**

Poz. 12 Czy Zamawiający dopuści Szerokość z opuszczonymi poręczami 735mm, a z podniesionymi 780mm?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szerokość z opuszczonymi poręczami 735mm, a z podniesionymi 780mm.

**Pytanie nr 15. CZĘŚĆ NR 2 Wózek transportowy pacjenta - 3 sztuki**

Poz.18 Czy Zamawiający dopuści Regulację wysokości 560 – 860 mm?

**Odp:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie regulacji wysokości 560 – 860 mm

**Pytanie nr 16. CZĘŚĆ NR 5 Kolumny sufitowe dwuramiennie**

Pozycja nr 1 - Kolumna sufitowa - 1szt. (dwuramienna, sala kolonoskopii)

Pyt 1 Dot. Pkt 4 Czy Zamawiający dopuści kolumnę o łącznej długości ramion 1865mm?

**Odp:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kolumny o łącznej długości ramion 1865 mm.

**Pytanie nr 17. CZĘŚĆ NR 5 Kolumny sufitowe dwuramiennie**

Pozycja nr 1 - Kolumna sufitowa - 1szt. (dwuramienna, sala kolonoskopii)

Pyt 2 Dot pkt 6 . Czy ze względów ergonomicznych zamawiający oczekuje aby wszystkie gniazda gazowe były umiejscowione w poziomym panelu-głowicy kolumny na jej spodniej stronie -czyli tej zwróconej ku podłodze ? takie usytuowanie pozwoli na bezproblemowe wpięcie gazów.

**Odp:** Zamawiający wymaga, aby wszystkie gniazda gazowe były umiejscowione na panelu bocznym i od strony podłogi.

**Pytanie nr 18. CZĘŚĆ NR 5 Kolumny sufitowe dwuramiennie**

Pozycja nr 1 - Kolumna sufitowa - 1szt. (dwuramienna, sala kolonoskopii)

Pyt 3 Dot. pkt 12 Czy Zamawiający dopuszcza ramie pod monitor o łącznej długości 1903 mm?

**Odp:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ramienia pod monitor o łącznej długości 1903 mm.

**Pytanie nr 19. CZĘŚĆ NR 5 Kolumny sufitowe dwuramiennie**

Pozycja nr 1 - Kolumna sufitowa - 1szt. (dwuramienna, sala kolonoskopii)

Pyt 4 Czy Zamawiający wymaga aby kolumna posiadała drugie ramię uchylne z elektryczną regulacją wysokości min 70 cm? Wymóg usytuowania panela na wysokości min 200cm nad podłogą bez możliwości jego regulacji w pionie znacznie utrudni a czasami wręcz uniemożliwi niższym osobom wpięcia urządzeń w gniazda gazowe , elektryczne czy teletechniczne.

**Odp:** Zamawiający nie wymaga, aby kolumna posiadała drugie ramię uchylne z elektryczną regulacją wysokości min 70 cm

**Pytanie nr 20. CZĘŚĆ NR 5 Kolumny sufitowe dwuramienne**

Pozycja nr 1 - Kolumna sufitowa - 1szt. (dwuramienna, sala kolonoskopii)

Pyt 5 Czy w celu ułatwienia prawidłowego usytuowania i ustawienia zakresu ruchomości ramion Zamawiający będzie wymagał aby ramiona kolumny miały możliwość ustawienia ograniczenia ruchów ramion co 12 °?

**Odp:** Zamawiający nie wymaga, aby ramiona kolumny miały możliwość ustawienia ograniczenia ruchów ramion co 12 °.

**Pytanie nr 21 - Kolumna sufitowa - 1szt. (dwuramienna, sala ECPW)**

Pyt 1 Dot. Pkt 4 Czy Zamawiający dopuści kolumnę o łącznej długości ramion 1865mm?

**Odp:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łącznej długości ramienia w zakresie 200-240cm.

**Pytanie nr 22 - Kolumna sufitowa - 1szt. (dwuramienna, sala ECPW)**

Pyt 2 Dot pkt 6 . Czy ze względów ergonomicznych zamawiający oczekuje aby wszystkie gniazda gazowe były umiejscowione w poziomym panelu-głowicy kolumny na jej spodniej stronie -czyli tej zwróconej ku podłodze ? takie usytuowanie pozwoli na bezproblemowe wpięcie gazów.

**Odp:** Zamawiający czy wymaga, aby wszystkie gniazda gazowe były umiejscowione na panelu bocznym i od strony podłogi.

**Pytanie nr 23 - Kolumna sufitowa - 1szt. (dwuramienna, sala ECPW)**

Pyt 3 Dot. pkt 12 Czy Zamawiający dopuszcza ramię pod monitor o łącznej długości 1903 mm?

**Odp:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łącznej długości ramienia w zakresie 260-300m.

**Pytanie nr 24 - Kolumna sufitowa - 1szt. (dwuramienna, sala ECPW)**

Pyt 4 Czy Zamawiający wymaga aby kolumna posiadała drugie ramię uchylne z elektryczną regulacją wysokości min 70 cm? Wymóg usytuowania panela na wysokości min 200cm nad podłogą bez możliwości jego regulacji w pionie znacznie utrudni a czasami wręcz uniemożliwi niższym osobom wpięcia urządzeń w gniazda gazowe , elektryczne czy teletechniczne.

**Odp:** Zamawiający nie wymaga, aby kolumna posiadała drugie ramię uchylne z elektryczną regulacją wysokości min 70 cm.

**Pytanie nr 25 - Kolumna sufitowa - 1szt. (dwuramienna, sala ECPW)**

Pyt 5 Czy w celu ułatwienia prawidłowego usytuowania i ustawienia zakresu ruchomości ramion Zamawiający będzie wymagał aby ramiona kolumny miały możliwość ustawienia ograniczenia ruchów ramion co 12 °?

**Odp:** Zamawiający nie wymaga, aby ramiona kolumny miały możliwość ustawienia ograniczenia ruchów ramion co 12 °.

**Pytanie nr 26 - DOTYCZY OBU KOLUMN**

Prosimy o podanie, jaka jest wysokość pomieszczenia od podłogi do sufitu stałego i od podłogi do sufitu podwieszanego?

**Odp:** Zamawiający informuje, iż wysokość pomieszczenia wynosi ok. 320 cm

**Pytanie nr 27 - DOTYCZY OBU KOLUMN**

Prosimy o podanie jakiego rodzaju strop znajduje się w miejscu montażu kolumny?

**Odp:** Zamawiający informuje, iż zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 2A do SWZ strop nad pomieszczeniami, w których mają być zainstalowane kolumny jest strop kanałowy o gr. 24 cm.

**Pytanie nr 26 - DOTYCZY OBU KOLUMN**

Czy w przypadku konieczności wykonania wzmocnienia stropu (strop inny niż żelbeton o grubości min 26cm ) koszty wzmocnienia pokrywa Zamawiający ?

**Odp:** Zamawiający informuje, iż zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 2A do SWZ strop nad pomieszczeniami, w których mają być zainstalowane kolumny jest kanałowy o gr. 24 cm. W gestii wykonawcy jest dostawa , montaż urządzeń i przekazanie ich Zamawiającemu do użytkowania.

**Pytanie nr 27 - DOTYCZY OBU KOLUMN** Prosimy o podanie jakie pomieszczenie znajduje się nad miejscem instalacji kolumn?

**Odp:** Zamawiający informuje, iż nad pomieszczeniami znajduje się stropodach niewentylowany.

**Pytanie nr 28 - DOTYCZY OBU KOLUMN** Czy w miejscu montażu kolumn znajduje się wolna niczym nie osłonięta przestrzeń o wymiarach min 70x70 cm i nie ma w tym miejscu kolizji innymi instalacjami np. wentylacja?

**Odp:** Zamawiający informuje, iż w miejscu montażu jest wolna przestrzeń.

**Pytanie nr 29 - DOTYCZY OBU KOLUMN**

Czy na czas instalacji kolumn Zamawiający dokona demontażu sufitu podwieszanego znajdującego w pomieszczeniu w celu umożliwienia montażu kolumny?

**Odp:** Zamawiający informuje, iż sufit w pomieszczeniu jest sufitem systemowym kasetonowym aseptycznym - Rigips GYPREX Asepta, wym. 60x60 cm. W gestii wykonawcy leży przygotowanie pomieszczenia (w tym m.in. demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego, zabezpieczenie podłóg przed zniszczeniem) niezbędne do montażu urządzeń.

**Pytanie nr 30.** Dotyczy: części nr 7 – Wózek anestezjologiczny – 1 szt.

Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści wózek posiadający blat roboczy z trzema podniesionymi, wyprofilowanymi brzegami służącymi jako uchwyty do prowadzenia wózka?

**Odp:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wózka posiadającego blat roboczy z trzema podniesionymi, wyprofilowanymi brzegami służącymi jako uchwyty do prowadzenia wózka.

**Pytanie nr 31.** Dotyczy: części nr 7 – Wózek anestezjologiczny – 1 szt.

Czy (w pkt. 8 i 17) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w jeden wysuwany spod blatu blat roboczy / półkę pomocniczą wykonaną z ABS? Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na przyznanie 10 pkt. za takie rozwiązanie.

**Odp.:** Zamawiający potwierdza, że półka pomocnicza z ABS wysuwana z blatu i wysuwany blat roboczy to ten sam wymagany element wyposażenia wózka, jest to parametr punktowany, patrz modyfikacja formularza parametrów technicznych i użytkowych – załącznik nr 2 do SWZ.

**Pytanie nr 32.** Dotyczy: części nr 7 – Wózek anestezjologiczny – 1 szt.

Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w uchwyt z miską typu nerka (jak na zdjęciu poniżej)?

**Odp:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt z miską typu nerka.

**Pytanie nr 33.** Dotyczy: części nr 7 – Wózek anestezjologiczny – 1 szt.

Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w tackę na narzędzia, nie przykrawaną (jak na zdjęciu poniżej)?

**Odp:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wózka wyposażonego w tackę na narzędzia, nie przykrawaną.

**Pytanie nr 34.** Dotyczy: części nr 7 – Wózek anestezjologiczny – 1 szt.

Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w uchwyt na pudełko rękawiczek (jak na zdjęciu poniżej)?

**Odp:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt na pudełko rękawiczek.

**Pytanie nr 35.** Dotyczy: części nr 2 – Wózek transportowy pacjenta - 3 szt.

Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści centralną blokadę kół dostępną przy czterech kołach?

**Odp:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie centralnej blokady kół dostępną przy czterech kołach.

**Pytanie nr 36.** Dotyczy: części nr 2 – Wózek transportowy pacjenta - 3 szt.

Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści szerokość 778 mm (+/- 10 mm)?

**Odp:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szerokości 778 mm (+/- 10 mm).

**Pytanie nr 37.** Dotyczy: części nr 2 – Wózek transportowy pacjenta - 3 szt.

Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści wózek posiadający konstrukcję w kolorze szarym oraz materac z kolorze ciemnoniebieskim?

**Odp:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego konstrukcję w kolorze szarym oraz materac z kolorze ciemnoniebieskim.

**Pytanie nr 38.** Dotyczy pakietu 2. Wózek transportowy pacjenta - 3szt. Pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu pacjentów o szerokości całkowitej wynoszącej: 840mm?

**Odp:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości wózka do przewozu pacjentów o szerokości całkowitej wynoszącej: 840mm.

**Pytanie nr 39.** Dotyczy pakietu 2. Wózek transportowy pacjenta - 3szt. Pkt. 18.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu pacjentów, którego wysokość regulowana jest hydraulicznie w zakresie: od 560mm do 875mm?

**Odp:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości wózka do przewozu pacjentów, którego wysokość regulowana jest hydraulicznie w zakresie: od 560mm do 875mm.

**Pytanie nr 40.** Dotyczy pakietu 2. Wózek transportowy pacjenta - 3szt. Pkt. 18.

Czy Zamawiający przyzna 5pkt. oferentowi, który zaoferuje wózek z zakresem regulacji wysokości: od 560mm do 875mm?

**Odp:** Zamawiający nie wyraża zgody na przyznanie 5 pt. oferentowi, który zaoferuje wózek z zakresem regulacji wysokości: od 560mm do 875mm.

**Pytanie nr 41.** Dotyczy pakietu 7. Wózek anestezyjologiczny - 1szt. Pkt. 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezyjologiczny, którego górny blat roboczy wykonany jest ze stali nierdzewnej?

**Odp:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wózka anestezyjologicznego, którego górny blat roboczy wykonany jest ze stali nierdzewnej.

**Pytanie nr 42.** Dotyczy pakietu 7. Wózek anestezyjologiczny - 1szt. Pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezyjologiczny wyposażony w 5 szuflad?

**Odp:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wózka anestezyjologicznego, wyposażonego w 5 szuflad.

**Pytanie nr 43.** Dotyczy pakietu 7. Wózek anestezyjologiczny - 1szt. Pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezyjologiczny bez uchwytu miski typu nerka?

**Odp:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wózka anestezyjologicznego bez uchwytu miski typu nerka.

**Pytanie nr 44.** Dotyczy pakietu 7. Wózek anestetyczny - 1szt. Pkt. 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestetyczny wyposażony w koszyk na akcesoria, bez przykrywki?

**Odp:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wózka anestetycznego wyposażonego w koszyk na akcesoria, bez przykrywki.

**Pytanie nr 45.** Część Nr 5

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przygotowanie miejsca do montażu kolumn oraz doprowadzenie niezbędnych mediów leży po stronie Zamawiającego.

**Odp.** Zamawiający informuje, iż media są doprowadzone do miejsca montażu zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku w załączniku nr 2A do SWZ. W gestii wykonawcy leży przygotowanie pomieszczenia (w tym m.in. demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego, zabezpieczenie podłóg przed zniszczeniem) niezbędne do montażu urządzeń. Sufit w pomieszczeniu jest sufitem systemowym kasetonowym aseptycznym - Rigips GYPREX Asepta, wym. 60x60 cm.

**Pytanie nr 46.** Część Nr 5

Prosimy Zamawiającego o określenie jakiego rodzaju strop jest zastosowany w pomieszczeniach, gdzie przewidziana jest instalacja kolumny (materiał stropu, technologia wykonania, nośność pozwalająca na podwieszenie kolumn, wymiary).

**Odp.** Zamawiający informuje, iż Informacje zawarte są w załączniku nr 2A do SWZ. Budynek powstał w latach 90-tych ubiegłego wieku.

**Pytanie nr 47.** Część Nr 5

Czy istnieje bezpośredni dostęp do pomieszczenia znajdującego się dokładnie nad miejscem instalacji kolumny, w celu posadowienia płyty stropowej? Jeżeli jest, to czy istnieje możliwość montażu w posadzce stalowej płyty?

**Odp.** Zamawiający informuje, iż nad pomieszczeniami znajduje się stropodach niewentylowany – brak jest dostępu do przestrzeni pomiędzy stropem a połącją dachową.

**Pytanie nr 48.** Część Nr 5

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w wyznaczonym do instalacji kolumny miejscu, nie są poprowadzone rurociągi, przewody elektryczne, kanały wentylacyjne lub sieć przeciwpożarowa, które byłyby przeszkodą i utrudnieniem podczas instalacji kolumny.

**Odp.** Zamawiający informuje, iż w miejscu montażu kolumn znajduje się wolna niczym nie osłonięta przestrzeń o wymiarach 100 x 100 cm.

**Pytanie nr 49.** Część Nr 5

Prosimy Zamawiającego o informację, czy w pomieszczeniu instalacji kolumny zamontowane są sufity podwieszane? Jeżeli tak to prosimy o informację na jakiej wysokości i czy zainstalowane są w nim anemostaty (nawiewniki) lub czy zamontowany jest tam strop laminarny.

**Odp.** Zamawiający informuje, iż wysokość pomieszczenia wynosi ok. 320 cm. Nie ma stropu laminarnego. Lokalizacja anemostatów i opraw oświetleniowych w suficie kasetonowym znajduje się na załączonym do odpowiedzi rzucie pomieszczeń (gabinet kolonoskopii i gastroskopii).

**Pytanie nr 50.** Część Nr 5

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie kolumn sufitowych z części Nr 5, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji mniejszym bądź równym 36 miesięcy. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz projektu umowy.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie kolumn sufitowych z części Nr 5.

**Pytanie nr 51. Część Nr 7**

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu instalacji/uruchomienia oraz szkolenia w zakresie wózków z części Nr 7. Oferowane wózki dostarczane są de facto gotowe do użytku. Poza tym oferowane wózki są bardzo proste w obsłudze - wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych wózków przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z wymogu instalacji/uruchomienia oraz szkolenia w zakresie wózków z części Nr 7. Umowa zostanie dostosowana zgodnie z zapisem wzoru umowy jak w tytule: „Umowa zostanie dostosowana zgodnie z podziałem zamówienia na części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\*”

**Pytanie nr 52. Część Nr 7**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie wózków z części Nr 7, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów gwarancyjnych, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie producenta. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz projektu umowy.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie wózków z części Nr 7 na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie producenta.

**Pytanie nr 53.**

Umowa § 2 ust. 3, § 2 ust. 4, § 5 ust. 3 pkt. 1

W związku z tym, iż w zakresie przedmiotowego postępowania mieszczą się różne grupy asortymentowe, z których niektóre produkty (przykładowo wózki anestezjologiczne), nie wymagają instalacji, uruchomienia, czy też przeprowadzenia szkolenia, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie zapisu „jeżeli dotyczy” w zakresie punktów wzoru umowy w § 2 ust. 3, § 2 ust. 4, § 5 ust. 3 pkt. 1, co jest niezbędne dla zachowania porządku w dokumentacji i rzetelnego spełnienia warunków umowy przez Wykonawcę.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z wymogu instalacji/uruchomienia oraz szkolenia w zakresie wózków anestezjologicznych. Umowa zostanie dostosowana zgodnie z zapisem wzoru umowy jak w tytule: „Umowa zostanie dostosowana zgodnie z podziałem zamówienia na części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\*”

**Pytanie nr 54.**

TERMIN PŁATNOŚCI

Prosimy Zamawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami umownymi faktury VAT. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SWZ oraz projekcie umowy.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami umownymi faktury VAT.

**Pytanie nr 55.**

Umowa § 5 ust. 3 pkt. 4

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu do 48 godzin od zgłoszenia awarii w dni robocze.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu do 48 godzin od zgłoszenia awarii w dni robocze.

**Pytanie nr 56.**

Umowa § 5 ust. 3 pkt. 5

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu do 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia.



**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia.

**Pytanie nr 57.**

Umowa § 5 ust. 3 pkt. 7

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu na usunięcie awarii sprzętu do 15 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie awarii sprzętu do 15 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

**Pytanie nr 58.**

Umowa § 6 ust. 1

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wymiaru kary umownej do wysokości 0,1 % wartości każdej niezrealizowanej części zamówienia brutto, określonej w § 3 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w dostawie sprzętu.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wymiaru kary umownej do wysokości 0,1 % wartości każdej niezrealizowanej części zamówienia brutto, określonej w § 3 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w dostawie sprzętu.

**Pytanie nr 59. CZĘŚĆ NR 7 Wózek anestezyjologiczny - 1 szt.**

Poz. 9\_Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie uniwersalnego uchwytu na pojemnik na igły zamiast pojemnika na igły?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie uniwersalnego uchwytu na pojemnik na igły zamiast pojemnika na igły.

**Pytanie nr 60. CZĘŚĆ NR 7 Wózek anestezyjologiczny - 1 szt. Poz. 11\_Czy Zamawiający dopuści przykrywany pokrywą pojemnik również z przeznaczeniem do dezynfekcji narzędzi, z wyjmowanym wewnętrznym wkładem zamiast przykrywanego koszyka na narzędzia?**

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przykrywanego pokrywą pojemnika również z przeznaczeniem do dezynfekcji narzędzi, z wyjmowanym wewnętrznym wkładem zamiast przykrywanego koszyka na narzędzia.

**Pytanie nr 61. CZĘŚĆ NR 7 Wózek anestezyjologiczny - 1 szt. Poz. 12\_Czy Zamawiający dopuści uchwyt na pudełko rękawiczek zamiast pojemnika na rękawiczki? Funkcjonalność zaoferowanego rozwiązania pozostaje zachowana.**

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie uchwytu na pudełko rękawiczek zamiast pojemnika na rękawiczki? Funkcjonalność zaoferowanego rozwiązania pozostaje zachowana.

**Pytanie nr 62. CZĘŚĆ NR 7 Wózek anestezyjologiczny - 1 szt. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w standardzie w 3 uchylne transparentne kieszenie boczne, z przeznaczeniem na np. wyposażenie wózka. Oferowane rozwiązanie zwiększa wartość użytkową oferowanego wózka.**

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w standardzie w 3 uchylne transparentne kieszenie boczne, z przeznaczeniem na np. wyposażenie wózka.

**Pytanie nr 63. CZĘŚĆ NR 7 Wózek anestezyjologiczny - 1 szt. Poz. 8, Poz. 17 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że półka pomocnicza z ABS wysuwana z blatu i wysuwany blat roboczy to ten sam wymagany element wyposażenia wózka. Prosimy również o potwierdzenie, że jest to parametr punktowany.**

**Odp.:** Zamawiający potwierdza, że półka pomocnicza z ABS wysuwana z blatu i wysuwany blat roboczy to ten sam wymagany element wyposażenia wózka, jest to parametr punktowany, patrz modyfikacja formularza parametrów technicznych i użytkowych – załącznik nr 2 do SWZ.

**Pytanie nr 64. dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ CZĘŚĆ NR 2 Formularz wymaganych parametrów technicznych - Wózek transportowy pacjenta - 3 sztuki**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek transportowy w kolorze jasnoszarym?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka transportowego w kolorze jasnoszarym.

**Pytanie nr 65.** do formularza wymaganych parametrów technicznych – załącznik nr 2 (część nr 4, poz. 1 i 2)

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne tj. dwie szafy o pojemności 10 endoskopów, co umożliwi Zamawiającemu przechowywanie łącznie dokładnie takiej samej ilości endoskopów jak opisano w SWZ (20)?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dwóch szaf o pojemności 10 endoskopów, pod warunkiem zachowania innych parametrów wynikających ze specyfikacji (głównie chodzi o wielkość szafy).

**Pytanie nr 66.** do formularza wymaganych parametrów technicznych – załącznik nr 2 (część nr 4, poz. 1 i 2 pkt. 3)

Prosimy o doprecyzowanie i wymienienie modeli endoskopów posiadanych przez Zamawiającego, co pozwoli na dobranie i wycenę prawidłowych przyłączy.

**Odp.:** Zamawiający podaje asortyment endoskopów posiadanych aktualnie przez Zamawiającego: Posiadane endoskopy Olympus: GF UCT 180 1 szuka, GF UE 160 1 sztuka, BF 1T180 2 sztuki, BF H1100 1 sztuka, GIF Q 165 4 sztuki, GIF H185 1 sztuka, CF Q 165L 4 sztuki, CF H 185L 1 szuka, T1F 145 1 sztuka.

**Pytanie nr 67.** do formularza wymaganych parametrów technicznych – załącznik nr 2 (część nr 4, poz. 1 pkt. 7 oraz poz. 2 pkt. 8)

Prosimy o modyfikację zapisu na „Udostępnienie wszystkich danych pozwalających na synchronizację z posiadaną bazą danych Endobase w zakresie umożliwiającym dopuszczenie aparatu do użycia przez system Endobase po podłączeniu do procesora graficznego”.

Samą synchronizację z systemem Endobase może wykonać tylko firma Olympus będąca producentem systemu, i tak postawione zapisy tego punktu umożliwiają zdobycie punktów tylko jednemu Oferentowi co narusza zasady uczciwej konkurencji.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu jak w zapytaniu. Rozwiązanie to nie jest warunkiem obligatoryjnym a punktowanym.

**Pytanie nr 68.** do formularza wymaganych parametrów technicznych – załącznik nr 2 (część nr 4, poz. 1 pkt. 8 oraz poz. 2 pkt. 9)

Czy Zamawiający dopuści, jako parametr równoważny i tym samym punktowany, system automatycznej identyfikacji endoskopów i personelu umożliwiający synchronizację danych w oparciu o kody kreskowe?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na system automatycznej identyfikacji endoskopów i personelu umożliwiający synchronizację danych w oparciu o kody kreskowe jako parametr równoważny i tym samym punktowany.

**Pytanie nr 69.** do formularza wymaganych parametrów technicznych – załącznik nr 2 (część nr 4, poz. 2 pkt. 6)

Czy Zamawiający dopuści szafę o szerokości 1300 mm, co nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego?

W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego dwóch szaf o pojemności 10 endoskopów, łączna szerokość dwóch szaf będzie mniejsza niż w przypadku rozwiązania opisanego w SWZ.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szafę o szerokości 1300 mm z uwagi na ze względu na parametry lokalowe (szafy stoją w oddzielnych pomieszczeniach).

**Pytanie nr 70.** Pytania do Załącznika nr 2 (część nr 1) – Stół przezierny dla promieniowania X – 1 sztuka: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół przezierny dla promieniowania X, który posiada okno obrazowania (długość x szerokość) 1660x540 mm?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stołu przeziernego dla promieniowania X, który posiada okno obrazowania (długość x szerokość) 1660x540 mm.

**Pytanie nr 71.** Pytania do Załącznika nr 2 (część nr 2) – Wózek transportowy pacjenta – 3 sztuki: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy pacjenta, który posiada szerokość z poręczami bocznymi wynosząca 750 mm; natomiast szerokość bez poręczy bocznych wynosząca 680 mm?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka transportowego pacjenta, który posiada szerokość z poręczami bocznymi wynosząca 750 mm; natomiast szerokość bez poręczy bocznych wynosząca 680 mm.

**Pytanie nr 72.** Pytania do Załącznika nr 2 (część nr 2) – Wózek transportowy pacjenta – 3 sztuki: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy pacjenta, który posiada standardowo kolor ramy wózka RAL 9002 tzw. „złamanej bieli”?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka transportowego pacjenta, który posiada standardowo kolor ramy wózka RAL 9002 tzw. „złamanej bieli”.

**Pytanie nr 73.** Część nr 6 Formularz wymaganych parametrów technicznych, Stanowisko do znieczulania – 1 szt. Lp. 18

Prosimy o wyjaśnienie jakiego parownika wymaga Zamawiający (do Sevofluran czy Isofluran czy Desfluran)?

Jeśli chodzi o parownik do Sevofluranu prosimy o podanie rodzaju wlewu (AbbVie czy Baxter)?

**Odp.:** Zamawiający wymaga zaoferowania parownika do sevofluranu z wlewem AbbVie.

**Pytanie nr 74.** Część nr 6. Załącznik nr 5 Umowa, § 4 ust. 1

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności do 30 dni.

**Pytanie nr 75.** Część nr 6. Załącznik nr 5 Umowa, § 6 ust. 1)

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2%?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2 % .

**Pytanie nr 76.** dot. Części 2: Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 870 mm?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka o szerokości całkowitej 870 mm.

**Pytanie nr 77.** dot. Części 2: Czy Zamawiający dopuści wózek z powierzchniami lakierowanymi w kolorze szarym?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka z powierzchniami lakierowanymi w kolorze szarym.

**Pytanie nr 78.** dot. Części 2: Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie 470-790 mm?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wózka z regulacją wysokości leża w zakresie 470-790 mm.

**Pytanie nr 79.** dot. Załącznik nr 2 do SWZ, Część nr 7, pkt. 1-14

Czy Zamawiający dopuści Wózek anestezjologiczny zgodny z poniższym opisem?

WYKONANIE:

- blat z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm

- szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL wzornik (..), prowadnice szuflad z samodociągami, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje

- stelaż nadstawki z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiającymi regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów

- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym lub szarym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (białe), w tym dwa z blokadą

WYPOSAŻENIE:

1x zamek centralny do szuflad

1x dwurzędowa nadstawka, wyposażona w dwa rzędy transparentnych, uchylnych pojemników

1x uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły, uchwyt ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, pojemnik z tworzywa o pojemności 2,5 litra

1x uchwyt z miską na odpadki, uchwyt ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, miska ze stali nierdzewnej o poj. 2,5 litra

1x koszyk na akcesoria, stalowy lakierowany proszkowo, wym. 360x160x150mm

1x pojemnik na rękawiczki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

1x wieszak kroplówki mocowany do szafki, zakończony głowicą z 2 haczykami

1x kosz kolanowy o wewnętrznej pojemności wiaderka 8 litrów

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wózka w konfiguracji jak wyżej.

**Pytanie nr 80.** dot. Załącznik nr 5 do SWZ, wzór umowy

dot. §2 ust.1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu instalowania i uruchomienia, w zakresie części nr 7.

Przedmiot zamówienia, wyspecyfikowany w w/w części, dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z wymogu instalacji/uruchomienia w zakresie wózków z części Nr 7. Umowa zostanie dostosowana zgodnie z zapisem wzoru umowy jak w tytule: „Umowa zostanie dostosowana zgodnie z podziałem zamówienia na części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\*”

**Pytanie nr 81.** dot. Załącznik nr 5 do SWZ, wzór umowy

dot. §2 ust.1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów wzoru umowy dotyczących szkolenia personelu, ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta produkt określony w części nr 7 nie wymaga przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z wymogu szkolenia w zakresie wózków z części Nr 7. Umowa zostanie dostosowana zgodnie z zapisem wzoru umowy jak w tytule: „Umowa zostanie dostosowana zgodnie z podziałem zamówienia na części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\*”

**Pytanie nr 82.** dot. Załącznik nr 5 do SWZ, wzór umowy

dot. §5 ust.3 pkt 1) Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w zakresie zapewnienia przeglądów okresowych sprzętów w zakresie części nr 7, ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta produkt ten nie wymaga przeglądów.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie wózków z części Nr 7 na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie producenta.

**Pytanie nr 83.** dot. Załącznik nr 5 do SWZ, wzór umowy

dot. §5 ust.3 pkt 5) Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na przybycie serwisu do Zamawiającego do maksymalnie 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia.

**Pytanie nr 84.** Dotyczy pakietu nr 3, Pozycja 1 p. 10: Czy Zamawiający potwierdza, że chodzi o grubość przewodu sondy nie grubszą niż 11,5 mm, przy końcówce sondy grubości 13,5 mm?

**Odp.** Zamawiający potwierdza, że chodzi o grubość przewodu sondy nie grubszą niż 11,5 mm, przy końcówce sondy grubości 13,5 mm.

**Pytanie nr 85.** Dotyczy pakietu nr 3, Pozycja 2 p. 10.2 i 10.3: Czy Zamawiający może potwierdzić, że zgadza się na zaoferowanie kolonoskopu z tzw. Dual focusem z kątem obserwacji 160° w trybie bliskim i 170° tryb standard przy głębi ostrości 2-6 mm tryb bliski i 5-100 standard?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kolonoskopu z tzw. Dual focusem z kątem obserwacji 160° w trybie bliskim i 170° tryb standard przy głębi ostrości 2-6 mm tryb bliski i 5-100 standard.

**Pytanie nr 86.** Dotyczy pakietu nr 3, Pozycja 4 Monitory medyczne p. 2 i 3: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 2 monitorów medycznych o wyższych parametrach tj. rozdzielczości 4 K i przyłączach min. gniazdo 12G-SDI – 1 szt, 3G-SDI – 1 szt? Chodzi o ewentualne połączenia typu Loop w których będzie potrzebny monitor o co najmniej takiej samej rozdzielczości jak sygnał dla monitora głównego.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie jednego monitora o zaproponowanych parametrach, drugi monitor w konfiguracji jak w specyfikacji.

**Pytanie nr 87.** Dotyczy pakietu nr 3, Pozycja 6 Procesor graficzny i źródła światła do endoskopów p. 4.: Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie dodatkowego komponentu video do obsługi endoskopów serii 165-180 współpracującego z procesorem zintegrowanym? Odczytywanie danych np. z endoskopu ultrasonograficznego będzie wymagało podłączenia złącza elektrycznego właśnie przez dodatkowy kompatybilny procesor.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie dodatkowego komponentu video do obsługi endoskopów serii 165-180 współpracującego z procesorem zintegrowanym.

**Pytanie nr 88.** Dotyczy pakietu nr 3, Pozycja 10 wózek endoskopowy p. 8 i 9: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednego podwójnego uchwytu na butle zamiast 2 uchwytów pojedynczych?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie jednego podwójnego uchwytu na butle zamiast 2 uchwytów pojedynczych.

**Pytanie nr 89.** Dotyczy wzoru umowy (załącznika nr 5 do SWZ), paragraf 5, ustęp 3, podpunkt 4): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu do 48 godzin od zgłoszenia awarii w dni robocze.

**Pytanie nr 90.** Dotyczy wzoru umowy (załącznika nr 5 do SWZ), paragraf 5, ustęp 3, podpunkt 5): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na przyjazd serwisu do 72 godzin w dni robocze?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia.

**Pytanie nr 91.** Dotyczy wzoru umowy (załącznika nr 5 do SWZ), paragraf 5, ustęp 3, podpunkt 7): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminów o których mowa w podpunkcie 7 odpowiednio do 7 i 12 dni roboczych?

**Odp.** Zamawiający modyfikuje zapis paragraf 5, ustęp 3, podpunkt 7) wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „Podstawowe wady i usterki (awarie) sprzętu w okresie gwarancji będą usuwane w terminie do **5 dni roboczych** od dnia zgłoszenia, z zastrzeżeniem zdania drugiego. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy lub z uwagi na złożony charakter wady lub usterki termin usunięcia awarii może ulec wydłużeniu. W takim przypadku wykonawca winien wskazać zamawiającemu przybliżony termin usunięcia wady lub usterki; wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii sprzętu w terminie do **15 dni roboczych** od daty zgłoszenia dokonanej w dniu roboczym.

**Pytanie nr 92.** Dotyczy wzoru umowy (załącznika nr 5 do SWZ), paragraf 5, ustęp 3, podpunkt 9): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez okres 8 lat?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez okres 8 lat.

**Pytanie nr 93.** Dotyczy zapisów SWZ, punkt 13.1, podpunkt 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu, asortymentu, wyposażenia sprzętu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sprzętu, asortymentu, wyposażenia sprzętu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.

**Pytanie nr 94.** Dotyczy zapisów SWZ, punkt 13.1, podpunkt 1): Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SWZ – punkt 13.1, podpunkt 1)? Dla takiego asortymentu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie.

**Odp.** Tak, w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SWZ – punkt 13.1, podpunkt 1). Dla takiego asortymentu należy przedstawić stosowne oświadczenie.

**Pytanie nr 95.** Dotyczy Formularza Oferty (wg załącznika nr 1 do SWZ), punkt 1 podpunkt 3 – część 3 i podpunkt 4 – część 4: Czy w przypadku zaoferowania produktów z różnymi stawkami podatku VAT (8% i 23%) – Zamawiający wyrazi zgodę na stosowną modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie kolejnego wiersza np. 1a i wycenienie wyrobów zawierających 23% stawkę podatku VAT?

**Odp.** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na stosowną modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie kolejnego wiersza np. 1a i wycenienie wyrobów zawierających 23% stawkę podatku VAT w przypadku zaoferowania produktów z różnymi stawkami podatku VAT (8% i 23%).

**Pytanie nr 96.** Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ (formularz wymaganych parametrów technicznych), część 3 (pozycja nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 – punkt 1) oraz część 4 (pozycja nr 1, 2 – punkt 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji bez określenia roku produkcji?" Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji bez określenia roku produkcji.

**Pytanie nr 97.** Dotyczy pakietu nr 3, Pozycja 9, punkt 7 - komputer do zastosowań medycznych: Czy w związku z problemami z dostępnością, Zamawiający dopuści medyczny komputer panelowy o parametrach nie gorszych niż:

- procesor 8 generacji Intel Core i7-8700T osiągający 10728 pkt w teście [www.cpubenchmark.net](http://www.cpubenchmark.net) (wynik na dzień 27.09.2021)
- pamięć RAM 8GB
- dysk SSD 128GB
- złącze PCIe x16
- 2 izolowane złącza Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (4kV)

- 2 izolowane porty USB 2.0 (4kV)
- 2 izolowane porty RS-232 (4kV)
- 4 porty USB 3.0
- 2 wyjścia Display Port
- system operacyjny Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019
- wbudowany zasilacz klasy medycznej (100-240V ~ 50/60Hz) lub zewnętrzny 24 VDC
- wyjście audio i wejście mikrofonowe
- zgodność z normami IEC 60601-1:2012, EN 60601-1:2013, IEC 60601-1-2:2014, EN 60601-1-2:2015
- sposób montażu VESA 100?

**Odp.** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie komputera do zastosowań medycznych w konfiguracji jak powyżej.

**Pytanie nr 97. dotyczy części nr 4, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści 2 szafy do suszenia i przechowywania do 8 endoskopów oraz regał/wózek na 4 endoskopy?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie 2 szaf do suszenia i przechowywania do 8 endoskopów oraz regał/wózek na 4 endoskopy.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie  
*[Signature]*  
mgr Krystyna Futyma

**Załączniki:**

- załącznik do odpowiedzi;
- zmodyfikowany wzór umowy;
- zmodyfikowany formularz wymaganych parametrów technicznych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku gdzie Zamawiający dopuścił w niniejszych odpowiedziach na pytania zastosowanie rozwiązań odmiennych niż te wskazane w dokumentach zamówienia, to Wykonawca składając ofertę winien zaznaczyć w formularzu parametrów technicznych i użytkowych, które z pozycji są zgodne są z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami na pytania Wykonawców z dnia 01.10.21r.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na powyższe pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Sporządził.:

Z-04...  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

*[Signature]*  
inż. Jolanta Grabińska

