

Odpowiedź nr 1

Na zapytanie do siwz dotyczące postępowania o zamówienie publiczne pn.
„Dostawa sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie
im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.”
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00030481/01
z dnia 09-04-2021

W dniu 12.04.2021 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

Pytania do SIWZ

Pakiet nr 2

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarze 26 mm, 29 mm i 32 mm.
2. Czy Zamawiający w pozycji 2 i 4 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków w rozmiarze 60 mm i 80 mm
3. Czy Zamawiający w pozycji 3 i 5 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków w rozmiarze 45 mm, 60 mm, 90 mm.
4. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarze 30 mm, 40 mm.

Pakiet nr 12

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec sterylizowanych tlenkiem etylenu.
2. Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 dopuści zaoferowanie pętli z drutu o grubości 0,33 mm, długość narzędzia 2400 mm.
3. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie klipsów o kącie rozwarcia klipsa 90°, kolor kartridża filetowy.
4. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie igieł o długości ostrza 6 mm.
5. Czy Zamawiający w pozycji 6 wymaga zaoferowania 120 opakowań igieł zawierających 5 sztuk igieł w opakowaniu.
6. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie szczotek o długości włosia 20 mm, długość robocza 2300 mm.
7. Czy Zamawiający w pozycji 7 wymaga zaoferowania 10 sztuk opakowań szczotek zawierających 50 szczotek w opakowaniu.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Pakiet nr 2

1. Zamawiający nie dopuszcza.
2. Zamawiający nie dopuszcza.
3. Zamawiający nie dopuszcza.
4. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 12

1. Zamawiający nie dopuszcza.
2. Zamawiający nie dopuszcza.
3. Zamawiający nie dopuszcza.
4. Tak Zamawiający dopuszcza.
5. Zamawiający nie dopuszcza.
6. Tak Zamawiający dopuszcza.
7. Zamawiający nie dopuszcza.

Otrzymują:

1. Wykonawca
2. Strona internetowa https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_debno → Dostawa sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp., z o.o.

KIEROWNIK DZIAŁU
TECHNICZNO-GOSPODARZEGO
Adam Mazurak

PREZES Zarządu
Iwona Andrzejczyk-Sigwerdo