



Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

REKTOR



Rzeczpospolita
Polska



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Poznań, 23 sierpnia 2023 r.

3067/AZ/262/2023

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; dalej: ustawa Pzp) w przedmiocie: **Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu” - System do anestezji wziewnej z wyposażeniem - zestaw**

Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) złożonym przez Wykonawcę Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień.

Pytanie 1. Czy wyrażają Państwo zgodę na dostawę kardiomonitora weterynaryjnego, w którym obsługa odbywa się w języku angielskim?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SWZ

Pytanie 2. Czy wyrażają Państwo zgodę na dostawę kardiomonitora weterynaryjnego, który nie jest wyposażony w moduł pomiaru stężenia gazów anestetycznych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SWZ

Wykonawcy zobowiązani są o uwzględnienia odpowiedzi Zamawiającego w składanych ofertach. W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

24-08-2023


prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz