



Znak: AE/ZP-27-68/22

Tarnów, 2022-09-27

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000 EURO) na dostawy: stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem, akcesoriów do zabiegów naprawczych.**

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.1, Załącznik 4.3 pkt. 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera-defibrylatora jednojamowego z impulsem dwufazowym, który regulowany jest czasem trwania (impulsu)?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.1, Załącznik 4.4 pkt. 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera-defibrylatora dwujamowego z impulsem dwufazowym, który regulowany jest czasem trwania (impulsu)?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3, załącznik 4.8 pkt 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszulki do pęczka Hisa o stałej krzywiznie (trzy różne krzywizny, trzy długości: dziewięć koszulek do wyboru) zamiast koszulki o regulowanej krzywiznie?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie defibrylatora-kardiowertera z funkcją resynchronizacji ze złączem DF1/IS4, który nie są dedykowane do warunkowego skanowania w środowisku MRI. Pozostałe parametry bez zmian.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1, Załącznik 4.1 pkt. 7.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie elektrod do zatok wieńcowych jedynie czteropolowych (IS4) dla urządzeń CRTP?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2, Załącznik 4.2 pkt. 9.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie elektrod do zatok wieńcowych jedynie czteropolowych (IS4) dla urządzeń CRTD?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1.1** kardiowerterów-defibrylatorów jednojamowych z impulsem dwufazowym, który regulowany jest czasem trwania (impulsu), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 2.1** kardiowerterów-defibrylatorów dwujamowych z impulsem dwufazowym, który regulowany jest czasem trwania (impulsu), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 3. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 3** koszulek do pęczka Hisa opisanych w pytaniu.

Ad 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** defibrylatorów-kardiowerterów z funkcją resynchronizacji ze złączem DF1/IS4, które nie są dedykowane do warunkowego skanowania w środowisku MRI, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** elektrod do zatok wieńcowych jedynie czteropolowych (IS4) dla urządzeń CRTP, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** elektrod do zatok wieńcowych jedynie czteropolowych (IS4) dla urządzeń CRTP, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Deszeta Nosek

