



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Modyfikacja z dnia 06.02.2003r.

1. Konstrukcja mebli szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją, umożliwiającą wykonanie zabudowy „pod wymiar”. Zewnętrzna (widoczna) część profilu gładka bez żadnych załamań.
2. Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozją poprzez anodowanie.
3. Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla w stanowiskach nie mniejszy niż 25x25 mm.
4. W profilach typu ćwierćwałek boki min. 25 mm.
5. Wszystkie krawędzie pionowe przednie stelaży mebli, mają być wykonane z profilu typu ćwierćwałek (nie dotyczy mebli dwu lub trzy sekcyjnych w tym przypadku jedynie zewnętrzne krawędzie mebla wykonane z profilu typu ćwierćwałek).
6. Wszystkie profile aluminiowe muszą być połączone złączkami, (nie dopuszcza się łączenia profili bez złączek).
7. Mebel musi posiadać własne wieńce (dolny i górny) pełne z profili aluminiowych połączonych złączkami.
8. Wypełnienie szkieletu mebli – wykonane z płyty wiórowej trzy warstwowej o grubości min 18 mm obustronnie laminowanej melaminą.
9. Półki powinny być zabezpieczone na listwie przed przypadkowym wyszarpaniem lub wypadnięciem.
10. Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiający wyjęcie danego elementu bez uszkodzenia go i umożliwiający jego ponowne założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez widocznych śladów uszkodzeń.
11. Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte szkieletem aluminiowym zabezpieczone okleiną 1 mm lub gdy wymaga tego konstrukcja 2 mm (zewn. strona półki, szuflady, drzwi).
12. Zawiasy z cichym domykiem.
13. Szuflady typu skrzynkowego (boki metalowe) z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku.
14. Meble oparte na nóżkach które stanowią ciągłość z profilami pionowymi. Niedopuszczalne nóżki dokręcane jako oddzielny element. Wysokość nóżek min. 100 mm z możliwością poziomowania w zakresie min 25 mm.
15. Fronty wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej gr. 18 mm oklejone obrzeżem ABS lub PCV o gr 2 mm.
16. Błaty wykonane w standardzie postforming HPL gr. 38 mm.
17. Półki mebli wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr. 18 mm. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS lub PCV o gr. 0,5 - 1 mm.
18. Kolorystyka mebli do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy.
19. **Meble, jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych.**
20. **Atest zgodności z normą PN-EN 9001:2015.**

21. **Termin realizacji zamówienia minimum 6 tygodni maksimum 8 tygodni od daty zawarcia umowy**

Pomieszczenie	Wyposażenie meblowe	Ilość	Wymiary
Gabinet zabiegowy ortopedyczno -chirurgiczny	Stanowisko zlewozmywakowe "60" w skład stanowiska wchodzi szafka stojąca, podwójne drzwi, zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy wpuszczany w blat postforming HPL grub 38 mm , korek klik-klak, syfon, bateria stojąca łokciowa, linia medyczna	1	60x60x89
	Stanowisko umywalkowe "60" w skład stanowiska wchodzi szafka stojąca, podwójne drzwi, wpuszczana w blat postforming HPL grub 38 mm umywalka ceramiczna, korek klik-klak, syfon, bateria stojąca łokciowa, linia medyczna.	1	60x60x89
Gabinet zabiegowy POZ	Szafka meblowa wisząca "80" podwójne drzwi, 1 półka pozioma wewnętrzna, linia medyczna.	2	80x30x60
	Szafka meblowa wisząca "70" podwójne drzwi, 1 półka pozioma wewnętrzna, linia medyczna.	2	70x30x60
	Szafka meblowa stojąca "80", podwójne drzwi, 1 pozioma półka wewnętrzna, linia medyczna.	1	80x60x81
	Szafka meblowa stojąca "70", podwójne drzwi, 1 pozioma półka wewnętrzna, linia medyczna.	1	70x60x81
	Stanowisko zlewozmywakowe "80" pod istniejącą baterię naścienną, w skład stanowiska wchodzi szafka stojąca, podwójne drzwi, wpuszczany w blat postforming HPL grub 38mm zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej , korki klik-klak, syfon zlewozmywakowy, linia medyczna.	1	80x60x89
Gabinet ortopedyczny	Stanowisko umywalkowe "60" w skład stanowiska wchodzi szafka stojąca, podwójne drzwi, wpuszczana w blat postforming HPL 38mm umywalka ceramiczna, korek klik-klak, syfon, bateria stojąca łokciowa, linia medyczna.	1	60x60x89

Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.