

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1)

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w imieniu „Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego” Sp. z o. o. ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów („Zamawiający”) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na dostawy:

#### „Dostawy nici chirurgicznych i siatek polipropylenowych”

##### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek o powierzchni porów 3,3mm<sup>2</sup> i gramaturze 80g/m<sup>2</sup> (+/-10g/m<sup>2</sup>)?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

##### **Pytanie 2**

**Część 3, pozycja 7** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

##### **Pytanie 3**

**Część 3, pozycja 7** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

##### **Pytanie 4**

**Część 3, pozycja 9** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 16mm?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

##### **Pytanie 5**

**Część 3, pozycja 9** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

##### **Pytanie 6**

**Część 4** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów syntetycznych, wchłanianych 60-90 dni, powlekanych, plecionych, podtrzymujący 21-28 dni, szew syntetycznych jednoskładnikowy (kwas poliglikolowy), powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. Podtrzymywanie tkankowe po 14 dniach 70%, po 21 dniach 50%?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

##### **Pytanie 7**

**Część 4, pozycja 1, 12** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 2 x 75cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości saszetek?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 8**

**Część 4, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 9**

**Część 4, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 10**

**Część 4, pozycja 21** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej bez określenia „kosmetyczna”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 11**

**Część 4, pozycja 22** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48mm i krzywiznie ½ koła okrągłej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 odstąpi od wymogu złożenia próbki do poz. 1,3,8,9? Dostarczenie próbek do pozostałych pozycji w naszym mniemaniu w pełni pozwoli zweryfikować Zamawiającemu jakość dostarczonego asortymentu. Brak możliwości zorganizowania próbek do każdej pozycji wynika z krótkiego przedziału czasowego (od ogłoszenia postępowania do terminu składania ofert), w szczególności gdy kraj produkcji naszego asortymentu to USA.

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że w przypadku realizacji umowy produkt będzie dostarczony w całości zgodnie z SWZ przy zachowaniu wymaganych terminów dostaw.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 3 dopuści dł. igły 37mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 8 dopuści dł. igły 13mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający dopuści w pak. 6 w poz.1- 3 siatki polipropylenowe :

- gramatura siatki 50g/m<sup>2</sup>
- wielkość porów 1x1,25 mm ? Rozmiary zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 16**

**Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający dopuści plecionkę syntetyczną wchłaniającą ok. 42 dni, okres podtrzymywania po 8-11 dniach 50%, zbudowaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 17**

**Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny niewchłaniający, pleciony, poliestrowy, w całości powleczony silikonem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 18**

**Pakiet nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 37 mm lub szew z igłą o krzywiznie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 19**

**Pakiet nr 4**

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli(glikolidu-co-L-laktydu), powlekane poli(glikolidem-co-L-laktydem) i stearynianem wapnia, podtrzymywanie tkankowe po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 20**

**Pakiet nr 6**

Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową, sterylną, monofilamentową, wielkość porów 1,2-1,4 mm, waga 70 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 21**

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 monofilament, syntetyczny, wchłaniający 90-120 dni, wykonany z poliglekapronu 25, o okresie podtrzymywania tkankowego 21-28 dni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 22**

Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 1 igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną oraz nić o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 23**

Dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 szew syntetyczny, niewchłaniający, pleciony, poliestrowy, powlekany silikonem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 24**

Dotyczy Pakietu nr 2, Pozycji nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu nr 2, Pozycji nr 2.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 25**

Dotyczy Pakietu nr 2, Pozycji nr 5

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, Pozycji nr 5 igłę o długości 24mm oraz krzywiznie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 26**

Dotyczy Pakietu nr 3, Pozycji nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 2 igłę o długości 35mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 27**

Dotyczy Pakietu nr 3, Pozycji nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 2 igłę o krzywiznie 1/2 koła, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 28**

Dotyczy Pakietu nr 3, Pozycji nr 4,5,8

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycjach nr 4,5,8 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 29**

Dotyczy Pakietu nr 3, Pozycji nr 9

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 9 igłę odwrrotnie tnącą oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 30**

Dotyczy Pakietu nr 4, Pozycjach nr 1,2,8,11-13,15,17,18,22

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 4, Pozycjach nr 1,2,8,11-13,15,17,18,22 szew syntetyczny, wchłaniający 60-90 dni, podtrzymujący tkanę 28-35 dni, wykonany z kwasu poliglikolowego, powlekany kaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego 65% po 14 dniach oraz 40% po 21 dniach?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 31**

Dotyczy Pakietu nr 4, Pozycjach nr 3-7,9,10,14,16,19-21

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 4, Pozycjach nr 3-7,9,10,14,16,19-21 szew syntetyczny, wchłaniający 56-70 dni, podtrzymujący tkanę 28-35 dni, wykonany z glikolidu i laktydu, powlekany glikolido-laktydem i stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego 65% po 14 dniach oraz 40% po 21 dniach?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 32**

Dotyczy Pakietu nr 4, Pozycji nr 1,12

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycjach nr 1,12 nić o długości 2x70cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 33**

Dotyczy Pakietu nr 4, Pozycji nr 5,7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycjach nr 5,7 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 34**

Dotyczy Pakietu nr 4, Pozycji nr 8

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 8 igłę o długości 30mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 35**

Dotyczy Pakietu nr 4, Pozycji nr 21

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 21 igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 36**

Dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 siatkę o gramaturze 37,8 g/m<sup>2</sup> i wielkości porów 1,8x1,8mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 37**

Dotyczy Pakietu nr 6, Pozycji nr 1


Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 1 siatkę w rozmiarze 12x15cm o zaokrąglonych bokach, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego

PREZES ZARZĄDU  
  
Marcin Fronczak

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
  
mgr Justyna Koźbiał