



Gdańsk, dnia 14 listopada 2024 r.

D10.251.99.E.2024

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SWZ

*Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp pn.: **Dostawa wyrobów medycznych dla Stacji Dializ, rękawic medycznych oraz różnych wyrobów medycznych jednorazowych***

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść SWZ w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 595 z dnia 8 listopada 2024 r. w następujący sposób:

jest:

Pytanie 595: dot. części nr 66 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania, tak jak obecnie stosowana, sterylnej wody do nawilżania tlenu w pojemniku ,poj. 650 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym (tj. Zaoferowania 7693 szt po 650ml),z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres 30 dni; skład systemu: Jednorazowy pojemnik ze sterylną, apirogenną, wolną od endotoksyn wodą-pojemność 650 ml, jednokomorowy system nawilżania - mieszanina oddechowa rozpraszana jest poprzez system mikrootworów umieszczonych na dnie zbiornika, łącznik jałowy lub biologicznie czysty dostosowany do reduktorów będących na wyposażeniu Oddziałów COPERNICUS PL Sp. z o.o., dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 350 cm H₂O (5 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu, uniwersalny port do urządzeń tlenoterapii z bolcem do przekłucia części plastikowej pojemnika.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

po zmianie odpowiedź otrzymuje brzmienie:

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza.**

Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty. W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający modyfikuje treść SWZ i załącza zaktualizowany załącznik nr 1 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy.

Z poważaniem
Wiceprezes ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

Sporządziła Ewa Dudziak – sekretarz komisji przetargowej