



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ – 53/ *F24* /2020

Wrocław, dnia 19.11.2020 r.

## INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*dostawa staplerów, siatek, taśm i zestawów do leczenia plastyki pochwy oraz produktów do termoablacji i termoresekcji*”.

### Pytanie 1 – projekt umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § ust. 1 pkt 1)-2) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.*

### Pytanie 2 – projekt umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.*

### Pytanie 3 – Pakiet nr 1

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 w pozycji 1 potraktuje jako równoważny i dopuści jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca przed wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8 krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 55 mm, Ilość zszywek 56. Załadowany ładunkiem niebieskim do tkanki standardowej, lub zielonym do tkanki grubej – zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera.

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.*

### Pytanie 4 – Pakiet nr 1

W zadaniu 1 w pozycji 2 potraktuje jako równoważny i dopuści jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca przed wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8 krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 80 mm, Ilość zszywek 88. Załadowany ładunkiem niebieskim do tkanki standardowej, lub zielonym do tkanki grubej – zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera.

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.*

### Pytanie 5 – Pakiet nr 1



W zadaniu 1 w pozycji 3 potraktuje jako równoważny i dopuści jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca przed wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8-krotnego użycia, oraz 7-krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 100 mm., Ilość zszywek 100.

Załadowany ładunkiem niebieskim do tkanki standardowej, lub zielonym do tkanki grubej – zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.**

#### Pytanie 6 – Pakiet nr 1

W zadaniu 1 w pozycji 4 potraktuje jako równoważny i dopuści jednorazowy magazynek do liniowego staplera tnącego 55 mm, Niebieski : liczba rzędów 4, rodzaj tkanki Standardowa, wysokość zszywki otwartej 3,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm., lub jednorazowy magazynek do liniowego staplera tnącego 55 mm, Zielony : liczba rzędów 4, rodzaj tkanki Gruba, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy zamówieniu.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.**

#### Pytanie 7 – Pakiet nr 1

W zadaniu 1 w pozycji 5 potraktuje jako równoważny i dopuści jednorazowy magazynek do liniowego staplera tnącego 80 mm, Niebieski : liczba rzędów 4, rodzaj tkanki Standardowa, wysokość zszywki otwartej 3,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm., lub jednorazowy magazynek do liniowego staplera tnącego 80 mm, Zielony : liczba rzędów 4, rodzaj tkanki Gruba, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy zamówieniu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednorazowego magazynku o powyższych parametrach i funkcjonalnościach.**

#### Pytanie 8 – Pakiet nr 1

W zadaniu 1 w pozycji 6 potraktuje jako równoważny i dopuści jednorazowy magazynek do liniowego staplera tnącego 100 mm, Niebieski : liczba rzędów 4, rodzaj tkanki Standardowa, wysokość zszywki otwartej 3,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm., lub jednorazowy magazynek do liniowego staplera tnącego 100 mm, Zielony : liczba rzędów 4, rodzaj tkanki Gruba, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy zamówieniu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednorazowego magazynku o powyższych parametrach i funkcjonalnościach.**

#### Pytanie 9 – Pakiet nr 1

W zadaniu 1 w pozycji 7 potraktuje jako równoważny i dopuści jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( w zestawie dwa ładunki ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, z ładunkami niebieskimi do tkanki standardowej, lub zielonymi do tkanki grubej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunków podczas składania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.**

#### Pytanie 10 – Pakiet nr 1

W zadaniu 1 w pozycji 8 potraktuje jako równoważny i dopuści jednorazowe ładunki do staplera z pozycji 7 niebieskie do tkanki standardowej, oraz zielone do tkanki grubej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.**

#### Pytanie 11 – Pakiet nr 1

W zadaniu 1 w pozycji 9 potraktuje jako równoważny i dopuści jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( w zestawie dwa ładunki ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed



wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształtu litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 60 mm, z ładunkami niebieskimi do tkanki standardowej, lub zielonymi do tkanki grubej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunków podczas składania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie 12 – Pakiet nr 1

W zadaniu 1 w pozycji 10 potraktuje jako równoważny i dopuści jednorazowe ładunki do staplera z pozycji 9 niebieskie do tkanki standardowej, oraz zielone do tkanki grubej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie 13 – Pakiet nr 1

W zadaniu 1 w pozycji 11 potraktuje jako równoważny i dopuści jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( w zestawie dwa ładunki ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształtu litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 90 mm, z ładunkami niebieskimi do tkanki standardowej, lub zielonymi do tkanki grubej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunków podczas składania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie 14 – Pakiet nr 1

W zadaniu 1 w pozycji 12 potraktuje jako równoważny i dopuści jednorazowe ładunki do staplera z pozycji 11 niebieskie do tkanki standardowej, oraz zielone do tkanki grubej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 15 - Pakiet nr 4 – System do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu macicy

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego narzędzia wiodącego producenta firmy Boston Scientific, składającego się z zakrzywionego prowadnika igły na końcu dystalnym, pozwalającego na bezpieczne i precyzyjne przeprowadzenie igły przez wiązadła krzyżowo-kolcowe, aktywowanego przez jednorazowe naciśnięcie tłoka igły oraz z głowy urządzenia z mechanizmem chwytania szwów o niewielkiej średnicy (maks. 6,5 mm), która pozwala na minimalizację wymaganej przestrzeni w polu operacyjnym z zestawie ze szwami.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.**

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk

Jacek  
Kuciel