



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 w Bytomiu
ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom**

Tel.: (32) 39 63 200 Fax.: (32) 39 63 251
NIP: 626-034-01-73 REGON: 270235840 KRS 0000079907
Konto: ING o/Bytom 58 1050 1230 1000 0023 5039 0619
e-mail: info@szpital1.bytom.pl www.szpital1.bytom.pl
ePUAP: /SZPITAL1BYTOM/skrytkaESP



ZP/563/2021

Bytom, dnia 22.11.2021 r.

Dotyczy : odpowiedzi na zapytania do przetargu ZP/13/2021

Zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, z uwagi na wniesione do Zamawiającego pytania dotyczące przetargu ZP/09/2021, pn.: „Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewek i depozyt soczewek, dostawa materiałów medycznych do operacji witrektomii tylnej, dzierżawa aparatu do witrektomii przedniej, tylnej i fakoemulsyfikacji wraz z laserem dla potrzeb Oddziału Okulistyki.”, przedkładam treść pytań oraz udzielonych na nie odpowiedzi.

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej:

Soczewka wewnątrzgałkowa monofokalna, zwijalna, jednoczęściowa, wykonana z akrylu hydrofilnego, filtr UV, współczynnik refrakcji 1.459 w 35 C , stopień uwodnienia. Cztery haptiki narożne z otworami fenestracyjnymi. Znaczniki poprawności położenia soczewki na obwodzie części optycznej. Konstrukcja zwiększająca docisk tylnej powierzchni części optycznej soczewki pod wpływem kurczącej się torby. Optyka asferyczna, bezaberracyjna o stałym zakresie mocy na całej części optycznej. Ostra krawędź o promieniu poniżej 5 mikrometrów.

Angulacja 0 stopni. Średnica całkowita: 11.0mm w zakresie od -10.0D do 15.0D, 10.7mm w zakresie od 15.5D do 22.0D oraz 10.5mm w zakresie od 22.5D do 40.D

Średnica części optycznej: 6.0mm. Zakres mocy od -10.0D do +40.0D, krok co 0.5D w zakresie od 10.0D do 30.0D, w pozostałych zakresach co 1.0D. Soczewka pakowana fabrycznie do kartridża. Implantacja przez cięcie 1.6mm (z przyłożenia), 1.8mm (przez port), 2.0mm (do komory). W zestawie jednorazowy injector?

Odpowiedz 1

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 2:

Czy zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej:

Soczewka toryczna hydrofobowa, jednoczęściowa, bezaberracyjna, asferyczna, tylnokomorowa, przeznaczona do korekcji astygmatyzmu. Budowa dwuhaptyczna, typu C loop, bariera zapobiegająca PCO 360 stopni- ostra krawędź. Soczewka dostarczana z jednorazowym injectorem i kartridżem przeznaczona do implantacji przez cięcie 2,2 mm. Długość całkowita: 13mm, średnica 6 mm, angulacja 0 stopni. Indeks refrakcji 1,48.

Zakres dioptrażu od +10,00D do +30,00D co 0,5 D.

Moc cylindra: 1,00D , 1,50D , 2,25D , 3,00D , 3,75D , 4,50D , 5,25D , 6,00D?

Odpowiedz 2

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 1:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga dostarczenia 1 szt. próbki w zakresie pozycji 1-51 czy 1 sztuki dla każdej pozycji?

Odpowiedz 3

Zgodnie z SWZ. 1 sztuka próbki w zakresie pozycji 1-51.

Wawer

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu nr 5 pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści również wiskoelastyk o parametrach wymienionych poniżej:

Sterylny, niepirogenny roztwór wysokoczystzonej hydroksypropylometylocelulozy 2%

(HPMC) do stosowania wewnątrzgłokowo o niskiej masie cząsteczkowej i małym napięciu powierzchniowym.

Preparat wysoce dyspersyjny. Lepkość: 4 500 - 9 500 mPas

Ph: 6.8 do 7.6, osmolarność: 270-400, objętość ampułkostrzykawki: 2,0ml, kaniula 23G?

Odpowiedz 4

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu nr 5 pozycja 2:

Czy zamawiający dopuści również wiskoelastyk o masie cząsteczkowej 2.8-3.2 mln Da, lepkości 400 000 mPas, osmolarności 270-400 mOs/kg oraz temperaturze przechowywania 2-25°C?

Odpowiedz 5

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy Pakietu nr 5 pozycja 1,2 :

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zamawiający wymaga dostarczenia próbek w zakresie pozycji 1-2 dla pakietu nr 5?

W SWZ jest zapis o wymogu dostarczenia próbek w zakresie poz. 1-3 lecz brak tej pozycji w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedz 6

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji w SWZ zakresie punktu VII.

Pytanie 7

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) następujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”?

Odpowiedz 7

Zgodnie z SWZ. W każdym pakiecie Zamawiający określił wartość minimalnej realizacji zamówienia.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT?

Odpowiedz 8

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9

Dotyczy SIWZ – rozdział 4 (Opis przedmiotu zamówienia, pkt. II, lit. h)

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wystawiania po zakończeniu miesiąca kalendarzowego zbiorczej faktury VAT za zrealizowane w danym miesiącu dostawy oraz przyjęcie ogólnych warunków umowy w brzmieniu: „Forma rozliczenia bezgotówkowa, fakturą indywidualną za każdą dostawę” ?

Odpowiedz 9

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy ?

Odpowiedz 10

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedz 11

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy SWZ, rozdział VII, pkt.9 – próbki dla Pakietu nr 5:

Czy Zamawiający miał na myśli: próbki dla Pakietu nr 5 – pozycja 1-2?

Odpowiedz 12

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji w SWZ zakresie punktu VII.

Pytanie 13

Dotyczy Wzoru Umowy § 10 - Wzór umowy dla pakietów nr 2-14, zał. nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunków umowy zgodnie z poniższym zapisem:

W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 5 zapłaci on karę umowną na rzecz drugiej strony w wysokości 5 % wartości netto niezrealizowanej umowy a w przypadku nieterminowej dostawy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1 % wartości netto zamówionego lecz niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki. W przypadku jeżeli szkoda przekroczy wartość kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowań na zasadach ogólnych?

Odpowiedz 13

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14

Dotyczy Wzoru Umowy § 11 ust. 6 - Wzór umowy dla pakietów nr 2-14, zał. nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunków umowy zgodnie z poniższym zapisem:

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% łącznej wartości netto wynagrodzenia wykonawcy wskazanego w §1 ust. 1 umowy w przypadku naruszenia zobowiązań ustanowionych w § 11 ust. 4 niniejszej umowy?

Odpowiedz 14

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15

Dotyczy formularz cenowego:

Czy Zamawiający wymaga uzupełnienia przez Wykonawcę kolumny „K”?

Odpowiedz 15

Zamawiający informuje, iż w kolumnie „ K” dane wypełnia Zamawiający, a nie wykonawca. Dane zostały uzupełnione przez Zamawiającego w pozycji „ Razem”.

Pytanie 16

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycji nr 1 miał na myśli „M.cz. 86000 daltonów”?

Odpowiedz 16

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji w Pakiecie nr 5 pozycji nr 1

Pytanie 17

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 dopuści Błękit Trypanu 0,06% pakowany w zbiorcze opakowanie zawierające 10 jednorazowych sztuk 0,06% Błękitu trypanu o pojemności 0,75 ml każda ampułkostrzykawka (10p=10sztx0,75ml)? Jeśli tak, ile wówczas opakowań należy zaoferować?

Odpowiedz 17

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji w Pakiecie nr 8

Pytanie 18

Dot. Pakiet nr 12, poz.1

Czy Zamawiający wymaga do dostawy:



41 STYLE SILICONE STRIP

W 3.5 x H 0.75 x L 125 mm

5 pcs. per box, sterile

Suitable sleeves:

G-34647 (oval) and G-34644 (round)



Jeżeli model Style 41 nie jest odpowiedni prosimy o wskazanie właściwego nr modelu wymaganego implantu.

Luciano

Odpowiedź 18

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji w Pakiecie nr 12.

Pytanie 19

Pytanie do pkt. 1 w pakiecie NR 5

Czy Zamawiający dopuści wiskoelastyk o następujących parametrach:

Materiał wiskoelastyczny na bazie kwasu hialuronowego o stężeniu 2%, wysokiej masie cząsteczkowej pochodzącego z biofermentacji. Kaniula 25G

Kohezyjno - dyspersyjny

Lepkość (cP) - 40 000-60 000

Osmolarność - 280-400 mOsm/kg

pH (7,2-7,6)

Objętość 1,2ml

Odpowiedź 19

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20

Czy zamawiający dopuści wydzielenie w części 4 punktu nr 6 jako osobnego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 20

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21

Pytanie do pkt. 1 w pakiecie NR 5

Czy Zamawiający dopuści wiskoelastyk o następujących parametrach:

Materiał wiskoelastyczny na bazie kwasu hialuronowego o stężeniu 2%, wysokiej masie cząsteczkowej pochodzącego z biofermentacji. Kaniula 25G

Kohezyjno - dyspersyjny

Lepkość (cP) - 40 000-60 000

Osmolarność - 280-400 mOsm/kg

pH (7,2-7,6)

Objętość 1,2ml

Odpowiedź 21

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22

Czy zamawiający dopuści wydzielenie w części 4 punktu nr 6 jako osobnego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 22

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23

Pytania dot. pakietu numer 1

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §2 ust. 12 umowy w następującym brzmieniu: *„Na prośbę Zamawiającego Wykonawca może wymienić dany wyrób na inny o dłuższej dacie przydatności, jednakże pod warunkiem, że data przydatności wyrobu wytypowanego do wymiany będzie nie krótsza niż 9 miesięcy. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę za wyroby przeterminowane oraz za te, których termin przydatności w momencie rozliczenia depozytu będzie krótszy niż 9 miesięcy.”?*

Uzasadnienie:

- Pieczę nad wyrobami powierzonymi w depozyt sprawuje Zamawiający i to on powinien zgłosić ewentualną prośbę o wymianę wyrobu na inny;
- Wyroby o dacie przydatności krótszej niż 9 miesięcy są dla Wykonawcy w zasadzie niesprzedawalne, dlatego Zamawiający powinien za nie zapłacić. Jeśli jednak Zamawiający będzie zużywał asortyment począwszy od tego o najkrótszej dacie przydatności, ryzyko wystąpienia takiej sytuacji zostanie znacząco zminimalizowane;

Odpowiedź 23

Zgodnie z SWZ

Pytanie 24

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 1 umowy zdanie pierwsze w następującym brzmieniu:

„Zamawiający nie zobowiązuje się do zakupu wymienionego asortymentu w całej ilości określonej w załączniku, jednakże zobowiązuje się zrealizować zamówienia stanowiące 80% wartości brutto załącznika.”?

Uzasadnienie:

konuore

W ocenie Wykonawcy minimalny poziom zamówień powinien wynosić przynajmniej 80% wartości umowy. W przeciwnym wypadku należyte oszacowanie

Odpowiedź 24

Zgodnie z SWZ

Pytanie 25

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §4 ust. 1 umowy zdanie drugie w następującym brzmieniu: „*Faktura winna być wystawiona łącznie na produkty zawarte w dokumentach WZ, po każdej dostawie, wraz z terminem płatności. Zamawiający w zamówieniu powoływać się będzie każdorazowo na numer obowiązującej umowy.*”?

Uzasadnienie: W ocenie Wykonawcy faktura powinna być wystawiana osobno dla każdej dostawy, rozwiązanie takie ułatwia zarządzanie dostawami i płatnościami. W przeciwnym wypadku płatność za dostawę zrealizowaną na początku miesiąca byłaby dokonana aż po 90 dniach od doręczenia towaru, co godzi w interes ekonomiczny Wykonawcy.

Odpowiedź 25

Zgodnie z SWZ

Pytanie 26

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z §8 umowy ustępu nr 2?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie ma wpływu na relacje Zamawiającego z NFZ, jeżeli Zamawiający przystępuje do umowy to znaczy, że dysponuje środkami finansowymi na jej realizację.

Odpowiedź 26

Zgodnie z SWZ

Pytanie 27

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §8 ust. 4 pkt b) umowy w następującym brzmieniu: „*obniżenia cen jednostkowych netto przez Wydierżawiającego i/lub Producenta;*”?

Uzasadnienie:

Umowa o zamówienie publiczne powinna zapewniać stabilność stosunku umownego, w szczególności w zakresie kwestii ceny. Przyznanie Zamawiającemu prawa do korzystania z promocji i upustów wprowadzonych przez producenta stoi w istotnej sprzeczności ekonomicznej z interesem Wykonawcy, który nie widzi uzasadnienia obniżenia ceny w takim przypadku. Cena ofertowa jest bowiem kalkulacją uwzględniająca prognozę zarówno obniżek jak i podwyżek cen w taki sposób aby zapewnić Wykonawcy rentowność. Zastosowanie obniżki cen wobec Zamawiającego, a następnie podwyższenie cen na rynku producenckim w dalszym okresie zaburzałoby zatem równowagę finansową Wykonawcy, stawiając go tym samym w sytuacji niskiej opłacalności zamówienia, a nawet jej braku.

Odpowiedź 27

Zgodnie z SWZ

Pytanie 28

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §8 ust. 4 pkt c) umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu: „*Cena netto nie ulegnie zmianie.*”?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że w przypadku zmiany stawki VAT cena netto nie ulegnie zmianie.

Odpowiedź 28

Zgodnie z SWZ

Pytanie 29

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §8 umowy kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: „*Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy okoliczności będących następstwem wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, bądź innej epidemii. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące wynikiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę Covid-19, bądź innej epidemii.*”?

Uzasadnienie:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i związanymi z nią możliwymi utrudnieniami na rynku, Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia obowiązkowi umownym, które stanowią konsekwencję epidemii wirusa SARS-CoV-2 lub innej epidemii (jeśli taka wystąpi). Wskazane okoliczności pozostają poza kontrolą Stron umowy, wobec czego w takiej sytuacji

(podpis)

Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Odpowiedź 29

Zgodnie z SWZ

Pytanie 30

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §11 umowy w następującym brzmieniu: „*W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:*

- *braków ilościowych w ciągu 2 dni roboczych licząc od zawiadomienia o brakach,*
- *wad jakościowych w ciągu 14 dni licząc od dnia doręczenia mu reklamowanego asortymentu.”?*

Uzasadnienie:

- Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanego asortymentu, termin na jej rozpatrzenie powinien więc biec od dnia dostarczenia towaru do Wykonawcy;
- Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zasadnym jest więc, aby terminy umowne, zwłaszcza te krótsze, były określone w dniach roboczych;

Odpowiedź 30

Zgodnie z SWZ

Pytanie 31

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §12 ust. 1 i 2 umowy w następującym brzmieniu: „*1. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 8, zapłaci on karę umowną na rzecz drugiej strony w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanej umowy, a w przypadku nieterminowej dostawy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1 % wartości netto zamówionego lecz niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 5% wartości netto niedostarczonych w terminie towarów. W przypadku jeżeli szkoda przekroczy wartość kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowań na zasadach ogólnych.*

2. Wyzierzawiający zapłaci Dzierżawcy kary umowne:

- a) za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z § 1 pkt.2 niniejszej umowy w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki;*
- b) za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z § 7 ust. 8 niniejszej umowy w wysokości 0,1 % wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki, jednakże z tego tytułu nie więcej niż 5% wartości netto umowy. Kara umowna nie będzie naliczana, jeśli Wyzierzawiający podstawi urządzenie zastępcze, o którym mowa w §7 ust. 9.”?*

Uzasadnienie:

- Górny limit naliczania kar umownych powinien być ustanowiony osobno dla danej zwłoki, w przeciwnym wypadku mogłaby ona przekroczyć wartość zamówienia, co byłoby niesprawiedliwe;
- Wykonawca prosi o wykreślenie kary umownej wskazanej w §12 ust. 2 pkt a), gdyż ma ona być naliczana „za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z § 1 pkt.2 niniejszej umowy”. Paragraf 1 wskazuje wartość czynszu dzierżawnego i w opinii Wykonawcy nie ma podstaw do naliczania kary umownej za naruszenie tego paragrafu;
- Prosimy o obniżenie kary umownej za zwłokę w naprawie aparatu do 0,1% wartości umowy dziennie. Kara umowna w wyższej kwocie jest zbyt wygórowana i narusza zasadę równości stron;
- Kara umowna za zwłokę w usunięciu usterek aparatu nie powinna być naliczana tylko wówczas, gdy zostanie podstawione urządzenie zastępcze;

Odpowiedź 31

Zgodnie z SWZ

Pytanie 32

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §14 umowy w następującym brzmieniu: „*Dzierżawcy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w sytuacji gdy trzykrotnie w następstwie działania bądź zaniechania działania ze strony Wyzierzawiającego, bądź też innych powodów, korzystanie przez Dzierżawcę z przedmiotu dzierżawy jest niemożliwe lub znacząco utrudnione.”?*

Uzasadnienie:

Wcześniejsze rozwiązanie umowy powinno być dopuszczalne tylko w przypadku uchybień powtarzających się przynajmniej trzykrotnie, które będą zawinione wyłącznie przez Wykonawcę.

Odpowiedź 32

Zgodnie z SWZ

Pytanie 33

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §16 ust. 6 umowy w następującym brzmieniu: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto scedowanych wierzytelności w przypadku naruszenia zobowiązań ustanowionych w § 11 ust. 4 niniejszej umowy.”?

Uzasadnienie:

Kara umowna za naruszenie zakazu cełsi wierzytelności w wysokości 10% wartości całej umowy jest zbyt wygórowana, w ocenie Wykonawcy powinna być obliczana w oparciu o wartość przedmiotowej wierzytelności.

Odpowiedź 33

Zgodnie z SWZ

Pytanie 34

Pytania odnośnie pakietów 2 – 14:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §2 ust. 12 umowy w następującym brzmieniu: „Na prośbę Zamawiającego Wykonawca może wymienić dany wyrób na inny o dłuższej dacie przydatności, jednakże pod warunkiem, że data przydatności wyrobu wytypowanego do wymiany będzie nie krótsza niż 9 miesięcy. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę za wyroby przeterminowane oraz za te, których termin przydatności w momencie rozliczenia depozytu będzie krótszy niż 9 miesięcy.”?

Uzasadnienie:

- Pieczęć nad wyrobami powierzonymi w depozyt sprawuje Zamawiający i to on powinien zgłosić ewentualną prośbę o wymianę wyrobu na inny;

- Wyroby o dacie przydatności krótszej niż 9 miesięcy są dla Wykonawcy w zasadzie niesprzedawalne, dlatego Zamawiający powinien za nie zapłacić. Jeśli jednak Zamawiający będzie zużywał asortyment począwszy od tego o najkrótszej dacie przydatności, ryzyko wystąpienia takiej sytuacji zostanie znacząco zminimalizowane;

Odpowiedź 34

Zgodnie z SWZ

Pytanie 35

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §4 ust. 1 umowy w następującym brzmieniu: „Wykonawca każdorazowo do realizowanych dostaw dołączy dokument WZ zawierający: nazwę towaru, ilość, numer serii oraz datę ważności. Faktura winna być wystawiona łącznie na produkty zawarte w dokumentach WZ, po każdej dostawie, wraz z terminem płatności. Zamawiający w zamówieniu powoływać się będzie każdorazowo na numer obowiązującej umowy.”?

Uzasadnienie:

W ocenie Wykonawcy faktura powinna być wystawiana osobno dla każdej dostawy, rozwiązanie takie ułatwia zarządzanie dostawami i płatnościami. W przeciwnym wypadku płatność za dostawę zrealizowaną na początku miesiąca byłaby dokonana aż po 90 dniach od doręczenia towaru, co godzi w interes ekonomiczny Wykonawcy.

Odpowiedź 35

Zgodnie z SWZ

Pytanie 36

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z §5 umowy ustępu nr 2?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie ma wpływu na relacje Zamawiającego z NFZ, jeżeli Zamawiający przystępuje do umowy to znaczy, że dysponuje środkami finansowymi na jej realizację.

Odpowiedź 36

Zgodnie z SWZ

Pytanie 37

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z §5 ust. 4 umowy punktu b)?

Uzasadnienie:

Umowa o zamówienie publiczne powinna zapewniać stabilność stosunku umownego, w szczególności w zakresie kwestii ceny. Przyznanie Zamawiającemu prawa do korzystania z promocji i upustów wprowadzonych przez producenta stoi w istotnej sprzeczności ekonomicznej z interesem Wykonawcy, który nie widzi uzasadnienia obniżenia ceny w takim przypadku. Cena ofertowa jest bowiem kalkulacją uwzględniającą prognozę zarówno obniżek jak i podwyżek cen w taki sposób aby zapewnić Wykonawcy rentowność. Zastosowanie obniżki cen wobec Zamawiającego, a następnie podwyższenie cen na rynku producenckim w dalszym okresie zaburzałoby zatem równowagę finansową Wykonawcy, stawiając go tym samym w sytuacji niskiej opłacalności zamówienia, a nawet jej braku.

Odpowiedź 37

Zgodnie z SWZ

Pytanie 38

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §5 umowy kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: „*Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy okoliczności będących następstwem wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, bądź innej epidemii. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące wynikiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę Covid-19, bądź innej epidemii.*”?

Uzasadnienie:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i związanymi z nią możliwymi utrudnieniami na rynku, Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia obowiązkowi umownemu, które stanowią konsekwencję epidemii wirusa SARS-CoV-2 lub innej epidemii (jeśli taka wystąpi). Wskazane okoliczności pozostają poza kontrolą Stron umowy, wobec czego w takiej sytuacji Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Odpowiedź 38

Zgodnie z SWZ

Pytanie 39

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §9 umowy w następującym brzmieniu: „*W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:*

- *braków ilościowych w ciągu 2 dni roboczych licząc od zawiadomienia o brakach,*
- *wad jakościowych w ciągu 14 dni licząc od dnia doręczenia mu reklamowanego asortymentu.*”?

Uzasadnienie:

- Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanego asortymentu, termin na jej rozpatrzenie powinien więc biec od dnia dostarczenia towaru do Wykonawcy;

Odpowiedź 39

Zgodnie z SWZ

Pytanie 40

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §10 umowy zdanie ostatnie w następującym brzmieniu: „*Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % łącznej wartości netto wynagrodzenia wykonawcy wskazanego w §1 ust. 1 umowy, a w przypadku danej zwłoki 5% wartości netto towarów, których ona dotyczy.*”?

Uzasadnienie:

Górny limit naliczania kar umownych powinien być ustanowiony osobno dla danej zwłoki, w przeciwnym wypadku mogłaby ona przekroczyć wartość zamówienia, co byłoby niesprawiedliwe.

Odpowiedź 40

Zgodnie z SWZ

Pytanie 41

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §11 ust. 6 umowy w następującym brzmieniu: „*Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto scedowanych wierzytelności w przypadku naruszenia zobowiązań ustanowionych w § 11 ust. 4 niniejszej umowy.*”?


Uzasadnienie:

Kara umowna za naruszenie zakazu cesji wierzytelności w wysokości 10% wartości całej umowy jest zbyt wygórowana, w ocenie Wykonawcy powinna być obliczana w oparciu o wartość przedmiotowej wierzytelności.

Odpowiedź 41

Zgodnie z SWZ

p.o. D Y R E K T O R
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
w Bydgoszczy


mgr Kinga Wieczorek

Do wiadomości:

- <https://platformazakupowa.pl/transakcja/529759>

- a/a

Sporządziła: Wioletta Klita