

Mazurskie Centrum Zdrowia
Szpital Powiatowy w Węgorzewie
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. 3 Maja 17
11-600 Węgorzewo
tel (87) 427 32 52
fax (87) 427 32 52 wew. 210

Węgorzewo, dn. 29.12.2023 r.

Dotyczy: *dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w podziale na grupy*
Nr Sprawy: *MCZ/TPsm/2023*

Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie informuje, iż dnia 29.12.2023 r., za pośrednictwem platformy zakupowej, wpłynęło zapytanie w związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w podziale na grupy.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605, ze zm.) zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących ww. postępowania oraz odpowiedzi:

Grupa nr V, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rurki nosowo-gardłowej w rozmiarach 3,0-9,0mm?

Odpowiedź zamawiającego: TAK

Grupa nr VI, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 36 x 48mm?

Odpowiedź zamawiającego: NIE

Grupa nr VI, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 36mm?

Odpowiedź zamawiającego: NIE

Grupa nr VI, pozycja 6

Czy Zamawiający doprecyzuje do jakiego ssaka (model, producent) wymaga filtra?

Odpowiedź zamawiającego: Producent AGA LABOR, model Economic 35

Grupa nr VIII, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do tlenu 16 x 2100?

Odpowiedź zamawiającego: TAK

Grupa nr IX, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łyżki w rozmiarze 1-4?

Odpowiedź zamawiającego: NIE

Grupa nr IX, pozycja 2


Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łyżki w rozmiarze 0-2?

Odpowiedź zamawiającego: NIE

Grupa nr X, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd Mini Spike o parametrach:

- Bezigłowy przyrząd do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem oraz butelek
- Dwuświatłowy
- Przeznaczone do wielokrotnych aspiracji
- Wyposażone w hydrofobowy i lipofobowy filtr odpowietrzający (bakteryjny) 0,2µm z możliwością zamknięcia klapką
- Możliwość aktywacji 300 razy przez 96 godzin
- Nie wymagają stosowania koreczków zabezpieczających
- Pasują do standardowych złączy luer oraz luer-lock
- W pełni szczelne i bezpieczne połączenie
- Możliwość stosowania z lekami cytostatycznymi
- Specjalne zakończenie kolca biorczego umożliwiającego całkowite opróżnienie butelki/fiolki
- Płaska powierzchnia membrany
- Dezynfekcja membrany poprzez przetarcie gazikiem z alkoholem
- Bez lateksu, PCV oraz DEHP
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie papier-folia



Odpowiedź zamawiającego: TAK

Grupa nr XIII, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do transportu moczu o pojemności 100ml?

Odpowiedź zamawiającego: TAK

Grupa nr XIX, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści ostrze ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź zamawiającego: TAK

Grupa nr XIX, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czysty łącznik?

Odpowiedź zamawiającego: TAK

Grupa nr XIX, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści łącznik o wymiarach 10mm / 8mm i długości 56mm?

Odpowiedź zamawiającego: TAK

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Białymostku
Katarzyna Kopiczko
mgr Katarzyna Kopiczko