

Kraków, 19.01.2023 r.

DZ.271.106.61.2022

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 0-12 614 34 84  
e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

**dotyczy: postępowania DZ.271.106.2022 – Wyposażenie w aparaturę diagnostyczno-zabiegową dla potrzeb Szpitala**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

**PAKIET I – Koncentrator tlenu - 20 sztuk**

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania koncentrator tlenu o wymiarach całkowitych 660x380x240 mm (wysokość x szerokość x głębokość)? Oferowane parametry nieznacznie różnią się od wymaganych.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**PAKIET III - Aparat echokardiograficzny - 1 sztuka**

**Pytanie 2.**

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia, w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu echokardiograficznego z systemem RIS/PACS, były objęte gwarancją na okres jak w SWZ?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 3.**

dotyczy Załącznika nr 3 PAKIET III - Aparat echokardiograficzny - 1 sztuka

56	<i>dostępna funkcja elektronicznej rotacji płaszczyzny obrazowania bez konieczności obrotu głowicą w zakresie 360 stopni na głowicy przezprzełykowej; uzyskiwanie projekcji AP4, AP3 i AP2 bez obrotu głowicy z tego samego okna akustycznego za pomocą jednego kliknięcia</i>	TAK
----	--	-----

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy, bez funkcji elektronicznej rotacji płaszczyzny obrazowania bez konieczności obrotu głowicą

w zakresie 360 stopni na głowicy przezprzełykowej; uzyskiwanie projekcji AP4, AP3 i AP2 bez obrotu głowicy z tego samego okna akustycznego za pomocą jednego kliknięcia? Ponieważ ta funkcja dostępna jest tylko na projekcjach przezklatkowych na głowicach do obrazowania 3D.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 4.**

61	<i>Wykonawca, w ramach oferty, zobowiązany jest do zapewnienia i zrealizowania integracji oferowanych aparatów z posiadanym przez Zamawiającego systemem NetRAAD (RIS/PACS) firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o. o. w zakresie, min. pobierania listy pacjentów (Modality Worklist), wysyłania do archiwum RIS/PACS badań oraz przyjmowania komunikatu potwierdzenia odebrania badania przez PACS (Storage Commitment) zgodnie ze standardem DICOM 3.0. Zamawiający określi, najpóźniej w dniu instalacji i uruchomienia aparatów we wskazanych lokalizacjach, parametry niezbędne do integracji (w szczególności AEt oferowanego urządzenia, przydzielony nr IP oraz nr IP, port, AEt serwera PACS oraz serwera WORKLIST)</i>
62	<i>Wykonawca, w ramach oferty, zobowiązany jest do zapewnienia i zrealizowania integracji oferowanych aparatów z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą teleinformatyczną (konfiguracja sieciowa urządzeń w porozumieniu z Zespołem Technologii Informatycznych i Telemedycznych oraz Działem Inżynierii Klinicznej Szpitala)</i>
63	<i>na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania wszelkich prac instalacyjnych i konfiguracyjnych koniecznych do uzyskania funkcjonalności w zakresie komunikacji z RIS/PACS Zamawiającego opisanej w SWZ w porozumieniu z producentem systemu RIS/PACS (wykorzystywanego przez Zamawiającego) firmą CompGroup Medical Polska Sp. z o. o., w ramach licencji tego systemu posiadanej przez Zamawiającego i przeznaczonej dla oferowanego aparatu</i>

Prosimy o potwierdzenie, iż poprzez powyższe zapisy Zamawiający rozumie obecność Inżyniera Serwisu, który wykona niezbędną konfigurację aparatu mającą na celu zestawienie połączenia poprzez standard DICOM z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS umożliwiając tym samym odbieranie przez aparat listy roboczej (DICOM Modality Worklist) oraz przesyłanie badań w formacie DICOM z aparatu do systemu PACS?

**Odp.: Zamawiający informuje, że Wykonawca ma dokonać czynności wymaganych w punktach 61, 62, 63.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że (zgodnie z zapisami w punkcie 63) posiada licencję do systemu RIS/PACS. Po stronie Wykonawcy NIE NALEŻY dostarczenie takiej licencji.**

**PAKIET IV - Myjnie - dezynfektory**

**Pytanie 5.**

Do Opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 (Pakiet IV - Urządzenie do mycia i dezynfekcji termicznej obuwia operacyjnego – pkt 4)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, z rokiem produkcji 2021?

**Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, z rokiem produkcji 2021.**

**Pytanie 6.**

Do Opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 (Pakiet IV - Urządzenie do mycia i dezynfekcji termicznej obuwia operacyjnego – pkt 29)

Prosimy o informację czy w miejscu instalacji urządzenia istnieje przyłącze wody demineralizowanej? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o odstąpienie od wymogu urządzenia wyposażonego w system odwróconej osmozy i dopuszczenie urządzenia, które można podłączyć do istniejącego przyłącza wody demineralizowanej.

**Odp.: Zamawiający informuje, że w miejscu instalacji urządzenia istnieje przyłącze wody demineralizowanej.**

**Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu zawartego w punkcie 29 i dopuszcza urządzenie, które można podłączyć do istniejącego przyłącza wody demineralizowanej.**

**Pytanie 7.**

Do Opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 (Pakiet IV - Urządzenie do mycia i dezynfekcji termicznej kaczek i basenów – pkt 4)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, z rokiem produkcji 2021?

**Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, z rokiem produkcji 2021.**

**Pytanie 8.**

Do Opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 (Pakiet IV - Urządzenie do mycia i dezynfekcji termicznej kaczek i basenów – pkt 49)

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zlewu zintegrowanego z myjnią? Takie rozwiązanie znajduje zastosowanie tylko w miejscach instalacji gdzie istnieje jeden odpływ. W pozostałych przypadkach jest zbędne, a znacznie podnosi koszt urządzenia i zwiększa ryzyko przytkania odpływu myjni.

**Odp.: TAK, Zamawiający odstępuje od wymogu zawartego w punkcie 49.**

**Pytanie 9.**

Do Załącznika nr 4 do SWZ – Wartość oferty – Pakiet IV

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w przypadku zaoferowania produktów z różnymi stawkami VAT (8 i 23%) Wykonawca powinien w kolumnie 5 (stawka VAT) wpisać „8 i 23%” i w kolumnie 6 (CENA) podać łączną wartość brutto oferty, czy też podzielić tabelę na dwa odrębne wiersze – dla każdej stawki VAT osobno?

**Odp.: Zamawiający informuje, że oba rozwiązania są dozwolone i prawidłowe.**

**[PAKIET V - Aparat do EKG - 1 sztuka](#)**

**Pytanie 10.**

W związku z dostawą aparatu do EKG, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 11.**

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 12.**

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia, w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu do EKG z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 13.**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrokardiograf z klawiaturą alfanumeryczną wyświetlaną na ekranie oraz z przyciskami funkcyjnymi?

**Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wysokiej klasy elektrokardiograf z klawiaturą alfanumeryczną wyświetlaną na ekranie oraz z przyciskami funkcyjnymi.**

**PAKIET VI - Różne urządzenia i produkty medyczne**

**1. Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych - 1 sztuka**

**Pytanie 14.**

Punkt 9.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych którego waga wynosi 21 kg?

**Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych którego waga wynosi 21 kg.**

**2. Szafa na leki - 2 sztuki**

**Pytanie 15.**

Pytanie nr 1 Pkt.5 - Czy Zamawiający dopuści szafę lekową wykonaną z uszlachetnionej, wytrzymałej, odpornej na zarysowania i uszkodzenia płyty melaminowanej do wyboru z 10 dostępnych kolorów?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 16.**

Pytanie nr 2 Pkt.6 - Czy Zamawiający dopuści szafę lekową wykonaną z płyty melaminowanej, z podwójnymi drzwiami, co nie ma konieczności zastosowania wypełnienia usztywniająco –wygłuszającego?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 17.**

Pytanie nr 3 Pkt.9 - Czy Zamawiający dopuści szafę lekową, której drzwi składają się z dwóch skrzydeł wykonanych z płyty melaminowanej, szczelnych, z uszczelką, zamykanych na zamek?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 18.**

Pytanie nr 4 Pkt.11 - Czy Zamawiający dopuści szafę lekową na której drzwiach od strony wewnętrznej znajdują się modułowe organizery w kolorze białym wykonane z tworzywa, o ergonomicznym kształcie, nie wymagających zastosowania zabezpieczeń przed wypadnięciem?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 19.**

Pytanie nr 5 Pkt.12 - Czy Zamawiający dopuści szafę lekową wewnątrz której znajdują się 2 organizery w kolorze białym, o ergonomicznej głębokości?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 20.**

Pytanie nr 6 Pkt.14 - Czy Zamawiający dopuści szafę lekową z półkami o innej, funkcjonalnej głębokości, która pozwala na umieszczenie na nich sejfu? Sejf zamykany na klucz.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 21.**

Pytanie nr 7 Pkt.15 - Czy Zamawiający dopuści szafę lekową o wymiarach zewnętrznych 1000 mm długość, 600 mm szerokość i 2000 mm wysokość?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 22.**

Pytanie nr 8 Pkt.16 - Czy Zamawiający dopuści szafę lekową o ergonomicznych wymiarach panelu, dostosowanych do wymiarów szafy?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 23.**

Pytanie nr 9 Pkt.17 - Czy Zamawiający dopuści szafę lekową o innych wymiarach poszczególnych modułów?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 24.**

Pytanie nr 10 - Czy Zamawiający wymaga szafy lekowej z drzwiami o kącie otwarcia min. 230 stopni, tworząc ergonomiczny łuk?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga szafy lekowej z drzwiami o kącie otwarcia min. 230 stopni, tworząc ergonomiczny łuk.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania ww. rozwiązanie.**

**Pytanie 25.**

Pytanie nr 11 - Czy Zamawiający wymaga szafy lekowej z min. 60 przegrodami/modułami na leki?



Zdjęcia poglądowe oferowanego modelu szafy.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga szafy lekowej z min. 60 przegrodami/modułami na leki.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania ww. rozwiązanie.**

**4. Szafa chłodnicza - 1 sztuka**

**Pytanie 26.**

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu VI poz. nr 4: Szafa chłodnicza - 1 sztuka oraz utworzenie odrębnego zadania. Naszą prośbę motywujemy tym, iż jest to korzystne dla Zamawiającego, gdyż Wykonawcy, którzy oferują tylko sprzęt chłodniczy również będą mogli przystąpić do postępowania i przedstawić korzystniejszą ofertę.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 27.**

Dotyczy: pakiet VI poz. nr 4: Szafa chłodnicza - 1 sztuka :

Czy Zamawiający wymaga szafy sklasyfikowanej jako urządzenie medyczne ze stawką VAT 8%, czy też urządzenia sklasyfikowanego jako laboratoryjne ze stawką VAT 23%? Prosimy o doprecyzowanie.

**Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 5 wymaga laboratoryjnej szafy chłodzącej zarejestrowanej jako wyrób medyczny, która tym samym posiada stawkę VAT 8%.**

### PAKIET VII - Mikrotom z torem wodnym - 1 zestaw

#### **Pytanie 28.**

Dotyczy Pakietu nr VII, poz. 21. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia jedynie standardowego szybkoocucjącego uchwytu do kasetek.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 29.**

Dotyczy OPZ załącznik nr 3 pkt. 45 dot. Pakiet nr VII: Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację zapisu w OPZ załącznik nr 3 pkt. 45 dot. Pakiet nr VII: Punkt 45: poprzez dopisanie, iż czas naprawy nastąpi do 7 dni roboczych bez konieczności sprowadzania części z zagranicy oraz wydłużenie terminu na dokonanie naprawy w okresie gwarancji do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy . Przedmiotem zamówienia jest urządzenie o złożonym mechanizmie. Ponieważ w chwili dostarczenia tych urządzeń nie jest wiadome, które części mogą ulec awarii, a powszechnie wiadomym jest, że przypadku braku dostępności części zamiennych konieczna jest oczekiwanie na ich dostawę, w celu dostosowania postanowień dokumentacji przetargowej do realiów w jakich faktycznie świadczona będzie umowa, konieczne jest dokonanie zawnioskowanej powyżej zmiany.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 30.**

Dotyczy Pakietu nr VII : Wnosimy o wprowadzenie do zapisów SWZ możliwości wezwania do potwierdzenia oferowanych w OPZ parametrów sprzętu w postaci np. w postaci kart katalogowych, instrukcji itp. w przypadku powzięcia wątpliwości co do zaoferowanych przez wykonawców parametrów.

**Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy SWZ pozostawia bez zmian.**

### PAKIET VIII - Bramka dozymetryczna - 1 sztuka

#### **Pytanie 31.**

Dotyczy SWZ p. 6 Termin wykonania zamówienia.

Prosimy Zamawiającego o zmianę terminu realizacji dla pakietu nr 8 na 30 tygodni. W dzisiejszych czasach proces dostawy części do specjalistycznych urządzeń, a takim jest bramka dozymetryczna, znacznie się wydłużył i termin wykonania zamówienia wynoszący 12 tygodnie jest nierealny dla większości dostawców.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 32.**

Dotyczy Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, PAKIET VIII - Bramka dozymetryczna - 1 sztuka.

W punkcie 5 tabeli Zamawiający określił pobór mocy max 20W. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie tego parametru lub o zdecydowane zwiększenie dopuszczalnej wartości do 100W. Bramka dozymetryczna jest urządzeniem, które w sposób ciągły dokonuje pomiarów.

Nie można wymagać, aby jej pobór mocy był z góry ograniczany. Jeśli takie ograniczenie ma związek z próbą ograniczenia wydatków związanych z energią, Zamawiający może wyłączać urządzenie na czas, w którym bezpośredni użytkownik nie pracuje, np. na weekendy.

**Odp.: Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania bramkę dozymetryczną o poborze mocy 100 W.**

**Pytanie 33.**

Dotyczy Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, PAKIET VIII - Bramka dozymetryczna - 1 sztuka.

W punkcie 14 tabeli Zamawiający określa ilość radionuklidów znajdujących się w bibliotece. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 19 radionuklidami w bibliotece przy jednoczesnym zapewnieniu, że użytkownik może wprowadzić własne izotopy w ilości nawet 50 radionuklidów. 19 radionuklidów to biblioteka zawierająca wszystkie radioizotopy stosowane w medycynie nuklearnej.

**Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie z 19 radionuklidami w bibliotece przy jednoczesnym zapewnieniu, że użytkownik może wprowadzić własne izotopy w ilości nawet 50 radionuklidów.**

**Pytanie 34.**

Dotyczy Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, PAKIET VIII - Bramka dozymetryczna - 1 sztuka

Prosimy Zamawiającego o zastąpienie w punkcie 18 tabeli przecinka między RS232, a RS485 słowem „lub”

18	zamontowane interfejsy komunikacyjne pozwalające na komunikację z bramką, min.: USB, Ethernet 10/100/1000, RS232 <b>lub</b> RS485	TAK		-
----	---	-----	--	---

Bramka dozymetryczna jest urządzeniem wyspecjalizowanym i nie należy do niej podłączać urządzeń zewnętrznych, nie zatwierdzonych przez producenta. Posiadanie dwóch typów interfejsów nie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania bramki.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 35.**

Dotyczy Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, PAKIET VIII - Bramka dozymetryczna - 1 sztuka

Prosimy Zamawiającego o dodanie w punkcie 6:

6	bramka z zastosowaniem detektorów scyntylacyjnych <b>ZnS lub</b> ZnS(Ag)	TAK		-
---	--	-----	--	---

Lub o dopuszczeniu oferty bramki dozymetrycznej z zastosowaniem detektorów scyntylacyjnych ZnS.

Wielu producentów zrezygnowało na przestrzeni ostatniej dekady z stosowania powłoki ZnS(Ag), zatem powyższa zmiana nie ograniczy w żaden sposób funkcjonalności oraz jakości zaoferowanej bramki dozymetrycznej.

**Odp.: Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania bramkę dozymetryczną z zastosowaniem detektorów scyntylacyjnych ZnS.**

**[PAKIET X - Pionowy autoklaw laboratoryjny - 1 sztuka](#)**



**Pytanie 36.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o większej pojemności, tj. 80 litrów i minimalnej średnicy komory ciśnieniowej, min. 37 cm?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 37.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z głębokością komory 75 cm i krawędzią otworu załadunkowego komory umieszczoną na niskim poziomie 102 cm od podłogi?

Oferujemy urządzenie o większej pojemności, pozwalające na umieszczenie większej ilości wsadu.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 38.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z systemem chłodzenia cieczy składającego się tylko z wentylatora owiewającego komorę sterylizacyjną z zewnątrz?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 39.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z programem do czyszczenia komory i armatury gorącą parą o temperaturze do 135°C?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 40.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z minimalną temperaturą sterylizacji od 105°C?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 41.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze wszystkimi komunikatami na wyświetlaczu w języku angielskim i bardzo czytelną instrukcją obsługi w języku polskim? Obsługa oferowanego autoklawu jest intuicyjna i przyjemna mimo braku języka polskiego w menu urządzenia.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 42.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcjonalności: „wraz z autoklawem należy dostarczyć kompresor do zapewnienia nadciśnienia w fazie chłodzenia płynów tak aby szczelnie zakręcone butelki nie ulegały rozerwaniu”? Zamiennie proponujemy inne fabryczne rozwiązanie zabezpieczające szczelnie zakręcone butelki przed rozerwaniem.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że do oferowanego Pionowego autoklawu laboratoryjnego wymaga dostarczenia:**

**1. System oczyszczania wody do autoklawów w oparciu o odwróconą osmozę (RO), który gwarantuje bezproblemową pracę autoklawów z systemem filtrów oraz ciśnieniowym zbiornikiem na wodę zapewniającym jej stały dopływ do autoklawu.**

**2. Materiały eksploatacyjne do drukarki wystarczające na 12 miesięcy codziennego użytkowania autoklawu, t.j. tusz, papier etc. – w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę drukarki do autoklawu.**

3. Trzy kosze do autoklawu, w tym jeden pełny i dwa druciane.
4. Giętki czujnik (sonda) temperatury sterylizowanego materiału.

**Pytanie 43.**

Ad. 26

Czy Zamawiający zaakceptuje wbudowaną drukarkę igłową z taśmą barwiącą?

**Odp.: TAK, Zamawiający zaakceptuje wbudowaną drukarkę igłową z taśmą barwiącą. Jednocześnie Zamawiający informuje, że do oferowanego Pionowego autoklawu laboratoryjnego wymaga dostarczenia:**

1. System oczyszczania wody do autoklawów w oparciu o odwróconą osmozę (RO), który gwarantuje bezproblemową pracę autoklawów z systemem filtrów oraz ciśnieniowym zbiornikiem na wodę zapewniającym jej stały dopływ do autoklawu.
2. Materiały eksploatacyjne do drukarki wystarczające na 12 miesięcy codziennego użytkowania autoklawu, t.j. tusz, papier etc. – w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę drukarki do autoklawu.
3. Trzy kosze do autoklawu, w tym jeden pełny i dwa druciane.
4. Giętki czujnik (sonda) temperatury sterylizowanego materiału.

**Pytanie 44.**

Ad. 29

Prosimy o zmianę terminów związanych ze zgłoszeniami awarii w okresie obowiązywania gwarancji w następujący sposób:

- czas reakcji (rozumiany jako czas od zgłoszenia awarii) do momentu pierwszego kontaktu ze strony serwisu Wykonawcy - 48 godzin
- termin wykonania naprawy liczony od zgłoszenia - maksymalnie 14 dni
- termin wykonania naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy - maksymalnie 21 dni

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**WZÓR UMOWY**

**Pytanie 45.**

Dot, Załącznik 2a Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (dot. pakietu III).

W związku z tym, że Administrator (Zlecający), pomimo powierzenia przetwarzania danych Zleceniobiorcy, sam wciąż bierze udział w przetwarzaniu, prosimy o wprowadzenie zmiany w projekcie umowy polegającej na zastąpieniu §2 ust. 17 następującym postanowieniem:

„Zlecający i Zleceniobiorca odpowiadają solidarnie za szkody spowodowane przetwarzaniem naruszającym RODO, przy czym Zleceniobiorca odpowiada za szkody poniesione przez strony: Zlecającego oraz osobę, której dane dotyczą, w zakresie spowodowanym swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.”

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 46.**

Dotyczy Załącznik nr 2 – Wzór umowy dla pakietu nr III

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 47.**

Dotyczy Załącznik nr 2 – Wzór umowy dla pakietu nr III

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 48.**

Dotyczy Załącznik nr 2 – Wzór umowy dla pakietu nr III

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 49.**

Dotyczy Załącznik nr 2 – Wzór umowy dla pakietu nr III

Czy Zamawiający dopuszcza podłączenie aparatu do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych na terenie Polski przez autoryzowany serwis producenta umożliwia zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 50.**

Dotyczy wzoru umowy Pakiet nr VII:

Prosimy o modyfikację zapisów § 4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 51.**

Dotyczy wzoru umowy Pakiet nr VII:

W związku z tym, iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 4, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wartości netto umowy. Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 52.**

Dotyczy wzoru umowy Pakiet nr VII:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy? Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji. Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13). Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 53.**

Dotyczy wzoru umowy Pakiet nr VII:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej? Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte

wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekoniunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.”

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 54.**

Dotyczy: pakiet nr 8, załącznik nr 2b do SWZ wzór umowy, § 3 ust. 1:

„Odbiór zamówienia odbędzie się po jego uruchomieniu oraz dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi pomiarami i atestami na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu stron. Dokumentacja powykonawcza stanowi załącznik do protokołu odbioru.”

Jakie dokumenty Zamawiający rozumie pod pojęciem dokumentacji powykonawczej? Jakich pomiarów i atestów wymaga Zamawiający?

**Odp.: Zamawiający informuje, że dokumentacja powykonawcza wraz ze wszystkimi wymaganymi pomiarami i atestami wymagana jest w przypadku dokonywania przez Wykonawcę tzw. prac budowlanych.**

**W przypadku Pakietów gdzie Wykonawca nie dokonuje prac budowlanych taka dokumentacja nie jest wymagana.**

**Mając na uwadze powyższe dla Pakietu 8 ww. dokumenty nie są wymagane.**

**Pytanie 55.**

Dotyczy: pakiet nr 8, załącznik nr 2b do SWZ wzór umowy, § 4 ust. 1:

Prosimy o obniżenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,1%.

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 56.**

Dotyczy: pakiet nr 8, załącznik nr 2b do SWZ wzór umowy, § 4 ust. 4:

Prosimy o obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych z 40% do 20%.

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 57.**

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie następujących zmian w opublikowanym wzorze umowy oraz opisie urządzenia:

§ 3 - Odbiór i warunki płatności

Ad. 1

a) Odbiór urządzenia i podpisanie protokołu winno nastąpić w dniu dostawy i instalacji. Zamawiający jest zobowiązany do przygotowania miejsca instalacji zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Wykonawcy po podpisaniu umowy. Jeżeli w dniu dostawy instalacja autoklawu nie będzie możliwa z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, zostanie podpisany protokół dostawy towaru, Wykonawca wystawi fakturę sprzedaży, a terminy płatności oraz gwarancji będą biegły od jej daty. Za ponowny dojazd i robocizną wykonaną

przez personel Wykonawcy (instalacja, uruchomienie i szkolenia personelu) w późniejszym terminie, Wykonawca obciąży Zamawiającego osobną fakturą.

b) Zamawiający będzie przygotowany do przeprowadzenia szkolenia personelu z obsługi autoklawu bezpośrednio po zainstalowaniu urządzeń. Listę uczestników szkolenia należy przekazać Wykonawcy z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

c) Co Zamawiający rozumie przez "dokumentację powykonawczą" - prosimy wyspecyfikować. Prosimy doprecyzować, o jakich "wszystkich wymaganych" pomiarach i atestach jest mowa?

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokumentacja powykonawcza wraz ze wszystkimi wymaganymi pomiarami i atestami wymagana jest w przypadku dokonywania przez Wykonawcę tzw. prac budowlanych.**

**W przypadku Pakietów gdzie Wykonawca nie dokonuje prac budowlanych taka dokumentacja nie jest wymagana.**

**Pytanie 58.**

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie następujących zmian w opublikowanym wzorze umowy oraz opisie urządzenia:

§ 3 - Odbiór i warunki płatności

Ad. 2

Prosimy o zmianę terminu płatności z 60 na 30 dni.

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 59.**

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie następujących zmian w opublikowanym wzorze umowy oraz opisie urządzenia:

§ 4 - Odpowiedzialność odszkodowawcza

Ad. 4

Prosimy o zmianę maksymalnej wysokości kar umownych z 40% do 10% - jest to limit powszechnie stosowany przy dostawach sprzętu laboratoryjnego.

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 60.**

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie następujących zmian w opublikowanym wzorze umowy oraz opisie urządzenia:

§ 4 - Odpowiedzialność odszkodowawcza

Ad. 7

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady fizycznej towaru, a dopiero jeśli to nie jest możliwe - do wymiany towaru na nowy. Przy urządzeniach produkowanych na zamówienie, termin 21-dniowy nie jest realistyczny. Prosimy o wydłużenie go do 45 dni.

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 61.**

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie następujących zmian w opublikowanym wzorze umowy oraz opisie urządzenia:

§ 5 - Postanowienia dodatkowe

Ad. 1

Prosimy o usunięcie tego punktu - zapis ten podważa wiarygodność Zamawiającego.

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 62.**

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie następujących zmian w opublikowanym wzorze umowy oraz opisie urządzenia:

§ 5 - Postanowienia dodatkowe

Ad. 2

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez sformułowanie "świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami". Prosimy o doprecyzowanie, jakie dokumenty są wymagane przez Zamawiającego w odniesieniu do autoklawu laboratoryjnego.

**Odp.: Zamawiający informuje, że przez sformułowanie "świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami" rozumie dokumenty, na podstawie których urządzenie jest dopuszczone do sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.**