



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie

ADM-ZP.272.1.13.2025

Lublin, 12.11.2025

Uczestnicy postępowania

Pytania i odpowiedzi nr 10.

Zamawiający działając w oparciu o art. 135 ust. 2 oraz ust. 6 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej Pzp, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia skierowanym w postępowaniu pn. „**Dostawa testów diagnostycznych**”, przekazuje poniżej treść pytań i wyjaśnienie Zamawiającego.

Pytanie 1 – dotyczy: Formularz asortymentowo-cenowy, Wzór umowy §6 ust. 1, pakiet nr 15

W przypadku oferowanych przez nas odczynników Producent gwarantuje, że okres ich ważności w chwili dostawy wynosi minimum 3 miesiące. Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający może zamawiać odczynniki sukcesywnie co gwarantuje, że zostaną one wykorzystane w terminie. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników z terminem ważności min. 3 miesiące liczonym od dnia dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników z terminem ważności min. 3 miesiące liczonym od dnia dostawy.

Pytanie 2 – dotyczy: Formularz Asortymentowo – Cenowy, Pakiet 15 – zestawy do sekwencjonowania

Illumina, pozycja nr 2. W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia obejmującego zestaw odczynników do preparatyki sekwencjonowania wirusa SARS-CoV-2 wraz z indeksami (np. COVIDSeg Assay, Illumina® DNA/RNA UD Indexes Set A, Tagmentation – 96 Indexes, 96 Samples), zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu COVIDSeq Assay ale w integralnym pakiecie z indeksami IDT for Illumina – PCR Indexes Set 1, które są w pełni kompatybilne z zestawem i nie wpływają na jego właściwości funkcjonalne ani zgodność z procedurą przygotowania bibliotek oraz procesem sekwencjonowania. Zaoferowane rozwiązanie zapewnia identyczne parametry jakościowe i funkcjonalne, a także pełną kompatybilność z systemami Illumina oraz z obowiązującym protokołem preparatyki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu COVIDSeq Assay ale w integralnym pakiecie z indeksami IDT for Illumina – PCR Indexes Set 1, które są w pełni kompatybilne z zestawem i nie wpływają na jego właściwości funkcjonalne ani zgodność z procedurą przygotowania bibliotek oraz procesem sekwencjonowania. Zaoferowane rozwiązanie zapewni identyczne parametry jakościowe i funkcjonalne, a także pełną kompatybilność z systemami Illumina oraz z obowiązującym protokołem preparatyki.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
ul. Pielęgniarek 6 | 20-708 Lublin
tel. 81 74-34-272 lub 81 53-34-100
adres e-mail: wsse.lublin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94158-17698-AAEWI-23

Pytanie 3 – dotyczy: Wzór umowy §7 ust. 1, Pakiet nr 15

Prosimy o zmianę wysokości kar zgodnie z poniższą treścią: „W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości: 0,2% wartość brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe pozostawiając zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 4 – dotyczy: Załącznik nr 4 (wzór umowy), Pakiet nr 15

W związku z tym, iż dostawy odczynników będą odbywać się sukcesywnie w terminie do 31.12.2026r. proponujemy zawrzeć w umowie następujący zapis: „Zamawiający ma prawo realizować zamówienia u Wykonawcy w oparciu o wszelkie bieżące promocje, oferty specjalne, rabaty, o ile cena będzie niższa niż określona w formularzu cenowym. W przypadku realizacji takich zamówień, ceny promocyjne mają pierwszeństwo przed cenami z formularza asortymentowo-cenowego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe pozostawiając zapisy SWZ bez zmian.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
ul. Pielęgniarek 6 | 20-708 Lublin
tel. 81 74-34-272 lub 81 53-34-100
adres e-mail: wsse.lublin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94158-17698-AAEWI-23