

Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/22

Sucha Beskidzka dnia 01.03.2022r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych:
ZOZ.V.010/DZP/07/22.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pakiet nr 43

Prosimy Zamawiającego w poz. 1 o dopuszczenie maski jednorazowej anestezyjologicznej o łączniku ze średnicą zewnętrzną

- rozmiar 0, 1, 2 - 15 mm;


- rozmiar 3, 4, 5 - 22 mm.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Prosimy Zamawiającego w poz. 3 o dopuszczenie na zasadzie równoważności maskę krtaniową jednorazowego użytku zgodnie z następującymi parametrami:

„Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z polipropylenu, poliwęglanu i silikonu (pompowany mankiet silikonowy w „kolorze skóry”), składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, wstępnie nadmuchiwanego mankieta niskociśnieniowego z możliwością dopompowania w celu lepszego dopasowania maski. Produkt wolny od lateksu, ftalanów DEHP, bisfenolu. Wyraźne oznakowanie numeryczne rozmiaru maski na końcu rurki powietrznej. Dostępne rozmiary (waga pacjenta): 1,0 (< 5 kg); 1,5 (5-10 kg); 2,0 (10-20 kg); 2,5 (20-30 kg); 3,0 (30-50 kg); 4,0 (50-70 kg); 5,0 (70-100 kg) - wszystkie rozmiary pochodzą od jednego Producenta. Produkt sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany folia-papier.”



Odp.: Zamawiający dopuszcza.


Prosimy Zamawiającego w poz. 9 o dopuszczenie mankietu do szybkich przetoczeń jednopakowany w pojedyncze folii. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.


Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Prosimy Zamawiającego w poz. 10 o dopuszczenie mankietu do szybkich przetoczeń pakowany w kartonie. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem:


Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Szpitalnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Raczewski


Starszy Inspektor
ds. zamówień publicznych
mgr Agnieszka Białłowska-Hajdyla